

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

Nr PZOZ/DZP/382/72PN/12

1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej *ustawą Pzp* – (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa implantów ortopedycznych z podziałem na 7 pakietów.**

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Nazwa pakietu	CPV
<i>Pakiet Nr 1 – Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, kotwice – system zawieszkowy</i>	33183100-7
<i>Pakiet Nr 2 – Implanty do stawu obojczykowo barkowego</i>	33183100-7
<i>Pakiet Nr 3 – Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)</i>	33183100-7
<i>Pakiet Nr 4 – Implanty mocujące do osteotomii peek</i>	33183100-7
<i>Pakiet Nr 5 – Płytki i śruby do stabilizacji kości</i>	33141770-8
<i>Pakiet Nr 6 – Implanty z pamięcią</i>	33183100-7
<i>Pakiet Nr 7 – System do rekonstrukcji ACL all inside</i>	33183100-7

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – **Załącznik Nr 1 do SIWZ** oraz Formularze cenowe – **Załącznik Nr 6.1– 6.7 do SIWZ.**

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
- 11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg **Załącznika Nr 4 do SIWZ**;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

- 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg **Załącznika Nr 5 do SIWZ**.
- 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie.

C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

1. Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada aktualne dokumenty oraz zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania – wg **Załącznika Nr 7 do SIWZ**.
2. Opisków/ Prospektów/ Folderów lub fotografii z opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy każdej pozycji z formularza cenowego w 7 pakietach.

Zaleca się, aby każdy folder został oznaczony, której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.

D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg **Załącznika Nr 3 do SIWZ**,
2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg **Załącznika Nr 6.1 – 6.7. do SIWZ**

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

- 16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.
- 16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 16.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
Renata Gwiazda –specjalista, Dział Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24
fax: + 48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.
- 17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

18. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19. Termin związania ofertą.

- 19.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
- 19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

20. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
- 20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (**Załącznik Nr 3**) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

- 20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
- 20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
- 20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.
- 20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- 20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
- 20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).
- 20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

21. Miejsce i termin składania ofert.

- 21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do **dnia 05 listopada 2012 roku do godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.

- 21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę implantów ortopedycznych” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/72PN/12 – nie otwierać przed roku godz:” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

- 21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

22. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 05 listopada 2012 roku o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
- 22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
- 22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaze niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 22.3.

23. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią **Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ**.
- 23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

25.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Najniższa cena	100%

25.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „**Najniższa cena**”.

W zakresie kryterium „**Najniższa cena**” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{Wartość punktowa ceny brutto} = \frac{\text{Cena brutto najniższa z oferowanych}}{\text{Cena brutto oferowana (badanej oferty)}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

- 25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg. ww. algorytmu.
- 25.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
- 25.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26. Udzielenie zamówienia.

- 26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparacji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

30.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.7 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 15 C.1.

Płock, dnia 25 października 2012 roku

SIWZ zatwierdził:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa **implantów ortopedycznych** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet Nr 1**Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, kotwice – system zawieszkowy**

1. **Podłużna płytką** z otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, z pętlą z możliwością zmniejszania jej długości pętli za pomocą lejców. Dodatkowa nici lub nici do założenia implantu. Sterylna.
2. **Implant biowchłaniały typu śruba**, do mocowania piszczelowego, PLLA z hydroksyapatytem o średnicy od 6 mm do 12 mm i długościach od 20 – 35 mm, skok rozmiaru co 5 mm.
3. **Implant biowchłaniały typu śruba do techniki retro** do mocowania na piszczeli i na udzie. Sterylny.
4. **Drut wierzący** z okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny.
5. **Drut celowniczy** do śrub interferencyjnych biowchłaniających. Sterylny.
6. **Drut wierzący** o średnicy 3,5 mm z łamanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o skoku średnicy co 0,5 mm od 6 mm, do 12 mm. Drut sterylne.
7. **System szycia łąkówek all –inside**.
8. **Śruby tytanowe**.
9. **Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych**, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylne.
10. **Zestaw do otrzymywania bogatopłytkowych czynników wzrostu**. Sterylne.

Pakiet Nr 2**Implanty do stawu obojczykowo barkowego**

Implant składający się z dwóch guzików tytanowych połączonych nicią o grubości USP 2 do rekonstrukcji więzadła kruczo-obojczykowego.

Pakiet Nr 3**Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)**

1. **Płytką tytanową** do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, sterylne.
2. **Śruba do kości gąbczastej**, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylne.
3. **Śruba do kości korowej**, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylne.
4. **Drut łamany** do zabiegów do osteotomii, sterylne.

Pakiet Nr 4**Implanty mocujące do osteotomii peek**

1. **Płytką PEEK** do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylne.

2. Śruba do kości gąbczastej, PEEK, przeznaczona do mocowania płytki do osteotomii, długość 20-32 mm, skok co 2 mm sterylina.
3. Śruba do kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania płytki do osteotomii, długość 24-52 mm, skok co 2mm sterylina

Pakiet Nr 5

Płytki i śruby do stabilizacji kości

Dotyczy poz. 1. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane. (w standardzie: gwóźdź, 3 śruby, zaślepka).

Dotyczy poz. 2, 3. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5mm stabilnej kątowno. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotną wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W części bliższej gwóźdź blokowany śrubami ze stabilnością kątowną poprzez zablokowanie we wpuszczone w gwóźdź tulei wykonanej z polietylenu. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo-tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w 2 otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0 do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Śruby blokujące w części środkowej i dalszej z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami- kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość blokowania w części środkowej i dalszej gwoździa przy pomocy śrub trzyrdzeniowych blokowanych kątowno w gwoździu przy pomocy dodatkowej tulei biowchłanialnej. Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 9.5/8mm oraz 11/9.5mm o długości 160mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylne (w standardzie: gwóźdź, 3xśruba 4.5mm, 1 śruba blokująca 4.0mm, 1 śruba trzyrdzeniowa 4.0mm z tuleją biowchłanialną, 1 zaślepka).

Dotyczy poz. 4. Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Materiał stal/tytan.

- Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, długość od 81mm do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, długość od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Dotyczy poz. 5. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 5.0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Materiał stal/tytan.

- Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, długość od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, długość od 106mm do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

Dotyczy poz. 6. Płytki hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrastek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwór prowadzący śruby korowe pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 3.5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płytki umożliwiające mocne zakotwiczenie płytki w korówce.

W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 7. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowanie od strony przyśrodkowej lub przednio-bocznej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7mm. Płyta tylnoboczna w wariacie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłycki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7-0.8Nm, 3.5-1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4/3.5) i samotnące/samogwintujące (3.5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 8. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużne otwory blokująco-kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płytki o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-płytki boczno-tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 9. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszyć niciami elementów stożka rotatora.

Płytki w części trzonowej wyposażone w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażone w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszywania elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm. Ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal/tytan. Instrumentarium wyposażone w przełmine dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płytki na całej jej długości.

Dotyczy poz. 10, 11. Płytki prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T prosta i skośna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco-kompresyjna. Płytki wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płytki otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub

blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm.

Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal/tytan.

- płyty proste: długość od 4 do 12 otworów-od 59 do 163 mm,
- płyty tubularne (półkoliste): długość od 2 do 11 otworów-od 28 do 148mm,
- płyty przynasadowe: długość od 6 do otworów-od 86 do 151 mm,
- płyty proste rekonstrukcyjne: długość od 5 do 22 otworów-od 70 do 315mm,
- płyty T: płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe, długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 do 6 otworów-od 50 do 78 mm.

Dotyczy poz. 12. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4 i 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby 2.4mm i 1.1mm dla śruby 3.0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu, spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda typu Stardrive (śruba 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby 3.0mm). Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 14. Płytki hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka. Płytki do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie średnicy 3.5 mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18 mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 15. Płytki do złamań w bocznej części obojczyka posiada otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek, prześciówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Płytki do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7 mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.

Otwory dwufunkcyjne-kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8Nm i 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm. Ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 16. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach średnicy 2.4/2.7mm. w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2.4/2.7mm.

Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.4/0.8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe-universalne. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 17. Płytki grzbietowa/dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach średnicy 2.4/2.7 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Materiał stal/tytan.

Dotyczy poz. 18. System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym

kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie kości otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach, średnicy 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI.

- Płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne, płyty prawe i lewe.

- Płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.

- Płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.

Dotyczy poz. 19, 20. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami- w różnych kierunkach, średnicy 2.7/3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie 2.7/3.5mm samogwintujące oraz samotnące/gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Materiał stal/tytan. Różne rodzaje płyt:

- Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym.

- Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki.

- Płytki rekonstrukcyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, długość od 147mm do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie.

Dotyczy poz. 21. Płytki proste, tubularne, proste przynasadowe, proste rekonstrukcyjne, T proste i skośne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowane od spodniej strony), blokująco-kompresyjne. Płytki wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokujące-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal/tytan.

- Płyty proste: długość od 4 do 12 otworów- od 59mm do 163mm,

- Płyty tubularne półkoliste: długość od 2 do 11 otworów- od 86mm do 151 mm,

- Płyty proste rekonstrukcyjne: długość od 5 do 22 otworów- od 70mm do 315mm,

- Płyty T: płyty z poprzeczką prostopadłą i skośną lewe i prawe, długość głowa od 3 do otworów, trzon od 3 do 6 otworów-od 50mm do 78mm.

Dotyczy poz. 22. Płytki typu DCP1., 1.3, 1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródreza i paliczek. Płytki wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płytki systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o średnicy 1.0, 1.3, 1.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał stal/tytan.

Płytki typu LCP 1.5, 2.0, 2.4 blokująco-kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.4Nm i 0.8 Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi (2.0/2.4). Materiał stal/tytan.

- Płyty i śruby 2.0mm- różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.0, 1.2, 1.3 i 2.0mm i długości od 27 do 81mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.0mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.

- Płyty i śruby 2.4mm- różnokształtne płyty proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1.3, 1.7mm i długości od 35mm do 88mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.

Wszystkie ww. śruby blokujące muszą być kompatybilne z implantami ww. tabeli.

Pakiet Nr 6

Implanty z pamięcią

1. Śródrdzeniowy, samostabilizujący, superelastyczny niezależnie od temperatury implant z pamięcią kształtu do DIP i IP artrodezy palców ręki, implantowany bezpośrednio do stawu, 9 rodzajów implantów – 3 rozmiary: mały – 12mm, standardowy – 15mm, duży – 16mm, w każdym rozmiarze 3 kąty nachylenia: 0, 15, 25.
2. Małoinwazyjny, tytanowo-niklowy implant do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy, stosowany również do zabiegów artrodezy, 4 średnice: 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm; 2,0 mm, 14 długości: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 70 mm.
3. Śródrdzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodezy, 4 rodzaje: 2 długości 16 i 19 mm, i po 2 kąty nachylenia w każdej długości: 0 i 10.
4. Superelastyczny niezależny od temperatury skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy implantowany przy użyciu kompatybilnych ze skoblem szczypców 16 rodzajów: 7 szerokości – 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, różne długości: 8-8 mm, 10-10 mm, 15-13 mm, 17-15 mm, 19-16 mm, 12-12 mm, 14-14 mm, 19-17 mm, 20-20 mm, 22-22 mm.

Pakiet Nr 7

System do rekonstrukcji ACL all inside

Wiertła kaniulowane umożliwiające wykonanie wsteczne kanału piszczelowego i udowego od strony jamy stawowej bez konieczności rozwierania korówki.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych** w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e dla Pakietu Nr który/e stanowi/a Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - a. wypożyczenia na czas trwania niniejszej umowy zestawu instrumentarium;
 - b. przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania powierzonego Zamawiającemu instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem serwisu eksploatacyjnego i gwarancyjnego ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;
 - c. wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów niezbędnego – specjalnego wyposażenia (instrumentarium itd.) w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (faxem);
 - d. przeszkolenia personelu medycznego w zakresie wszczepiania oferowanego wyrobu. Szkolenie musi zostać zakończone wydaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności przez osoby biorące udział w szkoleniu.

§ 2 CENY

1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
 - a. Pakiet nr, netto: PLN, brutto: PLN (słownie:)*ltd. w zależności od ilości pakietów.*

Łączna wartość umowy wynosi netto: PLN, brutto: PLN (słownie:)
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn.
3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmiennie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio ulegnie zmianie.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.
7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.
3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.
4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującym prawem, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczanie kary umownej, o której mowa w § 6 ust 1 pkt a).
9. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest pracownik Działu Logistyki, tel. kontaktowy 024 364 51 65.
10. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:
 - Zamawiający:
 - Wykonawca:

Zmiana osób wskazanych w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do niniejszej umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia stronie informacji o zmianie.

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności:
 - a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;
 - b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;
 - c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem skrócenia czasu trwania umowy odpowiednio do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
 - a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
 - b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
 - c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
 - d. jeżeli Wykonawca zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
 - e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku, gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;
 - f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta,
 - g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
 - h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmiennym produkcie.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko:

Siedziba/m-ce zam.:kod.....ul.....

Województwo:.....nr telefonu/fax

http:// e-mail:

Osoba upoważniona do kontaktów:..... tel.

Dane dotyczące Zamawiającego:Nazwa: **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**Siedziba: **ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock****Zobowiązania Wykonawcy:**

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę implantów ortopedycznych**, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) dla Pakietu Nr
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
 - a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
 - b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

.....
**) niepotrzebne skreślić*

8. Oferta zawiera stron podpisanych i ponumerowanych od nr do nr

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.

2.

3.

4.

5.
6.
10. Oświadczamy, że na stronach oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
11. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 – Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, kotwice – system zawieszkowy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa /producent /nr katalogowy	j.m.	Ilość w okresie 3 miesiące	Cena za j.m. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7=6*5	8	9=7+(7*8)
1	Mocowanie udowe		szt.	60				
2	Mocowanie piszczelowe		szt.	60				
3	Śruba do retro		szt.	10				
4	Drut celowniczy		szt.	5				
5	Drut celowniczy		szt.	5				
6	Drut wierzący		szt.	5				
7	System szycia łąkówek		szt.	20				
8	Śruby tytanowe		szt.	20				
9	Specjalistyczny szew		szt.	10				
10	Zestaw do osocza bogato płytowych czynników wzrostu		szt.	30				
					Razem:			

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”
FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 2 - Implanty do stawu obojczykowo barkowego

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Implant do stawu obojczykowo barkowego		szt.	3				

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”

FORMULARZ CENOWY**Pakiet Nr 3 - Implanty mocujące do osteotomii piszczeli (HTO)**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Płytki		szt.	30				
2	Śruby gąbczaste		szt.	60				
3	Śruby korowe		szt.	60				
4	Drut łamany		szt.	5				
Razem:								

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 4 - Implanty mocujące do osteotomii peek

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Płytki		szt.	20				
2	Śruby gąbczaste		szt.	40				
3	Śruby korowe		szt.	40				
Razem:								

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 5 - Płytki i śruby do stabilizacji kości

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Gwoździe goleniowe kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania; śruby, zaślepki (Expert Tibia Nai)		kpl	2				
2	Gwoździe ramienne, kaniulowane, śruby, zaślepka		kpl	2				
3	Gwoździe ramienne anatomiczne, kaniulowane, proste, śruby		kpl	2				
4	System płytkowy przystosowany do techniki małoinwazyjnej do dalszego końca kości udowej i bliższego końca kości piszczelowej, ze stali lub stopu tytanu		szt	5				
5	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do bliższego końca kości piszczelowej boczne i przyśrodkowe, ze stopu tytanowego		szt	5				
6	Płytki hakowe do bliższego i dalszego końca kości łokciowej, wykonane ze stopu tytanowego		szt	2				
7	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do dalszego końca kości ramiennej, przyśrodkowe i tylnoboczne wykonane ze stopu tytanowego		szt	5				
8	Płytki rekonstrukcyjne do złamań pozastawowych dalszego końca kości ramiennej, wykonane ze stopu tytanowego lub stali		szt	5				
9	Płytki rekonstrukcyjne anatomiczne do bliższego końca kości ramiennej wykonane ze stopu tytanowego lub stali		szt	5				
10	Płytki z otworami kombinowanymi z gniazdami pod śruby z nagwintowaną główką, z ograniczonym kontaktem płytka-kość							
	proste 4-11 otworów dla śrub 3,5 mm i 2,7 mm		szt	5				
	proste 2-9 otworów dla śrub 4,5 mm i 5 mm		szt	5				

	rekonstrukcyjne		szt	5				
11	Płytki mini							
	krótkie (do 8 otworów) - typu L, T, proste do wkrętów mini, śr. 2,7 mm i 1,5 mm		szt	5				
	długie (powyżej 8 otworów) - typu L, T, proste do wkrętów mini, śr. 2,7 mm i 1,5 mm		szt	5				
12	Śruby kaniulowane kompresyjne typu Herberta, wykonane ze stopu tytanowego - śruby samogwintujące z gwintowaną główką o śr. 3,0 mm, długość 10-40 mm, długość gwintu 4-16 mm		szt	20				
13	Śruby kaniulowane samogwintujące wraz z instrumentarium (wiertła, wkrętaki, gwintowniki)							
	śruby kaniulowane śr. 2,4 mm, długość 10-30 mm; śr. 3,0 mm, długość 8-50 mm		szt	50				
	śruby kaniulowane śr. 4 mm, długość 10-72 mm; długość gwintu 4-50 mm		szt	50				
	śruby kaniulowane śr. 6,5 mm, długość 30-130 mm		szt	50				
	podkładki do śrub kaniulowanych 2,4 - 4,5 mm		szt	20				
	podkładki do śrub kaniulowanych 6,5 - 7,3 mm		szt	10				
14	Płytki hakowa blokująca kompresyjna do obojczyka, anatomiczna, z otworami, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali		szt	2				
15	Płytki do zespołów obojczyka z otworami wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali		szt	2				
16	Płytki do zespołów bliższego końca kości promieniowej - anatomiczna z otworami		szt	5				
17	Płytki do zespołów dalszej nasady kości promieniowej; płytki dłoniowa anatomiczna		szt	5				
18	Płytki do osteotomii		szt	5				
19	Płytki anatomiczne do dalszego końca kości piszczelowej, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali, płytki do zespołów od strony przyśrodkowej		szt	5				
20	Płytki anatomiczne do dalszego końca kości piszczelowej, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali, płytki do zespołów od strony przednio-bocznej		szt	5				
21	Płytki rekonstrukcyjne uniwersalne, wykonana ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali do dalszej nasady kości piszczelowej		szt	10				

22	Płytki do zespalania drobnych kości stopy, wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali							
	plytka X w rozmiarach od 23,5x15 mm do 36x20 mm		szt	2				
	plytka prosta 2-4 otworowa o długości 27-40 mm		szt	2				
	plytka L 2-4 otworowa o długości 37, 44, 62 mm		szt	2				
	plytka T 2-4 otworowa o długości 38, 45, 64 mm z klinem do osteotomii		szt	2				
23	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 3,5 mm, długości 10-60 mm, zamogwintujące		szt	50				
24	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 3,5 mm, długości 10-75 mm, zamogwintujące		szt	50				
25	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,7 mm, długości 6-75 mm, zamogwintujące		szt	50				
26	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,7 mm, długości 10-60 mm, zamogwintujące		szt	50				
27	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,4 mm, długości 6-30 mm, zamogwintujące		szt	50				
28	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,4 mm, długości 6-30 mm, zamogwintujące		szt	50				
29	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 5,0 mm, długości 14-90 mm, zamogwintujące		szt	50				
30	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 4,5 mm, długości 14-140 mm, zamogwintujące		szt	50				
31	Śruby stożkowe kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 7,3 mm, samogwintujące		szt	50				
32	Śruby blokujące kaniulowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 5,0 mm, samogwintująca, długość 25-105 mm		szt	50				
33	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,0 mm, samogwintujące, długość 6-60 mm		szt	50				
34	Śruby korowe wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o śr. 2,0 mm, długości 6-38 mm, samogwintujące		szt	50				

35	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,4 mm, o zmiennym kącie wprowadzania, samogwintujące, długość 6-30 mm		szt	50				
36	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 2,7 mm, o zmiennym kącie wprowadzania, samogwintujące, długość 10-30 mm		szt	50				
37	Śruby blokowane wykonane ze stopu tytanowego / opcjonalnie stali o średnicy 5,0 mm, długość 8-60 mm, około protezowe		szt	50				
38	Śruby do blokowania gwoździ śródszpikowych, wykonane ze stopu tytanowego, stabilizowane tulejami		szt	50				
39	Pręt elastyczny do zespalania długich kości		szt	5				
Razem:								

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 6 - Implanty z pamięcią

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Śródrdzeniowy, samostabilizujący implant z pamięcią kształtu do DIP i IP artrodezy palców		szt.	10				
2	Małoinwazyjny, tytanowo-nikłowy implant do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy,		szt.	10				
3	Śródrdzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodez		szt.	10				
4	Skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy		szt.	10				
Razem:								

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

„Dostawa implantów ortopedycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 7 - System do rekonstrukcji ACL all inside

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent Nr katalogowy oferowanego produktu – o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	Wiertła do systemu all inside – retrodrill do uda i piszczeli		szt.	10				
Razem:								

Słownie cena brutto pakietu:

Miejscowość i data:

 Podpis Wykonawcy

„DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu oferowany przedmiot zamówienia

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam, że zaoferowany w Formularzu cenowym przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy