

Płock, dnia 17 kwietnia 2018 roku

PZOZ/DZP/382/12PN/18

**Sprostowanie do pisma pn. Wyjaśnienia SIWZ wraz ze zmianą jej treści z dn. 13/04/2018
oraz nowe wyjaśnienia treści SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **dostawa sprzętu medycznego.**

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 40 oraz udziela odpowiedzi na nowe pytania nie uwzględnione w piśmie z dn. 13.04.2018r. pn. „Wyjaśnienia SIWZ wraz ze zmianą SIWZ”:

Pytanie nr 1 (poprzednie 40), dotyczy Pakietu 4 poz. 11 - Lampa do fototerapii - szt. 2

Czy zamawiający dopuści lampy do fototerapii o optymalnym dla pacjenta neonatologicznego i pediatrycznego natężeniu światła niebieskiego nie mniejszym niż $35 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm} \pm 15\%$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 (nowe) dotyczy Pakietu 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści aparat do resuscytacji o zakresie regulacji PEEP w zakresie 1-9 [cmH₂O]

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3 (nowe) dotyczy Pakietu 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści aparat do resuscytacji z wbudowanym manometrem do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych o zakresie minimum od (minus) -10 do 80 [cmH₂O]

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4 (nowe) dotyczy Pakietu 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści aparat do resuscytacji z możliwością zawieszenia na statywie medycznym lub przymocowania do ściany lub postawienia na półce na nóżkach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5 (nowe) dotyczy Pakietu 6 poz. 6

Czy zamawiający dopuści aparat do resuscytacji o masie nie większej niż 1,9 (kg)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl


WICEPRZEDSIĘDZĄCY
Marek Stawicki

PROKURATOR

Maja

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy