

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania**”.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 pozycja Nr 1 siatkę monofilamentową polipropylenową o wymiarach 35x22 cm o wadze 96 g/m² i grubości 0,57 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie Nr 2, dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Prosimy o wydłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację z 2 dni na 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 3, dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu na wymianę towaru wolnego od wad z 48 godzin na 72 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 4, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,6 mm, grubości nitki 0,15 mm oraz w rozmiarze 20x30 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w serwetę włókninową z dwoma ręcznikami spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik z trzema otworami drenującymi spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu ok. 50% po 7 dniach oraz 0% po 10-14 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 5 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści nitkę 75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z zestawem trzech igieł 14G, 16G i 19G z białym kranikiem trójdrożnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,7x45mm z trzema paskami kontrastującymi spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 2100 mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez kieszeń sztywnika do kształtowania otworu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez kieszeń sztywnika do kształtowania otworu.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii w składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Nogawica 30 x 60cm
Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 17, dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zmieni treść na:
Paragraf 6

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c. 0,1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78/145 cm
4 ręczniki do rąk
1 przyklejana serweta średnia z łąką chłonną na przewody 180x180 cm, łąka chłonna 15x50 cm
1 elastyczna pończocha 30x120 cm
1 elastyczny bandaż 12 cmx6 m
2 przyklejane serwety 75x90 cm
3 taśmy op. 9x50 cm
1 serweta z wycięciem z łąką chłonną i uchwytem na przewody 230x260 cm, wycięcie 20x100 cm, łąka chłonna 75x140 cm
1 przyklejana serweta duża 150x240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm
Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen)foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen)
Gramatura w części podstawowej 75g/m²
Gramatura w części chłonnej 80g/m² łąka chłonna
Odporność na penetrację płynów (chłonność) . 167 cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 19, dotyczy pakietu Nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 15x250 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania fartucha z poliestrowymi mankietami i 2 rękawicami w komplecie, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PP w rozmiarze 27Gx90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1

Czy igła do Penów ma posiada oznaczenie kolorystyczne opakowania jednostkowego (jak wszystkie igły) dla łatwej identyfikacji rozmiaru?

Odpowiedź: Tak, igła do Penów ma posiada oznaczenie kolorystyczne opakowania jednostkowego (jak wszystkie igły) dla łatwej identyfikacji rozmiaru.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 1, 70 szt. jednorazowych taśm do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłaniających, jednorodnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 2, 125 szt. jednorazowych protez do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokości 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 25, dotyczy pakietu Nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 3, 70 szt. jednorazowych protez do korekcji rectocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, szerokość 3,5 cm, długość 30 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 7, 25 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość implantu 8 cm, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 7, 25 szt. jednorazowych taśm, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłaniających, jednorodnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie dokonał pomyłki:

jest	grubość 758- 1007 mm,
powinno być	porowatość 758- 1007 µm,
jest	rozmiar 25 x 35,4 cm,
powinno być	rozmiar 25 x 35,5 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dokonał pomyłki pisarskiej.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zwolnienia z wymogu dostarczenia do w/w Pakietu próbki w ilości 1 szt., od 2006 r. jesteśmy Państwa dostawcą opisanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1, poz. nr 1, taśm do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o wytrzymałości 70 N/cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. nr 1, wymaga taśm do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o wytrzymałości 70 N/cm.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1, poz. nr 2,3 protez do korekcji cystocele i rectocele posiadających plastikowe osłonki na ramionach (zapewniają atraumatyczność zabiegu, zapobiegają zakażeniom, zapewniają sterylność) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1, poz. nr 2, 3 protez do korekcji cystocele i rectocele posiadających plastikowe osłonki na ramionach.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1, poz. nr 7 Zestawów do korekcji cystocele posiadających plastikowe osłonki na ramionach (zapewniają atraumatyczność zabiegu, zapobiegają zakażeniom, zapewniają sterylność)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1, poz. nr 7 Zestawów do korekcji cystocele posiadających plastikowe osłonki na ramionach.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu Nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie masek z drenem o długości 210 – 230 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie Nr 33, dotyczy pakietu Nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie opasek w rozmiarach 30 – 38 (noworodki); 24- 33 cm (wcześniaki)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie Nr 34, dotyczy wzoru umowy

Czy za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą używane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, za dni dostawy w rozumieniu wzoru umowy będą używane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie Nr 35, dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy dodać punkt o następującej treści: „w zakresie zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 36, dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby zmienić zapis:

„1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na:

„0,1% wartości zamówionego towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym pakiecie dopuści siatki o wymiarze 26 cm x 36 cm, grubości 0,5 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym pakiecie dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 1.1 do OPZ

„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania”

PZOZ/BZ/382/01PN/12

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel./ fax

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet Nr 1 – System do reoperacji przepony moczowo – płciowej

I.p.	Parametr/Warunek	Odpowiedź wymagana	Odpowiedź Wykonawcy
Pozycja Nr 1 – Taśma do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet			
1.	Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,10 mm	Tak	
2.	Jednorodna, całkowicie niewchłaniałna	Tak	
3.	Wymiary: długość min. 450 mm, szerokość min. 12 mm, grubość do 0,5 mm	Tak	
4.	Gramatura: do 31g/m ²	Tak	
5.	Wielkość porów: 1,5 x 1,6 mm	Tak	
6.	Wytrzymałość: 70N/cm	Tak	
7.	Brzegi taśmy zakończone pętelkami	Tak	
8.	Taśma w plastikowej osłonce	Tak	

Pozycja Nr 2 – Proteza do korekcji cystocele

1.	Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie	Tak	
2.	Wymiary: 50x70 mm	Tak	
3.	Wpleciona niebieska nić, ułatwiająca operatorowi rozmieszczenie implantu	Tak	
4.	Cztery ramiona o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm)	Tak	
5.	Grubość siatki 0,34 mm	Tak	
6.	Gramatura: 28g/m ²	Tak	
7.	Plastikowe osłonki na ramionach	Tak	

Pozycja Nr 3 – Proteza do korekcji rectocele

1.	Wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie	Tak	
2.	Wymiary: 50x100 mm	Tak	
3.	Wpleciona niebieska nić, ułatwiająca operatorowi rozmieszczenie implantu	Tak	
4.	Dwa ramiona o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm)	Tak	
5.	Grubość siatki 0,34 mm	Tak	
6.	Gramatura: 28g/m ²	Tak	
7.	Plastikowe osłonki na ramionach	Tak	

Pozycja Nr 4 – Narzędzia wielokrotnego użytku

1.	(prawe + lewe) do drogi przeżasłonowej	Tak	
2.	Kształt: helikalny out – in lub in – in - out	Tak	

Pozycja Nr 5 – Wielorazowe narzędzia

1.	Do drogi przeżasłonowej metodą out – in	Tak	
----	---	-----	--

Pozycja Nr 6 – Wielorazowe narzędzia

1.	Do przeprowadzania taśmy metodą zasłonową	Tak	
----	---	-----	--

Pozycja Nr 7 – Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele

1.	Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie	Tak	
2.	Wymiary: 50x65 mm	Tak	
3.	Podwójne ramiona z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT) o wielkości oczek 0,7x0,7	Tak	
4.	Grubość: 0,3 mm	Tak	
5.	Gramatura 28,4 g/ m ²	Tak	
6.	Jednorazowe narzędzie (1 szt.) do zakładania siatki metodą przezzasłonową, techniką out – in	Tak	
7.	Plastikowe osłonki na ramionach	Tak	
Zamawiający nie wymaga próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie powyższego pakietu			

Miejscowość i data:

.....
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2 do Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 1.2 do OPZ**„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania”****PZOZ/BZ/382/01PN/12**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel./ fax

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet Nr 2 – Siatka przepuklinowa

I.p.	Parametr/Warunek	Odpowiedź wymagana	Odpowiedź Wykonawcy
1.	Wykonana z polipropylenu monofilamentowego	Tak	
2.	Rozmiar: 25x35,5 cm	Tak	
3.	Siatka o średniej grubości 0,45 mm i dwukierunkowej elastyczności	Tak	
4.	Porowatość 758 – 1007 µm	Tak	
5.	Gramatura 85 – 112 g/ m ²	Tak	
6.	Próbka oferowanego przedmiotu zamówienia – 1 szt.	Tak	

Miejscowość i data:

.....
Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.przetargi.ipzp.pl/SZPZOZ-Plock.