

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 2 pakiety**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, Pakiet Nr 1, poz. 1 – Stół rehabilitacyjny dot. poz. 12 opisu parametrów wymaganych
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli określając „sekcja podnózkowa”?

W przypadku stołu dwusekcyjnego, leżysko składa się z zagłówka i części głównej. Regulowany jest wówczas jedynie zagłówek, a część główna jest nieruchoma. W celu uzyskania ruchomej części pod nogi należałoby stół wyposażać w 3-częściowe leżysko (ruchomy podgłówek, nieruchoma część środkowa, ruchoma część nożna).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w 3-częściowe leżysko, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści stół z systemem jezdny wyposażonym w 4 koła zwrotne (obrotowe) opuszczane do przesuwania stołu, a unoszone w pozycji statycznej stołu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dot. poz. 17 opisu parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści stół bez specjalnych elementów do podłączenia urządzenia do trakcji?

Ewentualnie, prosimy o wyjaśnienie czego Zamawiający wymaga pod parametrem „możliwość podłączenia urządzenia do trakcji”?

Jakiego rodzaju urządzenie miałoby to być, a przede wszystkim w jakie elementy musi być wyposażony stół, aby spełnił wyżej opisany wymóg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach leżyska 195x70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości odbywającą się z przesunięciem poziomym względem punktu odniesienia?

Wówczas powierzchnia potrzebna do funkcjonowania stołu wynosi 220x70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka w zakresie -85/+45 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 57-92 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, Pakiet Nr 1, poz. 1 – Stół rehabilitacyjny

Czy Zamawiający wymaga by stół miał możliwość pochylenia podnóżka w zakresie 0-85°, co daje stół trzysekcyjny z opcją fotela?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby stół miał możliwość pochylenia podnóżka w zakresie 0-85°/+2°.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 25 lutego 2013 roku

PZOZ/DZP/382/16PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy