

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa fotokoagulatora okulistycznego – laser żółty.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści fotokoagulator okulistyczny – laser żółty o następujących parametrach:

- długość fali 561 nm,
- tryby pracy: pojedynczy, impakt i impulsowa,
- długość fali (naprowadzającej) – 635 nm,
- laser sterowany za pomocą konsoli oraz pokręteł,
- czas trwania impulsu 0,01 – 4,0 sekund, (Zamawiający wymaga do 3 sekund)
- czas przerwy między impulsami – repetycja do 10 Hz,
- zintegrowana konsola lasera,
- przewodowy sterownik nożny,
- 5 powiększeń: 6x 10x 16x 28x 45x,
- oraz długości/szerokości szczeliny 012 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający dopuści laser **bez następujących funkcji, które są charakterystyczne dla jednego producenta:**

- pkt.16 – opcja mikropulsów oraz możliwość laserowania wielogniskowego,
- pkt.20 – tryb wielogniskowy, możliwość wyboru różnych kształtów obszarów laserowania,
- pkt.21 – w trybie wielogniskowym możliwość obrotu każdego kształtu o 360 stopni,
- pkt.26 – wiązka ciągła lasera podzielona dla uzyskania ochrony termicznej tkanki (nasze urządzenie nie posiada wiązki ciągłej).

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl).

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**z dnia 19 lutego 2013 roku**

**PZOZ/DZP/382/17PN/13**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....