

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego ogólnego zastosowania**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 4 i 5

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wyłącznie oryginalnych papierów mitsubishi KP 61B-CE i KP 65HM-CE pakiet nr poz 4 i 5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający żąda papieru oryginalnego Mitsubishi?

Uzasadnienie: papierem oryginalnym do videoprintera jest papier wyprodukowany przez producenta urządzenia i pod tą samą marką co urządzenie. W tym wypadku Mitsubishi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający żąda papieru oryginalnego Mitsubishi?

Uzasadnienie: papierem oryginalnym do videoprintera jest papier wyprodukowany przez producenta urządzenia i pod tą samą marką co urządzenie. W tym wypadku Mitsubishi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod pediatrycznych o wymiarach 28 x 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod pediatrycznych o wymiarach 16 x 19 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 22

Ile sukcesywnych dostaw Zamawiający ma na myśli? Czy Zamawiający ze względu na małą ilość (po 10 sztuk z każdej pozycji) pokrywek, filtrów i pojemników podejmie decyzję o jednorazowej dostawie akcesoriów do ssaka Mevacs M20?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 możliwość oferowania opaski zaciskowej na ramię o parametrach 62x7cm lub 82x8cm zamiast opaski uciskowej typu Esmarcha 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 możliwość oferowania opaski zaciskowej na udo o parametrach 85x14cm lub 120x13,5cm zamiast opaski uciskowej typu Esmarcha 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaskę zaciskową na udo o parametrach 85x14 pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza opaski o parametrach 120x13,5 cm.

Pytanie Nr 9, dotyczy umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a) §1 ust. 4, 5 z „5 dni” na „5 dni roboczych”,
- b) §4 ust. 1 z „48 godzin” na „2 dni robocze”;
- c) §5 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub bez dookreślenia „dni robocze” jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji, gdy zgłoszenie zapotrzebowania bądź reklamacji wpłynie w piątek po godzinach pracy Wykonawca nie ze swojej winy nie będzie on w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 zdanie 2 poprzez doprecyzowanie, że „*Reklamacje jakościowe w formie pisemnej będą składane wraz z reklamowanym towarem w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wad*”?

Powyższe podyktowane jest faktem, iż Wykonawca by móc się odnieść do reklamacji musi mieć możliwość naocznej oceny wadliwego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona zmiany treści SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych:

- a) w §6 ust. 1 lit. a – z „10% wartości przedmiotu umowy brutto” na „10% wartości niezrealizowanej części umowy”;
- b) w §6 ust. 1 lit. b z „1% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie” na „0,5% wartości towaru zamówionego a niedostarczonego w terminie”;
- c) w §6 ust. 1 lit. c z „1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości” na „0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 3 zdanie 2 poprzez doprecyzowanie, że „*Wykonawca zostanie obciążony różnicą cen zakupu interwencyjnego*” zamiast: „...zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy.”?

Dotychczasowy zapis jest krzywdzący wobec Wykonawcy uważamy, że Wykonawca powinien zostać obciążony nie całością, a różnicą kosztów, jakie Kupujący poniósł u innego Sprzedawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §10 ust. 3 poprzez wprowadzenie zapisu o następującej treści: „*Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie*”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 1 ust. 4 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, w terminie *5 dni roboczych* od daty otrzymania pisemnego wezwania.

§ 1 ust. 5 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność z opisem przedmiotu zamówienia i wymienionych w OPZ, w terminie *5 dni roboczych* od daty otrzymania pisemnego wezwania.

§ 4 ust. 1 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie *2 dni roboczych* w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem.

§ 5 ust. 3 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie *2 dni roboczych* wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt

§ 5 ust. 1 istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. *Reklamacje jakościowe w formie pisemnej będą składane wraz z reklamowanym towarem na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.*

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą treści SIWZ

z dnia 13 listopada 2012 roku

PZOZ/DZP/382/50PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy