

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa implantów ortopedycznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści implanty wykonane tylko ze stali nierdzewnej w pozycjach: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający może doprecyzować instrumentaria wymagane do zdeponowania w pakiecie nr 7?

Odpowiedź: Instrumentaria wymagane do zdeponowania - dla śrub o średnicy 3,5 mm.

Pytanie Nr 3, Dotyczy pakietu nr 7: Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku zdeponowania napędu ortopedycznego wraz z ostrzami dla pakietu nr 7?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający dopuszcza napęd na wezwanie dla operacji drobnych kości, tzw. mikronapęd.

Pytanie Nr 4, Dotyczy pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK.

Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator - igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nicią w rozmiarze "#0".

Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. zestaw do szycia łąkotki.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 13 września 2012 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy