

Płock, dnia 5 kwietnia 2019 roku

PZOZ/DZP/382/15PN/19

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści: bezpieczną kaniulę do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, rozmiary:

• 24G (0,74)- dł. 19mm; • 22G (0,90) - dł. 25mm; • 20G (1,00)- dł. 32mm; • 18G (1,30) - dł. 32mm; • 18G(1,30)- dł. 45mm; • 17G (1,50)- dł. 45mm; • 16G (1,75)- dł. 45mm; • 14G (2,00)- dł. 45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;

OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 16

Czy zamawiający dopuści do udziału taśmy w kolorach: niebieski, różowy, żółty, beżowy, czarny, których wytrzymałość kleju jest do 7 dni? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z zadania 12 i stworzy osobny pakiet. Wydzielenie pozycji pozwoli zamawiającemu na możliwość złożenia oferty konkurencyjnej co jest uzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 45ml, oporach przepływu ok. 1,3 cm H₂O przy 30l/min (ok. 3,2 cm H₂O przy 60l/min), skuteczności nawilżania 31,2 mg/l przy Vt=500ml, objętości oddechowej 300-1500ml, wadze 29g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

dk 14

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia przez nos niemowląt, o długości 50cm, skalowany co 1cm od 4 – 40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 9, poz. 3 – 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki były pozbawione ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50 cm z sześcioma otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 12, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'60 szt. z przeliczeniem ilości na 8 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 100 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dzieci w rozmiarze M

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 15, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla noworodków w rozmiarze S

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem - kanka typ Yankauer rozmiar CH21 długość kanki ok. 27cm, cztery otwory boczne, matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren długości 2,1m, średnica wewnętrzna drenu 5,6mm, sterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatycznego. Skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9998%. Przestrzeń martwa: 51ml, opory przepływu: 1cm H₂O przy 30l/min (2,7cm H₂O przy 60l/min.). Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 33mg/l przy VT=500ml. Objętość oddechowa Vt 150-1200ml. Waga 28g. Port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym, sterylny. Opakowanie folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego, zamkniętego systemu do prowadzenia nawilżania tlenu oraz do terapii inhalacyjnej o pojemności 500 ml, kompatybilnego z reduktorami będącymi własnością Zamawiającego. Zestaw składa się z jednorazowego pojemnika ze sterylną apirogenną wolną od endoksyn wodą, łącznika nawilżającego z zaworem nadciśnieniowym, o poziomie czystości mikrobiologicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, butelka wyposażona w system mikrodyfuzorów wbudowanych w dno komory bocznej pojemnika umożliwiających przepływ tlenu przez całą znajdującą się w niej objętość wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 8, poz. 1-4

1) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk dwuczęściowych posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez jej rozszerzenia) co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku, z nadrukowanym na cylindrze logo producenta oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawk iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

2) Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe w formularzu cenowym z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o możliwość podania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

3) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk trzyczęściowych posiadających biały tłok i przezroczysty cylinder ze skalą: co 0,1ml dla poj. 2ml, co 0,2ml dla poj. 5ml, co 0,5ml dla poj. 10ml i co 1ml dla poj. 20ml, z nadrukowaną na cylindrze nazwą nazwą importera/dystrybutora oraz nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym, opakowanych w op. folia/papier, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

4) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk pakowanych w opakowania zbiorcze max po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wyjaśniamy, iż wielkość opakowania zbiorczego nie ma wpływu na walory użytkowe strzykawk.

Odpowiedź: Ad. 1) Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2) Zamawiający dopuszcza, o ile zaoferowana ilość przelicza się do pełnej ilości opakowań wymaganej przez Zamawiającego.

Ad. 3) Zamawiający dopuszcza powyższe.

Ad. 4) Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 100 szt. zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 8, poz. 6 (wg Zamawiającego opis wskazuje na poz. 7)

1) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk do insuliny 1ml z wtopioną igłą w rozmiarze 30G 0,3mm x 12,5mm (1/2") z nadrukowaną na cylindrze nazwą handlową (typem strzykawki) produktu oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.

2) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk do insuliny 1ml z wtopioną igłą w rozmiarze 29G 0,33mm x 12,5mm (1/2") z nadrukowaną na cylindrze nazwą handlową (typem strzykawki) produktu oraz nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Ad. 1-2) Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 8, poz. 7 (wg Zamawiającego opis wskazuje na poz. 6)

1) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk do TBC o pojemności 1ml z wtopioną igłą w rozmiarze 25G 0,5mm x 16mm (5/8"), z czarną czytelną niezmywalną skalą, z nazwą własną marki strzykawki nadrukowaną na cylindrze oraz nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym.

2) Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk do TBC o pojemności 1ml z wtopioną igłą w rozmiarze 26G 0,45mm x 10mm (3/8"IDB), z czarną czytelną niezmywalną skalą, z nazwą własną marki strzykawki nadrukowaną na cylindrze oraz nazwą producenta nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Ad. 1-2) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu 8, poz. 8 (wg Zamawiającego opis wskazuje na poz. 9 i 10)

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania strzykawk wyposażonych w podwójną skalę pomiarową. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawk do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawk bez podwójnej skali pomiarowej, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 8, poz. 9 i 10

1) Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek 50ml(60ml) do pomp infuzyjnych z końcówką luer lock wyposażonych w jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

2) Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek bez czterostronnego podcięcia na tłoku. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania podcięcia na tłoku w strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza powyższe. Ad. 2) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 8, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie zaferowania strzykawek 100ml do płukania zakończonej stożkiem ściętym prosto. Wyjaśniamy, iż nie ma wymogu stosowania opisanego rozwiązania w strzykawkach 100ml, a procedury medyczne, do których są dedykowane strzykawki cewnikowe mogą być bez zastrzeżeń wykonane strzykawkami ze stożkiem ściętym prosto, jak i ściętym skośnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 12, poz. 4

1) Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewników foley w opakowaniu folia/folia i z balonem o pojemności 5-10ml.

2) Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley mają posiadać na zakończeniu z zastawką oznaczenia: materiału z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiarem cewnika, średnicy zewnętrznej cewnika i pojemności balonu.

3) Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewników foley z balonem 5-10ml, sterylizowanych tlenkiem etylenu z opakowaniu podwójnym czyli wewnętrznym worku foliowym i zewnętrznym opakowaniu folia/papier, co gwarantuje ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza. Ad.2) Zamawiający dopuszcza proponowane oznaczenie. Ad. 3) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu 12, poz. 5

1) Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewników dwudrożnych z balonem 30ml, sterylizowanych tlenkiem etylenu, spełniających pozostałe wymogi siwz.

2) Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewników foley trójdrożnych z balonem 30-50ml, sterylizowanych tlenkiem etylenu, w opakowaniu podwójnym wew. worku foliowym i zewnętrznym opakowaniu folia/papier.

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza. Ad.2) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu 12, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie zaferowania drenów brzusznych wykonanych z medycznego PCV, z otworami bocznymi dla lepszego drenażu, w rozmiarach od 20-26ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 12, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zaferowania drenu wykonanego z medycznego PCV o długości min.50 lub min.70cm zależnie od rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren typu: KOR 16F70M (Balton) lub równoważny.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 12, poz. 10

1) Prosimy o sprecyzowanie czy średnica otworów bocznych ma nie przekraczać 5mm?

2) Prosimy o doprecyzowanie czy min. otwory boczne mają się cechować owalnym kształtem?

3) Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Ad.1-3) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 12, poz. 14

Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki mają posiadać łącznik rotacyjny, pozwalający na obrót kranika o 360° wokół linii infuzyjnej bez skręcania jej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 13, poz.4

Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania igieł o długości 1 ¼", spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 18, poz.1

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający miał na myśli worek na krew z zastawką anty zwrotną o pojemności min. 600ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 175 mikronów), reszta zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka w związku z czym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 19

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki typ Yankauer rozmiar CH22 długość kanki 28cm, cztery otwory boczne, matowa powierzchnia kanki eliminująca refleksy świetlne, dren długości 2.1m, średnica wewnętrzna drenu 7mm, sterylne.

2) Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania zestawu do odsysania z kanką typu Yankauer w rozmiarze 22ch długości 22ch, cztery otwory boczne, z drenem o dł. min.2m, średnica wewnętrzna drenu 7mm.

Odpowiedź: Ad.1-2) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 20

1) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

2) Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

4) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

5) Prosimy o wyjaśnienie czy sterylne, zamknięte system do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją podłoża moczem?

6) Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza wyposażenie zestawu w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania.

Ad.4) Zamawiający dopuszcza, aby zestaw posiadał dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku.

Ad.5) Zamawiający dopuszcza, aby zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu posiadał kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze.

Ad.6) Zgodnie z zapisem w SIWZ, Zamawiający wymaga, aby worek posiadał antyzwrotną zastawkę.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 20, poz.2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port do pobierania próbek moczu ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby port do pobierania próbek moczu był wyposażony w przezroczyste okienko podglądu.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu 29, poz.1

1) Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie handlowe koreczków (np. 100 szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania zbiorczego nie wpływa na walory użytkowe produktu.

2) Prosimy o dopuszczenie zaofiarowania koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka

nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku ja kogokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza opakowanie x100 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Ad. 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu 7, poz. 5

Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu 7, poz.5

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biopieczą dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem - filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu 7, poz.5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biopieczą, natomiast kołec igły biopieczą posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu 8, poz.9-11

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 9-11 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 9-11 z Pakietu nr 8, do nowo utworzonego Pakietu nr 32.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu 8, poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści jednostronną czytelną skalę pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu 9, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu, natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu 9, poz. 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu 9, poz. 6-8

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-8 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu 10, poz. 3-4,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu 10, poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informację na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej).

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m, rolkowy regulator przepływu

- łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów bursztyn. do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bursztyn. bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu 10, poz. 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztyn. bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza informację na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej).

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu 15, poz. 1-5,7-14,17-20

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-5,7-14,17-20 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na na wydzielenie pozycji 1-5,7-14,17-20 z Pakietu nr 15 do nowego Pakietu nr 31.

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu 15, poz. 2-3

Czy zamawiający dopuści zestawy w rozmiarze M- pediatryczny i L- dla dorosłych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy pakietu nr Pakiet 15, poz.7-8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niż wymagane w SIWZ tylko z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 15, poz.7

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt., dostępne w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opaski identyfikacyjne dla dorosłych pakowane w op. x 100 szt. zgodnie z powyższym opisem.

Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 15, poz.8

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt., dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższych opasek, ponieważ zaoferowana ilość szt. w opakowaniu tj. 100 szt. nie przelicza się do ilości pełnych opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 15, poz.9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 144 szt.

Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 15, poz.14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 56.

Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 15, poz.14

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylne, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 15, poz.17

Czy zamawiający dopuści wziernik o długości całkowitej 113 mm +/- 1, długość części zwężonej ok 76 mm +/- 1; szerokość części zwężonej dla rozmiaru L-30 mm +/- 1; dla rozmiaru M-26 mm +/-1; dla rozmiaru S-24 mm +/-1; dla rozmiaru XS- 20 mm +/-1; dla rozmiaru XXS-15 mm +/-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wziernik w podanych powyżej rozmiarach.

Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu 15, poz.18

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylne o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu 20, poz. 2

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu 20, poz.2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 66, dotyczy Pakietu 20, poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści stażę o długość pojedynczego paska 47cm, pakowaną na rolce po 25 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonaną z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69, dotyczy Pakietu 22, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie (rolkę) 25 szt. – o dł. pojedynczego paska 47 cm, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu 29, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 71, dotyczy Pakietu 29, poz. 1

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki w które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 72, dotyczy Pakietu SIWZ, rozdział 13 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 73, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 4 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji z adresem miejsca jednostkowych dostaw.

Odpowiedź: Apteka Szpitalna.

Pytanie nr 74, dotyczy Pakietu Załącznika nr 2 do SIWZ, § 4 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o usunięcie § 4 ust. 8 z projektu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 4 ust. 9

Prosimy Zamawiającego o możliwość składania zamówień wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) albo telefonicznie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. W § 4 ust. 9 Zamawiający dopuszcza trzy sposoby składania zamówień: fax, email, tel., jest to kwestia ustalenia z dostawcą.

Pytanie nr 76, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 5 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 5 ust.1 na:

„Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego **pocztą elektroniczną** i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 5 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu wymiany towaru na wolny od wad do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 78, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 5 ust. 5

Prosimy Zamawiającego o usunięcie § 5 ust. 5 z projektu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 6 ust. 1 litera a), d)

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 5 % wartości przedmiotu umowy brutto (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 6 ust. 1 litera b)

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, § 6 ust. 1 litera c)

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki procentowej kar umownych na 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości (...).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 ust. 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy;
- c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów;
- d. 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie strzykawek bez oznaczenia kodu kolorów na opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86, dotyczy Pakietu 8 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej do 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ oferowana ilość nie przelicza się do ilości pełnych opakowań Wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu 8 poz. 5

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy Pakietu 8 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą iniekcyjną 0,45 x 13 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89, dotyczy Pakietu 8 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z igłą iniekcyjną 0,5 x 16 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy Pakietu 8 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej w rozmiarze 5 ml z rozszerzona skalą 6 ml LL kolorystycznie kontrastujący tłok w kolorze białym w opakowaniu bez oznaczenia kolorystycznego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91, dotyczy Pakietu 10 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą biorczą dwukanałową ściętą standardowo. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92, dotyczy Pakietu 10 poz.3-5

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93, dotyczy Pakietu 13 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 2,0 x 40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 94, dotyczy Pakietu nr 29 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 31 G 0,25 x 4 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 95, dotyczy Pakietu 14 poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści rurkę z elastycznego PVC w rozmiarze od 3 do 10?

2. Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze od 3 do 10?

Odpowiedź: Ad. 1) oraz Ad. 2) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 96, dotyczy Pakietu 15 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 97, dotyczy Pakietu 15 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 98, dotyczy Pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach 12-20? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 99, dotyczy Pakietu 12 poz. 9

1. Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 8-18F?

2. Czy Zamawiający dopuści dren zwinięty w opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarze 8-18F, Ad. 2) Zamawiający dopuszcza dren typu: KOR 16F70M (Balton) lub równoważny.

Pytanie nr 100, dotyczy Pakietu 12 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowań a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie nr 101, dotyczy Pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli prowadnicę wielorazowego użytku w rozmiarze 15CH x 60cm, czy prowadnicę jednorazowego użytku w rozmiarze 15CH x 70cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający ma na myśli prowadnicę wielorazowego użytku w rozmiarze 15 CH x 60 cm.

Pytanie nr 102, dotyczy Pakietu 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę z medycznego PCV, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 103, dotyczy Pakietu 15 poz. 8

Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV błękitnej lub różowej; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski ~ 17 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 104, dotyczy Pakietu 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ceny za op. a'144 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości z 5472 sztuk na 38 op. a'144 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w pyt. 59.

Pytanie nr 105, dotyczy Pakietu 15 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 106, dotyczy Pakietu 15 poz. 11

Czy Zamawiający oczekuje szpatulek jałowych, czy niejałowych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szpatulek niejałowych.

Pytanie nr 107, dotyczy Pakietu 15 poz. 17

1. Czy Zamawiający dopuści wzierniki z ftalanami?

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wzierników w następujących rozmiarach:

S – 25mm

M-27mm

L-30mm

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jakiego wzornika oczekuje: S-biały. Biały kolor jest używany do rozmiary XS, natomiast do rozmiaru S jest używany kolor niebieski

Odpowiedź: Ad. 1) Zamawiający nie dopuszcza wzorników z ftałanami.

Ad.2) Zamawiający dopuszcza wzorniki o powyższych wymiarach.

AD.3) Zamawiający oczekuje wzornika niebieskiego, rozm. „S”, Ø 24-25 mm.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 108, dotyczy Pakietu 29 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 31G 0,25x5mm a 100

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 109, dotyczy Pytanie do Umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu par. 6 pkt. 1 ppkt. B na następujący zapis:

„0,2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zgodnie Z SIWZ.

Pytanie nr 110, dotyczy Pytanie do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 111, dotyczy Pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów bakteryjno-wirusowych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny. Skuteczność filtracji wirusowej > 99,999%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,999%. Przestrzeń martwa: 57ml, opory przepływu: 1,6cm H₂O przy 30l/min (3,00cm H₂O przy 60l/min.). Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 32mg/l przy min VT=150ml. Objętość oddechowa min. Vt 150. Waga 31,0g. Port kapno luer-lock koreczkiem zabezpieczającym na lince, sterylne. Opakowanie folia-papier.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112, dotyczy Pakietu 17

Czy zamawiający oczekuje w pozycji 1 i 2 od składających oferty na okulary do fototerapii dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z Delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okulary o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularów na główce dziecka w rozmiarach- Noworodki 30 – 38 cm, Wcześnieńki 24 – 33 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113, dotyczy Istotnych postanowień umowy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do:

b) 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,

c) 0,5% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114, dotyczy Pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści próżnościąż położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki? Dodatkowo próżnościąż posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnościąż posiada atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115, dotyczy Pakietu 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 500ml, skalowaną co 1 ml w zakresie do 16ml, co 2 ml w zakresie do 50ml, z zaworem zwrotnym zapobiegającym cofaniu się moczu. Pojemność worka 2600ml, uniwersalne złącze zapewnia zgodność ze wszystkimi popularnymi typami cewników, bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu, podwójny wieszak (hak i taśma), sterylne, długość drenu 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 116, dotyczy Pakietu 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 worka do moczu 2l, z podziałką co 100 ml, wykonanego z PCV bez zawartości lateksu. Czas utrzymywania do 7 dni. Posiada zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Dren elastyczny, nie zginający się o max długości 110cm. Posiada płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki oraz pozbawiony ostrych krawędzi, obły łącznik do worka. Z białą tylną ścianą. Poprzeczny kranik spustowy. Nazwa producenta na worku, pozwalająca na identyfikację produktu po użyciu. Worek o wzmocnionej wytrzymałości, podwójnie zgrzewany na całym obwodzie worka. Opakowanie jałowe foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 117, dotyczy Pakietu 17, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SIWZ, tj.:


Okularki do fototerapii dla noworodków, jednocześnie, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta, wykonane z materiału nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne, dobrze przylegające do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.

Wykonanie okularków gwarantuje szczelne ich przyleganie, nie przemieszczają się, nawet podczas zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.

Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:

- | | |
|------------|--|
| Rozmiar 0: | 90 x 38,5 mm (najmniejsze noworodki/ wcześniaki), |
| Rozmiar 1 | 110 x 47 mm (noworodki o drobnej budowie główki) |
| Rozmiar 2 | 130 x 60 mm (wielkość główki - typowa) |

Każda sztuka pakowana pojedynczo z oznakowaniem rozmiaru.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu nr 15 pozycje nr 1-5,7-14,17-20 i tworzy oddzielny Pakiet nr 31
- wydziela z Pakietu nr 8 pozycje nr 9-11 i tworzy oddzielny Pakiet nr 32

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Nr pakietu	Kod CPV
1.	33140000-3
2.	33141321-6
3.	33171000-9
4.	33141000-0
5.	33141321-6
6.	33141323-0
7.	33141000-0; 33194100-7
8.	33141310-6
9.	33141200-2; 33141411-4; 33140000-3
10.	33194100-7; 33140000-3; 33141310-6
11.	33141220-8
12.	33141200-2
13.	33141320-9
14.	33171000-9
15.	33140000-3
16.	33155000-1
17.	33730000-6
18.	33190000-8
19.	33141640-8
20.	33141600-6
21.	33141320-9
22.	33140000-3
23.	33140000-3
24.	33141323-0
25.	33190000-8
26.	33752000-6
27.	33772000-2
28.	33141000-0
29.	33141000-0
30.	33141323-0
31.	33140000-3
32.	33141310-6

Punkt 7.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

7.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp następujące dokumenty:

7.2.1. *Certyfikat potwierdzający poprawne wykonanie procesu sterylizacji. (validacja sterylizacji);*
dot. pakietu nr 1; pakietu nr 3 poz. 12,13;

7.2.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku toksycznych ftalanów oraz Karta Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawiona przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy - **dot. pakietu nr 10 poz. 3, 4, 5, 6;**

7.2.3. Dokument opisowy, np. katalog/ulotka informacyjna (w języku polskim) wraz ze zdjęciem na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia – **pakiet nr 1; pakiet nr 3 poz. 2, 11, 12, 13; pakiet nr 4; pakiet nr 6 poz. 1, 2; pakiet nr 8 poz. 5; pakiet nr 9 poz. 8; pakiet nr 10 poz. 3, 4, 5, 6; pakiet nr 12 poz. 9, 12; pakiet nr 18 poz. 1, 2, 3, 4, pakiet nr 19, pakiet nr 20 poz. 2; pakiet nr 21; pakiet nr 22 poz. 1; pakiet nr 24; pakiet nr 28 poz. 1, 2; pakiet nr 30, pakiet nr 31 poz. 14, pakiet nr 32 poz. 3.**

7.2.4. Próbkę, po jednej sztuce na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia - **pakiet nr 1; pakiet nr 3 poz. 2, 11, 12, 13; pakiet nr 6 poz. 1, 2; pakiet nr 8 poz. 5, 11; pakiet nr 9 poz. 8; pakiet nr 10 poz. 3, 4, 5, 6; pakiet nr 12 poz. 9, 12; pakiet nr 18 poz. 1, 2, 3, 4; pakiet nr 19; pakiet nr 20 poz. 2; pakiet nr 21; pakiet nr 22 poz. 1; pakiet nr 28 poz. 1, 2; pakiet nr 31 poz. 14, pakiet nr 32 poz. 3.**

Zamawiający wymaga, aby każda próbka/dokument była/był wyraźnie opisany którego pakietu i której pozycji dotyczy w celu ułatwienia szybkiej identyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyrobów medycznych** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na **32 Pakiety**:

Nr pakietu	Nazwa pakietu
1.	Filtr elektrostatyczny
2.	Igły do znieczuleń II
3.	Maski krtaniowe, twarzowe, obwody oddechowe
4.	System do nawilżania tlenu
5.	Igły do znieczuleń
6.	Igła do biopsji
7.	Drobny sprzęt I
8.	Strzykawki
9.	Cewniki, ostrza, szczoteczka cyt., zgłębniki
10.	Przyrządy do infuzji, przedłużacze
11.	Kaniule
12.	Drobny sprzęt I
13.	Igły iniekcyjne
14.	Rurki i przewodnice
15.	Nożyczki, wzierniki do otoskopów
16.	Taśma do Kinezy Tapingu
17.	Okularki do fototerapii
18.	Zestaw do drenażu typu Handy Vac
19.	Kateter do odsysania poła op.
20.	Worki na mocz
21.	Igła do podawania botoxu
22.	Opaski uciskowe
23.	Ośłona na ramię C
24.	Prowadnica igłowa
25.	Próżnociąg położniczy
26.	Wkłady do wanierek
27.	Ustniki do spirometru
28.	Zestaw do transfuzji wymiennej, mikrocewnik

29.	Koreczki, igły do pena
30.	Igła do punkcji
31.	Drobny sprzęt II
32.	Strzykawki o dużej pojemności

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – Załącznik nr 5 do SIWZ.

§ 4 pkt 9 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem, telefonicznie, pocztą elektroniczną:) na przedmiot umowy objęty umową uprawniony jest przedstawiciel Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27 adres e-mail: apteka@plockizoz.pl.

§ 5 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. **W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.**
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:
 - a. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;
 - b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;
 - c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4.
6. Koszty odbioru dostaw, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej w całości obciążają Wykonawcę.

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile dotyczy	JM	ilość	cena jedn. netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1	Strzykawka dwuczęściowa 2ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 3ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.			op.	500			8	
2	Strzykawka dwuczęściowa 5ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 6ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.			op.	300			8	
3	Strzykawka dwuczęściowa 10ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężeń na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą			op.	300			8	

14

	kontrolę zawartości, rozszerzona do 12ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.								
4	Sirzykawka dwuczęściowa 20ml, zielony lub niebieski tłok dla łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, gładka i stabilna praca tłoka - nie zawiera silikonu i lateksu, zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków aż do pełnej objętości, tłok bez przewężenia na całej długości, czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwala na łatwą kontrolę zawartości, rozszerzona do 24ml skala pozwala na dokładne dawkowanie ponad nominalną objętość dając możliwość użycia małych rozmiarów strzykawek do pośrednich objętości. Wykonane z polipropylenu/polietylenu, kod kolorów na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawek. Opakowanie x 100szt.	op.	300					8	
5	Sirzykawka 2ml do gazometrii krwi, sterylna pakowana pojedynczo. Opakowanie x 100szt.	szt.	17					8	
6	Sirzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą iniekcyjną 0.4 x 13mm (lub 0.4 x 12mm; lub 0.3x13mm) gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie 100szt.	op.	45					8	
7	Sirzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą iniekcyjną 0.4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmymwalną skalą co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, sterylizowana EO, opakowanie 100szt.	op.	1					8	
8	Sirzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, z rozszerzoną skalą do 6ml, kolorystycznie zabarwiony tłok nie zawierający lateksu i silikonu, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru, opakowanie 100szt.	op.	22					8	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.15 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile dotyczy	JM	ilość	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitami miedzianym zapewniającym swobodny obrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego.			szt.	4			8	
2	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm.			szt.	2700			8	
3	Wzierniki do otoskopów Rimini 4,0mm.			szt.	2100			8	
						Razem		xxxxx	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

[Handwritten signatures]

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 18

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile dotyczy	JM	ilość	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1	Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład, którego wchodzi: dwa dreny pooperacyjne ze zmienną średnicą otworów perforacji i nika rtg w rozmiarze 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką anty zwrotną, worek na krew z zastawką anty zwrotną o pojemności min. 600ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 175 mikronów), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń. Opis fabryczny na worku na krew i na worku do drenażu w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji.			szt.	270			8	
2	Aparat do przetoczeń dostosowany do zesławów do autotransfuzji z trzystopniowym systemem filtracji (175, 40 i 10 mikronów), połączenie dokręcane.			szt.	150			8	
3	Worek na drenaż 700ml			szt.	150			8	
4	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z wbudowanym filtrem 175 mikronów, kompatybilny z zestawem do autotransfuzji.			szt.	40			8	
Razem								xxxx	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 31

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile dotyczy	JM	ilość	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25-30ml x 75szt.			op.	120			8	
2	Maska tlenowa z rurką dla dorosłych, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar M, L, XL			szt.	20			8	
3	Maska tlenowa z rurką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar S			szt.	10			8	
4	Maska tlenowa z rurką dla noworodków, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu min. 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu. Rozmiar XS			szt.	5			8	
5	Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem dla dorosłych. Rozmiar M, L, XL			szt.	200			8	
6	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z folii PCV, posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiający wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 24-28 cm			szt.	300			8	
7	Opaski identyfikacyjne dla noworodków (błękitne i różowe), wykonane z folii PCV; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiający wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu			szt.	4250			8	

[Handwritten signature]

Nowy załącznik nr 5.32 do SIWZ

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.32 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 32

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile dotyczy	JM	ilość	cena jedn. netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat %	wartość brutto w PLN
1	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor			szt.	2000			8	
2	Strzykawka <u>bursztynowa</u> 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor.			szt.	800			8	
3	Strzykawka 100ml do płukania, trzyczęściowa, podziałka skali wycechowana w milimetrach, bardzo czytelna z dołączonym 1 łącznikiem Luer, stożek położony centrycznie, <u>ukośnie ściety</u> .			szt.	2100			8	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl


WICEPRZEDSIĘDZIECA
Marek Stawicki


PROKURENT
Maja Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/15PN/19 z dn. 5 kwietnia 2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364
51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY INSPEKTOR


Maja Mikulska

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH


Dagmara Bednarska