

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o wyłączenie z pakietu Nr 5 (ASPEL) poz. 7 – ENDOSKAN PL2. Jest to urządzenie stosowane wraz z myjnią endoskopową firmy Olympus, a nie firmy ASPEL.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, wzoru umowy § 3 ust 1 pp. f): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 pkt. 1. pp. f, ponieważ w przypadku napraw poza granicami Polski, części wymienione nie wracają z naprawionym urządzeniem tylko są utylizowane na miejscu ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu Państwa z zainfekowanymi, wymienionymi częściami?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, wzoru umowy § 9 ust 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów umowy dotyczące fakturowania za części zamiennie i dopuści objęcie całkowitym kosztem wynagrodzenia za naprawy i przeglądy kosztów części zamiennych razem z kosztami robocizny, dojazdów diet?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 4

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia pakiet 37: Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w nazwie firmy, ponieważ pakiet 37 nazywa się OCULUS, a powinno być OLYMPUS (zgodnie z załącznikiem nr 6.37)?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ pismem pn. „ Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18 lutego 2013 roku.

Pytanie Nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu dotyczącego zwrotu Zamawiającemu wymienionych części. Wykonawca, po wymianie uszkodzonej części ma możliwość odesłania jej do producenta w ramach wymiany na nową część, co pozwoli Wykonawcy na obniżenie kosztów naprawy i zaoferowanie Zamawiającemu korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie Nr 6

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymienionego zapisu o skonkretyzowanie na jakiej podstawie Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę; czy na podstawie raportu serwisowego?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 7

Zamawiający w §3 ust. 2 pisze: „W przypadku pisemnego bądź telefonicznego zlecenia naprawy WYKONAWCA podejmie czynności w czasie nie dłuższym niż czas określony w wykazie sprzętu”. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, w którym wykazie sprzętu mowa jest o czasie reakcji serwisu?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na zmianę treści §6 umowy jak następuje: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 8 ust 1 umowy serwisowej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

W §7 ust. 3 Zamawiający pisze o przeszkoleniu w zakresie prawidłowej obsługi oraz eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej objętych przedmiotem umowy. Przedmiotem umowy nie są szkolenia, a przeglądy aparatury medycznej dlatego też prosimy o odpowiednią zmianę treści §7 ust. 3 umowy. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający w każdym czasie może zamówić odpowiednie szkolenia w autoryzowanym serwisie producenta aparatury.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga **jednorazowego** szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji w celu zminimalizowania uchybień wynikających z nieprawidłowej obsługi. Szkolenie musi być przeprowadzone przez uprawniony podmiot czyli autoryzowany serwis. Koszt szkolenia musi być wliczony w koszt przeglądów.

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści §8 ust.3 jak następuje: „Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od wystawienia faktury.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści §9 ust.2 jak następuje:

Należność WYKONAWCY za części i materiały będzie płatna przelewem na podstawie faktury, wystawionej w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, w terminie 30 dni od jej wystawienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu gwarancyjnego o którym mowa w §9 ust. 3 umowy z 6 na 3 miesiące, gdyż taki okres gwarancyjny zalecany jest przez producenta aparatury. Okres 6 miesięczny spowoduje, wystawianie mniej korzystnej oferty cenowej dla Zamawiającego, w celu pokrycia ryzyka dłuższej gwarancji, która w tym momencie spoczywać będzie na Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §10 umowy jak następuje:

„Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust.1 Umowy”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

W nawiązaniu do pytania nr 2 zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na wykreślenie z umowy § 12 ust.2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy jak następuje: „Wykonawca będzie świadczył Usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 17

Pakiet Nr 50 – Producentem kolumny endoskopowej jest Stryker czy Storz? Nazwa urządzenia sugeruje Stryker, jednak w tabeli producent widnieje Storz.

Odpowiedź: Pakiet Nr 50 – Producentem kolumny endoskopowej jest Stryker. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 18

Pakiet Nr 52 – Czy rzeczywiście producentem jest Stryker? Ewentualnie, może są to inne urządzenia?

Odpowiedź: Pakiet Nr 52 – Producentem urządzeń jest TOSHIBA. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie systemu monaco z pakietu nr 39 pkt 5 gdyż Philips Polska jako autoryzowany przedstawiciel producenta w Polsce świadczący kompleksowe usługi serwisowe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do objęcia opieki serwisową aparatury wymienionej w pakiecie nr 39 z wyjątkiem wspomnianego systemu monaco.

Brak aprobaty po stronie Zamawiającego spowoduje niezłożenie oferty na pakiet nr 39 przez autoryzowany serwis producenta świadczący kompleksowe usługi serwisowe aparatury medycznej.

Ponadto zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprostowanie nazwy producenta aparatury wymienionej w pakiecie nr 39, gdyż jest to aparatura firmy Philips, a nie firmy Oxford.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 20

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że prawidłowo rozumiemy zapisy SIWZ (w tym projektu umowy), iż 24 miesięczny kontrakt serwisowy obejmuje 2 przeglądy techniczne każdego aparatu oraz naprawy, których wykonanie na przestrzeni tych 24 miesięcy nie zajmie więcej niż 5 godzin, a każda następna godzina pracy serwisu będzie opłacana poza kontraktem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kontrakt obejmuje okresowe przeglądy techniczne przewidziane przez producenta, oraz dodatkowe roboczogodziny, które mogą wynikać jako dodatkowe czynności do wykonania przy ewentualnych naprawach. Po wykorzystaniu dodatkowych roboczogodzin, przewidzianych do każdego urządzenia, każda następna godzina będzie rozliczana poza umową, zgodnie ze stawką określoną w ofercie przez oferenta.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 3 ust 1 pp. f) istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

„WYKONAWCA, po dokonaniu naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego, zobowiązany jest do okazania i zwrotu wymienionych części uprawnionemu pracownikowi ZAMAWIAJĄCEGO, jednak nie później niż w dniu zwrotu naprawionego sprzętu. Powyższe nie dotyczy usług wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego. ”

§ 9 ust. 1 i 2 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8 ust. 1 nie obejmuje kosztów materiałów i części do napraw sprzętu i aparatury medycznej. Za zużyte materiały i części ZAMAWIAJĄCY będzie obciążony w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonej i podpisanej karty pracy przez Zamawiającego.
2. Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez zamawiającego.

§ 3 ust 2 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

„W przypadku pisemnego bądź telefonicznego zlecenia naprawy WYKONAWCA podejmie czynności w czasie nie dłuższym 48 godzin”.

§ 7 ust 5 istotnych postanowień umowy, wprowadza nowy zapis:

„Wykonawca będzie świadczył Usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

§ 8 ust 2 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

Wynagrodzenie obejmuje:

- Koszty robocizny,
- Koszty dojazdów
- Koszty diet
- Koszty części zamiennych i materiałów przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis § 8 ust 3 istotnych postanowień umowy pisma pt: „Wyjaśnienia treści siwz wraz ze zmianą treści siwz” z dnia 18 lutego 2013 roku

z:

„Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.”

na:

§ 8 ust 3 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zatwierdzonego i podpisanego raportu serwisowego przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

Zmiany dotyczą, w szczególności

- 1) Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1
- 2) Formularzy cenowych – zał. nr 1, 5; 28 - 62 do siwz
- 3) Dodania nowego Pakietu Nr 63 oraz anulowania dotychczasowych pakietów - 28 - 62 do siwz

W konsekwencji powyższych zmian Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

- punkt 3.1

było: (.....) 62 pakiety,

jest: (.....) 63 pakiety,

Zamawiający niniejszym anuluje zmienione formularze cenowe zawarte w dokumencie pn: Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści z dnia 18 lutego 2013 roku.

Było:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 62 pakiety przez Wykonawcę, który dysponuje pisemną autoryzacją producenta

Nr pakietu	Producent urządzeń
pakiet: 1	ACCURO SUMMER
pakiet: 2	AESYTECH
pakiet: 3	ASCOR
pakiet: 4	ASKAR
pakiet: 5	ASPEL
pakiet: 6	ATOM
pakiet: 7	AVARENESS
pakiet: 8	CARDINAL HEALTH
pakiet: 9	COROMEMETRICS
pakiet: 10	COVIDIEN
pakiet: 11	CONTEC MEDICAL
pakiet: 12	CRITIKON
pakiet: 13	DRAGER
pakiet: 14	EMED
pakiet: 15	ERBE
pakiet: 16	EU HAPPY
pakiet: 17	FAMED
pakiet: 18	FISHER&PAYKEL
pakiet: 19	GE DATEX OHMEDA
pakiet: 20	GMM
pakiet: 21	GUANGDONG
pakiet: 22	HAWLETT PACARD
pakiet: 23	HEINE
pakiet: 24	HITACHI
pakiet: 25	INNOMED MEDICAL
pakiet: 26	KWAPISZ
pakiet: 27	LISA
pakiet: 28	MADSEN ELECTRONICS
pakiet: 29	MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMENT
pakiet: 30	MEDIMA
pakiet: 31	MEDTRONIC
pakiet: 32	MES
pakiet: 33	NELLCOR
pakiet: 34	NEWPORT
pakiet: 35	NIHON KOHDEN
pakiet: 36	NOWAMETRIX
pakiet: 37	OCULUS
pakiet: 38	OLYMPUS
pakiet: 39	OXFORD
pakiet: 40	PHILIPS
pakiet: 41	SATELEC
pakiet: 42	SECHRIST
pakiet: 43	SHEZEN MINDRAY
pakiet: 44	SHIMAZU
pakiet: 45	SMAM
pakiet: 46	SMITH&NEPHEW
pakiet: 47	SMITHS MEDICAL
pakiet: 48	SONOPAN
pakiet: 49	SOWETA-ELTRAK

pakiet: 50	STORZ
pakiet: 51	STRYKER
pakiet: 52	TERUMO
pakiet: 53	TOSHIBA
pakiet: 54	UNIPAN
pakiet: 55	VIASYS
pakiet: 56	VICKERS
pakiet: 57	ZEISS
pakiet: 58	ZIEHM
pakiet: 59	ZOLL
pakiet: 60	VILTECHMEDA
pakiet: 61	PRECOPTIK
pakiet: 62	TOPCON

Pod pojęciem „**przeglądy techniczne i konserwacje**” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

- a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.
- b) legalizację urządzeń, kalibrację.
- c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.
- d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.
- e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawianie raportu serwisowego.

Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pisemnej autoryzacji producenta

Jest:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 62 pakiety przez Wykonawcę, który dysponuje pisemną autoryzacją producenta

Nr pakietu	Producent urządzeń
pakiet: 1	ACCURO SUMMER
pakiet: 2	AESYTECH
pakiet: 3	ASCOR
pakiet: 4	ASKAR
pakiet: 5	ASPEL
pakiet: 6	ATOM
pakiet: 7	AVARENESS
pakiet: 8	CARDINAL HEALTH
pakiet: 9	COROMEMETRICS
pakiet: 10	COVIDIEN
pakiet: 11	CONTEC MEDICAL
pakiet: 12	CRITIKON
pakiet: 13	DRAGER
pakiet: 14	EMED
pakiet: 15	ERBE
pakiet: 16	EU HAPPY

pakiet: 17	FAMED
pakiet: 18	FISHER&PAYKEL
pakiet: 19	GE DATEX OHMEDA
pakiet: 20	GMM
pakiet: 21	GUANGDONG
pakiet: 22	HAWLETT PACARD
pakiet: 23	HEINE
pakiet: 24	HITACHI
pakiet: 25	INNOMED MEDICAL
pakiet: 26	KWAPISZ
pakiet: 27	LISA
<i>pakiet: 28</i>	<i>MEDIMA</i>
<i>pakiet: 29</i>	<i>MADSEN</i>
<i>pakiet: 30</i>	<i>MEDTRON</i>
<i>pakiet: 31</i>	<i>MES</i>
<i>pakiet: 32</i>	<i>NELLCOR</i>
<i>pakiet: 33</i>	<i>NEWPORT</i>
<i>pakiet: 34</i>	<i>NIHON KOHDEN</i>
<i>pakiet: 35</i>	<i>NOWAMETRIX</i>
<i>pakiet: 36</i>	<i>OCULUS OPTIKGERATE GMBH AUSTRIA</i>
<i>pakiet: 37</i>	<i>OLYMPUS POLSKA</i>
<i>pakiet: 38</i>	<i>OXFORD</i>
<i>pakiet: 39</i>	<i>PHILIPS - I</i>
<i>pakiet: 40</i>	<i>SATELEC</i>
<i>pakiet: 41</i>	<i>SECHRIST</i>
<i>pakiet: 42</i>	<i>SHEZEN MINDRAY</i>
<i>pakiet: 43</i>	<i>SHIMAZU</i>
<i>pakiet: 44</i>	<i>SMAM</i>
<i>pakiet: 45</i>	<i>SMITH&NEPHEW</i>
<i>pakiet: 46</i>	<i>SMITHS MEDICAL</i>
<i>pakiet: 47</i>	<i>SONOPAN</i>
<i>pakiet: 48</i>	<i>SOWETA-ELTRAK</i>
<i>pakiet: 49</i>	<i>STORZ</i>
<i>pakiet: 50</i>	<i>STRYKER</i>
<i>pakiet: 51</i>	<i>TERUMO</i>
<i>pakiet: 52</i>	<i>TOSHIBA</i>
<i>pakiet: 53</i>	<i>UNIPAN</i>
<i>pakiet: 54</i>	<i>VIASYS</i>
<i>pakiet: 55</i>	<i>VICKERS</i>
<i>pakiet: 56</i>	<i>ZEISS</i>
<i>pakiet: 57</i>	<i>ZIEHM</i>
<i>pakiet: 58</i>	<i>ZOLL</i>
<i>pakiet: 59</i>	<i>VILTECHMEDA</i>
<i>pakiet: 60</i>	<i>PRECOPTIK</i>
<i>pakiet: 61</i>	<i>TOPCON CORPORATION Japonia</i>
<i>pakiet: 62</i>	<i>MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMENT</i>
<i>pakiet: 63</i>	<i>PHILIPS - II</i>

Pod pojęciem „**przeglądy techniczne i konserwacje**” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

- a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.
- b) legalizację urządzeń, kalibrację.
- c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.
- d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.
- e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawianie raportu serwisowego.

Pod pojęciem „**naprawy**” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pisemnej autoryzacji producenta

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.1 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 1

LP	NAZWA URZADZENIA	NR FABRYCZNY/ NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Diatermia SW-500	SN-08/ST082116	Accuro Summer	T/IV 41-28-4		12 m-cy	2						

Słownie cena brutto pakietu nr 1:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.5 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 5

LP	NAZWA URZADZENIA	NR FABRYCZNY/ NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Elektrokardiograf AsCard 3	265/93	ASPEL	T/IV42-3-73	1993	12m-cy	2		5				
2.	Elektrokardiograf AsCard 3	123/97	ASPEL		1997	12 m-cy	2		5				
3.	Elektrokardiograf Mr. Blue	'89/06	ASPEL	J/IV42-3-92	2006	12 m-cy	2		5				
4.	Elektrokardiograf Mr. Blue	'68/06	ASPEL	T/IV 42-3-81	2006	12 m-cy	2		5				
5.	Elektrokardiograf AsCard Mr.Blue	162/05	ASPEL		2005	12 m-cy	2		5				

6.	Elektrokardiograf Zestaw b. wysiłkowy AsCard 612	6/97	ASPEL	T/IV42-3-81	1997	12 m-cy	2		5				
7.	Aparat EKG AsCard2	174/97	ASPEL	T/IV 42-3-79	1997	12 m-cy	2		5				
8.	Elektrokardiograf AsCard A3	161/94	ASPEL		1994	12 m-cy	2		5				
9.	Elektrokardiograf AsCard A3	7/96	ASPEL	T/IV 42-3-76	1996	12m-cy	2		5				
10.	Elektrokardiograf AsCard A4	749/01/R	ASPEL	T/IV 42-3-86	2001	12 m-cy	2		5				
11.	Elektrokardiograf AsCard B56/B	387/01/R	ASPEL	T/IV 42-3-88	2001	12 m-cy	2		5				
12.	Elektrokardiograf AsCard	295/09	ASPEL		2009	12m-cy	2		5				
13.	Elektrokardiograf AsCard 3	122/97	ASPEL	J/IV -	1997	12 m-cy	2		5				
14.	Elektrokardiograf AsCard A4	953/01	ASPEL	T/IV 42-3-86		12m-cy	2		5				
15.	Elektrokardiograf AsCard A4/D	424/04/IR	ASPEL	T/IV-42-3-89		12 m-cy	2		5				
razem:											xxxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 5:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.28 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 28

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeглядów	Ilość zamawiana przeглядów	cena netto 1 przeгляду	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12

1.	Pompa infuzyjna S-PCA	0400/84/09	MEDIMA	T/IV 35-2-43	2009	12m-cy	2			2			
razem:												XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 28:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.29 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.29 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 29

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Audiometr MIDIMATE 622	64374	Madsen Electronics	T/IV 42-29-4	1996	12 m-cy	2		5				
razem:												XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 29:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.30 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.30 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 30

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Defibrylator LIFEPAK 20	30559216	MEDTRONIC	T/IV 42-01-07	2002	12 m-cy	2		5				

2.	Defibrylator LIFEPAK 20	31502845	MEDTRONIC	T/IV-42-1-6	2001	12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 30:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.31 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.31 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 31

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Spirometr LUNGTEST 1000SB	349	MES SP. z o.o.	T/IV 42-160- 4		12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 31:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.32 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.32 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 32

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Pulsoksymetr NPB 295	G 00846601	NELLCOR	T/IV-42-165- 10	2000	12 m-cy	2		5				
2.	Pulsoksymetr NPB 295	G 00809596	NELLCOR	T/IV-42-165- 9	2000	12 m-cy	2		5				
3.	Pulsoksymetr N 395	G 02828803	NELLCOR	J/IV-42-124- 14		12 m-cy	2		5				

razem:		xxxxxx	
--------	--	--------	--

Słownie cena brutto pakietu nr 32:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.33 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.33 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 33

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Respirator MIX 500P	9510BE157	NEWPORT	J/IV 42-7-17		12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 33:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.34 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.34 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 34

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Kardiomonitor MU - 831 RK	03161 6A	NIHON KOHDEN	T/IV42-14-14	1996	12 m-cy	2		5				
2.	Kardiomonitor MU - 831 RK	03166 6A	NIHON KOHDEN	T/IV42-14-15	1996	12m-cy	2		5				
3.	Kardiomonitor MU - 831 RK	03167 6A	NIHON KOHDEN	T/IV42-14-16	1996	12 m-cy	2		5				
4.	Kardiomonitor MU - 831 RK	03170 6A	NIHON KOHDEN	T/IV 42-14-17	1996	12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 34:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.35 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.35 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 35

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Pulsoksymetr 515B	1406AASP	NOWAMETRIX	T/IV-42-165-8	1997	12m-cy	2		5				
2.	Pulsoksymetr 515B	1694AAS	NOWAMETRIX	T/IV 42-186-11		12 m-cy	2		5				
3.	Pulsoksymetr OXYPLETH 5207	77-1736CCYY	NOWAMETRIX	T/IV-42-165-11		12 m-cy	2		5				
4.	Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C	77-5969LPRX	NOWAMETRIX	T/IV-42-165-6		12 m-cy	2		5				
razem:											XXXXXX		

Słownie cena brutto pakietu nr 35:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.36 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.36 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 36

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Eutyskop Cuppers		OCULUS OPTIKGERATE GMBH	T/IV 42-187-1		12 m-cy	2		5				

			AUSTRIA											
											razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 36:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.37 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.37 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 37

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Zestaw do histeroskopii Olympus OTV-S.C.	P900618	OLYMPUS POLSKA			12m-cy	2		5				
2.	Kolonofibroskop CF - EL	2522185	OLYMPUS POLSKA		2005	12 m-cy	2		5				
3.	Gastrofibroskop GIF - Q40	2300950	OLYMPUS POLSKA	T/IV 42-153-4		12 m-cy	2		5				
4.	Myjnia endoskopowa autom. Mini ETD2 PAA	6441657	OLYMPUS POLSKA	T/IV42-190-2	2006	12 m-cy	2		5				
5.	Myjnia endoskopowa ręczna TD - 20	brak	OLYMPUS POLSKA			12 m-cy	2		5				
6.	Procesor video CV 165	7600346	OLYMPUS POLSKA		2006	12 m-cy	2		5				
7.	Videogastroskop GIF Q165	2107213	OLYMPUS POLSKA			12m-cy	2		5				
8.	Videogastroskop GIF Q165	2702246	OLYMPUS POLSKA		2006	12m-cy	2		5				

9.	Videokolonoskop CF-Q165L	2701169	OLYMPUS POLSKA		2006	12 m-cy	2		5				
10.	Źródło światła - halogenowe CLE - 10	7839460	OLYMPUS POLSKA	T/IV 42-153- 1		12 m-cy	2		5				
11.	Źródło światła CLE 165	7600344	OLYMPUS POLSKA		2006	12 m-cy	2		5				
12.	<i>Endoskan PL 2</i>	<i>511</i>	<i>OLYMPUS POLSKA</i>	<i>T/IV 42-200- 3</i>		<i>12 m-cy</i>	<i>2</i>		<i>5</i>				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 37:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.38 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.38 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 38

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/N R SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeглядów	Ilość zamawiana przeглядów	cena netto 1 przeгляду	Ilość zamawiana roboczegodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Kardiotokograf Sonicaid TEAM	964367	OXFORD	T/IV-42-15- 13		12m-cy	2		5				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 38:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.39 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.39 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 39

L P	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENT A	NUMER INWENTARZOW Y	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeглядów	Ilość zamawiana przeглядów	cena netto 1 przeгляду	Ilość zamawiana roboczo-godzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Kardiomonitor C 3	USC300182 2	PHILIPS I	T/IV-42-14- 21	2004	12 m-cy	2		5				
2.	Kardiomonitor C 3	USC 3001583	PHILIPS I	T/IV-42-14- 22	2004	12m-cy	2		5				
3.	Kardiotokograf Avalon FM20 M2702A	DE53009232	PHILIPS I	T/IV-42-15- 17		12 m-cy	2		5				
4.	Kardiotokograf Avalon FM20 FM20 M2702A	DE53011844	PHILIPS I	T/IV-42-15- 18	2009	12 m-cy	2		5				
										razem :		XXXXX X	

Słownie cena brutto pakietu nr 39:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.40 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.40 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 40

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeглядów	Ilość zamawiana przeглядów	cena netto 1 przeгляду	Ilość zamawiana roboczo-godzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Aparat RTG X-Mind	31900	SATELEC		1	12 m-cy	2		10				
										razem:		XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 40:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.41 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.41 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 41

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Respirator dla nowor. IV-100B	11847	<i>SCHRIST</i>			12m-cy	2		5				
										razem:		XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 41:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.42 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.42 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 42

L P	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Pulsoksymetr PM - 60	CR-98111908	<i>SHEZEN MINDRAY</i>			12 m-cy	2		5				
2.	Kardiomonitor MEC-1000	AQ83109324	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	T/IV-42-14-28	2008	12m-cy	2		5				
3.	Kardiomonitor MEC-1000	AQ83109338	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	T/IV-42-14-27	2008	12 m-cy	2		5				
4.	Pulsoksymetr PM - 60	CR-98111906	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	J/IV 42-165-19	2009	12 m-cy	2		5				
5.	Pulsoksymetr PM - 60	CR-98111907	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	J/IV 42-165-15	2009	12 m-cy	2		5				
6.	Pulsoksymetr PM - 60	CR-98111909	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	J/IV 42-165-16	2009	12m-cy	2		5				
7.	Pulsoksymetr PM - 60	CR-98111910	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	J/IV42-165-18	2009	12 m-cy	2		5				
8.	Pulsoksymetr PM-60	CR 98111908	<i>SHEZEN MINDRAY</i>	J/IV42-165-17	2009	12 m-cy	2		5				

razem		xxxxxx	
-------	--	--------	--

Słownie cena brutto pakietu nr 42:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.43 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.43 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 43

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Aparat RTG YSF-100	362536102	SHIMAZU		1	12m-cy	2		10				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 43:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.44 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.44 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 44

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Aparat RTG MobilDrive AR 15	C 1387	SMAM	T/IV 40-1-28	1999	12 m-cy	2		10				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 44:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.45 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.45 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 45

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$
1.	Kolumna endoskopowa SV-420P	420-8149	SMITH&NEPHEW	T/IV 42-235-2	2006	12 m-cy	2		5				
										razem :		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 45:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.46 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.46 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 46

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$
1.	Respirator transportowy ParaPAC200D	IPX RATED 0711293	SMITHS MEDICAL			12 m-cy	2		5				
2.	Pulsoksymetr Autocorr PLUS	702323021	SMITHS MEDICAL	T/IV-42-165-13	2001	12 m-cy	2		5				
										razem :		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 46:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.47 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.47 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 47

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Detektor tężna CDT-5	184/97	SONOPAN	42-98-114		12m-cy	2		5				
2.	Detektor tężna UDT 10A	254/96	SONOPAN	42-98-110		12 m-cy	2		5				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 47:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.48 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.48 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 48

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Pompa infuzyjna SEP-105	369/91	SOWETA-ELTRAK	T/IV 35-2-15	1991	12 m-cy	2		2				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 48:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.49 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.49 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 49

	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
LP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Zestaw do histeroskopii Endoskop Storz 490S	2KS27	STORZ			12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 49:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.50 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.50 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 50

	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
LP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Kolumna endoskopowa STRYKER		STRYKER		2006	12m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 50:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.51 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.51 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 51

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Pompa infuzyjna TE - 331 NMM	2005-01060	TERUMO	J/IV-35-2-36	2005	12m-cy	2		2				
2.	Pompa infuzyjna TE - 331 NMM	2005-01090	TERUMO	J/IV-35-2-37	2005	12 m-cy	2		2				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 51:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.52 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.52 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 52

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Ultrasonograf NEMIO 17/SSA-550A	P5603920	TOSHIBA	T/IV 42-133-11	2005	12 m-cy	2		5				
2.	USG Toshiba Xsario General SSA-660/ALG	Lgg 0965716	TOSHIBA	T/IV 42-133-12	2009	12 m-cy	2		5				

3.	Ultrasonogra f Toshiba		TOSHIBA	T/IV42-91-60		12 m-cy	2		5				
										razem :		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 52:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.53 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.53 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 53

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Pompa infuzyjna 340A	140253	UNIPAN	J/IV-35-2-2		12 m-cy	2		5				
2.	Pompa infuzyjna 340A	140274	UNIPAN	J/IV 39-2-7		12 m-cy	2		5				
3.	Pompa infuzyjna 340B	161485	UNIPAN	J/IV-35-2-13		12 m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 53:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.54 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.54 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 54

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12

1.	Respirator dla nowor. Infant Flow SiPAP	AGN01525	VIASYS	T/IV-42-165-9	12 m-cy	2	5						
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 54:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.55 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.55 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 55

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Inkubator noworodkowy C100/2005QTE C	2F27302	VICKERS	T/IV42-20-38		12m-cy	2		5				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 55:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.56 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.56 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 56

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Frontofokometr (dioptrymierz) ZEISS	58925	ZEISS	J/IV 42-118-1		12m-cy	2		2				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 56:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.57 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.57 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 57

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Aparat RTG z ramieniem "C" ZIEHM 8000	4931	ZIEHM		2006	12 m-cy	2		10				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 57:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.58 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.58 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 58

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12	
1.	Defibrylator ZOLL M	T02138592	ZOLL	T/IV 42-01-5		12 m-cy	2		5				
razem:											xxxxxx		

Słownie cena brutto pakietu nr 58:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.59 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.59 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 59

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$
1.	Pompa infuzyjna SEP - 21S	B/1510	VILTECHMED A		1998	12m-cy	2		2				
2.	Pompa infuzyjna SEP-21S	B/1510	VILTECHMED A		1998	12 m-cy	2		2				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 59:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.60 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.60 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 60

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(7*8)+(9*10)$	12	$13=11*12$
1.	Źródło światła halogenowe + retroskop BOB	0060103	PRECOPTIK	T/IV 42-210-2	2003	12 m-cy	2		2				
										razem:		xxxxxx	

Słownie cena brutto pakietu nr 60:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.61 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.61 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 61

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
----	------------------	-------------------------	------------------	--------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	---	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Funduskamera - Retinal camera TRC-50IA	67305	TOPCON CORPORATION N Japonia	T/IV 42-198-1		12 m-cy	2			5			
										razem:		XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 61:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.62 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.62 do SIWZ

ZMIENIONY Formularz cenowy - pakiet nr 62

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERyjNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Audiometr Madsen Itera	3128464	MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMENT	T/IV 42-29-5	2009	12 m-cy	2		5				
										razem:		XXXXXX	

Słownie cena brutto pakietu nr 62:

Formularz cenowy dla Pakietu Nr 6.63 otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 6.63 do SIWZ

NOWY Formularz cenowy - pakiet nr 63

LP	NAZWA URZĄDZENIA	NR FABRYCZNY/NR SERyjNY	NAZWA PRODUCENTA	NUMER INWENTARZOWY	ROK PRODUKCJI	Interwał czasowy przeglądów	Ilość zamawiana przeglądów	cena netto 1 przeglądu	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych	cena netto za 1r/h	Wartość netto w PLN	stawka podatku VAT %	Wartość brutto w PLN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*8)+(9*10)	12	13=11*12
1.	Kardiotokogram Avalon FM20 nr M2702A (+	DE53001496	PHILIPS II	T/IV42-15-16		12 m-cy	2		5				

	system Monako)												
											razem		xxxxxx

Słownie cena brutto pakietu nr 63:

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 27 lutego 2013 roku
PZOZ/DZP/382/07PN/13**

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy