

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 03 września 2014 roku

PZOZ/DZP/382/37PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego.**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania powszechnie używany respirator pneumatyczny, w którym zarówno zasilanie i sterowanie pracą (w tym również alarmy) jest wyłącznie pneumatycznie - z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator pneumatyczny, w który posiada dwa poziomy stężenia tlenu 100 i 60%? Wartość znamionowa stężenia O₂ w respiratorach zasilanych pneumatycznie wykorzystujących tzw. zwężkę Venturiego jest zależna od aktualnie ustawionych parametrów oddechowych dla pacjenta – zakres ten może się wahać nawet do 85% tlenu i jest niezależny od żądania Użytkownika. Osoba obsługująca respirator nie ma wpływu na ustawioną wartość. Może tylko na podstawie tabelki dołączonej do instrukcji obsługi dowiedzieć się jakie uzyska stężenie tlenu w mieszaniu oddechowej dla ustawionych ilości oddechów oraz objętości pojedynczego oddechu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURENT
Anna Rybarczyk

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

