

Płock, dnia 3 lutego 2020 roku

PZOZ/DZP/382/07PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Pkt. 5 wskaźnik aktualnego stopnia hamowania („aktualnie włączony bieg”). Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli wskaźnik aktualnego obciążenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli wskaźnik aktualnego obciążenia

Pytanie nr 2, dotyczy Pkt. 6 dostępne języki w menu: co najmniej język polski. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr rowerowy posiadający menu w języku angielskim?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3, dotyczy Pkt. 10 Zakres obciążenia: nie mniej niż 15 stopni hamowania (biegi). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ergometr rowerowy z zakresem obciążenia 0-600 wat?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURENT
Maria Kulesza

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

ARSZYNSKI TOR
Marta W.

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
Dagmara Bednarska