

Płock, dnia 13 czerwca 2018 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/18

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **dostawa środków dezynfekcyjnych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. nr 1 preparatu **do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów giętkich w myjni typu ETD Olympus**. Zawierający kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Dozowanie 12-14ml/litr. **Wyrób medyczny**. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V, S do 5 minut. do dezynfekcji chemiczno-termicznej endoskopów giętkich?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE
Marek Stawicki

PROJEKT
Maja

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02 lub e-maila: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy