

Płock, dnia 12. lipca 2018 roku

PZOZ/DZP/382/25PN/18

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów wszczepiennych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na dostarczenie na narzędzi oraz implantów na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia: Endoproteza jednoprzędziałowa stawu kolanowego. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element puszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka puszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem puszczelowym (mobile bearing)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE

Marek Sławicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierenko

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy