

Płock, dnia 31 sierpień 2020 roku

PZOZ/DZP/382/30PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej oraz siatki chirurgicznej.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycję numer 1 w celu złożenia oferty konkurencyjnej cenowo oraz jakościowo ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 2, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific.

Niewątpliwe zalety prowadnic jednorazowych, takie jak: bezpieczeństwo, zmniejszenie czasu przygotowania narzędzi do zabiegu, możliwość wykonywania kilku zabiegów jeden po drugim bez przerw między pacjentami, uniknięcie kosztu sterylizacji oraz czasu i pracy poświęconego na ten proces, brak możliwości zużycia narzędzia (np. stępienia igły) i tym samym zachowanie najwyższej jakości podczas każdego zabiegu, Zamawiający wymaga systemu z prowadnicami jednorazowymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 2, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific, o poniższych parametrach:

- taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- o porowatości 1182 µm oraz szerokości 1,1 cm,
- grubość taśmy 0,66 mm,
- brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- wypustka środkowa identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- plastikowe osłonki na ramionach taśmy zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne,
- taśma dostarczana wraz z dwiema jednorazowymi prowadnicami halo lub zakrzywionymi (do wyboru przez Zamawiającego),
- taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

ARSZY INSPEKTOR

Marek Mikulsko

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURANT

Marek Stawicki