

Płock, dnia 14 grudnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/29PN/16

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyposażenia medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tacę z dnem wykonanym z siatki a boki z balachy perforowanej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15 mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 3, dotyczy Oświadczenia odnośnie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP- grupa kapitałowa- wymóg złożenia oświadczenia po 3 dniach od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie z zapisami SIWZ powinno zostać złożone „...w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,...”.

Pytanie 4, dotyczy Pakietu nr 18 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 35 x 50mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy Pakietu nr 18 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o średnicy 30mm na podłożu pianki, bez wycięcia na przełożenie kabelka, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe oraz wydzieli z Pakietu nr 18 pozycję nr 2 do osobnego Pakietu nr 22.

Pytanie 6, dotyczy Projektu umowy – par. 6 ust. 1 ppkt. b)

Prosimy o zmianę kary umownej na **2% ceny brutto opóźnionej dostawy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zamiast „...wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu...”. Zapis zawarty w par. 6 ust. 1 ppkt. b) odnoszący się do kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec

zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 7, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 4 ust. 5

Prosimy o wykreślenie następującej części ww. zapisu:

Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; ~~wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem.~~ Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru. Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na nie płacenie za towar przez okres do 90 dni. W interesie Wykonawcy nie jest kredytowanie Zamawiającego przez tak długi okres; wprowadzony wymóg Wykonawcy mogą chcieć zrekompensować sobie wyższą ceną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 8, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 6 ust. 1a) oraz 1d)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 6 ust. 1 b) i c)

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% towarów nie dostarczonych w terminie / reklamowanych, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pyt. 6 odnośnie § 6 ust. 1 b) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych na 2%, również w ust. c).

Pytanie 10, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 6 ust. 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 11, dotyczy Pakietu nr 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści tacę o wymiarach 300x200x50mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 12, dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „(...)”; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem.(...)” ?

Odpowiedź: Zamawiający usunął powyższy zapis z § 4 ust. 5 zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 7.

Pytanie 13, dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 14 dni, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 14, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 15, dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b i 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 1% ?

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszył wartości kar umownych do 2% w odp. na pyt. 6 i 9.

Pytanie 16,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja.

Pytanie 17, dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle do polipektomii, o średnicy pętli 10mm i 15mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości 230cm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 18, dotyczy Pakietu 10 poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1 z Pakietu nr 10 do nowego Pakietu o nr 21, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 19, dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 15 mm; długość robocza 230 cm; do kanału roboczego 2,5 mm – co stanowi lepszy parametr; kształty owalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 20, dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści jednorazowe pętle do polipektomii o średnicy pętli 15mm, długość robocza 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 21, dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1, ad. 2) oraz formularza ofertowego (załącznik nr 3), punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy częściowej do 7 dni dla pakietu nr 8?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22, dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1, ad.2) oraz formularza ofertowego (załącznik nr 3), punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy częściowej był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Termin dostawy częściowej jest liczony w dniach roboczych zgodnie z zapisem w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz § 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 23, dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1, ad.2) oraz formularza ofertowego (załącznik nr 3), punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy zamówienia CITO był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Termin dostawy zamówienia CITO jest liczony w godzinach w dni robocze zgodnie z zapisem w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz § 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 24, dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1, ad.3) oraz formularza ofertowego (załącznik nr 3), punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas wymiany towaru na wolny od wad był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Czas wymiany towaru na wolny od wad jest liczony w godzinach w dni robocze zgodnie z zapisem w Załączniku nr 3 do SIWZ tj. Formularz ofertowy oraz § 5 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 25, dotyczy zapisów SIWZ, punkt 13.1, ad. 3) oraz formularza ofertowego (załącznik nr 3), punkt 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wymiany towaru na wolny od wad do 7 dni dla pakietu nr 8?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26, dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 2 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pyt. 9

Pytanie 27, dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 2 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu b) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28, dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 2 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto zareklamowanych towarów, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pyt. 9

Pytanie 29, dotyczy wzoru umowy (załącznika nr 2 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu c) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 30, dotyczy załącznika nr 5.8 do SIWZ, pakiet 8, pozycja 1:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 (w pakiecie nr 8) optyki histeroskopowej wyposażonej w podłużne (wałeczkowe) soczewki asferyczne zapobiegające zniekształceniom beczkowatym i poduszkowatym obrazu o parametrach technicznych: średnica 3 mm, dł. rob. 282,5 mm, kąt patrzenia 30°, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji i tuba ochronna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Wymiary optyki zapewniają doskonały obraz diagnostyczny i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 31, dotyczy załącznika nr 5.8 do SIWZ, pakiet 8, pozycja 2 i 3:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 i 3 (jako jednej pozycji) (w pakiecie nr 8) płaszcz histeroskopowy o konstrukcji jednoczęściowej, o średnicy przekroju okrągłego 5,5 mm, wyposażonego w nieprzeciekające, bezobsługowe (nierozbieralne) zawory kanału roboczego (roz. 5 Fr.), dopływu i odpływu medium. Łączenie z optyką na zasadzie zatrasku / kliknięcia. Płaszcz dzięki swojej konstrukcji i wymiarom zapewnia stały przepływ medium z utrzymaniem ciśnienia w jamie macicy oraz bezawaryjną obsługę i łatwy montaż/demontaż bez ryzyka uszkodzenia optyki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie 32, dotyczy załącznika nr 5.8 do SIWZ, pakiet 8:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia walidacji parametrów sterylizacji i dezynfekcji dla optyki oferowanej w pozycji nr 1 pakietu nr 8 poprzez załączenie do oferty oficjalnego wydruku z instrukcji obsługi producenta? Metoda dekontaminacji powinna być zgodna z ISO 17664 i być poddana walidacji pod kątem skuteczności mikrobiologicznej i weryfikacji pod kątem kompatybilności materiałów. Powyższe dotyczy metod czyszczenia ręcznego i maszynowego w detergencie zasadowym, dezynfekcji termicznej oraz sterylizacji parą wodną z próżnią wstępną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 33, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania histeroskopu kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego, o parametrach:

- Histeroskop z optyką 2.9 mm
- 1. Optyka histeroskopowa – 1 szt.
- kąt patrzenia 30°

- dł. 30 cm, średnica 2.9 mm
- zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna
- optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu.
- 2. Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 4.3 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania - 1 szt.,
- 3. Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5.0 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania - 1 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 34, dotyczy Pakietu nr 8

Czy w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego do posiadanego Zamawiający wymaga wykazania kompatybilności w sposób jednoznaczny i wyczerpujący poprzez wskazanie w ofercie wykonawcy (nie wynikające jedynie z oświadczenia samego wykonawcy) dokumentów wydanych przez podmioty trzecie profesjonalnie zajmujące się oceną jakości i funkcjonalności opiniowanych wyrobów/urządzeń, gwarantujących obiektywizm wydanych oświadczeń/poświadczeń/badań? Udowodnienie kompatybilności leży po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego do posiadanego Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: złożenia oświadczenia o ofercie równoważnej z OPZ - wg Zał. nr 8 do SIWZ, oraz katalogów/folderów/opisów w języku polskim wraz ze zdjęciami potwierdzających zgodność parametrów wymaganych w OPZ z zaoferowanym produktem. W przypadku niniejszego pakietu Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeprowadzenia demonstracji zaoferowanego asortymentu, w celu przeprowadzenia oceny kompatybilności z posiadanym systemem lub posiadania cech i właściwości wskazanych narzędzi.

Pytanie 35, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ §8 ust. 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pyt. nr 13.

Pytanie 36, dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ § 6 ust 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.
 - c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów
 - d. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pyt. 8 i 9. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy zapis w ppkt. b) „jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy” oraz ppkt. c) „jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów”.

Pytanie 37, dotyczy Pakietu nr 16

Elektrody Stat-Pad2 II do defibrylatora Zoll AED są produktem jednorazowym i producent nie przewiduje gwarancji a jedynie okres przydatności od daty produkcji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium punktacji w tym pakiecie z okresu gwarancji na okres przydatności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 10 pozycję nr 1 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 21,
- wydziela z Pakietu Nr 18 pozycję nr 2 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 22,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1 oraz 3.2 SIWZ otrzymują brzmienie:

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 22 pakiety.
- 3.2 Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: *Pakiet Nr 1, 6 – 33161000-6, Pakiet Nr 2 – 33140000-3, Pakiety nr 3, 9, 12, 13, 15, 20 – 3319000-8, Pakiet nr 4 – 33157400-9, Pakiet nr 5 – 33100000-1, Pakiet nr 7 – 33141230-1, Pakiet nr 8 – 33100000-1, Pakiet nr 10, 21 – 33172000-6, Pakiet nr 11 – 33168000-5, Pakiet nr 14 – 33141200-2, Pakiet nr 16 – 33141000 - 0, Pakiet nr 17 – 33162200-5, Pakiet nr 18, 22 – 31711140-6, Pakiet nr 19 – 33168000-5.*

Punkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy – dotyczy Pakietów nr 1, 3-10, 12-15, 19, 21 oraz sukcesywnie przez 24 miesiące – dotyczy Pakietów nr 2, 11, 16 - 18, 20, 22 licząc od daty zawarcia umowy.

Pkt. 7.2.1.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

- a) *Katalogów/ folderów/ opisów/ w języku polskim wraz ze zdjęciami potwierdzających zgodność parametrów wymaganych w OPZ z zaoferowanym produktem – dotyczy wszystkich pakietów. Zamawiający zwraca się z prośbą o zaznaczenie na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą co ułatwi szybką identyfikację.*

Punkt 10.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

10.1.2 Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) cenowy(e) – według załącznika nr 5.1- 5.22 do SIWZ.

Punkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 5.1 – 5.22 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).

Punkt 13.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13.1. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób punktowania
1	Cena	60%	najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium
2	Termin dostawy częściowej (T)*	5%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium
3	Czas wymiany towaru na wolny od wad	5%	
4*	Okres gwarancji (dotyczy Pakietów nr 1-15, 17, 19, 21)	30%	
4*	Okres przydatności towaru (dotyczy Pakietów nr 16, 18, 20, 22)	30%	

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad. 2 Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” w sposób następujący:

Dostawy w trybie standardowym:

- czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 2 pkt
- czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt

Zamówienia CITO:

- 48-36 godzin w dni robocze - otrzyma 1 pkt
- 35-24 godzin w dni robocze - otrzyma 5 pkt
- 23-12 godziny w dni robocze - otrzyma 10 pkt

Kryterium (T) obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy częściowe standardowe + CITO.
Zaoferowany „Termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin w dni robocze.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 48 godzin w dni robocze.

Ad.3 Ocena kryterium „Czas wymiany towaru na wolny od wad” odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ i po przyznaniu punktów:

- do 24 godzin w dni robocze – 10 pkt
- od 25 do 48 godzin w dni robocze – 5 pkt,
- od 49 do 72 godzin w dni robocze – 1 pkt,

i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Zaoferowany „Czas wymiany towaru na wolny od wad” nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze, przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

Ad.4 Ocena kryterium „Okres gwarancji” dla Pakietów nr 1-15,17, 19, 21 odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ i po przyznaniu punktów:

- 48 m-cy – 100 pkt,
- 36 m-cy – 80 pkt,
- 24 m-ce – 60 pkt,
- 12 m-cy – 1 pkt.

i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ocena kryterium „Okres przydatności towaru” dla Pakietów nr 16, 18, 20, 22 odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ i po przyznaniu punktów:

- Dla Pakietu nr 16 - Elektrody do defibrylatora, Pakietu nr 18 - Elektrody EKG I oraz Pakietu nr 22 - Elektrody EKG II

- 48 m-cy – 100 pkt,
- 36 m-cy – 80 pkt,
- 24 m-ce – 60 pkt,
- 20 m-cy – 1 pkt.

- dla Pakietu nr 20 - Linie próbkujące do kapnografu

- 7 lat – 100 pkt,
- 6 lat – 80 pkt,
- 5 lat – 60 pkt,
- 4 lata – 1 pkt.

i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

*) Kryterium „Okres gwarancji” oraz „Okres przydatności towaru” – w zależności od nr oferowanego Pakietu.

Punkt 14.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparacji, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony oraz w zakresie wartości netto zaoferowanego pakietu.

Pkt 1 oraz 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna **dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 22 Pakiety:**

Pakiet nr 1 – Instrumenty do zamykania naczyń

Pakiet nr 2 – Filtry antybakteryjne

Pakiet nr 3 – Tace do sterylizacji z siatki nierdzewnej

Pakiet nr 4 – Zestaw rur dla pacjenta

Pakiet nr 5 – Peloty Cardio i TOCO

Pakiet nr 6 – Elektrody do diatermii chirurgicznej

Pakiet nr 7 – Wzierniki

Pakiet nr 8 – Osprzet do histeroskopu

Pakiet nr 9 – Przewód do manometru do uzupełniania i kontroli ciśnienia w mankietach niskociśnieniowych

- Pakiet nr 10 – Czujnik I
- Pakiet nr 11 - Wielorazowe zaworki biopsyjne
- Pakiet nr 12 - Dreny do insuflatora
- Pakiet nr 13 - Podkłady zabiegowe
- Pakiet nr 14 – Opaska Esmarcha
- Pakiet nr 15 - Drobnny sprzęt laparoskopowy
- Pakiet nr 16 - Elektrody do defibrylatora
- Pakiet nr 17 - Pętle do polipektomii
- Pakiet nr 18 - Elektrody EKG I
- Pakiet nr 19 - Elektrody bipolarne do histeroskopu KARL STORZ
- Pakiet nr 20 – Linie próbkujące do kapnografu
- Pakiet nr 21 – Czujnik II
- Pakiet nr 22 – Elektrody EKG II

na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załączniki nr 5.1- 5.22 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie **12 miesięcy – dotyczy Pakietów nr 1, 3-10, 12-15, 19, 21 oraz 24 miesięcy – dotyczy Pakietów nr 2, 11, 16 - 18, 20, 22** od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówień częściowych w trybie standardowym wynosi maksymalnie dni roboczych (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie godzin w dni robocze (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 07:30 – 14:30. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
3. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na

podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - dotyczy wszystkich pakietów, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.
9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia - Histeroskop firmy STORZ, Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia – dotyczy Pakietu nr 8.
10. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, Pani Joanna Betke, tel. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

Załącznik nr 2 do SIWZ § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2 % ceny brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c. 2 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
 - d. 10% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 do SIWZ § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa obowiązuje przez okres **12 miesięcy – dotyczy Pakietów nr 1, 3-10, 12-15, 19, 21 oraz 24 miesięcy – dotyczy Pakietów nr 2, 11, 16 - 18, 20, 22** od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 11 ust.2 pkt g oraz h.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

Załącznik nr 2 do SIWZ § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9 GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.
2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (oferowana przez Wykonawcę liczba m-cy w formularzu ofertowym), która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy – **dotyczy pakietów nr 1-15, 17, 19, 21.**
3. Wykonawca gwarantuje, iż okres przydatności towaru wynosi minimum miesięcy (oferowana przez Wykonawcę liczba m-cy w formularzu ofertowym) **dotyczy Pakietów 16, 18 oraz 20, 22.**

Załącznik nr 2 do SIWZ § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
 - a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
 - b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
 - c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
 - d. jeżeli Wykonawca zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
 - e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;
 - f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta.
 - g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,
 - h. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: kod ul
 Siedziba/m-ce zam.: MŚP tak/nie* nr telefonu/fax
 Województwo: e-mail:
 http:// tel./fax

Osoba upoważniona do kontaktów:

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.**
 Siedziba: **ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock**

Zobowiązania Wykonawcy:

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – **Pakiet nr** (wypełnia Wykonawca)
- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oferujemy:
 - „Termin dostawy w trybie standardowym” dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 13.1 Siwz.
 - „Termin dostawy na CITO” godzin w dni robocze (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin w dni robocze, zgodnie z pkt 13.1 Siwz.
 - „Czas wymiany towaru na wolny od wad” godzin w dni robocze (wypełnia Wykonawca) - max 72 godziny w dni robocze, zgodnie z pkt 13.1 Siwz.

W przypadku braku wypełnienia pkt 3 Zamawiający przyjmie, że „Termin dostawy w trybie standardowym” wynosi 5 dni roboczych, natomiast „Termin dostawy na CITO” wynosi 36-48 h w dni robocze oraz „Czas wymiany towaru na wolny od wad” wynosi 72 h w dni robocze.

 - „Okres gwarancji” dotyczy Pakietów nr 1 -15, 17, 19, 21 miesięcy (wypełnia Wykonawca) - zgodnie z pkt 13.1 Siwz.
 - „Okres przydatności towaru” dla Pakietów nr 16, 18, 20, 22 m-cy/ lat (w zależności od pakietu (wypełnia Wykonawca) - zgodnie z pkt 13.1 Siwz.

- Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

Części zamówienia	Nazwy firm podwykonawców

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Oświadczamy, że oferta:

– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str..... oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 10.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Oferta zawiera stron podpisanych i ponumerowanych od nr do nr

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.

8. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*

*niepotrzebne skreślić;

(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy

(.....)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wyposażenia medycznego Nr sprawy PZOZ/DZP/382/29PN/16**, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.



2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 8 – Oszpręt do histeroskopu STORZ

Nazwa i adres Wykonawcy		Opis przedmiotu zamówienia					Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy		Producent	j.m.	Ilość w okresie 12 m-cy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
lp.													
1		Opływka kompatybilna z histeroskopem STORZ. Opływka histeroskopowa posiadająca kąty patrzenia 30°, dł. 30 cm, średnica 2,9 mm; zawierająca system soczewek waleczkowych, autoklawowalna; opływka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym opływki. Nadrukowane na obudowie opływki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Za równoważne zamawiający uzna opływkę, która jest kompatybilna z histeroskopem STORZ oraz spełnia powyższe parametry.								Szt.	1		
2		Plaszcz wewnętrzny kompatybilny z histeroskopem STORZ 4,3mm. Plaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 4,3 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania. Za równoważny zamawiający uzna płaszcz, który jest kompatybilny z histeroskopem STORZ oraz spełnia powyższe parametry.								Szt.	1		
3		Plaszcz zewnętrzny kompatybilny z histeroskopem STORZ 5mm. Plaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 5,00 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania. Za równoważny zamawiający uzna płaszcz, który jest kompatybilny z histeroskopem STORZ oraz spełnia powyższe parametry.								Szt.	1		

Miejscowość i data:

..... Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 10 – Czujnik i

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość w okresie 12 m-cy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1	Czujnik przepływu kompatybilny z aparatem do znieczulenia typ S/5AESPIRE			Szt.	6		

Miejscowość i data:

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 18 – Elektrody EKG i

Nazwa i adres Wykonawcy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość w okresie 24 m-cy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1	Elektroda monitorująca, prostokątna z podłożem piankowym - oddychającym, rozciągliwym i delikatnym. Wysoka przylepność, żel przylepny hydrofilowy, klej akrylowy, do 5 dni na skórze, 3,5 cm x 4 cm			Szt.	36 000		

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 21 – Czujnik II

Nazwa i adres Wykonawcy		Opis przedmiotu zamówienia		Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość w okresie 12 m-cy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1		Czujnik tlenowy kompatybilny z aparatem do znieczulenia typ S/5AESTIVA/ oraz S/5AESPIRE				Szt.	6		

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 22 – Elektrody EKG II

Nazwa i adres Wykonawcy		Opis przedmiotu zamówienia		Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość w okresie 24 m-cy	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1		Elektroda jednorazowa do EKG pediatryczna i noworodkowa 33mm, elektroda do monitoringu, na bazie tkaniny. Żel wilgotny, zatrzask, sensor Ag/AgCl. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna; charakteryzuje się doskonałą i trwałą adhezją, podłużne wycięcie umożliwia przłożenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG oraz 100% przyklejenie jej do ciała pacjenta, zapewniając ciągły zapis EKG wolny od artefaktów.				Szt.	160		

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT
Maja Kulesza
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ~~ZE ZMIANĄ~~
PZOZ/DZP/382/2016/PN/16 z dn. ~~16 listopada 2016~~ **14.12.2016r.**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49.
29PN/16

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikulska
Marta Mikulska

Składowe