

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 20. maja 2014 roku

PZOZ/DZP/382/23PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej oraz siatki chirurgicznej.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 4** siatkę polipropylenową o wadze 82 g/m², grubości 0,48 mm o wielkości porów 0,8 mm w rozmiarze 26 x 36 cm w miejsce siatki 25 x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, składający się z:

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego, alternatywnego, parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m²; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Obecnie jest to najcieńszy i najdelikatniejszy materiał stosowany w implantach do naprawy statyki narządów miednicy mniejszej na świecie.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający przyjmie do konkursu system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, składający się z jednorazowej taśmy, 100% polipropylen monofilamentowy, niewchłaniający, o szerokości 11 mm, z laserowo zgrzanymi brzegami taśmy do implantacji z dostępu przez otwory zasłonięte, system nie posiada igły. Dodatkowo proponujemy igłę wielorazową, co znacznie obniży koszty operacji, o średnicy 2,8 mm (mniejsza urazowość tkanek, wyraźna korzyść dla pacjentki). W przypadku wygrania przetargu dołączamy bezzwrotnie 3 igły Hammet'a nr 1. Oferowana igła daje znacznie większe możliwości przy poprowadzeniu taśmy w tkankach pacjentki niż igła dwupłaszczyznowa. Naszą igłę można wprowadzić pod różnym kątem, co ma kardynalne znaczenie w przypadku tzw. wysokich brust przycewkowych (sulci paraurethralis).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 5, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający przyjmie do przetargu protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50-60 mm x 80-90 mm, z czterema ramionami, w plastikowych osłonkach, o długości między 180 a 190 mm, o grubości siatki 0,33 +/- 0,05 mm i gramaturze 42,25-45 g/m². Siatka jest tak skonstruowana, że operator może przyciąć korpus, uzyskując żądane wymiary. Czy sprawny i doświadczony operator potrzebuje wplecioną niebieską nić, która ułatwia rozmieszczenie implantu? Zawarcie takiego warunku w SIWZ znacznie ogranicza liczbę oferentów, co doprowadza do preferowania tylko jednego dostawcy i co za tym idzie bardzo znacznie podniesionych kosztów funkcjonowania szpitala. Oferowana przez nas siatka posiada ramiona w osłonkach, co doprowadza do znacznie mniejszej tunelizacji, znacznie mniejszego uszkodzenia tkanek, a po ściągnięciu osłonek ramiona taśmy pozostają w oczekiwanym miejscu (czego nie osiągamy w przypadku siatek bez osłonek). W przypadku wygrania przetargu dołączymy zestaw odpowiednich narzędzi bezpłatnie. Proponowana przez nas siatka ma nieco wyższą gramaturę, ale jest to o małym znaczeniu z punktu widzenia medycznego, na dowód tego załączamy referencje z innych szpitali, które wykorzystują nasze systemy do tego typu operacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 6, dotyczy Pakietu nr 4, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną (przepuklinową) w rozmiarze 26 x 36 cm o grubości 0,47 mm +/- 0,03 mm, gramaturze 80 gr +/- 10%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy Projektu Umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8, dotyczy Projektu Umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za odstąpienie od umowy liczona była od niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości całej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby słowo „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki” w § 6 pkt 1 b.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona zmiany § 6 pkt 1 b.*

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:

- a) 30 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłaniających, jednorodnych, z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, porowatość średnia 1000 μm , porowatość max 1870 μm , gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, technologia quadriaxial, oraz
- b) 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2: 81 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm , porowatość max 1870 μm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokości 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, technologia quadriaxial ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 3, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 1:

- a) 10 szt. systemów leczenia wypadania macicy w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm , porowatość max 1870 μm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez dodatkowych otworów, bez dodatkowych punktów mocowania, bez znaku w części centralnej, technologia quadriaxial, oraz
- b) 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr 3, poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. nr 2:

- 10 szt. systemów, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczipienia się w tkankach, o parametrach- długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm:

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość średnia	
1000 μm	698 μm
gramatura	
48 g/m ²	175 g/m ² ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji. Bez systemu kotwiczącego.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 16, dotyczy Projektu Umowy

Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie nr 17, dotyczy Projektu Umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy Projektu Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19, dotyczy Projektu Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie,
- c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie. jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik nr 2 do SIWZ tj. § 6 pkt 1 ppkt b) otrzymuje następujące brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
- b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki,**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

PZOZ/DZP/382/23PN/14 z dnia 09.05.2014 r. maja 2014 roku

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy