

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/59PN/13

Płock, dnia 31 października 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów wszczepiennych**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie sterylnej zestawy do szycia łątki z trzema implantami wykonanymi z PEEK?

Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator - igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nicią w rozmiarze "#0".

Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 7

Czy Państwa Szpital dopuszcza wyodrębnienie z pakietu nr 7 (zał. Nr 6.7 do SIWZ) oddzielnego pakietu na małe płytki śruby do ręki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 8

Czy śruby blokowane w pkt.2 mogą mieć średnicę 2.8 mm? (punkt 2 brzmi tak samo jak nr 4?)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 8

Czy śruby w punkcie 3 mogą mieć długości od 16 do 60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 8

Czy płytki w punkcie 3 mogą mieć inny kształt niż określony przez Państwa i mają być przeznaczone do pięty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje kształt określony w siwz, płytki przeznaczone są nie tylko do pięty.



Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 8

Czy punkty 6,7 i 8 (oznaczone na czerwono) są integralne z pakietem nr 8, czy można złożyć ofertę bez tych trzech punktów?

Odpowiedź: Punkty 6,7 i 8 są integralną częścią pakietu nr 8, nie można złożyć oferty bez tych punktów.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 8

Pakiet nr 8 nie zawiera śrub do płytek, czy nie można dopisać ich do tego pakietu w rozmiarach: 2.0, 2.3, 2.8 i 3.5mm?

Odpowiedź: Pakiet nr 8 zawiera śruby.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 19

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa, anatomiczna w 8 rozmiarach,, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z możliwością mocowania na całym obwodzie, odpowiednio o grubości 9- 25 mm. Dająca zgięcie w stawie kolanowym 155 stopni. Element piszczelowy z możliwością zastosowania podkładek i przedłużeń śródszpikowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu Nr 21

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: Trzpień wykonany ze stopu tytanu, stożek szyjki standardowy 12/14, bezcementowy prosty,stożkowy, w kształcie klina, o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, w długościach od 136 mm do 188 mm, 12 rozmiarów + 2 rozmiary specjalne 128 mm i 132 mm; panewka bezcementowa wykonana ze stopu tytanu, o przekroju podwójnie stożkowym, wkręcana, z gwintem samotnącem na całej wysokości, w rozmiarach o średnicy od 37 do 72 mm. Wkład polietylenowy z polietylenu o podwyższonej gęstości w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną 10 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 22

Czy zamawiający dopuści implant o parametrach: Endoproteza stawu kolanowego jednoprzeczałowa w wersji: komponent udowy CoCr – część udowa w 6 rozmiarach z płetwą antyrotacyjną, anatomicznym tylnym kłykiem wykonanym ze stopu CoCr lub wykonana z metalu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa przekształcona jest w ceramikę – przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa asymetryczna tytanowa w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa, modularna o grubości 8,9,10,11,12 mm sterylizowana W ETO. Możliwość stosowania wymiennie w szczególnych przypadkach komponentu piszczelowego wykonanego w całości z polietylenu. Możliwość wykorzystania implantu do przedziału przyśrodkowego kolana jak również do przedziału pobocznego. Cięcie kości piszczelowej i udowej z jednego bločka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 7 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej oraz do dalszego końca kości piszczelowej od strony przyśrodkowej i przednio bocznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 7 poz. 23-25** w jeden osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 13

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13** dopuści możliwość zaoferowania:

1. **TRZPIEŃ** – tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, o przekroju: w części bliższej prostokątnym przechodzącym w części dalszej w przekrój kwadratowy, we wszystkich płaszczyznach posiadający kształt klina, wyposażony w system zapobiegający derotacji (po 3 skrzydełka z każdej ze stron trzpienia), pokryty hydroxyapatytem w całości, stożek 12/14, trzpień w 11 rozmiarach. – **120 szt.**

2. **GŁOWA: - 120 szt.**
 - Stalowa: w 5 długościach szyjki, $\varnothing$ 28 lub 32 mm; stożek 12/14
 - Stalowa: w 3 długościach szyjki, $\varnothing$ 22,2mm, stożek 12/14
 3. **PANEWKA** – tytanowa, typu press-fit, pokryta hydroksyapatytem w całości, kształt niesferyczny – trójpromieniowy. Panewka w rozmiarach od $\varnothing$ 42 do 68mm stopniowane co 2mm z możliwością dodatkowej stabilizacji dwiema śrubami. – **120 szt.**
 4. **WKŁAD: - 120 szt.**
 - a. Polietylenowy symetryczny w rozmiarach:
 - dla głowy $\varnothing$ 22,2mm w rozmiarach od 42 mm do 68mm (wspólny wkład dla rozmiarów 60 – 68mm),
 - dla głowy $\varnothing$ 28mm w rozmiarach od 46 mm do 68mm (wspólny wkład dla rozmiarów 60 – 68mm),
 - dla głowy $\varnothing$ 32mm w rozmiarach od 50 mm do 68mm (wspólny wkład dla rozmiarów 60 – 68mm);
 - b. Polietylenowy z nadbudową w rozmiarach:
 - dla głowy $\varnothing$ 28mm w rozmiarach od 48 mm do 68mm (wspólny wkład dla rozmiaru 60 – 68mm),
 - dla głowy $\varnothing$ 32mm w rozmiarach od 50 mm do 68mm (wspólny wkład dla rozmiaru 60 – 68mm),
 5. **ŚRUBY** – tytanowe w rozmiarach $\varnothing$ 5mm dla panewek $\varnothing$ 42 do 48mm oraz $\varnothing$ 6,5mm dla panewek $\varnothing$ 50 do 68mm, w długościach od 15 do 60mm. – **30 szt.**
- Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy umowy

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?
 2. Zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące:
„Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
a. 4 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b. 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c. 0,2 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie”.
- Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 11

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Trzpień przynasadowy bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14mm, 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny). Panewka typu „press-fit”. Czasza panewki metalowa z zewnętrznym pokryciem porowatą powierzchnią typu „plasma-spray” i dodatkowo pokryta hydroksyapatytem. Wkładka i głowa ceramiczna BioloX Delta. Opcjonalnie panewka posiadająca 15 st. offset dla artykulacji ceramika/ceramika. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Dostępność wewnętrznych rozmiarów dla głów 28 - 36mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 13

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Trzpień bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14mm, 10

rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w pokryty tytanową w 1/3 okładziną porowatą napyłaną próżniowo. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny)

Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44mm do 64mm ze skokiem co 2 mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku (wzmacniającą stabilizację implantu). Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Opcjonalnie panewka wkręcana typu press-fit z gwintem na obrzeżu w rozmiarach 46-70mm co 2mm.

Wkładki panewkowe przystosowane do głów o średnicach 28mm, 32mm i 36mm wykonane z polietylenu nowej generacji typu cross linking zapewniającego zwiększoną odporność na ścieranie wysoce nasycona witaminą E jako antyutleniacz, w opcji wkładki z nadbudową.

Głowy CoCr w czterech długościach szyjki o średnicach 28mm, 32mm, 36mm

Śruby do panewki od 15-50 ze skokiem co 5mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 14

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Endoproteza kolanowa modułarna wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej, w grubościach od 10 do 18mm co 2mm. Dostępne implanty w wersji CR, PS, cementowanej.

Cementowa półwiazana endoproteza stawu kolanowego. Komponent udowy w min 5 rozmiarach i piszczelowy w min. 6 rozmiarach wykonane ze stopu kobaltowo – chromowego. Komponent udowy anatomiczny lewy, prawy z możliwością dołączenia trzpieni. Możliwość zastosowania offsetu udowego oraz piszczelowego 2,5;5;7,5mm. Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpienia. Wkładka polietylenowa niezwiązana z komponentem piszczelowym lub opcjonalnie z możliwością związania z tacą piszczelowa. Trzpienie udowe i piszczelowe w min. 3 długościach. Podkładki udowe (dystalne oraz tylne – przyśrodkowe oraz poboczne) w min 2 grubościach oraz piszczelowe w min 3 grubościach. Możliwość zastosowania skrzydełek derotacyjnych podpiszczelowych, małych i dużych

Cement 1x40g z gentamycyną lub 1x80g z gentamycyną

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 14 endoprotezy rewizyjnej wraz z instrumentarium na zasadzie LoanerSet tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 15

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Endoproteza jednoprzędziałowa. Komponenty udowy i piszczelowy wykonanie ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w grubościach od 3mm do 9mm co 1mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 15 implantów wraz z instrumentarium na zasadzie LoanerSet tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 19

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w

szczególonym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Endoproteza kolanowa modułowa wykonana całkowicie ze stopu CoCr (udo i piszczel). Komponenty udowe anatomiczne (lewy, prawy) w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy jednoczęściowy o górnej powierzchni wysoce polerowanej w min 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu mocowana zatrzaskowo metalowym bolcem do tacy piszczelowej, w grubościach od 10 do 18mm co 2mm. Dostępne implanty w wersji CR, PS, cementowanej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 20

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Trzpień przynasadowy bezcementowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), konus 12/14mm, 10 rozmiarów trzpienia. Wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Opcja trzpienia o zwiększonej, w stosunku do standardowych, odległości pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny). Panewka typu „press-fit”. Czasza panewki metalowa z zewnętrznym pokryciem porowatą powierzchnią typu „plasma-spray” i dodatkowo pokryta hydroksyapatytem. Wkładka i głowa ceramiczna Biolox Delta. Opcjonalnie panewka posiadająca 15 st. offset dla artykulacji ceramika/ceramika. Możliwość dodatkowej stabilizacji śrubami. Dostępność wewnętrznych rozmiarów dla głów 28 - 36mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 22

Celem zwiększenia konkurencyjności i dopuszczenia jak największej liczby Oferentów w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o możliwości zaoferowania zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyrobów medycznych o poniższych parametrach, bez zachowania dotychczasowych parametrów:

Endoproteza jednoprzędziowa. Komponenty udowy i piszczelowy wykonanie ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w grubościach od 3mm do 9mm co 1mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 22 implantów wraz z instrumentarium na zasadzie LoanerSet tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. b i c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. b i c na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 19 i 20

Czy Zamawiający w pakietach nr 19 i 20 odstąpi od wymogu dostarczenia napędu na stałe i wyrazi zgodę na dostarczenie napędów bezpośrednio przed zabiegiem w formie tzw. „Loan Setu”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 13

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający w w/w przetargu dopuści produkty o podanych poniżej parametrach?

Trzpień prosty, nieanatomiczny, bezkońierzowy, zwężający się dystalnie, tytanowy, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115mm do 180 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm, stożek 12/14mm dodatkowo w opcji: trzpień Coxa Vara oraz trzpień modułowy (12 wersji szyjek modułowych) dający szansę dopasowania offsetu oraz antetorsji oraz trzpień dysplastyczny modułowy dwóch wielkościach elementu proksymalnego; z możliwością

rozwinięcia w opcję rewizyjną. Głowa metalowa o śr. 28 mm, 32mm. lub 36mm w trzech długościach szyjki. Panewka bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia do trzech śrub o rozmiarach średnicy zew. 44mm do 72mm, z otworami zaślepiionymi fabrycznie lub panewka bezcementowa wkręcana, tytanowa, hemisferyczna z zaślepiionymi fabrycznie otworami, z samocentrującym się gwintem wykonanym z cienkich blaszek, o rozmiarach średnicy zewn. 44-62mm ze skokiem co 2mm. – panewka do wyboru śródoperacyjnie. Pokrycie porowaty tytan oraz hydroksyapatyt. Dodatkowo trzpień cementowany standardowy i lateralizowany i plantowany z użyciem tego samego instrumentarium.

Wkład polietylenowy o średnicy wewn. 28mm, 32 mm lub 36mm dodatkowo ze stropem wykonana z crosslinkowanego polietylenu pasująca do głów 28,32,36mm, śruby do panewki o długości od 20-60mm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 20

Czy w pakiecie nr 20 Zamawiający w w/w przetargu dopuści produkty o podanych poniżej parametrach?

Trzpień krótki, przynasadowy, w części pokryty mikroutkanieniem tytanowym (plazma), kształt zbieżny w trzech płaszczyznach o przekroju tapiezoidalnym. Dwie wersje kąta szyjkowego w wersji monoblok oraz możliwość użycia trzpienia z szyjką modułarną (12 opcji szyjki modułarnej) w 12 wielkościach dla każdej opcji. Panewka tytanowa Press-fit z zaślepiionymi fabrycznie otworami na śruby w rozmiarach 44-72mm (skok co 2 mm), z możliwością zastosowania wkładki z okapem 20 stopni . Blokowanie wkładki oraz zabezpieczenie antyrotacyjne za pomocą centralizera jednocześnie umożliwiające łatwe pozycjonowanie wkładki. Głowa o rozmiarach fi 28/32/36 o 3 długościach szyjki dla ceramiki i 5 długościach dla metalu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu Nr 17

„Czy Zamawiający uwzględni w Pakiecie 17 „Endoproteza bezcementowa Biodra – trzpień anatomiczny” jako pozycję 11. „Zaślepka, śruba” w ilości 20 szt. Są to elementy niezbędne do zastosowania w przypadku panewek otworowych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego ww Pakiecie”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- usuwa z pakietu nr 7 pozycje nr 23,24,25 oraz uwagi w Pakiecie 7,8, 9,10

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 - Płytki i systemy płytkowe

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Przedmiot zamówienia	Producent/ Nr katalogowy - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w PLN
1.	Gwoździe kaniulowane , anatomiczne tytanowe z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania wraz ze śrubami blokującymi i zaślepką, ramienny		szt.	4				
2.	Gwoździe kaniulowane , anatomiczne tytanowe z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania wraz ze śrubami blokującymi i zaślepką, piszczelowy		szt.	4				
3.	Płytki tytanowe z otworami kombinowanymi z gwintowanymi otworami przystosowane do techniki mało inwazyjnej, z otworami o średnicy 3,5 i 2,7		szt.	5				
4.	Płytki tytanowe z otworami kombinowanymi z gwintowanymi otworami przystosowane do techniki mało inwazyjnej, z otworami o średnicy 4,5 i 5		szt.	5				
5.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do bliższej nasady kości ramiennej		szt.	5				
6.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej nasady kości ramiennej , przyśrodkowe i boczne		szt.	5				
7.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej i bliższej nasady kości promieniowej , dłoniowe i grzbietowe		szt.	10				
8.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do dalszej i bliższej nasady kości łokciowej , typu hakowego		szt.	10				
9.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, do bliższego i dalszego końca kości piszczelowej z możliwością blokowania po stronie przyśrodkowej jak i tylnie		szt.	10				

	bocznej							
10.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, Rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej z możliwością blokowania , uniwersalna		szt.	2				
11.	Płytki anatomiczne , tytanowe z otworami kombinowanymi , gwintowanymi, hakowa kompresyjna do obojczyka		szt.	5				
12.	System płytek z otworami kombinowanymi , gwintowanymi , z tytanu przystosowany do zespołów małoinwazyjnych - Kość piszczelowa		szt.	5				
13.	System płytek z otworami kombinowanymi , gwintowanymi , z tytanu przystosowany do zespołów małoinwazyjnych - Kość udowa		szt.	5				
14.	Śruby korowe, tytanowe o średnicy 2,7 10-6-mm		szt.	25				
15.	Śruby korowe, tytanowe o średnicy 3,5 10-75 mm długości		szt.	25				
16.	Śruby korowe, tytanowe o średnicy 4,5 14-140 mm		szt.	25				
17.	Śruby korowe, tytanowe o średnicy 2,4 6-30mm		szt.	25				
18.	Śruby blokowane tytanowe o średnicy 3,5 10-65 mm długości		szt.	25				
19.	Śruby blokowane tytanowe o średnicy 2,4		szt.	25				
20.	Śruby blokowane tytanowe o średnicy 2,7 10-60 mm		szt.	25				
21.	Śruby blokowane tytanowe o średnicy 5,0 14-90mm , 8-16 mm		szt.	25				
22.	Śruby do blokowania gwoździ śródszpikowych		szt.	50				
Razem:								

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8 - płytki do stopy

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Przedmiot zamówienia	Producent/ Nr katalogowy- o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w PLN
1.	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwością wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, płytki		szt.	30				
2.	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwością wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe blokowane 2,7mm o długości 8-50mm		szt.	25				
3.	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwością wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe blokowane 3,5mm o długości 10-70mm		szt.	25				
4.	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwością wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe korowe 2,7 mm długości 8-50mm		szt.	25				
5.	Płytki do stopy prawej i lewej z możliwością wprowadzenia śrub blokowanych i korowych , wykonane z tytanu , płytki profilowane w konfiguracji H, 3D ,T,L, możliwość wprowadzania śrub pod różnymi kontami, śruby tytanowe korowe o długości 10- 70mm		szt.	25				
Razem:								

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 - System do rekonstrukcji ACL all inside

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Przedmiot zamówienia	Producent/ Nr katalogowy - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w PLN
1.	Wiertła do systemu all inside – retrodrill do uda i piszczeli		szt.	10				
Razem:								

Wiertła kaniulowane umożliwiające wykonanie wsteczne kanału piszczelowego i udowego od strony jamy stawowej bez konieczności rozwiercania korówki, w rozmiarach 6,7,8,9MM

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 - Implanty do szycia łąkówek

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Przedmiot zamówienia	Producent/ Nr katalogowy - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w PLN
1.	Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkówek metodą all inside		szt.	40				
Razem:								

Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłaniałnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implatami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły do umiejscowienia implantów. Zestaw zawiera jednorazową kaniule do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu.

Miejscowość i data:


.....
Podpis Wykonawcy

§ 1 pkt 4 b otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do:
wypożyczenia w ramach ceny niniejszej umowy zestawu instrumentarium, napędów ortopedycznych,
elektrycznych zasilanych akumulatorami na okres trwania umowy; **w zakresie pakietów nr 19 i 20
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia napędów bezpośrednio przed zabiegiem w formie
tzw. „Loan Setu”**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEMARSZAŁKU

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 21 października 2013 roku PZOZ/DZP/382/59PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy