

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/27PN/14

Płock, dnia 17 czerwca 2014 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa nici chirurgicznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-5, 20-21**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniające, monofilament, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni, zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6-19**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniające, plecione, z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaną kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 28-35 dni, zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22-24**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22-24 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nici bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 16-17**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 22-24 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 6, dotyczy istotnych postanowień umowy**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych, o których mowa w § 6 ustęp 1 litera b z 2% do 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%); gramatura 2,5 g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na zaferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną wosku pszczelego złożonego z wosku pszczelego i wosku parafinowego (80%) oraz palmitynianu izopropylu (20%); gramatura 2,5 g.?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-5, 20, 21 szew równoważny wchłaniający, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni? Przeznaczenie szwu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4, 8-13, 15, 19, 20, 23 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4, 20 igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5 nitkę 90 cm w miejsce 150 pętla?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 22-24 szew równoważny monofilamentowy, szybkowchłaniający z glikonatu, bezbarwny. Okres podtrzymywania tkankowego 70-80% po 5 dniach, 20-30% po 10 dniach, 0% przy 14-21 dniach. Czas całkowitej absorpcji 56 dni zgodny z SIWZ. Jest to jedyny odpowiednik szwu Caprosyn dostępny na rynku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6-19, szew równoważny wchłaniający, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczonego w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok. 25%? Okres wchłaniania 56-70 dni zgodny z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6, 7 podwiązkę 140 cm w miejsce 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 10 igłę standardową 37mm w miejsce 37 mm cienkiej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 wosk kostny 2,95 g; 70% wosk pszczeli i 30% wazelina?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-5 oraz 20-24**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 1-5 oraz 20-24 dopuści do zaferowania szew monofilamentowy wykonany z Poliglecapronu-25 o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, okresie wchłaniania 90-120 dni oraz profilu podtrzymywania tkankowego: 7 dni: 50-60%, 14 dni: 20-30%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 1 dopuści do zaferowania nici o dł. 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2-3**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 2-3 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 31 mm oraz nić o dł. 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 4 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 26 mm oraz nić o grubości 2/0 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 5 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną oraz nić o grubości 1 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6-19**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 6-19 dopuści do zaoferowania szew syntetyczny pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego pokryty mieszaniną tych kwasów i sterynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego:

14 dni – 75 %

21 dni – 40-50%

28 dni – 25%

Okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni i okresie wchłaniania 56-70 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 1, poz.10-12**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 10-12 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 14**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 14 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zminą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 15 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 31 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 16**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 16 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą o czarnym zabarwieniu (oksydowaną) z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 17**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 17 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 75 mm oraz nić o dł. 120 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 18**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 18 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o dł. 36 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 1, poz.19**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 19 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o dł. 36 mm oraz nić o dł. 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 20**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 20 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 26 mm oraz nić o dł. 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 21**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 21 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o dł. 45 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 22 dopuści do zaoferowania igłę o dł. 31 mm oraz nić o dł. 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 23**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 23 dopuści do zaoferowania nić o dł. 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz., 24 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o dł. 45 mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści do zaoferowania szew syntetyczny pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikowego i polimlekowego pokryty mieszaniną tych kwasów i stearynianu wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego: 10-14 dni, profilu podtrzymywania tkankowego: 5 dni- 50%

14 dni- 0% i okresie wchłaniania: 42 dni

**Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 3. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 3, poz.1**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz.1 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 3. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 2 dopuści do zaoferowania igłę okrągłą wzmocnioną o dł. 36 mm oraz nić o dł. 90 cm i grubości 2/0 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz. 6 dopuści do zaoferowania igłę prostą odwrotnie tnącą oraz nić o grubości 2/0 z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 3. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 22 w poz. 7 dopuści do zaoferowania igłę okrągło-tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 41, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 42, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 43, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 44, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie.
- c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie. jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 45, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 4 ust.1.**

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw z 2 dni na 3 dni i wydłużenie terminu dla dostaw cito z 24 godzin na 48 godzin.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 46, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 ust.2.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 47, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 ust.3.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Prosimy o wydłużenie wymiany towaru na wolny od wad z 48 godz. na 72 godz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 48, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 5 ust. 5.**

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy. Zamawiającemu przysługuje kara umowna za zwłokę w dostawie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 49, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 ust.1b.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 50, dotyczy Istotnych postanowień umowy § 6 ust.1c.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie Nr 51, dotyczy Istotnych postanowień umowy**

**Prosimy o dodanie do umowy zapisu:**

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.**

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

**§ 4 ust.1 Istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:**

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie **3 dni** robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie **48 godzin** w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem. **Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.**

**§ 5 ust.3 Istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:**

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie **72 godzin** w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPRZEDSIĘDZIELA

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 11 czerwca 2014 roku PZOZ/DZP/382/27PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymało dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęć Wykonawcy .....