

Płock, dnia 01 marca 2019 roku

PZOZ/DZP/382/13PN/19

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów wszczepiennych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 9

Czy zamawiający w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji wyłączy z pakietu nr 9, pozycję nr 1 i stworzy oddzielny pakiet ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 9

Czy zamawiający w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji w pakiecie nr 9 dopuści jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskania ok. 5ml osocza bogatopłytkowego z 10 ml krwi pacjenta. Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy/równy 0.3%. Możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu ok. 5x poprzez usunięcie osocza ubogopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew. W komplecie zestaw konektorów do pobrania krwi oraz osocza. System produkowany w Szwajcarii posiadający wszystkie niezbędne certyfikaty oraz bardzo liczne badania naukowe. Dla wygody zamawiającego firma dostarczy na czas umowy 2 lub 3 wirówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i umożliwi złożenie więcej niż jedną ofertę przetargową, jak miało to miejsce w poprzednim postępowaniu prowadzonym przez Państwa jednostkę w roku poprzednim (postępowanie SZW/SZP/28/2018 – jedna oferta przetargowa), wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu i dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Uwaga !

W załączniku nr 5 do SIWZ tj. formularzach cenowych, została zmieniona ostatnia kolumna :

Z: cena jedn. netto w PLN

Na: Wartość brutto w PLN

Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ zostanie dołączony do wyjaśnień jako osobny plik.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES Zarządu
Marek Stawicki

PREZES Zarządu
Wojciech Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/13PN/19 z dn. ...*21 maja*... 2019
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY INSPEKTOR

Marta Mikulska

STARSZY INSPEKTOR

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

Dagmara Bednarska

Piotr Branczewski
SPECJALISTA ORTOPEDIA TRAJMATOLOG
1865011