

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 01 Kwietnie 2016 roku

PZOZ/DZP/382/02PN/16

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyposażenia medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o wydzielenie pozycji od 3 do 6 do osobnego pakietu oraz dopuszczenie narzędzi o długości 33 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 3-6, jednak pozostałe parametry w zakresie tych pozycji pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. nr 2 kleszczy o branszach dł. 30mm - falistych, obydwu ruchomych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w poz. 10. wkładu roboczego kompatybilnego z płaszczem o śr. 5mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 16

Prosimy o dopuszczenie narzędzi o dł. roboczej 36cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 16

Prosimy o rezygnację w poz. 1. z nazwy własnej produktu (Hesseling) i dopuszczenie produktu równoważnego - kleszczy - kulociągu z zębami pod kątem 90 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kleszczy wyposażonych w mechanizm automatycznie zamykający bransze, ułatwiający wprowadzanie do kanału roboczego?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację dostaw CITO, ponieważ przedmiotem zamówienia nie jest asortyment zamawiany na ratunek życia i jego zużycie można przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem.



Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



[Signature]

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z terminu zamówienia na CITO i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych, gdyż jest to czas niezbędny na rozpatrzenie jej zasadności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy do 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za niedotrzymanie terminu wymiany zareklamowanego towaru do 1% wartości brutto zareklamowanego towaru, gdyż kary umowne w wysokości 5% są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 lit. a) i d)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od wartości brutto danego pakietu pozostałego do realizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy o dopuszczenie przenośnika o wymiarach 640 x 360 x 3 cm lub 760 x 360 x 3 cm z pokrowcem w kolorze czarnym, odpornym na zniszczenia oraz przeznaczonym do dezynfekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający oczekuje przenośnika wykonanego z aluminium, które zapewnia optymalną wytrzymałość i łatwość dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający oczekuje łożysk kulkowych zapewniających płynny przesuw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający oczekuje pokrowca bakteriostatycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści nożyczki z uchami schodzącymi się do końca po zamknięciu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę hakową 5 mm o dł. roboczej 330mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę ssąco-płuczącą długość 330mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje elektrody igłowej 90°?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wziernik dwużyłkowy 4,0cm/9,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 1

Jakiej długości narzędzia Zamawiający oczekuje? Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska.

Odpowiedź: Tak, zaistniała omyłka pisarska, w związku z czym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści łyżkę ginekologiczną 40,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 21, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści płaszcz wewnętrzny do histeroskopu 4,0 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści płaszcz zewnętrzny do histeroskopu 5,0 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nerkę metalową ze stali nierdzewnej dł. 17cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści haczyk artroskopowy 3,5mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę/kaniulę trokaru śr. 5-5,5 mm minimum trzy elementowa z klapką automatyczną i kranikiem zamontowanym na stałe? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę/kaniulę trokaru śr. 10-10,5 mm minimum trzy elementowa z klapką automatyczną i kranikiem zamontowanym na stałe? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obturator typu tzw bezpieczny jednoelementowy do trokaru/kaniuli 10-10,5 mm dł. 100-110 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie 27 dopuści nerkę o długości 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odp. na powyższe w pyt. nr 26.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści wziernik dwużyłkowy 3,9/9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści nożyczki do nitek 14,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w punkcie 3 dopuści Kleszcze do tamponady i polipów FORSTER-BALLENGER, perforowane, okienkowe, owalne, proste, dł. 24,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w punkcie 10 dopuści Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złożone, rozmiar ząbkowania bransz 0,5mm, dł. 18,5 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 2, pozycje 15-17

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w punktach 15-17 dopuści dłuta o długości 20,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 18-23

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w punktach 18-23 dopuści osteotomy o długości 12,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 2, pozycje 24-27

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w punktach 24-27 dopuści narzędzia o długości 20,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści tacę siatkową o wymiarach 340/250/70 mm lub 320/230/50 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jedynie w pozycji nr 3 tacę siatkową o wymiarach 320/230/50mm.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr 33

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści do zaoferowania haczyk artroskopowy 4 mm z rękojeścią, długość części roboczej haczyka 120mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści do zaoferowania prowadnicę/kaniulę trokaru o średnicy zewnętrznej 6 mm do narzędzi o średnicy 5mm, z zaworem wielofunkcyjnym z klapką, długość robocza 105 mm., z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, w pełni autoklawowalny, z dodatkowymi zapasowymi uszczelkami w ilości 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści do zaoferowania obturator typu piramidального do kaniuli trokara o średnicy zewnętrznej 6 mm i dł. 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści do zaoferowania prowadnicę/kaniulę trokaru o średnica zewnętrznej 11 mm do narzędzi o średnicy 10mm, z zaworem wielofunkcyjnym z klapką, długość robocza 105 mm., z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, w pełni autoklawowalny, z dodatkowymi zapasowymi uszczelkami w ilości 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści do zaoferowania obturator bezpieczny, tępy do kaniuli trokara o średnicy zew. 11 mm i dł. 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania obturator typu piramidalnego do kaniuli trokara o średnicy zew. 11 mm i dł. 105 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści do zaoferowania kleszczyki typ Kelly, monopolarne, śr. 5 mm, długość osłony 360 mm, obustronnie preparujące, obrotowe, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt bez blokady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści do zaoferowania kleszczyki chwytające z branszami o ząbkach falistych długość bransz 22 mm jedna bransza aktywna, monopolarne, śr. 5 mm, długość osłony 360 mm, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści do zaoferowania kleszczyki chwytające ostre, zęby dwa/trzy, jedna bransza aktywna, śr. 10 mm, długość osłony 360 mm, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści do zaoferowania kleszczyki atraumatyczne tzw. okienkowe, zaokrąglone, monopolarne, śr. 5 mm, długość osłony 360 mm, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści do zaoferowania grasper jajowodowy, monopolarny, średnica 5mm, długość 360 mm, obrotowy, uchwyt z blokadą, autoklawowalny, trzy elementowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 6

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści do zaoferowania nożyczki monopolarne, śr. 5 mm, jedna bransza ruchoma „hakowe”, długość osłony 360 mm, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt bez blokady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści do zaoferowania nożyczki monopolarne, śr. 5 mm, podgięte, obie transze ruchome, typu „Metzenbaum”, długość osłony 360 mm, autoklawowalne, trzy elementowe, uchwyt bez blokady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści do zaoferowania kleszcze z końcówką roboczą typu łyżka biopsyjna, z osłoną o śr. 10 mm, długość 360 mm, z rękojeścią, narzędzie kompletne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietów nr 5, 14, 16, 21, 22, 33, 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w w/w pakietach z terminem dostawy w „trybie standardowym” 15 dni roboczych oraz „na CITO max 72 godziny w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (pkt. 24 SIWZ).

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kleszcze typu Rochester-Pean o długości 180 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu imadło do igły o długości 180 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kleszcze Ochsner-Kocher o długości 180 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający może opisać jaki grasper wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga grasper jajowodowy, monopolarny, zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 5, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga kleszczyków biopsyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu narzędzia o długości 330 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu narzędzia o długości 40cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nożyczki o długości 16cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 63, dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu łyżkę Recamier 40mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 64, dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nerkę o długości 17 cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odp. na powyższe w pyt. nr 26 oraz 31.

Pytanie Nr 65, dotyczy Pakietu nr 45, poz. 2

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 45 pozycji 2 do odrębnego zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 66, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pean prosty, 18 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 67, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pean zakrzywiony, 18 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 68, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Imadło do igły 18 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 69, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kocher prosty 18 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 70, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Raspator Lambotte, prosty, śr.10mm, dł.24 cm, ostry, delikatnie zakrzywiony

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 71, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Raspator LAMBOTTE, prosty, śr.15mm, dł. 24 cm, ostry, delikatnie zakrzywiony

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 72, dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki do nitek 14 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 73, dotyczy Pakietu nr 37, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Prowadnica/kaniula trokaru średnica 11 mm z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 74, dotyczy Pakietu nr 40, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 40 poz. 1 na zaoferowanie klipsów o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu nr 40, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 40 poz. 1 na zaoferowanie klipsów o wymiarach przed zamknięciem 10,7 mm i 12,3 mm po zamknięciu, pozostałe parametry bez zmian, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 76, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6 i 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Pean 180mm., reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Imadło 180mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 78, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Kocher 180mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 79, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Raspator Lambotte 210mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 80, dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki do nitek 150mm, reszta parametrów bez zmian oraz czy wymaga nożyczek ostrych, tępych, zagiętych?

RR

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nożyczek o wymiarach 150 mm, jednocześnie wymaga nożyczek tępych, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 81, dotyczy Pakietu nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na miarkę 60 lub 90mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 82, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na elektrodę hakową dł. 330mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 83, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków typu Foerster o dł. 240 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 85, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 86, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie imadła typu Mayo-Hegar o dł. 180 lub Crile- Wood o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 89, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 16

Prosimy o dopuszczenie dłuta o szer. 15 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 90, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 17

Prosimy o dopuszczenie dłuta o szer. 20 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 91, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 29

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230 mm nie posiadających nazwy własnej spełniających wymagania Zamawiającego względnie nożyczek typu Neslosn -Metzenabum, zagiętych o dł. 260 mm, z branszami utwardzanymi, jedna bransza dodatkowo ząbkowana. Kodowanie dodatkowych właściwości nożyczek w postaci złotych uchwytów i złotej śrubki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 92, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o dł. 330 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie końcówki ssąco-płuczącej o dł. 400 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki o max dł. 330 mm.

Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie tacy siatkowej o wym. 410x250x70 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 95, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie tacy siatkowej o wym. 510x255x70 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie tacy siatkowej o wym. 275x125x40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tacy o wym. 275x125x40 mm, zgodnie z odp. na pyt. 39 Zamawiający dopuszcza siatkę o wym. 320x 230x 50 mm.

Pytanie Nr 97, dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie kulociągu Schroeder o dł. 250 mm czy Kleszczy okienkowych Foerster do mycia pola operacyjnego o dł. 240 mm.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o zaoferowanie kulociągu o dł. 250 mm, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 98, dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pytaniu nr 80.

Pytanie Nr 99, dotyczy Pakietu nr 20, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżki ginekologicznej o szer. 40 mm.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pyt. nr 23.

Pytanie Nr 100, dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie miski o dł. 170 mm.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odp. na powyższe w pyt. nr 26.

Pytanie Nr 101, dotyczy Pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie haczyka o śr. 3,5 mm i dł. roboczej 125 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 102, dotyczy Pakietu nr 37, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli trokaru o dł. 98 mm bez wymiennych kraników.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 103, dotyczy Pakietu nr 37, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kaniuli trokaru o śr. 11 mm bez wymiennych kraników.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 104, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (pkt. 24 SIWZ).

Pytanie Nr 105, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 6-9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 6 do 9 dopuści również długość narzędzia 18 cm, oprócz 18,5 cm, pozostałe parametry identyczne ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 106, dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1-2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 i 2 dopuści również długość narzędzi 330 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 107, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści również długość narzędzia 340 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 108, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wymóg czasu okresu gwarancji dla pakietu nr 4 na 12 miesięczną gwarancję na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 109, dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2,3 jako oddzielnego pakietu, tworząc nowy pakiet. Umożliwi to wystartowanie większej ilości oferentów w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 110, dotyczy Pakietu nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompatybilnej konsoli i 2 rękojeści Shavera oraz poniższe ostrza:

Ostrze Dysektor, występujące w rozmiarach 3.0 mm x 7 cm, 4.0 mm x 13 cm, 5.0 mm x 13 cm, 5.5 mm x 13 cm, 3.5 mm x 13 cm, 3.8 mm x 13 cm oraz z zakrzywioną końcówką w rozmiarach 4.2 mm x 19 cm, 3.5 mm x 13 cm, 4.0 mm x 13 cm

Ostrze Excalibur, występujące w rozmiarach 3.8 mm x 13 cm, 4.0 mm x 13 cm, 5.0 mm x 13 cm, oraz z zakrzywioną końcówką w rozmiarach 4.2 mm x 19 cm, 4.0 mm x 13 cm

Ostrze Sabre i Sabre Tooth występujące w rozmiarach 4.2 mm x 19 cm, 2.0 mm x 7 cm, 3.0 mm x 7 cm, 3.5 mm x 13 cm, 3.8 mm x 13 cm, 4.0 mm x 13 cm, 5.0 mm x 13 cm, 5.5 mm x 13 cm oraz z zakrzywioną końcówką w rozmiarach 4.2 mm x 19 cm, 4.0 mm x 13 cm.

Ostrze Round Burr i Oval Burr występujące w rozmiarach 4.0 mm x 19 cm, 5.0 mm x 19 cm, 4.0 mm x 13 cm, 5.0 mm x 13 cm, 5.5 mm x 13 cm, 3.0 mm x 7 cm, 4.0 mm x 7 cm oraz z zakrzywioną końcówką w rozmiarach 5.0 mm x 19 cm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 111, dotyczy zapisu pkt 10 SIWZ

„.....Termin wykonania zamówienia:- sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 11,12,15,23-45; - sukcesywnie przez 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 1-10, 13,14,16-22.” Prosimy o skrócenie okresu terminu wykonania zamówienia dla Pakietów 5, 6, 21, 33, 37 oraz 38 – do 12 miesięcy. Dla narzędzi laparoskopowych których producentami są firmy europejskie trudno określić przewidywane kursy Euro w okresie 3 lat. Skrócenie okresu wpłynie na urealnienie cen oferowanych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 112, dotyczy zapisu pkt 24.1 SIWZ

– „.....Zaoferowany „Termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin” oraz zapisu projektu umowy par.4 pkt 1 Warunki dostawy – prosimy dla Pakietów 5, 6, 21, 33, 37 oraz 38 (dotyczących narzędzi laparoskopowych i artroskopowych) o wydłużenie terminu dostawy do minimum 35 dni roboczych – specyfika zakresu zamówienia nie wskazuje na produkty zużywalne potrzebne na "cito" – chcąc spełnić Państwa wymogi musieli byśmy stworzyć magazyn pod konkretny kontrakt co powodowało by zwiększenie ceny, sama logistyka dostaw to około 14 dni a część narzędzi ujętych w wykazie jest produkowana okresowo pod konkretne zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ (pkt. 24 SIWZ).

Pytanie Nr 113, dotyczy Pakietu nr 5,

Tabeli załącznika nr 6.5 do SIWZ „Formularz cenowy Pakiet nr 5 – Narzędzia laparoskopowe - kleszczyki i nożyczki” w punkcie tym wymieniony jest grasper jajowodowy - prosimy o dopuszczenie wyprofilowanego graspera/kleszczyków bez określenia jajowodowy lub graspera/kleszczyków sprężystych np. typu „DeBakey.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 114, dotyczy zapisu pkt 1, 2, 3

Tabeli załącznika nr 6.21 do SIWZ „Formularz cenowy Pakiet nr 21 – „osprzęt do histeroskopu” w punktach tych wymienione są składowe kompletnego histeroskopu (optyka, płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny) – prosimy o dopuszczenie możliwość zaoferowania kompletnego histeroskopu kompaktowego o następujących parametrach:

- histeroskop operacyjny kompaktowy autoklaowalny diagnostyczno-operacyjny (optyka zintegrowana z płaszczem), optyka skośna 20 stopni, szerokokątna 80 stopni, rozmiar płaszcza/histeroskopu 5 mm., płaszcz wyposażony w dwa niezależne kanały przepływu płynów oraz kraniki odpływ/dopływ umożliwiające regulację przepływu. Kanał narzędziowy na wprost ułatwiający wprowadzanie i manewrowanie narzędziami min. 5 Fr, długość robocza 217 mm.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 115, dotyczy Pakietu nr 33

Tabeli załącznika nr 6.33 do SIWZ „Formularz cenowy Pakiet nr 33 Haczyk artroskopowy – prosimy o dopuszczenie haczyka artroskopowego 4,5 mm z rękojeścią, długość robocza haczyka 115 mm.

			
	H	NL Wt	Typ Typu
 Hakensonde, graduiert Hook probe, graduated	7.0 mm	115 mm	8399.901
 Hakensonde, graduiert Hook probe, graduated	4.5 mm		8399.95

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 116, dotyczy Pakietu nr 38

Tabeli załącznika nr 6.38 do SIWZ „Formularz cenowy Pakiet nr 38 – Drobnny sprzęt laparoskopowy”

- Prosimy o wykreślenie nazwy „VERESA” użytej dla długiej igły iniekcyjno/punkcyjnej lub dopuszczenie zaofiarowania igły spełniającej pozostałe parametry wymagane.
Lub w przypadku oczekiwania ze strony Zamawiającego igły Veresa
- Prosimy o dopuszczenie typowej igły Veresa o długości 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje igły Veresa o dł. 150 mm w poz. 1 oraz igły punkcyjnej i iniekcyjnej o dł. w przedziale 410 - 420 cm w poz. 3, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 117, dotyczy § 3 ust. 2

Wnosimy o zmianę w umowie zapisu § 3 ust. 2 poprzez zastąpienie „odsetki ustawowe” słowami „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Handwritten signature

Pytanie Nr 118, dotyczy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ

Pytanie Nr 119, dotyczy § 5 ust. 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w pyt. nr 8.

Pytanie Nr 120, dotyczy § 6 ust 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od niezrealizowanej części umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego pakietu
 - c. 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów
 - d. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 121, dotyczy umowy użyczenia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....
reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi

SR

stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.

3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 122, dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 48 godzin na 5 dni roboczych.

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 48 godzin na wymianę reklamowanego towaru na towar wolny od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin wymiany towaru do 72 h, zgodnie z odp. w pyt 9.

Pytanie Nr 123, Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. a, d wzoru umowy

Prosimy o modyfikację ww zapisu na:

„1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości niezrealizowanej umowy netto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

d. 10% wartości netto niewykonanej umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy/umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur** w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie dostawy/umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 124, dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b, c wzoru umowy

Prosimy o modyfikację w/w zapisu na:

„b. 0,5% wartości netto przedmiotu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 0,5% wartości netto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie....”

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego.” i art. 353 KC – tj. niezgodności umowy z zasadami współzycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. nr 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 4 pozycje nr 3-6 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 46,
- wydziela z Pakietu Nr 35 pozycje nr 1-3 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 47,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 47 pakietów.**

Punkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień **CPV:**

- **3319000-8** dla Pakietów nr 1-4, 7-17, 20-22, 24-29, 33-36, 39-44, **46, 47.**
- **33140000-3** dla Pakietów nr 5, 6, 19, 23, 37, 38.
- **33141800-8** dla Pakietu nr 18
- **33141000-0** dla Pakietów nr 30-32, 45

Punkt 3.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.47 do SIWZ.

Punkt 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 11, 12, 15, 23-45, 47.
- sukcesywnie przez 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy – dot. pakietu nr 1-10, 13, 14, 16-22, 46.

Punkt 14 E.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.47 do SIWZ.

W spisie załączników do SIWZ ulega zmianie:

Z: Załącznik Nr 6.1 – 6.45 – Formularz/e cenowy/e

Na: Załącznik Nr 6.1 – 6.47 – Formularz/e cenowy/e

Punkt 24. SIWZ otrzymuje brzmienie:

24.1. Wybór oferty dla Pakietów nr 1, 3, 4, 7, 9-13, 15, 17, 23-26, 28-32, 34-36, 39-47 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób punktowania
1	Cena	95%	najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium
2	Termin dostawy	5%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

Termin dostawy:

- czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt
- czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt

UWAGA !

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

24.2. Wybór oferty dla Pakietów nr 2, 8, 18, 19, 20, 21, 27, 33, 37, 38 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób punktacji
1.	Cena	95%	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2.	Termin dostawy	5%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

- Czas dostawy do 15 dni roboczych od złożenia zamówienia – 10 pkt
- Czas dostawy od 16 dni do 35 dni roboczych od złożenia zamówienia – 1 pkt

Zaoferowany czas dostawy nie może przekroczyć 35 dni roboczych od złożenia zamówienia – przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 35 dni roboczych od złożenia zamówienia.

24.3. Wybór oferty dla Pakietów nr 5, 6, 14, 16, 22 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób punktacji
1.	Cena	95%	Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium
2.	Termin dostawy	5%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy” w sposób następujący:

- Czas dostawy do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – 10 pkt
- Czas dostawy od 8 dni do 15 dni roboczych od złożenia zamówienia – 1 pkt

Zaoferowany czas dostawy nie może przekroczyć 15 dni roboczych od złożenia zamówienia – przekroczenie tego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 15 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Załącznik Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 47 pakietów na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 6.1 – 6.47 do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga aby przedmiotem zamówienia w pakietach Nr 1-7, 10-47 był wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 r., nr 107, poz. 679).

Punkt nr 3 Załącznika Nr 3 – formularz ofertowy do SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Oferujemy „Termin dostawy” dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 24.1 Siwz (dotyczy Pakietów nr 1, 3, 4, 7, 9-13, 15, 17, 23-26, 28-32, 34-36, 39-47).
- Oferujemy „Termin dostawy” dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 35 dni roboczych, zgodnie z pkt 24.2 Siwz (dotyczy Pakietów nr 2, 8, 18, 19, 20, 21, 27, 33, 37, 38).
- Oferujemy „Termin dostawy” dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 15 dni roboczych, zgodnie z pkt 24.3 Siwz (dotyczy Pakietów nr 5, 6, 14, 16, 22).

ZMIANY DO ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.
4. **Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.**

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy/36 miesięcy, w zależności od pakietu, od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie dni roboczych dla **Pakietów nr 1, 3, 4, 7, 9-13, 15, 17, 23-26, 28-32, 34-36, 39-47** (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie dni roboczych dla **Pakietów nr 2, 8, 18-21 27, 33, 37, 38** (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem. Termin realizacji zamówień wynosi maksymalnie dni roboczych dla **Pakietów nr 5, 6, 14, 16, 22** (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem.

§ 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - dotyczy pakietów nr 1-7, 10-**47**, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu **5 dni** roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie **72 godzin** w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - c. 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
 - d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9 ust. 2 Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji – dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 23, 26, 27, 33, 37, 46 oraz 12 miesięcznej gwarancji – dotyczy Pakietu nr 4, na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy.

Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy – dotyczy pakietów nr 35, 40, 41 - otrzymuje brzmienie

Umowa użyczenia

Zawarta w dniu pomiędzy:

.....
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał zakładowy/CEiDG; PESEL/REGON, NIP]

reprezentowanym przez:

.....
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]

zwanym dalej Użyczącym
a

.....
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr we właściwym rejestrze oraz nazwa rejestru, kapitał zakładowy/CEiDG; PESEL/REGON, NIP]

reprezentowanym przez:

.....
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]

zwanym dalej Biorącym do Używania,

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest Użyczący oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia.

§ 2

Przedmiot użyczenia pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Użyczącego. Biorący do używania nie może go oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawie. Biorący do używania nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym przedmiocie użyczenia żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 3

1. Biorący do używania jest zobowiązany używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i dostarczonymi przez Użyczącego instrukcjami obsługi.
2. Biorący do używania nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Użyczącego o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Użyczący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Biorącego do używania lub osoby trzecie, spowodowane używaniem niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Użyczący ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Biorącego do używania. Biorący do używania zapewni Użyczącemu dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Biorącego do używania warunków, o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Użyczący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Biorący do używania ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Użyczący ma prawo żądać od Biorącego do używania zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Użyczącego odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Użyczającego na piśmie.

§ 4

Użyczający udostępni przedmiot użyczenia Biorącemu do używania na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Biorącego do używania.

§ 5

Biorący do używania wraz z podpisaniem niniejszej umowy potwierdza odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia. Biorący do Używania oświadcza, że jest mu znany stan przedmiotu oddanego do używania oraz że jest on zdalny do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§ 6

Użyczający zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnionego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Biorący do używania

§ 7

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od do
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania Biorący do używania jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Użyczającemu tj. na pierwsze wezwanie, udostępnionego przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego.
5. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

(1)
[podpis przedstawiciela Użyczającego]
UŻYCZAJĄCY

(2)
[podpis przedstawiciela Biorącego do Używania]
BIORĄCY DO UŻYWANIA

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 4 – Instrumenty do zamykania naczyń

Nazwa i Adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Instrument BiClamp 150C, dł. 15cm erbe numer katalogowy E20195-221 lub równoważny			szt.	3		
2	Instrument BiClamp 210, dł. 21cm zakrzywiony, okładki ze żłobieniem np. do histerektomii waginalnej, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczka MF erbe numer katalogowy E20195-200 lub równoważny			szt.	1		
Razem:							

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 16 - Narzędzia

Nazwa i Adres Wykonawcy



lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Kulociąg HESSELING lub równoważny , półsztywne, obie bransze ruchome, 5Fr., dł. 34 cm			szt.	3		
2	Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, 5 Fr., dł. 34 cm			szt.	3		
Razem:							

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 18 - Kulociąg

Nazwa i Adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Kulociąg okienkowy bez ząbków 25 cm 9 ⁷ / ₈			szt.	10		

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 19 - Nożyczki

Nazwa i Adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Nożyczki do nitek, tepe 15.5 cm 6 4/8			szt.	5		

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 35 - Elektrody bipolarnie

Nazwa i Adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Elektrody bipolarnie jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanymi przewodami sterującymi (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie, wbudowany kanał ssący. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwyty elektrody - typ 3,5mm 90-S MAX, 3,5mm 50-S, 3,5mm 30-S wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć konsolę (vapotyzator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy			szt.	70		
2	Elektrody bipolarnie jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanymi przewodami sterującymi (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwyty elektrody - typ 3,5mm 90°, 3,5mm Direct, 3,5mm Lat, 3,5mm Contour, 3,5mm Hook wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyć konsolę (vapotyzator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy			szt.	100		
Razem:							

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.38 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.38 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 38 - Drobny sprzęt laparoskopowy

Nazwa i Adres Wykonawcy

Ip.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Igła punkcyjna i iniekcyjna VERESA 0,7 mm, średnica 5 mm, długość robocza 150 mm			szt.	6		
2	Igła do wstrzykiwania i punkcji 5 mm, z końcówką luer 3 mm, dł. robocza 345 mm			szt.	1		
3	Igła punkcyjna i iniekcyjna 0,7 mm, długość robocza 410-420 mm			szt.	1		
4	Kaniula, średnica 1,4 / 2mm, dł. robocza 240 mm			szt.	1		
Razem:							

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.46 do SIWZ :

Załącznik Nr 6.46 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 46 – Instrumenty do zamykania naczyń II

Nazwa i Adres Wykonawcy

lp.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Kleszczyk laparoskopowy BiClamp typu Meryland okładki redelkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-134 z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczka MF lub równoważny			szt.	3		
2	Kleszczyk laparoskopowy bipolarny okienkowy okładki redelkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-133 lub równoważny			szt.	1		
3	Kleszczyk laparoskopowy bipolarny typu Meryland okładki redelkowane długość 340 mm erbe numer katalogowy 20195-132 z kablem przyłączeniowym o długości 4 m lub równoważny			szt.	1		
4	Laparoskopowe nożyczki bipolarnie Biseet micro długość 350 mm erbe numer katalogowy 20195-204 lub równoważny			szt.	1		
Razem:							

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY Pakiet Nr 47 - Ostrza i frez do shavera

Nazwa i Adres Wykonawcy

Ip.	nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy - o ile jest nadany	JM	ilość	cena jedn. brutto w PLN	wartość brutto w PLN
1	Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Aggressive Plus, Tomcat, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasujący do konsoli TPS STRYKER.			szt.	200		
2	Ostrza do shavera jednorazowego użytku-uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Resector, Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasujący do konsoli TPS STRYKER.			szt.	10		
3	Frez do shavera artroskopowego jednorazowego użytku- uchwyt Formuła firmy Stryker lub równoważne do podanego typu i rozmiaru, średnica ostrza kodowana kolorem, funkcja doboru optymalnych nastaw pracy konsoli, rozpoznawanie ostrza: typ Round Burs, Barrel Burs, EGG Bur Wykonawca dostarczy uchwyt do shavera pasujący do konsoli TPS STRYKER.			szt.	100		
Razem:							

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT

Maja Kulesza
Maja Kulesza

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 2016 roku PZOZ/DZP/382/02PN/16

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikulska
Marta Mikulska

[Signature]

[Signature]
Bene

[Signature]
Belkowski