

Płock, dnia 02. listopada 2018 roku

PZOZ/DZP/382/35PN/18

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2018 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2018.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną pojemność wirówki 400 ml, skoro pojemność wymaganego rotora jest jeszcze mniejsza (360 ml)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza wagę wirówki 21,8 kg? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Uzasadnienie: zbyt duże obciążenie dla szafek.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuszcza wygodniejsze rozwiązanie w postaci autoklawowalnego rotora nie wymagającego pojemników na próbówki ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z podstawą jak na poniższej wizualizacji, wyposażoną w 5 kółek fi 50mm (co najmniej trzy z blokadą)? - dotyczy l.p.2



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej tylko w uchwyt sterylizacyjny (3 sztuki) służący po pozycjonowaniu lampy, jak na poniższej wizualizacji (bez dodatkowego uchwytu brudnego na kolule)? – dotyczy l.p. 3



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w jeden panel wykonany z odlewu aluminiowego z diodami osłoniętymi poliwęglanem odpornym na zarysowania, złożonej z 36 diod LED o wyglądzie jak na poniższej wizualizacji (tył i przód lampy)? – dotyczy l.p. 4



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą średnicą pola świetlnego 240mm? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, o parametrach:

- blat (z relingami) – 560mm, blat (bez relingów) – 500mm,
- Trendelenburg 20stopni (anty Trendelenburg 45stopni),
- konstrukcja ze stali nierdzewnej piaskowanej (niemalowanej),
- zagłówek regulowany w zakresie +/- 45stopni,

Oferowany stół spełnia (często przewyższa) wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, tylko minimalnie różni się od opisanego w SIWZ, a wskazane powyżej rozbieżności nie mają wpływu na jego funkcjonalność czy walory kliniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowany blat, dopuszcza natomiast pozostałe punkty.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o zwartej konstrukcji, wyposażoną w 12 diod Led?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wózka przy użyciu mechanizmu śrubowego?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z Pakietu nr 9.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia wózka wykonane z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z Pakietu nr 9.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z Pakietu nr 9.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 11

czy Zamawiający zaakceptuje:

w pkt. 1, optykę o długości 255 mm

w pkt 2, płaszcz artroskopowy szybkiego przepływu o średnicy 6 mm

w pkt 3, światłowód o średnicy 3.5 mm i długości 3 m kompatybilny z oferowaną optyką.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 4 – Uniwersalny stół zabiegowy, szt. 2

W punkcie 21 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł wymóg okazania certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność tworzywa, jednocześnie wymagając stołu o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego w pkt. 21, jako nie mającego związku z opisem konstrukcji stołu?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od certyfikatu i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 4 – Uniwersalny stół zabiegowy, szt. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem przystawka ortopedyczna ręki, Zamawiający rozumie podpórkę kątową do podtrzymania ręki, z regulacją kąta i obrotu wokół osi pionowej oraz zmianą wysokości, wyposażoną w poliuretanowy materacyk, jak na załączonym zdjęciu? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie o jakie wyposażenie chodzi Zamawiającemu.



Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 4 – Uniwersalny stół zabiegowy, szt. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem przystawka ortopedyczna kończyny dolnej, Zamawiający rozumie podkolannik z regulacją kąta i obrotu wokół osi pionowej oraz zmianą wysokości, wyposażony w poliuretanowy materacyk, jak na załączonym zdjęciu? Jeżeli nie to prosimy o doprecyzowanie o jakie wyposażenie chodzi Zamawiającemu.



Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 3

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści ofertę na lampę zabiegową (pakiet nr 3) z 12 źródłami światła LED (pkt 4 załącznika 3.3) Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści 6 przesłon: duże koło, średnie koło, małe koło, szczelina, centracja, centracja jaskrowa oraz oddzielny filtr beczzerwieny bez filtra niebieskiego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści zakres soczewek +29 do -30D w kroku co jeden?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści akumulator litowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści ładowarkę kompaktową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy zamawiający dopuści oftalmoskop z asferycznym systemem optycznym bez filtra polaryzacyjnego, a wykorzystującym zasadę Gullstranda (rozdzielenie strumienia oświetleniowego i obserwacyjnego czego wynikiem jest redukcja odbłasków rogówkowych i tęczęwkowych co zapewnia wyraźny obraz dna oka, bez zniekształceń i odbłasków. Filtr polaryzacyjny jest wykorzystywany do redukcji odbłasków, w przypadku mniej zaawansowanych systemów optycznych i wpływa negatywnie na jasność oświetlenia dna oka czego pozbawiony jest system oparty o zasadę Gullstranda.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 27, dotyczy § 1, pkt 2,3

Zwracam się z prośbą o usunięcie z umowy zapisu dla Pakietu 1 wymogu przeprowadzenia szkolenia dla personelu Działu Aparatury Medycznej z sprawdzenia poprawności działania urządzenia, gdyż takie czynności może wykonać tylko autoryzowany serwis producenta przy pomocy odpowiednich urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy § 3, pkt 12

Zwracam się o zmianę zapisu „Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu...” na „ Z chwilą wykonania 3 napraw tego samego podzespołu istotnego dla pracy urządzenia ...” dla Pakietu 1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2, aby oferowany napęd był zgodnie z wymogiem fabrycznie nowy, ale był wyprodukowany w innym roku niż 2018. Wynika to z technologii linii produkcyjnej, gdzie producent często produkuje większe ilości produktów, aby zapewnić płynność dostaw

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rok produkcji 2017.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- rezygnuje z Pakietu nr 9 – tj. Wózek do przewożenia chorych.

Punkt 3.2.SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Nr CPV
1	Wirówka laboratoryjna	38000000-5
2	Mikronapęd ortopedyczny	33163200-5
3	Lampa zabiegowa bezcieniowa	33167000-8
4	Stół zabiegowy	33192230-3
5	Laser wysokoenergetyczny	33128000-3
6	Agregat wody lodowej	42530000-0
7	Synoptofor	33100000-0
8	Oftalmoskop	33122000-1
9	Wózek do przewożenia chorych	33182240-7
10	Aparat do laseroterapii	33128000-3
11	Optyka do artroskopii biodra	33190000-8

Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 11 pakietów.**
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w **formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym – Załączniki Nr 3 i 5 do SIWZ.**

Nr pakietu	Nazwa pakietu	Ilość szt.
1	Wirówka laboratoryjna	2
2	Mikronapęd ortopedyczny	1
3	Lampa zabiegowa bezcieniowa	1
4	Stół zabiegowy	2
5	Laser wysokoenergetyczny	1
6	Agregat wody lodowej	1
7	Synoptofor	1
8	Oftalmoskop	1
9	Wózek do przewożenia chorych	4
10	Aparat do laseroterapii	1
11	Optyka do artroskopii biodra	1

Załącznik nr 3.1 do Formularza ofertowego otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem j – 2 szt.

podać typ, model, producenta, kraj producenta

L.p.	Wymagane Parametry Techniczne
I. Wymagania ogólne	
1.	Wirówka stołowa przeznaczona do użytku ogólnego oraz do zastosowań specjalistycznych
2.	Deklaracja zgodności – CE
3.	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
4.	Urządzenia fabrycznie nowe
5.	Rok produkcji 2017 lub 2018
6.	Paszport techniczny
7.	Instrukcje obsługi: 2x wersja papierowa, wersja elektroniczna pdf
II. Parametry techniczne wirówki	
8.	Prędkość wirowania minimum 300-4 000 rpm
9.	Sygnalizacja niewyważenia,
10.	Czas wirowania 0-99 min
11.	Max. pojemność minimum 400 ml
12.	Regulacja RPM
13.	Regulacja czasu wirowania
14.	Blokada pokrywy, awaryjne otwieranie pokrywy
15.	Zasilanie 230V/50,60 Hz
16.	Waga do 20 kg
17.	Rotor kątowy 24 miejscowy 10/15ml max PRM min. 4000 obr/min , kąt 30 st. Komplet z pojemnikami na próbki

..... dnia

(podpis Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

Warunki Gwarancji	
1.	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
2.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
3.	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax'em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
4.	Czas naprawy – max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
5.	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
6.	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
Serwis Pogwarancyjny	
1	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
2	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax'em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
3	Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
4	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – minimum 12 miesięcy

Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymaganiami oraz zobowiązuję się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik 3.4. do Formularza ofertowego, tabela I otrzymuje brzmienie:

Załącznik 3.4. do Formularza ofertowego

Pakiet 4 - UNIWERSALNY STÓŁ ZABIEGOWY – 2 szt.

.....
podać typ, model, producenta, kraj producenta

Lp.	Opis parametru
1	Stół zabiegowy dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych - 2 sztuki
2	Możliwość monitorowania pacjenta i wykonywanie zdjęć RTG w czasie trwania zabiegów i operacji
3	Przejezdna podstawa z centralną blokadą wszystkich kół
4	Wysokość stołu regulowana przy pomocy pompy nożnej w zakresie min. 810 mm -1050 mm
5	Gabaryty powierzchni roboczej stołu- min. 2020 mm x 550 mm
6	Ilość sekcji – 4. Błąt stołu podzielony na cztery segmenty: podglówek, oparcie pleców, segment siedzenia i podnózek.
7	Pozycja Trendelenburga - min. 25°
8	Pozycja anty-Trendelenburga - min. 12°
9	Regulacja segmentu oparcia pleców, podglówka oraz podnóżka – manualnie wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą
10	Regulacja zagłówka w granicach nie mniejszych niż -40° do +50°
11	Regulacja oparcia pleców w granicach nie mniejszych niż -40° do 80°
12	Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnózek wyposażone w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego
13	Materace bezszwowe wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej oraz powierzchnie metalowe stołu łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków dezynfekujących
14	Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo
15	Waga stołu nie większa niż 125 kg
16	Maksymalne obciążenie stołu – min. 150 kg
17	Możliwość współpracy z przystawkami ortopedycznymi, ginekologicznymi, urologicznymi i proktologicznymi
18	Przystawka ortopedyczna ręki: (1 szt) Do popierania ręki w pozycji leżącej pacjenta wyposażona w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiająca obrót wokół jej osi pionowej .
19	Przystawka ortopedyczna kończyny dolnej: (1 szt) Podkolannik do popierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej pacjenta wyposażona w poliuretanowy materac. Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej umożliwiająca obrót wokół jej osi pionowej , kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości .
20	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej) i wersja elektroniczna CD lub pendrive
21	Paszport techniczny
22	Deklaracja zgodności – CE – przy dostawie
23	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – przy dostawie
24	Urządzenie fabryczne nowe
25	Rok produkcji 2017 lub 2018

26	Dokumentacja Techniczno Rozruchowa w języku polskim
27	Paszport techniczny przy dostawie
28	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia, dezynfekcji. Podać zalecenia przez producenta preparat do dezynfekcji.


..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

§ 1 ust. 2 pkt. 3 Załącznika Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa:, typ:, producent**, zgodnie i na warunkach określonych ofertą Wykonawcy, której Formularz ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1 do Umowy, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - 1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,
 - 2) przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji oferowanego urządzenia i przekazanie wykazu środków do dezynfekcji zalecanych przez producenta,
 - 3) przeprowadzenia szkolenia personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie bieżącej konserwacji urządzenia,
 - 4) dostarczenia wraz z dostawą dokumentów określonych w załączniku do Formularza ofertowego - stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
 - 5) dostarczenia wykazu danych teleadresowych i kontaktowych do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski (wymienić wszystkich).
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, **w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy (pakiety 1-5, 7-11) oraz 5 miesięcy od daty zawarcia umowy (pakiet 6)**. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń *Protokołu Odbioru Technicznego*, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 3 do Umowy. Przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania protokołu odbioru technicznego bez uwag. Do momentu przeniesienia własności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport, rozładunek i przechowywanie (w przypadku realizacji dostaw w częściach) oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia.
4. Wykonawca winien jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego (Panem Dariuszem Legędz, tel. 664-117- 466) szczegółowy termin wykonania Umowy.
5. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania *Protokołu Odbioru Technicznego*, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy:
 - a) po stronie Zamawiającego -
 - b) po stronie Wykonawcy -



Załącznik 3.9 do Formularza ofertowego zostaje wykreślony:

Pakiet 9 — Wózek do przewożenia chorych — 1 szt.

.....
podać typ, model, producenta, kraj producenta

L.p.	Wymagane Parametry Techniczne
I. Wymagania ogólne	
1	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej pomiędzy salami, gabinetami zabiegowymi na oddziałach w szpitalu
2	Deklaracja zgodności — CE
3	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
4	Urządzenia fabrycznie nowe
5	Rok produkcji 2017
6	Instrukcje obsługi i konserwacji: 2x wersja papierowa, wersja pdf
II. Parametry techniczne wózka	
7	Podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
8	Wymienny materac z uchwytyami pokryty tapicerką skóropodobną w kolorze niebieskim
9	Podglówek regulowany za pomocą mechanizmu typu rostomat
10	Opuszczane bariery boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej
11	4 krążki odbojowe w ramie wózka
12	Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych
13	System kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy ; 2 z blokadą obrotu)
14	Wieszak na rolkę z podkładem

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

Warunki Gwarancji	
1	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski
2	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe — max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
3	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie — podjęta naprawa” — max 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax'em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
4	Czas naprawy — max 5 dni roboczych od podjęcia naprawy
5	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze
6	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę
Serwis Pogwarancyjny	
1	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny
2	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie — podjęta naprawa” — max 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii fax'em, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
3	Minimum 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji
4	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie — minimum 12 miesięcy

Potwierdzam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymaganiami oraz zobowiązuje się dostarczyć wszelkie wymienione w tabeli dokumenty wraz z dostawą.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ zostaje wykreślony:

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 – Wózek do przewozu chorych

Nazwa i adres Wykonawcy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ, model i producent	Ilość	JM	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
4.	Wózek do przewozu chorych – opis zgodnie z zał. nr 3.9. do formularza ofertowego		4	Szt.		

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZEDSIĘDZIE
Marek Stawicki

PROKURENT
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/35PN/18 z dn. 02 listopada 2018

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

Z-66 DYREKTORA ds. LECZNICTWA

TARSZY SPECJALISTA

lek. Paweł Sobieski
9177803

Anna Piórkowska