

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28

tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



**Misja Szpitala Świętej Trójcy:**

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/14PN/16

Płock, dnia 5 maja 2016 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz siatki chirurgicznej.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów o parametrach równoważnych, a mianowicie: w pozycji nr 1 protezy do korekcji cystocele z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach: podstawy 60 i 90 mm x wysokość 75 mm, z podwójnymi ramionami, każde w plastikowej osłonce (górne dł. 19 cm, dolne 18,5 cm), bez wplecionej niebieskiej nici; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów o parametrach równoważnych, a mianowicie: w pozycji nr 2 protezy do korekcji rectocele z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach 63 x 120 mm, z dodatkową górną wypustką o wymiarach 63 mm x 40 mm, bez niebieskiej nici, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. każdego ramienia 17,5 cm; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów o parametrach równoważnych, a mianowicie:

- 1) taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce; grubość siatki 0,34 mm, porowatość 1500-1950 µm; rozmiar: dł. 45 cm, szer. 1,1 cm; gramatura siatki 45 g/m<sup>2</sup>.
- 2) siatka do leczenia zaburzeń dna miednicy mniejszej z polipropylenu monofilamentowego, o kształcie anatomicznym, o wymiarach wysokość 8 cm, szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, implant z sześcioma ramionami, każde w plastikowej osłonce, do przeprowadzenia ramion służą długie pętle o długości: górne 410 mm (po 205 mm z dwóch stron), środkowe 390 mm (po 195 mm z dwóch stron), dolne 360 mm (po 180 mm z każdej strony); grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, porowatość 1500-1950 µm; do implantacji służą narzędzia wielokrotnego użytku.

W przypadku dopuszczenia i wygrania postępowania prowadnicę ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, do implantacji naszych systemów prześlemy na rzecz szpitala nieodpłatnie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał: zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Strona 1 z 5

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga całkowicie jednorazowego systemu: narzędzia + implant?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny:

System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele, jednorazowy, sterylny do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:

- systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m<sup>2</sup> z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.
- 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny: System całkowicie jednorazowy, sterylny do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składający się z:

a/ systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m<sup>2</sup>; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.

b/ dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytyami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki w rozmiarze 25cm x 35cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki w rozmiarze 8cm x 12cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki w rozmiarze 8cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki w rozmiarze 20cm x 20cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki w rozmiarze 20cm x 30cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 1 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 97g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,62mm w rozmiarze 20x30cm lub/i 30x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 97g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,62mm w rozmiarze 09x13cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 3 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 97g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,62mm w rozmiarze 15x20cm lub/i 20x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 1 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 46g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,4mm w rozmiarze 20x30cm lub/i 30x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 2 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 46g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,4mm w rozmiarze 09x13cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 3 siatkę chirurgiczną, polipropylenową o gramaturze 46g/m<sup>2</sup> oraz grubości 0,4mm w rozmiarze 15x30cm lub/i 20x30cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 18, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędne do kalkulacji oferowanej ceny.

**Odpowiedź: Zamawiający zamówi min. 70 % wyrobów, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.**

**Pytanie Nr 19, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 20, dotyczy § 6 punkt 1, a i d**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w §6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21, dotyczy pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja rectocele.

Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny. Parametry techniczne – wymiary: 9 x 37 cm, gramatura: 39 g/m<sup>2</sup> +/- 3, wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm, grubość siatki: 0,38 mm. W zestawie znajduje się specjalnie zaprojektowane narzędzie jednorazowego użytku do implantacji siatki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 22, dotyczy pakietu nr 1, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki miednicy - korekcja cystocele. Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego, czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie. Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm. W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku ( 2 anterior + 2 posterior).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 23, dotyczy pakietu nr 2, poz. nr 1**

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 12 mm, długość: 450 mm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 24, dotyczy pakietu nr 1, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 1:

70 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25, dotyczy pakietu nr 1, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 2:

30 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 26, dotyczy pakietu nr 2, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:

50 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27, dotyczy pakietu nr 2, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:

- 8 szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm), do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. nr 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

**§ 9 ust. 3 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania **30%** wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Niescierenko

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

PZOZ/DZP/382/14PN/16 z dn. ... 5. maja ... 2016

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczętka Wykonawcy .....

lek. Paweł Sobieski  
specjalista chirurgii ogólnej  
specjalista chirurgii onkologicznej  
9177803

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Bogucka

ORDYNATOR  
Oddziału Ginekologii i położnictwa  
dr n. med. Renata Zurek  
Specjalista Ginekologii i położnictwa  
3284310

INSPEKTOR

Marta Mikulska

Strona 5 z 5