

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 16 marca 2016 roku

PZOZ/DZP/382/01PN/16

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów do sterylizacji**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 3,5cm zamiast 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 4cm zamiast 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 6cm zamiast 6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 7cm zamiast 6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej? Pytanie związane jest z faktem pojawiania się w ofertach produktów, które są nieprawidłowo oznakowane, tj. w sposób mogący wprowadzać w błąd użytkownika, poprzez umieszczanie na produkcie informacji o spełnieniu wymagań norm, które nie dotyczą tych produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści papier o (zgodnej z normą) zawartości siarczanów 0,034%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści papier o wytrzymałości na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania 1,85 kN/m na sucho, 0,72 kN/m na mokro, a w kierunku poprzecznym 1,35kN/m na sucho i 0,42 kN/m na mokro?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści powyższego, zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy umowy

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 11, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 12, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 13, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niedostarczonej partii zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 14, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 15, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1b: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy umowy

§ 6 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 17, dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby papier był biodegradowalny, o możliwości utrzymania sterylności pakietu do 180dni potwierdzone przez Producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby papier miał gramaturę 56g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę 56g.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby papier pakowany był naprzemiennie białe/żółcisto złoty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby papier pakowany był naprzemiennie białe/żółcisto-złoty w ilości co najwyżej 1/3 zamówienia – dotyczy tylko pozycji nr 3.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1, 2, 3.

Czy Zamawiający wymaga aby papier posiadał wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 1,9kN/m na sucho i 0,6 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6kN/m na mokro?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. nr 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 6 „Kary umowne” Istotnych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 5% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
 - c. 5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,
 - d. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

W § 4 dodaje się kolejny pkt. nr 10 o następującym brzmieniu:

Zamawiający jest uprawniony (bez konieczności sporządzania aneksu) do swobodnego dokonywania zmian ilościowych wyrobów medycznych wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w ramach umowy, niepowodujących wzrostu całkowitej wartości umowy.

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów do sterylizacji”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 1 – Papier krepowany

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa/ nr katalogowy o ile jest nadany	Producent	j.m.	ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku Vat	Wartość brutto PLN
1.	Papier krepowany miękki 50 cm x 50 cm, gramatura papieru 60g/m ² , zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, zgodny z normą 868-2, ISO 11607-1 lub równoważnymi. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor biały			arkusz	7 000			8%	
2.	Papier krepowany miękki 75 cm x 75 cm, gramatura papieru 60g/m ² , zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, zgodny z normą 868-2, ISO 11607-1 lub równoważnymi. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor zielony			arkusz	12 000			8%	
3.	Papier krepowany miękki 100 cm x 100 cm, gramatura papieru 60g/m ² , zawartość chlorków i siarczanów poniżej 0,02%, zgodny z normą 868-2, ISO 11607-1 lub równoważnymi. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 2 kN/m na sucho i 0,9 kN/m na mokro. W kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN/m na sucho i niemniej niż 0,6 kN/m na mokro. Kolor zielony.			arkusz	8 000			8%	
Razem									

Uwagi!

- Zamawiający wymaga, aby papier był biodegradowalny, o możliwości utrzymania sterylności pakietu do 180dni potwierdzone przez producenta w karcie charakterystyki.

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2016r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

WICEPREZES ZAWYADU
Marek Stawicki
Marek Stawicki

PROKURENT
Maja Kuleza
Maja Kuleza

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 16.03.2016 roku PZOZ/DZP/382/01PN/16
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

FAKTOR

L. Kuczyńska

Strona 5 z 5

Mikulska
Mikulska

Podpisano

Podpisano

