

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 04 września 2014 roku

PZOZ/DZP/382/32PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25, poz. 1 dopuści igłę z możliwością regulacji na dwóch długościach (15 i 25 mm, końcówka z ukośnie ściętym ostrzem rozmiar 14Gx150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 25, poz. 2 dopuści igłę do biopsji szpiku kostnego z mostka o długości całkowitej 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtry antybakteryjno-wirusowe do dróg oddechowych, mikrobiologicznie czyste, mechaniczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z planki oraz portem kapno, dla dorosłych, Z objętością oddechową (wdechową) w przedziale od 300-1500 ml i przestrzenią martwą 55 ml, skutecznością filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczność nawilżenia 34,2 mg, utrata wilgotności 9,8mg H₂O/l przy Vt 500 ml, waga filtra 40 g, ważność 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1,

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z barierą mechaniczną w postaci membrany filtrującej oraz celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z zachowaniem pozostałych parametrów/zapisów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 4

Czy mankiet ma posiadać wzmocnienie zabezpieczające przed wywijaniem się mankietu podczas zakładania maski?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 10

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniuła dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa typu neoflon. Kaniuła wykonana z teflonu, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowania typu blister.



Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar 24G (żółty) 0,7 x 19mm, przepływ 13ml/min".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 6

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem, 3 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 1,5 x 45mm (kolor biały).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem, 3 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 1,3 x 32mm. (kolor zielony)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 3

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem, 3 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 1,0 x 32mm. (kolor różowy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem, 3 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 0,9 x 25 mm. (kolor niebieski)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5

Proszę o dopuszczenie:

„Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem, 3 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 0,7 x 19 mm. (kolor żółty)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Pozwoli to zaoferować nam konkurencyjną cenowo ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 16

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w pakiecie nr 16 wymiaru wziernika w rozmiarze „S”. Poniżej znajduje się szkic wziernika - prosimy Zamawiającego o wskazanie na nim odległości, która ma mieć 10 cm długości.



Odpowiedź: Zamawiający wskazał strzałką w kolorze czerwonym na szkicu wziernika powyżej, która odległość ma posiadać 10 cm długości.

Pytanie Nr 15, dotyczy pkt. 15.D.1 SIWZ

Czy Zamawiający, na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, w pakietach, w których nie wymaga próbek, będzie wymagał dostarczenia folderów oferowanego asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 13 poz.2

W związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia w ofercie uprzejmie prosimy o możliwość składania ofert na poszczególne pozycje lub prosimy o wydzielenie pozycji 2 w jedno osobne zadanie tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 20G/34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 22G/34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 20G/34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 5, poz.7

Czy Zamawiający dopuści igłę typu Autraucan z przewodnicą 20Gx34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 22G/34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 9-11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cewniki do podawania tlenu przez nos pozbawione były ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 7- 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą wykonaną z PCV oraz drenem wolnym od ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na przyrządzie znajdowało się logo producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów nie posiadający dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po jej użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komora kroplową o pojemności około 9 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji krwi z komorą kroplową min. 60mm wykonana z PCV oraz drenem wolnym od ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu Nr 8, poz.10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu Nr 9, poz.1-5

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wkluć obwodowych poliuretanowe z 3 paskami rtg oraz plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przez przypadkowym zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu Nr 9, poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu Nr 9, poz.6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu Nr 11, poz.1-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu Nr 12, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania w rozmiarze Ch 6-10 o długości 40cm, pozostałe cewniki o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 12. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 12. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem 5-15ml?

Odpowiedź: Wykonawca błędnie określił nr pakietu, ponieważ z treści pytania wynika, iż dotyczy ono Pakietu nr 12. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu Nr 12, poz.5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o niezmrożonej powierzchni, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu Nr 14, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera pakowany podwójnie z 3 otworami drenującym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu Nr 14, poz.4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu Nr 14, poz.13

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z nieprzezroczystej folii PCV, z przezroczystym okienkiem z jednej strony w miejscu wkładania karteczki, posiadające kształt paska zwężonego z jednego końca, o całkowitej długości 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu Nr 14, poz.14

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z nieprzezroczystej folii PCV, z przezroczystym okienkiem z jednej strony w miejscu wkładania karteczki, posiadające kształt paska zwężonego z jednego końca, o całkowitej długości 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylnej, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy zakończony cewnikiem zakończonym miętko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do badań cytologicznych o pojemności 200ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 16x25cm z folii o grubości 0,05mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyny w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml skalowaną co 1ml do 4-50ml i co 5ml do 500ml, z zastawką antyrefleksyjną między komorą o workiem do zbiórki moczu, dren o dużej średnicy wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek z pojedynczym zgrzewem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worek z portem bezigłowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu Nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę z oznaczeniem skali w milimetrach w rozmiarze 14Gx150mm, posiadającą dwie długości regulacji 10mm i 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze 29-35,5cm z rozstawem ok. 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu Nr 27, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze 31-37,5cm z rozstawem ok. 8,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu Nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do z ww. pakietu tj. Okulary ochronne dla noworodków o niżej podanych parametrach technicznych:

1. Okulary do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu

zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularów do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm

2. Okularów do fototerapii j.u. dla noworodków jednocześnie, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularów do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm

Każda sztuka okularów pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu Nr 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, posiadającą przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklonowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, rozmiary: od 2 do 5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 2, 3, 4 oraz 14

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu i utworzenie pakietu np. 8a.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu Nr 12, poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w rozm. 12-20, o standardowej długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w opakowaniu folia-papier.

2/ Czy cewniki Foley'a powinny posiadać minimum 3, 4 otwory boczne, ułatwiające drenaż?

Odpowiedź 1/ i 2/: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu Nr 14, poz. 12

Czy Zamawiający wymaga lancetów alergicznych pakowanych osobno, wyposażonych w specjalnie zaprojektowaną małą wskazówkę o dł. 0,9mm, renomowanej firmy, pakowanych a 200 szt., takich jak dotychczas używane?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod jednostką miary „zestaw” w kolumnie ilość wpisując „1”, natomiast w nazwie przedmiotu zamówienia podając wszystkie rozmiary 6-10mm oraz 7,5 – 8,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający chce mieć możliwość zamówienia jednego zestawu bez określania z góry rozmiaru. Rozmiar w zakresie podanej w OPZ rozmiarówki.

Pytanie Nr 63, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne wzierniki ginekologiczne produkcji włoskiej w rozmiarach wg standardu europejskiego, gdzie rozmiar:

XS odpowiada rozmiarowi S

S odpowiada rozmiarowi S/M

M odpowiada rozmiarowi M

L odpowiada rozmiarowi L

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 64, dotyczy Pakietu Nr 8

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 cewników do podawania tlenu bez **widocznej skali** z uwagi na fakt iż nie ma na rynku cewników do podawania tlenu skalowanych?
- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x12?

Odpowiedź 1): Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Odpowiedź 2): Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 65, dotyczy Pakietu Nr 11

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o rodzaju nacięcia skośnego: długie/krótkie?

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach nacięcia skośnego, w zależności od zastosowania: krótko ścięte i długo ścięte? Igły krótko ścięte przeznaczone są do aspiracji leku z fiołki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długo ścięte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie m. in. Punkcji i ewakuacji ropni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 66, dotyczy Pakietu Nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 cewników do odsysania w rozmiarach 6-10 o długości 40 cm i 12-20 o długości 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 67, dotyczy Pakietu Nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 drenu Pezzera pakowanych w opakowanie pojedyncze folia/papier, o długości 35 cm z dwoma otworami drenującymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie Nr 68, dotyczy Projektu Umowy § 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu w pkt. 1 pdp. b z zapisu „2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na zapis „0,2% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 69, dotyczy Projektu Umowy § 3 ust 1

Czy w § 3 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 70, dotyczy Projektu Umowy § 3 ust 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 71, dotyczy Projektu Umowy § 5 ust. 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 72, dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie.
- c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie. jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 73, dotyczy Pakietu Nr 1, poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H₂O przy 60 l/min (1,1 cm H₂O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 53 g, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 74, dotyczy Pakietu Nr 1, poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13, przestrzeń martwa 29 ml, opory przepływu: 2,3 cm H₂O przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7 mg H₂O przy VT=250 ml, objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 23 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock. Pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu Nr 2, poz.1

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz, długości 150cm, łącznik Y z dwoma portami do pomiaru ciśnienia i temperatury zabezpieczonymi zatyczkami na uwięzi, pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 76, dotyczy Pakietu Nr 4, poz.1

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, mankiet 100% silikon, rurka oddechowa PVC, z zabezpieczeniem w postaci uzebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta, kompatybilna z procedurami MRI, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski i umożliwiający precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową, kodowanie kolorystyczne umożliwiające identyfikację rozmiarów na opakowaniu jednostkowym, opakowanie papier-folia, sterylne, umożliwiające natychmiastowe użycie, instrukcja użycia w opakowaniu zbiorczym, rozmiary 1-6.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu Nr 5, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 78, dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 79, dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 27G o długości 90 mm z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 80, dotyczy Pakietu 5, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 27G z prowadnicą 22G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 81, dotyczy Pakietu 5, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 82, dotyczy Pakietu 5, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 90mm z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 83, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 90mm z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 85, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 86, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 103mm z prowadnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 9,10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 27G długość 103mm z prowadnicą 22G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2, 3, 4, 5, 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 89, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 szt. w poz. 3, 5, 6 z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie Nr 90, dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 12,13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 91, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/zachłapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.

Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min

Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min

Rozmiar - 1,8mm - 16G(szary) dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min

Rozmiar - 2,0mm - 14G(pomarańczowy) dł. 45 mm , przepływ 270 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 92, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 1,1 x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 93, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE bez portu bocznego, widocznych w USG, z zakończeniem Luer Lock, z zastawką antyzwrotną w rozmiarze 0,7 x 19mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 94, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuc obwodowych poliuretanowych rozmiar 0,7 x 19 mm (kolor żółty), bez portu bocznego, za zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, z filtrem hydrofobowym, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie igłą podczas wkłuwania się do naczynia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 95, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuc obwodowych poliuretanowych rozmiar 0,7 x 19 mm (kolor żółty) z dodatkowym portem w postaci zaworu bezigłowego na drenie Y, z automatycznym zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami i kontaktem z krwią, z min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, z filtrem odpowietrzającym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 96, dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie Nr 97, dotyczy Pakietu Nr 10

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez opakowanie typu Tyvek zabezpieczające przed wilgocią rozumie opakowanie wodoszczelne (bez zawartości celulozy) nierozrywalne, które zapewnia jałowość produktu na etapie transportu i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 98, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w rozm. 12-20 o dł. 60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 99, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze cewnika oraz numeryczny fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 100, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 3, 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników Foleya, pakowanych w opakowania podwójne zewnętrzne folie/papier oraz wewnętrzne worek foliowych dla zachowania warunków aseptyki podczas cewnikowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 101, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 3-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników z zastawką plastikową gwarantującą szczelność dla płynu wypełniającego balon cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 102, dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foleya mają posiadać minimum 3-4 otwory boczne celem łatwiejszego drenażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie Nr 103, dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład którego wchodzi: dwa dreny spiralne z trokarami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności 700ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 200 mikronów), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 104, dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o zmianę zapisów § 6 pkt. a na „10 % wartości brutto części umowy od której odstąpił Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 105, dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o zmianę zapisów § 6 pkt. b na „2 % wartości brutto od części umowy której dotyczy niedostarczony w terminie towar za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 106, dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje zestawu drenażowego do autotransfuzji z wbudowanym filtrem 200 mikronów.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie 103.

Pytanie Nr 107, dotyczy §4 pkt.1 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu na "cito" z 24 godz na 48 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw "siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 108, dotyczy §5 pkt.2 i 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 do 5 dni i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 109, dotyczy § 6 pkt.1a wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% **wartości przedmiotu umowy brutto** w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości zapłaconych faktur w terminie** a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 110, dotyczy §6 pkt.1b i c wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczonego w terminie towaru (pkt.1b) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt.1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 111, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3

Proszę o dopuszczenie przewodnicy pakowanej oddzielnie ale dołączonej do opakowania o długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 112, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 3

Proszę o dopuszczenie igły długości 88mm zamiast podanych 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 113, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4

Proszę o dopuszczenie przewodnicy pakowanej oddzielnie ale dołączonej do opakowania o długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 114, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4

Proszę o dopuszczenie igły długości 88mm zamiast podanych 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 115, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 5

Proszę o dopuszczenie przewodnicy pakowanej oddzielnie ale dołączonej do opakowania o długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 116, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 5

Proszę o dopuszczenie igły długości 88mm zamiast podanych 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 117, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 6

Proszę o dopuszczenie o długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 118 dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 8

Proszę o dopuszczenie o długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 119, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 9

Proszę o dopuszczenie igły o długości 103mm jeżeli przewodnica skraca efektywną długość igły tylko o 10mm. i z przewodnicą długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 120, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 11

Proszę o dopuszczenie igły o długości 103mm jeżeli przewodnica skraca efektywną długość igły tylko o 10mm. i z przewodnicą długości 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 121, dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 10

Proszę o dopuszczenie igieł w rozmiarze 25G lub 26G długości 103mm z przewodnicą 35mm zamiast 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 122, dotyczy Pakietu Nr 5

Proszę o dopuszczenie igieł z uchwytem eliptycznym przekroju z dodatkowymi znacznikami poprawiającymi czucie igły zamiast rowkowanego uchwyty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 123, dotyczy Pakietu Nr 5

Czy igły mają posiadać w uchwycie igły dodatkowy pryzmat w postaci lustrzanego elementu który znika kiedy pojawi się płyn m-r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 5 pozycje nr 9-11 tworzy z nich oddzielny Pakiet nr 32,
- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycję nr 6 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 33,
- wydziela z Pakietu Nr 13 pozycję nr 2 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 34,
- wydziela z Pakietu Nr 17 pozycję nr 2 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 35,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1. SIWZ:

Z: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych z podziałem na 31 pakietów.

Na: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych z podziałem na 35 pakietów.

Punkt 3.2. SIWZ:

Z:

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	kod CPV
1.	Filtr mechaniczny	33140000-3
2.	Obwody oddechowe	33157000-5
3.	Maska anestezyjologiczna AMBU	33171000-9
4.	Maski krtaniowe	33171000-9
5.	Igły do znieczuleń	33141321-6
6.	Drobny sprzęt I	33141000-0 33194100-7
7.	Strzykawki	33141310-6
8.	Cewniki, ostrza, przyrządy do infuzji, strzykawki, zgłębniki	33141200-2 33141411-4 33194100-7 33140000-3
9.	Kaniule + zestaw do wkłucia centralnego	33141220-8
10.	Kaniula noworodkowa typu neoflon	33141220-8
11.	Igły iniekcyjne	33141320-9
12.	Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher	33141200-2 33141640-8 33140000-3
13.	Dreny i katetry	33141640-8
14.	Drobny sprzęt II	33141640-8 33141320-9 33140000-3 33157110-9 33141900-9
15.	Rurki i prowadnice	33171000-9
16.	Wzierniki ginekologiczne	33140000-3
17.	Szczoteczki do wymazów, szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG	33140000-3 33712000-4 33793000-5
18.	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana	33190000-8
19.	Wkłady do wanienek	33141000-0
20.	Ustniki do spirometru	33772000-2
21.	Zestaw do drenażu typu Handy Vac	33190000-8
22.	Worki na płyny, pokrowiec na przewody	33141600-6 33141000-0
23.	Osiłona na ramię C	33141000-0
24.	Worki na mocz	33141600-6
25.	Igły do biopsji	33141323-0
26.	Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii	33141200-2
27.	Okularki do fototerapii	33730000-6
28.	Próżnościąg położniczy	33190000-8
29.	Smoczek na butelkę	33681000-7
30.	Taśma do Kinezy Tapingu	33155000-1
31.	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe	33793000-5 33140000-3 30192800-9

Na:

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	kod CPV
1.	Filtr mechaniczny	33140000-3
2.	Obwody oddechowe	33157000-5
3.	Maska anestezjologiczna AMBU	33171000-9
4.	Maski krtaniowe	33171000-9
5.	Igły do znieczuleń I	33141321-6
6.	Drobny sprzęt I	33141000-0 33194100-7
7.	Strzykawki	33141310-6
8.	Cewniki, ostrza, przyrządy do infuzji, strzykawki, zgłębniki	33141200-2 33141411-4 33194100-7 33140000-3
9.	Kaniule	33141220-8
10.	Kaniula noworodkowa typu neoflon	33141220-8
11.	Igły iniekcyjne	33141320-9
12.	Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher	33141200-2 33141640-8 33140000-3
13.	Dreny	33141640-8
14.	Drobny sprzęt II	33141640-8 33141320-9 33140000-3 33157110-9 33141900-9
15.	Rurki i prowadnice	33171000-9
16.	Wzierniki ginekologiczne	33140000-3
17.	Szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG	33712000-4 33793000-5
18.	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana	33190000-8
19.	Wkłady do wanienek	33141000-0
20.	Ustniki do spirometru	33772000-2
21.	Zestaw do drenażu typu Handy Vac	33190000-8
22.	Worki na płyny, pokrowiec na przewody	33141600-6 33141000-0
23.	Oslona na ramię C	33141000-0
24.	Worki na mocz	33141600-6
25.	Igły do biopsji	33141323-0
26.	Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii	33141200-2
27.	Okularki do fototerapii	33730000-6
28.	Próżnociąg położniczy	33190000-8
29.	Smoczek na butelkę	33681000-7
30.	Taśma do Kinezy Tapingu	33155000-1
31.	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe	33793000-5 33140000-3 30192800-9
32.	Igły do znieczuleń II	33141321-6
33.	Zestaw do wkłucia centralnego	33141220-8
34.	Katetery	33141640-8
35.	Szczoteczki do wymazów	33140000-3

Punkt 15.E.2 SIWZ:

Z: Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.31 do SIWZ.

Na: Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.35 do SIWZ.

Punkt 23.2 SIWZ:

Z: Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 6.1 – 6.31 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na: Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 6.1 – 6.35 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Załączniki:

Z: Załącznik Nr 6.1 – 6.31 – Formularz/e cenowy/e

Na: Załącznik Nr 6.1 – 6.35 – Formularz/e cenowy/e

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Punkt 1 OPZ:**

Z: Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów medycznych z podziałem na 31 pakietów** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.

Na: Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów medycznych z podziałem na 35 pakietów** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień.

Punkt 2 OPZ:

Z: Przedmiotem zamówienia w **Pakietach nr 1 - 18, 20 - 28, 30** jest **wyrób medyczny** dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia
1.	Filtr mechaniczny
2.	Obwody oddechowe
3.	Maska anestetyczna AMBU
4.	Maski krtaniowe
5.	Igły do znieczuleń
6.	Drobny sprzęt I
7.	Strzykawki
8.	Cewniki, ostrza, przyrządy do infuzji, strzykawki, zgłębniki
9.	Kaniule + zestaw do wkłucia centralnego
10.	Kaniula noworodkowa typu neoflon
11.	Igły iniekcyjne
12.	Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher
13.	Dreny i katetery
14.	Drobny sprzęt II
15.	Rurki i prowadnice
16.	Wzierniki ginekologiczne
17.	Szczoteczki do wymazów, szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG
18.	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana
19.	Wkłady do wanierek
20.	Ustniki do spirometru
21.	Zestaw do drenażu typu Handy Vac
22.	Worki na płyny, pokrowiec na przewody
23.	Oslona na ramię C.
24.	Worki na mocz

25.	Igły do biopsji
26.	Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii
27.	Okularki do fototerapii
28.	Próżnociąg położniczy
29.	Smoczek na butelkę
30.	Taśma do Kinezy Tapingu
31.	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe

Na: Przedmiotem zamówienia w **Pakietach nr 1 - 18, 20 - 28, 30, 32, 33, 34, 35** jest wyrób **medyczny** dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia
1.	Filtr mechaniczny
2.	Obwody oddechowe
3.	Maska anestetyczna AMBU
4.	Maski krtaniowe
5.	Igły do znieczuleń I
6.	Drobny sprzęt I
7.	Strzykawki
8.	Cewniki, ostrza, przyrządy do infuzji, strzykawki, zgłębniki
9.	Kaniule
10.	Kaniula noworodkowa typu neoflon
11.	Igły iniekcyjne
12.	Cewniki, przewód do cytoskopu, dren T Kher
13.	Dreny
14.	Drobny sprzęt II
15.	Rurki i prowadnice
16.	Wzierniki ginekologiczne
17.	Szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG
18.	Zestaw do pulsacyjnego płukania do kolana
19.	Wkłady do wanierek
20.	Ustniki do spirometru
21.	Zestaw do drenażu typu Handy Vac
22.	Worki na płyny, pokrowiec na przewody
23.	Oslona na ramię C
24.	Worki na mocz
25.	Igły do biopsji
26.	Cewnik rektalny, cewnik do cystometrii i profilometrii
27.	Okularki do fototerapii
28.	Próżnociąg położniczy
29.	Smoczek na butelkę
30.	Taśma do Kinezy Tapingu
31.	Opakowania farmaceutyczne, utensylia recepturowe
32.	Igły do znieczuleń II
33.	Zestaw do wkłucia centralnego
34.	Katetery
35.	Szczoteczki do wymazów

Punkt 3 OPZ:

Z:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych - Załącznik Nr 6.1 – 6.31 do SIWZ.

Na: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych - Załącznik Nr 6.1 – 6.35 do SIWZ.

Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 2 otrzymuje brzemienie:

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 3 otrzymuje brzemienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 1 pkt b otrzymuje brzemienie:

- b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 5 – Igły do znieczuleń I

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 18G			szt.	80		
2.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 19G			szt.	60		
3.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 25G , długość 90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm.			szt.	50		
4.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 28G , długość 90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm.			szt.	110		
5.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych standardowa ostra, wysoce przezroczysty trzon igły dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 29G , długość 90mm, pakowana razem z prowadnicą 22G/38mm.			szt.	100		
6.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 25G , długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm.			szt.	500		
7.	Igły do znieczuleń podpalęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu. Rozmiar 26G , długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 20G/38mm lub igły do znieczuleń podpalęczynówkowych ze			szt.	80		

	specjalnym atraumatycznym dwustrefowym szlifem typu atraucan. Przednia część szlifu tnąca, tylna część rozszerzająca Rozmiar 26G , długość 88mm, pakowana razem z prowadnicą 20G x 35mm.							
8.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 27G , długość 88-90mm, pakowana razem z prowadnicą 22G/38mm.					szt.	2600	
							Razem:	

Dotyczy wszystkich pozycji:

- ostrość szlifu,
- kolorowy mandryn zgodny z kodem kolorów,
- wygodny rowkowany uchwyt mandryny ułatwiający wklucie igły,
- widoczność płynu M-R

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 9 – Kaniule

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 1,5 x 45mm. (kolor biały)			szt.	10		
2.	Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiar 1,3 x 33mm. (kolor zielony)			szt.	5 350		
3.	Kaniule do wkłuc obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym			szt.	11 300		

	szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kanuła nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kanułą podczas wkluwania się do naczynia. Rozmiar 1,1 x 25mm. (kolor różowy)						
4.	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kanuła nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kanułą podczas wkluwania się do naczynia. Rozmiar 0,9 x 25mm. (kolor niebieski)	szt.	7 150				
5.	Kaniule do wkłuć obwodowych poliuretanowe z automatycznie otwierającym się metalowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z dodatkowym portem i min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, igła z tylnym szlifem, samozamykający się zawór portu, zakończenie Luer-Lock, filtr hydrofobowy, koreczek Luer-Lock, kanuła nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kanułą podczas wkluwania się do naczynia. Rozmiar 0,7 x 19mm. (kolor żółty)	szt.	2 250				
			Razem:				

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.13 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.13 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 13 – Dreny

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Dren brzuszny, sterylny, długość 40cm, rozmiar 26 wykonany z silikonowego tworzywa bez otworów bocznych			szt.	10		
2.	Dren typu REDON do odsysania ran wykonany z PCV, z paskiem RTG, min. długość 50cm-80cm, sterylny, prosty nie zwijany, wielkość otworów w drenie zależna od rozmiaru cewnika. Rozmiar 6-18F.			szt.	480		
3.	Dren typu REDON w wersji „extra soft”, o zwiększonej atraumatyczności, do odsysania ran wykonany z silikonowego tworzywa, długość 70cm, sterylny, prosty nie zwijany. Rozmiar 12F.			szt.	560		
4.	Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON poj. 250ml, sterylna			szt.	2 300		
Razem:							

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.17 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 17 – Szkiełka, osłonki medyczne na głowice USG

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/hr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu, op. 150ml			op.	30		
2.	Szkiełka cytologiczne mikroskopowe, cięte krawędzie, małowe pole do opisu, optycznie czyste, Opakowanie 50 szt.			op.	36		
3.	Osłonki medyczne (prezerwatywy bezpudrowe, bez zbiorniczka) na głowice USG			szt.	3 600		
Razem:							

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.21 otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 21 – Zestaw do drenażu typu Handy Vac

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Zestaw drenażowy do autotransfuzji w skład którego wchodzi: dwa dreny spiralne z trokarzami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antywrótną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antywrótną o pojemności 700ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 200 mikronów), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń.			szt.	280		
2.	Linia do przetoczeń typu Handy Vac ATS Filt z filtrem trójstopniowym-kaskadowym o parametrach 175, 40 i 10 mikronów.			szt.	300		
3.	Worek do drenażu typu Handy Vac ATS 700ml z kranikiem			szt.	230		
4.	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z wbudowanym filtrem 200 mikronów typu Handy Vac Worek.			szt.	93		
						Razem:	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 32 – Igły do znieczuleń II

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 25G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm			szt.	10		
2.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 26G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm			szt.	10		
3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 27G., długość 115-120mm, pakowana razem z prowadnicą 20-22G/38mm			szt.	10		
Razem:							

Dotyczy wszystkich pozycji:

- ostrość szlif,
- kolorowy mandryn zgodny z kodem kolorów,
- wygodny rowkowany uchwyt mandrynu ułatwiający wkłucie igły,
- widoczność płynu M-R

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 33 – Zestaw do wkłucia centralnego

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Zestaw do wkłucia centralnego składający się z: cewnik poliuretanowy 20cm 1,4 x 2,1mm widoczny w RTG ze znacznikami długości, stałe i ruchome skrzydełka mocujące, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamanie, rozszerzadło, strzykawka trzyczęściowa 5ml, igła Seldingera prosata 18G/70mm.			szt.	12		
Razem:							

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 34 – Katetery

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F (średnica zewnętrzna), sterylny, długość 200cm + końcówka zakrzywiona			szt.	1 410		
Razem:							

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa materiałów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 35 – Szczoteczki do wymazów

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	Nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	Szczoteczki do wymazów cytologicznych , jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające pobranie w rozmiarze jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji (typu wachlarz). Badania kliniczne oraz rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych. Szczoteczki oryginalne zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.			szt.	1 800		
Razem:							

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEDZIEŁY ZAMAWIAJĄCY

Marek Stawicki

~~PROKURENT~~
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 04.10.2014 roku PZOZ/DZP/382/32PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy