


PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 08. października 2015 roku

PZOZ/DZP/382/42PN/15

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa wyrobów medycznych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 32

Czy kolor: niebieski, różowy, beżowy, zielony, czarny to tworzą jeden pakiet i takich potrzebujecie 30 sztuk czyli łącznie 150 szt. taśm, czy to tylko podane kolory taśm, a ilość taśm wynosi łącznie 30 sztuk?

Odpowiedź: Zapotrzebowanie roczne wynosi 30 szt. Zamawiający określi kolory taśm i konkretne ilości w zamówieniach cząstkowych, które będą składane w ciągu trwania umowy.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 32

Czy taśmy będą zamawiane w jednorazowej dostawie czy będzie kilka dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 17 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod jednostką miary „zestaw” jeżeli w nazwie przedmiotu zamówienia podając wszystkie rozmiary.

Odpowiedź: Zestaw = rurka tracheostomijna + 2 kaniule + opaska+ szczoteczka. Zamawiający będzie składał zamówienia na zestawy w podanym zakresie rozmiarów zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

Pytanie Nr 4, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 5 ust. 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 10 poz.1 i 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 49.027.000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości przedmiotu niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy
- c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów złej jakości
- d. 10% wartości przedmiotu niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o identycznym zastosowaniu i poniższych parametrach technicznych: Filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty. Skuteczność filtracji wirusowej > 99,99%, skuteczność filtracji bakteryjnej > 99,9999%. Przestrzeń martwa: 77ml, opory przepływu: 1,0cm H₂O przy 30l/min (3,3cm H₂O przy 60l/min.). Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania min. 33mg/l przy VT=500ml. Objętość oddechowa Vt 300-1000ml. Waga 24g. Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 6 ust. 1 b i c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 33 poz. 8 i 9

Prosimy o określenie, czy zlewki mają być niskie czy wysokie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zlewki niskie i wysokie.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 33 poz. 9

Czy Zamawiający uzna, jako produkt zgodny z SIWZ, zlewki szklane o poj. 250ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zlewkę o poj. 250 ml.

Pytanie Nr 11, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy §6 ust. 1 pkt. b i c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych, o których mowa w §6 ust. 1 pkt. b i c, do 1% wartości brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, Istotnych Postanowień Umowy § 10 ust. 2

Mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku kiedy w trakcie wykonywania umowy wytwórca dokonała zmiany numerów katalogowych dla elementów przedmiotu umowy bez zmiany właściwości tegoż przedmiotu w stosunku do przedmiotu zaoferowanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 2 pkt. 3, 4:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast wpisać § 10 wpisał § 9?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ § 2 pkt. 4, 5.

Pytanie Nr 14, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy Projekt umowy §4 pkt. 2

Czy poprzez stwierdzenie „własny transport” Zamawiający miał również na myśli transport kurierem i Poczta Polska? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści powyższą formę transportu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakiet nr 13, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif długościęty, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakiet nr 13, poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby igły pochodziły od jednego producenta

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 3,4

- a) Czy Zamawiający dopuści zastawkę lateksową, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?
- b) Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu swoją prośbę motywujemy tym, iż nie udowodniono, aby cewniki sterylizowane radiacyjnie były lepsze w użytkowaniu, a wręcz podraża to koszty wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający dopuszcza zastawkę lateksową.

Ad. b) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 6,7

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 6, 7 do osobnego Pakietu nr 34 i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H₂O przy 60 l/min (1,1 cm H₂O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 53 g, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13, przestrzeń martwa 29 ml, opory przepływu: 2,3 cm H₂O przy 30 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7 mg H₂O przy VT=250 ml, objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 23 g, filtr z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock. Pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr Pakiet 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, mankiet 100% silikon, rurka oddechowa PVC, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta, kompatybilna z procedurami MRI, balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski i umożliwiający precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankieta metodą dotykową, kodowanie kolorystyczne umożliwiający identyfikację rozmiarów na opakowaniu jednostkowym, opakowanie papier-folia, sterylne, umożliwiające natychmiastowe użycie, instrukcja użycia w opakowaniu zbiorczym, rozmiary 1-6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr Pakiet 5 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 27G o długości 90 mm z przewodnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 90mm z przewodnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 90mm z przewodnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z przewodnicą 22G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 25G długość 103mm z przewodnicą 20G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych rozmiar 27G długość 103mm z przewodnicą 22G/32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2,3,4,5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 0,45 x 10 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 9 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny 0,3 x 13 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 10 pozycja 6, 7

Prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju i typu pomp będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Pompy infuzyjne:

- FE 331NMM TERUMO
- ASCOR SEP 11S
- ASCOR AP 22
- MEDIRA S-PCA
- ASCOR AP 14
- ALARIS GH /CARDINAL HEALTH
- PERFUSOR SPACE /B. BRAUN
- DUET 20/50 KWAPISZ
- ASCOR SEP 21S

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 10 pozycja 6, 7

W związku, iż Zamawiający oczekuje strzykawek do pomp infuzyjnych prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają być wpisane i wyświetlane w menu pompy w celu zachowania kompatybilności strzykawek oraz prawidłowego działania pompy i podaży leków.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/zachłapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.

Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min

Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min

Rozmiar - 1,8mm - 16G(szary) dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min

Rozmiar - 2,0mm - 14G(pomarańczowy) dł. 45 mm , przepływ 270 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr Pakiet 11, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE bez portu bocznego, widocznych w USG, z zakończeniem Luer Lock, z zastawką antyzwrotną w rozmiarze 0,7 x 19mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr Pakiet 11, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych poliuretanowych rozmiar 0,7 x 19 mm (kolor żółty), bez portu bocznego, za zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami, z min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, z filtrem hydrofobowym , kaniula nie posiada bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie igłą podczas wkłuwania się do naczynia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr Pakiet 11, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkluc obwodowych poliuretanowych rozmiar 0,7 x 19 mm (kolor żółty) z dodatkowym portem w postaci zaworu bezigłowego na drenie Y,

LB.

z automatycznym zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowymi zakłuciami i kontaktem z krwią, z min. 4 paskami kontrastującymi pod RTG, z filtrem odpowietrzającym.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu nr 12

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez opakowanie typu Tyvek zabezpieczające przed wilgocią rozumie opakowanie wodoszczelne (bez zawartości celulozy) nierozrywalne, które zapewnia jakość produktu na etapie transportu i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze cewnika oraz numeryczny fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby cewniki posiadały barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze cewnika oraz numeryczny fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w rozmiarze 22 z otworami ułożonymi naprzemianlegle.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu nr 14, poz. 3,4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników Foleya, pakowanych w opakowania podwójne zewnętrzne folie/papier oraz wewnętrzne worek foliowych dla zachowania warunków aseptyki podczas cewnikowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu nr Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych standard (Quincke) w rozmiarze 25G/ 90mm pakowana razem z przewodnicą 20G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych standard (Quincke) w rozmiarze 26G/ 90mm pakowana razem z przewodnicą 20G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point w rozmiarze 25G/ 90mm pakowana razem z przewodnicą 20G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point w rozmiarze 26G/ 90mm pakowana razem z przewodnicą 20G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil-Point w rozmiarze 27G/ 90mm pakowana razem z przewodnicą 22G/34mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 50cm, skalowane cyfrowo na odcinku 4 – 40cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki pępkowe dostępne w rozmiarach 4, 5, 6, 8, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewnik do podawania tlenu przez nos nie zawierał ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny ze skalą co 0,025ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 55, dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 1,6 x 40mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 56, dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 30-45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 57, dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki Nelatona posiadały zmrożoną powierzchnię ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kher wykonany ze 100% silikonu o długości 45 x 18cm, w rozmiarach 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera pakowany podwójnie z 3 otworami drenującym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 60, dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z nieprzezroczystej folii PCV, z przezroczystym okienkiem z jednej strony w miejscu wkładania karteczki, posiadające kształt paska zwężonego z jednego końca, o całkowitej długości 25cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 61, dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne wykonane z nieprzezroczystej folii PCV, z przezroczystym okienkiem z jednej strony w miejscu wkładania karteczki, posiadające kształt paska zwężonego z jednego końca, o całkowitej długości 17cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

AB.

Pytanie Nr 62, dotyczy Pakietu nr 16, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylnej, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 63, dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki były silikonowane ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 64, dotyczy Pakietu nr 17, pozycje 4 - 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 65, dotyczy Pakietu nr 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z polietylenu (PE), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 66, dotyczy Pakietu nr 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z zagiętą kanką w rozmiarze CH23 oraz drenem o długości 210cm w rozmiarze CH24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 67, dotyczy Pakietu nr 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komora pomiarową 500ml skalowaną co 1ml do 4-50ml i co 5ml do 500ml, z zastawką antyrefleksyjną między komorą o workiem do zbiórki moczu, dren o dużej średnicy wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 68, dotyczy Pakietu nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek z pojedynczym zgrzewem ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 69, dotyczy Pakietu nr 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem 120cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 70, dotyczy Pakietu nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 29-35,5cm z rozstawem ok. 7,5cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 71, dotyczy Pakietu nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 31-37,5cm z rozstawem ok. 8,5cm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 72, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 73, dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i dołączenie jej do pakietu 11 (kaniule).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 74, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 2-3, 5-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z napisami na opakowaniu jednostkowym w kolorze czarnym, z bardzo wyraźnie zaznaczonym rozmiarem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 75, dotyczy Pakietu nr 8, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze mlecznym, z napisami na opakowaniu jednostkowym w kolorze czarnym, z bardzo wyraźnie zaznaczonym rozmiarem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 76, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1, 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przedłużaczy w rozmiarze 1,5 m. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 77, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z elastyczną komorą 52mm, igła biorcza dwukanałowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 78, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z elastyczną komorą 60mm, igła biorcza dwukanałowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 79, dotyczy Pakietu nr 10, poz. 3-5

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający pisząc o nadrukowanej informacji o braku ftalanów, ma na myśli piktogram?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oznaczenie w postaci piktogramu.

Pytanie Nr 80, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1, 2, 4, 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z polimerowym zatraskiem - zabezpieczeniem, z zastawką antyzwrotną, rozm.: 1,5x45mm, 1,2x45 mm, 1,0x32mm, 0,8x25 mm, kąt wbicia igły taki sam jak przy użyciu kaniuli opisanej w SIWZ. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 81, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3, 5, 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z polimerowym zatraskiem- zabezpieczeniem, rozm.: 1,2x32 mm, 1,0x32mm, 0,8x25 mm, kąt wbicia igły taki sam jak przy użyciu kaniuli opisanej w SIWZ. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 82, dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z polimerowym zatraskiem- zabezpieczeniem, z trzema paskami RTG, rozm. 0,74X19 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 83, dotyczy Pakietu nr 12, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli noworodkowej wykonanej z FEP (materiał bardziej odporny na zagięcia niż PTFE), bezpieczna (Automatyczny, polimerowy zatrask na końcu igły zabezpieczający personel przed przypadkowym zakłuciem), z otworem w igle ułatwiające wizualizację

prawidłowego wklucia, poprzez pojawienie się krwi w cewniku wokół igły. Opakowanie papier klasy medycznej, przepływ 22 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 84, dotyczy Pakietu nr 12, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP (materiał bardziej odporny za zagięcia niż PTFE), z otworem w igle ułatwiające wizualizację prawidłowego wklucia, poprzez pojawienie się krwi w cewniku wokół igły. Kaniula z dodatkowym portem bocznym. Opakowanie papier klasy medycznej, przepływ 22 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 85, dotyczy Pakietu nr 12, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP (materiał bardziej odporny za zagięcia niż PTFE). Opakowanie papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 86, dotyczy Pakietu nr 12, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR. Opakowanie papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 87, dotyczy Pakietu nr 13, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 2,0x40mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga igły 05x25mm.

Pytanie Nr 88, dotyczy Pakietu nr 31, poz.1

Czy Zamawiający dopuści aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu od 0-300 ml/h:

- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezłateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie dreny luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 89, dotyczy Pakietu nr 27, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły z możliwością regulacji na dwóch długościach 15 mm i 22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 90, dotyczy podpisania oferty

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 91, dot. § 6 pkt.1a wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% **wartości przedmiotu umowy brutto** w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być **naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur** w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 92, dot. §6 pkt.1b i c wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczonego w terminie towaru (pkt1b) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 14 pozycje nr 6, 7 i tworzy z nich oddzielny Pakiet nr 34,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

Punkt 3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 34 pakiety.**

W punkcie 3.2. SIWZ modyfikuje się poz. 14 i dodaje się kolejną pozycję nr 34:

14.	33141200-2;
34.	33140000-3; 33141640-8

Punkt 3.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- **6.34** do SIWZ.

Punkt 14.E.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wypełniony(e) i podpisany(e) **Formularz(e) cenowy(e)** – wg Załącznika Nr 6.1 – **6.34** do SIWZ.

Punkt 22.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr 6.1 – **6.34** do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Następuje zmiana w zestawieniu załączników do SIWZ:

Załącznik Nr 6.1 – **6.34** – Formularz/e cenowy/e

Punkt 1 OPZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 34 pakiety** na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zmienia się nazwa Pakietu nr 14:

14. Cewniki

Pakiet nr 34 otrzymuje nazwę:

34. Przewód do cytoskopu, dren T Kher

Punkt 3 OPZ otrzymuje brzmienie:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załącznikach nr 6.1- **6.34** do SIWZ.

123

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 14 - Cewniki

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	nr katalogowy - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma przeciwieglętymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrózona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczególnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 40cm, rozmiar 6-10			szt.	360			8%	
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z otworem centralnym i dwoma przeciwieglętymi otworami bocznymi, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrózona, posiadający atraumatyczne zakończenie, końcówka cewnika szczególnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, długość 60cm, rozmiar 12-22			szt.	1370			8%	
3	Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, rozm. CH 12-24, zastawka plastikowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 5-15ml, długość ok.40cm			szt.	2200			8%	
4	Cewnik Foley silikonowany, dwudrożny, rozm. CH 12-24, zastawka plastikowa, możliwość napełniania strzykawką Luer, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy lub opakowanie folia-papier, pojemnik balonika 30ml, długość ok.40cm			szt.	40			8%	
5	Cewnik urologiczny Nelaton rozmiar CH6-18, długość 40 cm, wykonane z PCV o jakości medycznej, powierzchnia zmrózona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia-papier, sterylizowany			szt.	90			8%	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.34:

Załącznik Nr 6.34 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa wyrobów medycznych”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 34 - Przewód do cytoskopu, dren T Kher

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent	nr katalogowy - o ile dotyczy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Przewód do cytoskopu pojedynczy, sterylny, długość co najmniej 1,5m			szt.	460			8%	
2	Dren T Kher do dróg żółciowych, wykonany z lateksu długości 50 x 16cm, w rozmiarach 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0; 8,0. Opakowanie podwójne			szt.	60			8%	
Razem								xxxxx	

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy

§ 10 ust 2, 3 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
- a. zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
 - b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
 - c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
 - d. jeżeli Wykonawca zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
 - e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;
 - f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;
 - g. niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów;
 - h. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy **do 20%**, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

§ 5 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu **5 dni roboczych**, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

§ 2 ust 4, 5 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

4. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmiennie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem **§ 10 ust. 2 b, c, d.**
5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w **§ 10 ust. 2 pkt. b, c, d** w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

§ 7 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem **§ 10 ust. 2 pkt g.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

KIEROWNIK APTEKI


mgr farm. Katarzyna Bogucka

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Stawicki

PROKURENT


Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
z dnia 26.07.2015 roku NR PZOZ/DZP/382/42PN/15

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy