

Płock, dnia 01. lutego 2018 r.

PZOZ/DZP/382/03PN/18

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **dostawa materiałów medycznych oraz materiałów opatrunkowych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek absorbujący(chłonny) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek żelowy absorbujący bakterie zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu 14 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów w chirurgii biodra, w którym łata chłonna, wokół pola operowanego jest w rozmiarze min. 100 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu 14 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia.

Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze min. 75 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do artroskopii wykonanego z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodną z wymogami EN13795-1-3 o gramaturze min. 57,5 g/m². Serweta posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 109,5 g/m². Zdolność absorpcji cieczy wg EN ISO 9073-6, 405 mierzonej w ml/m², odporność na penetrację płynów > 125 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu 21 poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z zapięciem na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu 21 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zgodnego z SIWZ z dodatkowymi 2 ręcznikami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu 1, poz. 2-6

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x12cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakiet 1, poz. 7

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek do mocowania kaniul z nacięciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu 11, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25μ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm lub 70x74cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 9,14m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakiet 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej o gramaturze 38g/m², odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H₂O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawy 3cm x 7cm, dostępny w rozmiarach M - 120cm, L - 128cm, XL - 138cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający nieprzemakalne wzmocnienia na rękawach oraz w części przedniej o gramaturze 38g/m², odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H₂O, w strefie mniej krytycznej 50,50 cm H₂O, z dwoma rzepami lewym 3cm x 13cm oraz prawy 3cm x 7cm, w rozmiarze XXL - 157cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu 2 Poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu 2, Poz. 2-4

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu 2, Poz. 2-4

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu 2, Poz. 2-4

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II-a reguła 7?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu 3, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy do sterylizacji 10cm x 10cm 17n8w pakowane 100 szt., wielkość wykroju min 19 cm(+/-1cm) x 38 cm (+/- 1cm), waga jednego kompresu min 1,79 g Wymagana przędza tex min.15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu 3, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści kompresy do sterylizacji 5cm x 5cm 17n8w pakowane 100szt., wielkość wykroju min 9,5 cm(+/-1cm) x 18,5 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min 0,37 g(+/- 0,3g). Wymagana przędza tex min.15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuści kompresy do sterylizacji 7,5cm x 7,5cm 17n8w pakowane 100szt., wielkość wykroju min 14,5cm(+/- 1cm) x 28,5 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min. 1,005g. Wymagana przędza tex min.15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 34 dotyczy Pakietu 4, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm 17n8w pakowane 25 szt. x a'2., wielkość wykroju min 14,5cm(+/- 1cm) x 28,5 cm(+/- 1cm), o gramaturze 23 g/m². Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35 dotyczy Pakietu 4, Poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x a'2 z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 36 dotyczy Pakietu 4, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści kompresy jałowe 10cm x 10cm 17n8w pakowane 25 szt. x a'2., wielkość wykroju min 19 cm(+/-1cm) x 38 cm (+/- 1cm), o gramaturze 23 g/m². Wymagana przędza tex min.15, sterylizacja tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37 dotyczy Pakietu 4, Poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x a'2 z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu 4, Poz. 3

Czy zamawiający dopuści kompresy jałowe 5cm x 5cm 17n8w pakowane 25 szt. x a'2, wielkość wykroju min 9,5 cm (+/-1cm) x 18,5 cm (+/- 1cm), o gramaturze 23 g/m2. Wymagana przędza tex min.15, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 39 dotyczy Pakietu 4, Poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x a'2 z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 40 dotyczy Pakietu 4, Poz. 4

Czy zamawiający dopuści opatrunki 17 nitkowe, 8 warstwowe, bez nitki RTG, pakowane po 10 szt., o gramaturze 23 g/m2, przędza TEX 15, o wykroju 19 cm x 38 cm (+/- 1 cm), bez naklejki do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 41 dotyczy Pakietu 4, Poz. 5

Czy zamawiający dopuści opatrunki 17 nitkowe, 8 warstwowe, bez nitki RTG, pakowane po 10 szt., o gramaturze 23 g/m2, przędza TEX 15, o wykroju 14,5 cm x 28,5 cm (+/- 1 cm), bez naklejki do wklejenia do dokumentacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 42 dotyczy Pakietu 4, Poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z zapinką, pakowane indywidualnie, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 43 dotyczy Pakietu 4, Poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 44 dotyczy Pakietu 4, Poz. 19

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną, przędza TEX 15?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 45 dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 46 dotyczy, Pakietu 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nim unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 raz pozycji 7 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu 5

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do artroskopii o następującym składzie:

1 x serweta 200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 95 cm

1 x stokineta 25 x 80 cm rolowana

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1x bandaż elastyczny do wysokiej kompresji 12 cm x 5 m

1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu 1, Poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra 9,2 m x 2,5 cm na tkaninie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu 7, Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku poliuretanowego piankowego z warstwą lepną 11 x 11 cm (warstwa opatrunku 6 cm x 6 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Obłożenie do cięcia cesarskiego: 1serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 186/250x330 cm posiadająca otwór o wymiarach 36 x 62 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie o wymiarach 18 x 16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 72x72 cm oraz organizatory przewodów

1 serweta - owinięcie noworodka 75 x 120 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50cm

4 celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34 cm
1 osłona na stolik Mayo 78 x 145 cm
1 serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 x 190cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 60g/m², jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 168 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów 165cm H₂O w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54, dotyczy Pakietu 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta dwuwarstwowa 100x150cm – 1szt
2. Serweta SMS 100x120cm – 1szt
3. Fartuch chirurgiczny Standard XL – 1szt.
4. Kompresy włókninowe 10x10cm – 10szt
5. Tupfery włókninowe 25/26cm (Ø40mm) – 6szt
6. Strzykawka j.u. 2ml – 1szt
7. Strzykawka j.u. 20ml – 1szt
8. Igła j.u. 0,7x30, 22G – 1szt
9. Igła j.u. 1,2x40, 18G – 1szt
10. Taca medyczna przezroczysta 120ml – 2szt
11. Pean prosty 14cm – 1szt
12. Skalpel j.u. – 1szt
13. Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt
14. Pęseta chirurgiczna Treves 12,5cm – 1szt
15. Igiotrzymacz Mayo Hegar 15cm – 1szt
16. Serweta nieprzemakalna przylepna 75x90 z otworem przylepnym 10cm i nacięciem – 1szt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55, dotyczy Pakietu 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do zabiegów w chirurgii biodra :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 78 cm x 145 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150cm x 300cm
- 1 serweta operacyjna 100x150 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 36cm x 120 cm
- 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 230 cm x 260cm z wycięciem "U" 20cm x 85cm z organizatorami przewodów

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do zabiegów na kończynie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 cm x 65 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9cm x 50 cm
- 1 serweta na kończynę 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 60 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 80cm x 75cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 140 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw pionowy do operacji biodra:

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78 x 145 cm 1 serweta pionowa izolacyjna 240 x 330 cm (okno 30 x 40 cm)

4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm

Serweta narzędziowa i serweta na stół Mayo wykonane z folii PE i warstwy wzmocnionej z laminatu PE+PP (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m² w części podstawowej i 140 g/m² wzmocnionej. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 165cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta główna wykonana z folii PE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu 16 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 1 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Obłożenie uniwersalne :

1 serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm

1 serweta na stół Mayo 145 x 78 cm

2 serwety z przylepcem na szerszym boku 90 cm 75 cm

1 serweta z przylepcem 240 x 150 cm

1 serweta z przylepcem 180 x 180 cm

1 taśma medyczna 50 x 9 cm

2 celulozowe serwetki do rąk 34 x 30,5 cm

Obłożenie wykonane z pełnobarierowego laminatu 2 warstwowego (zgodność z normą PN-EN13795), włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, o gramaturze 60g/m². Chłonność 458 %. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >165 cm (H₂O).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu 16 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 2 serwety jałowej 180x150cm, wykonana z włókniny foliowanej o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu 16 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 3 zestawu zabiegowego składającego się z kompresy gazowe 17x8w 7,5x7,5cm 5 szt, pęseta plastikowa jednorazowego użytku 13cm 1szt, tufery gazowe 20x19cm 5szt. Opakowanie twarda taca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu 16 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 4 serwety jałowej trzywarstwowej (PE+PP++PP) 240x150cm, o gramaturze 75g/m². Chłonność 458%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) >165 cm (H₂O).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Obłożenie do artroskopii stawu barkowego :

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 78 x 145 cm
1 osłona na kończynę 36x120cm
1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 100 x 150 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 230 x 260 cm; wycięcie "U" 20x85cm
1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150 x 300cm
2 taśmy samoprzylepne 9 x 50cm

Obłożenie wykonane z włókniny 2 warstwowej, pełnobarierowej (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włóknina polipropylenowa zgodna z wymogami EN13795-1-3 lub równoważną, o gramaturze 60g/m². Serwety posiadają dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o całkowitej gramaturze 140 g/m². Chłonność min. 450%. Całkowita chłonność wraz ze wzmocnieniami min 950%. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną) > 165cm (H₂O). Sterylizowane EO.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 poz. 2 taśmy samoprzylepnej 9x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64, dotyczy Pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz. 1: Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach 50 g/m², – odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O ((strefa krytyczna. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 10 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): **120 cm, 130 cm, 150 cm.**

Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 poz. 2: Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej i na rękawach 50 g/m², – odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O ((strefa krytyczna. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 10 cm, mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiar fartucha jednocześnie oznaczający jego długość: **155 cm.** Na opakowaniu zewnętrznym cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66, dotyczy Pakietu 3, poz. 4

Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga produktu w opakowaniach max. do 5kg i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu 4, poz. 11-12

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu 4, poz. 16-18

Czy Zamawiający dopuści rękawy bez zawartości bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia także jego zdolność powracania do stanu pierwotnego zwłaszcza po procesie sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69, dotyczy Pakietu 4, poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 15m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu 4, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rękawy siatkowe o długości w stanie swobodnym 14m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 71, dotyczy Pakietu 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe z nitką RTG bezpiecznie umieszczoną w rogu serwety?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72, dotyczy Pakietu 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta 45x45cm jest wykonana z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 56g/m²? Pozostałe składowe zestawu zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź: W opisie Pakietu 10 nie ma 2 pozycji, a z treści pytania wynika, że nie dotyczy Pakietu nr 10.

Pytanie nr 73, dotyczy Pakietu 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z owalnym przyklepnym otworem w rozmiarze 8x6cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74, dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75, dotyczy Pakietu 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm,
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12,5 cm,
- 6 x tampony z gazy bawełnianej kula o wykroju 20x20cm,
- 1 x igłotrzymacz 13 cm,
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm,
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10ml (zapakowana),
- 1 x igła 1,2mm x 40mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana),
- 1 x igła 0,8mm x 40mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana),
- 1 x serweta włókninowa foliowana 75cm x 45cm z otworem o średnicy 8cm,
- 1 x serweta celulozowa foliowana nieprzylepna 60cm x 50cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² i wzmocnieniu 40g/m², które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x8cm pętelki, a rozmiar jest naniesiony w postaci pieczętki, którą widać przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77, dotyczy Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² i wzmocnieniu 40g/m², które przy szyi są wyposażone w rzep: 2x5cm haczyki + 2x8cm pętelki, a rozmiar jest naniesiony w postaci pieczętki, którą widać przed rozłożeniem fartucha?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 115cm lub 130cm w miejsce 120cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 125cm lub 140cm w miejsce 130cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140cm w miejsce 150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy Pakietu 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 155cm lub 165cm w miejsce 170cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy § 6 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopisze do umowy adres i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Obłożenia do cięcia cesarskiego zgodnego z opisem:

- Włóknina trzywarstwowa, laminowana, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni (SPP/PE/SPP)
- Gramatura 75g/m²

- Odporność na przenikanie cieczy 300 cmH₂O
- Wytrzymałość na rozrywanie na sucho >80 kPa
- Wytrzymałość na rozrywanie na mokro >80 kPa
- Sterylny EO, jednorazowego użytku
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem, złożona teleskopowo
- Naniesione oznaczenia kierunku rozkładania
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki: 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo: 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka: 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rak
- 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów, 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy Pakietu 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Serwety zgodnej z poniższym opisem:

Jednorazowy, sterylny, podkład porodowy wykonany z materiału wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, o rozmiarach 103 x 115 cm. Podkład w części siedziska, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjentki, wykonany jest z miękkiego materiału zabezpieczającego pacjentkę przed odparzeniem, składa się z dwóch zintegrowanych części tj. fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz stożkowatego worka z separatorem części stałych od płynnych wraz z zaworem umożliwiającym odpływ płynów do ich pomiaru. Górna krawędź stożkowatej części podkładu wyposażona jest w kształtkę pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego. Podkład posiada naniesione oznaczenia kierunku i sposobu rozkładania (system strzałek oraz oznaczenie miejsca włożenia lewej i prawej dłoni). Zestaw spełnia normę EN 13795 1-3, na opakowaniu umieszczona jest etykieta samoprzylepna (3 sztuki) celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności.

- Włóknina dwuwarstwowa, laminowana, nieprzemakalna na całej powierzchni, nie zawierająca lateksu
- Gramatura 60g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89, dotyczy Pakietu 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnych fartuchów chirurgicznych zgodnych z opisem:

- Fartuch chirurgiczny jednorazowy, sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, niepyłającej, barierowej włókniny typu SMMMS, 35 g/m², gramatura części wzmocnionej 40 g/m².
- Wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach.
- Wzmocnienia wykonane z włókniny dwuwarstwowej PE/SPP.
- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.
- Przy szyi wykończony lamówką w kolorze różowym i zapinany na rzep 3cm x 9cm / 3cm x 6cm, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem.
- Rękaw wszywany na prosto, zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm
- Rozmiary fartucha: długość 115cm, 127cm, 135cm.
- Opakowanie zewnętrzne folia-papier ze wskaźnikiem sterylizacji. Opakowanie wewnętrzne serweta włókninowa lub papier krepowy.
- Szwyt wykonywane metodą ultradźwiękową.
- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.

Parametry techniczne

- Odporność na przenikanie cieczy: 305 cmH₂O.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.

- Deklaracja zgodności CE
- Zgodny z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy Pakietu 21, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Sterylnych fartuchów chirurgicznych zgodnych z opisem:

- Fartuch chirurgiczny jednorazowy, sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, niepyłającej, barierowej włókniny typu SMMMS, 35 g/m², gramatura części wzmocnionej 40 g/m².
- Wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach.
- Wzmocnienia wykonane z włókniny dwuwarstwowej PE/SPP.
- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.
- Przy szyi wykończony lamówką w kolorze różowym i zapinany na rzep 3cm x 9cm / 3cm x 6cm, w pasie wiązany na troki łączone kartonikiem.
- Rękaw wszywany na prosto, zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm
- Rozmiary fartucha: długość 140cm.
- Opakowanie zewnętrzne folia-papier ze wskaźnikiem sterylizacji. Opakowanie wewnętrzne serwetki włókninowa lub papier krepowy.
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową.
- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nr serii i datą ważności.

Parametry techniczne

- Odporność na przenikanie cieczy: 305 cmH₂O.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Deklaracja zgodności CE
- Zgodny z normą EN-13795 1-3

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91, dotyczy Pakietu 1, poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92, dotyczy Pakietu 1, poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do włókninowego pokrytego z hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klej akrylowy.

Pytanie nr 93, dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do włókninowego w rozmiarze 10 x 10 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 94, dotyczy Pakietu 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do włókninowego w rozmiarze 10x 15 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 95, dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do włókninowego w opakowaniu 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 10 szt.

Pytanie nr 96, dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. W przypadku Państwa zgody będzie możliwość zaoferowania plastra do mocowania kaniuli w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97, dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na włókninie do mocowania kaniuli pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza klej akrylowy.

Pytanie nr 98, dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra na włókninie do mocowania kaniuli w opakowaniu 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt.

Pytanie nr 99, dotyczy Pakietu 5

W pozycji 2 Zamawiający oczekuje gąbki hemostatycznej o wymiarze 8cm x 5cm x 1cm czy o wymiarze 8cm x 5cm x 0,1cm? Prosimy o określenie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania gąbki o wymiarach 8cm x 5 cm x 1cm i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 100, dotyczy Pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia sterylne pokrowiec na ramię C, jednorazowy, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 104 x 230 cm (+/- 3 cm) – 1 częściowy, z rozcięciem (1370mm) ułatwiającym zakładanie i obrót ramienia oraz z przylepcami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 101, dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pakowanego a'100 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102, dotyczy Pakietu 1, poz. 2-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym, pakowanego a'50 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 i 5.

Pytanie nr 103, dotyczy Pakietu 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra do mocowania kaniul z hypoalergicznym klejem akrylowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104, dotyczy Pakietu 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku z foli wzmocnionej włókniną lub opatrunku w rozmiarze 6x7cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105, dotyczy Pakietu 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastra na tkaninie w rozmiarze 9m x 2,5cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106, dotyczy Pakietu 1, poz. 10-11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca opatrunkowego na włókninie, materiał zabezpieczający papier bez podziałki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107, dotyczy Pakiet 1, poz. 12

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający opisując sterylne paski jako sztuki – miał na myśli sztuka = 6 pasków?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 1 szt. x 1200 = 4 op. x 300 szt. (300szt.= 50x6 szt.)

Pytanie nr 108, dotyczy Pakietu 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 38,5x20,5cm ± 1cm oraz gramaturze jednego kompresu min. 1,90g (średnia waga 1,98g)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109, dotyczy Pakietu 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 19x11,5cm ± 1cm oraz gramaturze jednego kompresu min. 0,51g (średnia waga 0,53g)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110, dotyczy Pakietu 3, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompresów o rozmiarze wykroju 28x15,7cm ± 1cm oraz gramaturze jednego kompresu min. 1,07g (średnia waga 1,08g)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111, dotyczy Pakietu 3, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie waty opatrunkowej 200 g / 60% bawełna, 40% wiskoza

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112, dotyczy Pakietu 10, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do cięcia cesarskiego o poniższym składzie i rozmiarach:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wymiarze 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wymiarze 80x80cm, z dwoma zaworami i kształtownikiem wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o wymiarze 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 62g/m², jedną z warstw materiału stanowi folia PE, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej, wytrzymałość na penetrację płynów min. 200 cm H₂O w strefie krytycznej. Opakowanie torebka papierowo-foliowa z etykieta w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany EO, zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113, dotyczy Pakietu 12, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x50cm lub 45x75cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 50x50cm.

Pytanie nr 114, dotyczy Pakietu 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do chirurgii biodra o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 1 kieszka dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z włókniny Spunlace o wymiarach 150 cm x 160 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia

132 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane dystrybutora. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115, dotyczy Pakietu 14, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obłożenia do zabiegów na kończynie o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 62 g/m². Wokół pola operacyjnego wzmocnienie z włókniny Spunlace o wymiarach 105 cm x 150 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego wzmocnienia min. 132 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116, dotyczy Pakietu 14, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu pionowego o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta główna z przezroczystej folii PE o grubości 0,05mm i wymiarach 235x320cm posiadająca okno wypełnione folią chirurgiczną o min. wym. 30x70cm, 2 podwójne kieszenie na instrumenty chirurgiczne 30x23cm, zbiornik na płyny i 2 uchwyty („rzepy”) do mocowania drenów i kabli o wym. 2,5x20cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min 62g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Serweta główna wykonana z folii PE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117, dotyczy Pakietu 17, poz. 1, Pakietu 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego o składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 serweta przylepna (ekran anestetyczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Serwety dwuwarstwowe o gramaturze 62g/m2, obszar wzmocnień z włókniny Spunlace o gramaturze 70 g/m2 (gramatura w obszarze wzmocnienia 132g/m2), chłonność min. 300%, w obszarze wzmocnionym min 900%, odporność na penetrację płynów min. 200 H2O.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118, dotyczy Pakietu 17, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy w wymiarach 9x50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z odp. na pyt. 63.

Pytanie nr 119, dotyczy Pakietu 21, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha wykonanego z pięciowarstwowej włókniny SMMMS, o wyższych parametrach technicznych – gramaturze wzmocnień z przodu i na rękawach min. 40 g/m2, odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej z przodu i na rękawach min. 215cm H2O, posiadającego zapięcie na rzep 2x10 cm, indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki na fartuchu, pozwalająca na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiary M-XXL.

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120, dotyczy Pakietu 10

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w przypadku wątpliwości co do parametrów technicznych zaoferowanych wyrobów Zamawiający będzie wymagał doręczenia kart technicznych na wezwanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dołączenia kart danych technicznych w Pakiecie 10 wraz z ofertą, w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 121, dotyczy Pakietu 15

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę w rozmiarze 117x183 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122, dotyczy Pakietu 21, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i włóknina poliestrowa w części przedniej min. 33 g/m2 i na rękawach min. 40 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy >149 cm H2O (część przednia- strefa krytyczna) oraz >138 cm H2O (szwy rękawów - strefa krytyczna). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep o wymiarach minimum 5cm i 13 cm, mankiety o długości min. 6 cm, wykonane z poliestru. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość od 127cm do 152cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane pozwalające na identyfikację producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123, dotyczy Pakietu 1, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego zapisy SIWZ, pakowanego a'100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pyt. nr 101.

Pytanie nr 124, dotyczy Pakietu 1, Poz. 2-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125, dotyczy Pakietu 1, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez zaokrąglonych rogów, pakowanego a'100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126, dotyczy Pakietu 1, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego zapisy SIWZ, pakowanego a'100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127, dotyczy Pakietu 1, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego zapisy SIWZ, pakowanego a'40 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128, dotyczy Pakietu 1, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego zapisy SIWZ, pakowanego a'40 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129, dotyczy Pakietu 1, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w gazikiem w miejscu wklucia, pakowanego a'100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 130, dotyczy Pakietu 1, Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku spełniającego zapisy SIWZ, pakowanego a'100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131, dotyczy Pakietu 1, Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca tkaninowego w rozmiarze 2,5 cmx9,14 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132, dotyczy Pakietu 10

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36 cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65 +/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/- 3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m², który zaliczył testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej) pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia ≤ 1,9 log₁₀), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego, klej repositionowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga, aby serweta posiadała wzmocnienie chłonne wokół otworu oraz dodatkowe wzmocnienie na części serwety okrywającej kończynę pacjentki umożliwiające bezpieczne odkładanie narzędzi w czasie zabiegu?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy należy zaoferować obłożenie w opakowaniu, które posiada etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, LOT, datę ważności, tak jak wymaga tego np. w pakiecie nr 15.

Odpowiedź: Ad. 1 Zgodnie z SIWZ, Ad. 2 Zamawiający dopuszcza, Ad. 3 Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 133, dotyczy Pakietu 11, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/- 1 µ, rozm. powierzchni lepnej 34x40cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134, dotyczy Pakietu 11, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/- 1 µ, rozm. powierzchni lepnej 60x60cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 135, dotyczy Pakietu 11, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca włókninowego w rozm. 2,5 cm x 9,14 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136, dotyczy Pakietu 12, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 50cmx60cm z otworem o średnicy 5 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137, dotyczy Pakietu 12, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 45x50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138, dotyczy Pakietu 14, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do zabiegów chirurgii biodra o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/- 1cm
 - 1 x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/- 1cm
 - 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
 - 1 x osłona na kończynę 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
 - 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
 - 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
 - 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² odpornego na penetrację płynów. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stół narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139, dotyczy Pakietu 14, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ortopedyczna, wzmocnienie 88x55cm
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m². Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²). Zestaw spełnia

wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140, dotyczy Pakietu 14, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia o następującym składzie:

- 1 serweta do izolacji pionowej 330x270cm, okno wypełnione folią operacyjną 78x26cm, torba na płyny z filtrem i portem wyjściowym, przylepna torba na narzędzia 25.5x28cm z dwiema komorami
- osobno pakowane obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo w rozm. 80x142 cm wykonane z folii polietylenowej ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu o gram. min. 95 g/m²
- osobno pakowana serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z polietylenu ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu o gram. min. 76 g/m²
- osobno pakowane 2 ręczniki celulozowe 40x40 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141, dotyczy Pakietu 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pokrowca na ramię C o wymiarach 104x188 cm z gumką, wykonany z folii o grubości 0,05mm i gramaturze 46 g/m².

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142, dotyczy Pakietu 16, Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencji i złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70μ ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143, dotyczy Pakietu 17, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do operacji barku o następującym składzie:

- Osłona na stolik narzędziowy 152x190cm:
- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem
- 4 ręczniki do rąk 34x36cm, rozłożone
- 1 serweta SMMMS do operacji barku 254x168cm z przylepnym otworem z wycięciem na bark oraz folią operacyjną, torba na płyny z 2 portami wyjściowymi, 3 uchwyty na przewody typu rzep
- 1 serweta SMMMS do operacji barku typu U na ciało 196x290cm z przylepnym wycięciem 25x63cm, wzmocnienie chłonne 99x102cm, 2 uchwyty na przewody typu rzep
- osobno pakowana osłona na kończynę 36,5x72 cm oraz taśma lepna 9 cmx50cm

Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min.

250 kPa), Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144, dotyczy Pakietu 17, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 9x50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z odp. na pyt. 63 i 118.

Pytanie nr 145, dotyczy Pakietu 19

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladek 96,5 cm x 118 cm, długość części podpośladowej 38,5 cm.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje serwety pod pośladek z torbą na płyny wyposażoną w szywnik pozwalający na ukształtowanie torby oraz skalowanie, co pozwala na zmierzenie ilości płynów?

3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje serwety pod pośladek z torbą w opakowaniu posiadającym min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta?

Odpowiedź: AD.1: Zamawiający dopuszcza, Ad.2: Zamawiający dopuszcza. Ad.3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146, dotyczy Pakietu 21, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókna typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu, gram. wzmocnienia 30 g/m², mankiety o długości min. 6 cm, rozmiary: S – ok. 115 cm, M – ok. 120 cm, L – ok. 130 cm, XL – 140 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147, dotyczy Pakietu 21, Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókna typu SMS, wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu, gram. wzmocnienia 30 g/m², mankiety o długości min. 6 cm, rozmiar XXL – 150 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Punkt 7.2 b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie według załącznika nr 4 do SIWZ**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. **W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**

a) **Próbki produktów do celów kontroli zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz wykaz próbek złożonych wraz z ofertą.**

Zamawiający wymaga dostarczenia po jednej próbce do każdej pozycji w Pakietach nr: 2 poz. 2 – 9; 3; 4; 10; 12 – 19.

Zamawiający wymaga aby każda próbka była wyraźnie oznaczona w taki sposób, aby było wiadomo jakiej pozycji w pakiecie dotyczy. Zamawiający wymaga oryginalnej etykiety produktu do każdej próbki.

- b) Karty danych technicznych bądź karty charakterystyki, wystawione przez producenta wyrobu, potwierdzające parametry zawarte w opisie produktu; dotyczy Pakietów nr: 2 - 4 ; 10, 14; 16; 17 poz.1; 18.

§ 4 ust 12 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

12. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy w tym do składania zamówień:

- Zamawiający: Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka (e-mail: apteka@plockizoz.pl).
- Wykonawca:

Strony zobowiązują się do każdorazowego poinformowania o zmianie osób określonych w niniejszym ustępie. Zmiana osób nie wymaga aneksu do Umowy.

Handwritten initials: AS B

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 3 – Kompresy do sterylizacji oraz wata

Nazwa i adres Wykonawcy

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Kompresy do sterylizacji 10cm x 10cm 17n8w pakowane 100 szt., wielkość wykroju min 23 cm(+/- 1cm) x 40 cm (+/- 1cm), waga jednego kompresu min 2,116g Wymagana przędza tex min.15			op.	1 270				
2	Kompresy do sterylizacji 5cm x 5cm 17n8w pakowane 100szt.,wielkość wykroju min 13 cm(+/-1cm) x 20 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min 0,598 g(+/- 0,3g). Wymagana przędza tex min.15			op.	1 600				
3	Kompresy do sterylizacji 7,5cm x 7,5cm 17n8w pakowane 100szt. ,wielkość wykroju min 18cm(+/- 1cm) x 30 cm(+/- 1cm), waga jednego kompresu min. 1,242g. Wymagana przędza tex min.15			op.	5 000				
4	Wata celulozowa bielona w arkuszach. Opakowanie jednostkowe max do 5 kg			kg.	1 500				
5	Wata celulozowa w rolkach 150g			szt.	350				
6	Wata opatrunkowa 200g/70% bawełna, 30% wiskoza			szt.	80				

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 5 – Gąbka hemostatyczna

Nazwa i adres Wykonawcy

Ip.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN
1	Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 1cm x 1cm x 1 cm x 1cm			szt.	40				
2	Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 8cm x 5cm x 1cm			szt.	60				

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawinski
Marek Stawinski

PROKURENT

Maja Kulesza
Maja Kulesza

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
PZOZ/DZP/382/03PN/18 z dn. *01 lutego* 2018

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanie niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikulska
Marta Mikulska

KIEROWNIK APTEKI

Marta Kulesza
mgr Marta Kulesza Bogucka

Fedus

