

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia24 czerwca..... 2019 roku

PZOZ/DZP/382/22PN/19

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa odczynników i produktów do diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający, w trosce o równe traktowanie wykonawców, wyrazi zgodę w przypadku zaoferowania w poz.15 igieł bezpiecznych, a nie uchwytów z zabezpieczeniem odjęcie 1000szt. igieł z poz. 10 lub 11 i doliczenie 1000 szt. uchwytów w poz.14, a w przypadku zaoferowania w poz.15 uchwytów z zabezpieczeniem odjęcie 1000 szt. uchwytów z poz. 14 i doliczenie 1000 szt. igieł w poz. 10 lub 11? Dzięki temu każdy wykonawca zaoferuje tyle samo igieł, co uchwytów i pozwoli to na optymalne wykorzystanie wyspecyfikowanych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2, dotyczy wzoru umowy zał. nr 2A, §4 ust.12

Ze względu na niewspółmierność zawinienia w stosunku do wysokości kary, czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Załącznika Nr 1.4. do OPZ Pakiet nr 6 – Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych, Parametry bezwzględnie wymagalne dla analizatorów hematologicznych 5 diff: analizatora podstawowego – 1szt. oraz analizatora „backup” – 1 szt. , Pkt 10 „Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 30 µl w trybie zamkniętym i otwartym.”

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatorów hematologicznego, w których maksymalna objętość próbki krwi wynosi 80 µL.

Uzasadnienie:

Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia konieczność wykonywania oznaczeń z bardzo małych objętości próbek krwi, co jest całkowicie zrozumiałe ze względu na występujące próbki pediatryczne. Maksymalna objętość próbki krwi oferowanych analizatorów wynosi 80 µL, co w praktyce stanowi mniej niż 2 krople krwi, a najczęściej używane systemy pobrań krwi od noworodków posiadają antykoagulant wymagający objętości zaaspirowanej krwi do 200 µL. Dodatkowo, oferowane analizatory posiadają możliwość wykonania analizy z próbki w trybie wstępnego rozcieńczenia, w którym wykorzystywane jest wyłącznie 20 µl krwi oraz manualny tryb pracy Micro-WB (dedykowany np. krwi kapilarnej, próbkom pediatrycznym), w którym objętość aspirowanej próbki wynosi 35 µl.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy 46 502 500 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej 000000020618

Konto Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 1

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie 4 parametrów granicznych zamkniętego systemu pobierania krwi, wymogu zapewnienia zewnętrznej kontroli jakości do OB. co najmniej 2 razy w roku oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne?

W związku z powyższym zwracamy się o możliwość doliczenia kosztów związanych z nabyciem kontroli do oferty i wyodrębnienia jej jako oddzielnej pozycji formularza cenowego lub o możliwość doliczenia jej kosztów do dzierżawy aparatu do OB.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doliczenie kosztów związanych z nabyciem kontroli do dzierżawy aparatu do OB.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego próbowki do pomiaru OB. z datą przydatnością do użycia min. 7 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Pozostałe parametry techniczne oferowanej próbowki zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego próbowki z EDTA K3 na 9 ml z datą przydatnością do użycia min. 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego. Pozostałe parametry techniczne oferowanej próbowki zgodnie z wymaganiami zapisanymi w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §2 ust. 2:

Uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z SIWZ poprzez dodanie okresu 36 m-cy dla pakietów 3, 5 i 6.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §3 ust.3:

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §4 ust.7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §6 ust.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odpowiedź: Zapis w Istotnych Postanowieniach Umowy § 6 ust. 3 dla Pakietu nr 6 brzmi: Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: PLN, brutto: PLN (słownie:) w związku z czym Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §10 ust. 1 pkt a, b oraz f:

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu nr 6 Istotnych Postanowień Umowy §10 ust. 1 pkt g:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości **pozostajej do realizacji umowy**, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 2a do SIWZ, dotyczy Pakietu nr 6:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź: W zależności od specyfikacji technicznej dzierżawionych urządzeń, sposobu diagnostyki urządzenia konieczne będzie zawarcie odrębnej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych stosownie do obowiązujących aktów prawnych. Brak jest wyraźnych podstaw prawnych do zawarcia przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych dla Wykonawcy jako procesora. W uzasadnionych przypadkach, gdy możliwe będzie przypadkowe pozyskanie danych z pamięci ulotnej urządzenia przypadek ten będzie uwzględniony w zawartej umowie o ochronie danych osobowych.

Pytanie nr 14, dotyczy formularza cenowego – Załącznik nr 5.6 do SIWZ Pakiet Nr 6 – Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, Tabela II:

Prosimy o dodanie w nazwie Tabeli II *Odczynniki i materiały zużywalne, materiały kontrolne potrzebne do wykonania 35 000 morfologii; 24 000 morfologii CBC i 11 000 morfologii CBC 5diff* sformułowania w skali roku, w okresie 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy formularza cenowego – Załącznik nr 5.6 do SIWZ Pakiet Nr 6 – Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, Tabela II:

W kolumnie 4 - Producent, Nazwa handlowa (...) - prosimy o usunięcie zapisu nr katalogowy – o ile dotyczy, ponieważ numer katalogowy zostanie podany w kolumnie 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wpisania nr katalogowego w obydwu kolumnach, dopuszcza podanie nr tylko w jednej kolumnie (dotyczy Pakietu nr 3, 5, 6)

Pytanie nr 16, dotyczy formularza cenowego – Załącznik nr 5.6 do SIWZ Pakiet Nr 6 – Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych, Tabela II:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dostarczył krew kontrolną w ilości uwzględniającej datę ważności podaną na fiolce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17, dotyczy pakietu nr 3, pkt. 15 parametrów wymaganych analizatora do badań gazometrycznych:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników i materiałów kontrolnych z terminem ważności minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy pakietu nr 3, pkt. 16 parametrów wymaganych analizatora do badań gazometrycznych:

Czy Zamawiający przez ten zapis oczekuje uwzględnienia w cenie oferty kosztu podłączenia analizatora gazometrycznego do LIS czy potwierdzenia możliwości technicznej podłączenia analizatora przez Zamawiającego?

Jeżeli Wymagane jest uwzględnienie tego kosztu to prosimy o podanie przez Zamawiającego posiadanego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.

Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje własnym stanowiskiem komputerowym wymagany do podłączenia do LIS czy wykonawca musi go zapewnić w cenie oferty?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje analizatora, który posiada możliwości techniczne wpięcia w system informatyczny. Wpięcie i stanowisko komputerowe Zamawiający zabezpiecza sam.

Pytanie nr 19, dotyczy wzoru umowy par. 5 ust 4 dla pakietu nr 3:

W związku z tym, że towar dostarczany jest bezpośrednio z magazynów na terenie UE prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie 20, dotyczy wzoru umowy par. 10 ust 1 dla pakietu nr 3:

Czy Zamawiający może dokonać ograniczenia kar dopisując na końcu każdego ppkt. 1 a, b, e, f sformułowanie „łącznie kary mogą wynosić nie więcej niż 10 % wartości umowy danego pakietu”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 2A do SIWZ § 2 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za dzierżawę aparatu w okresie trwania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę **netto:** PLN, **brutto:**..... PLN (słownie:).

Załącznik Nr 2A do SIWZ § 3 ust 3 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej.

3. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie. **W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.**
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 5 Umowy opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Załącznik Nr 2A do SIWZ § 4 ust 7 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania (jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania) **lub ww. informacje mogą znajdować się na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.** Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

Załącznik Nr 2A do SIWZ § 5 ust 4 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje brzmienie:

§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie -fax, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
4. **W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.**
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.
6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

PAKIET NR 1 – System próżniowy do pobierania krwi wraz dzierżawą urządzenia do OB

Parametry graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi:

L.p.	Wymagane Parametry
1	Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu były kompatybilne ze sobą i pochodziły od tego samego producenta. Zgodnie z zaleceniami EFLM oraz Krajowej Izby Diagnostów

	Laboratoryjnych.
2	Każda probówka musi posiadać etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawiera następujące informacje: pojemność, datę ważności, nr serii, wyraźnie oznaczony znacznik pobrania (w probówce do koagulologii dopuszcza się znacznik pobrania na probówce).
3	Probówka do OB musi być kompatybilna z oferowanym aparatem do OB, będącym przedmiotem dzierżawy.
4	Wykonawca zapewni zewnętrzną kontrolę jakości do OB co najmniej 2 razy w roku.
5	Termin ważności probówek nie krótszy niż 7 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium. W probówkach do koagulologii dopuszcza się 4 miesiące. Otwarcie opakowania zbiorczego nie może skracać terminu przydatności pojedynczych probówek.

Załącznik Nr 1.2. do OPZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

PAKIET NR 3 – Dzierżawa analizatora do badań gazometrycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych

Wykaz odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 12 000 oznaczeń gazometrycznych oraz 600 badań jonów / Na i K /.

Parametry graniczne analizatora do badań gazometrycznych

L.p.	Wymagane Parametry
1	Aparat nie starszy niż 2018 r.,
2	Parametry mierzone pH, pO ₂ , pCO ₂ , Na, K, Hct
3	Parametry wyliczane HCO ₃ akt (aktualne stężenie wodorowęglanów), BE/B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO ₂ (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O ₂ SAT (wysycenie hemoglobiny tlenem), luka anionowa
4	Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 µl
5	Opcja automatycznej mikroprobki (objętość max 50 µl)
6	Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar
7	Detektor pęcherzyków powietrza
8	Możliwość manualnego przesuwu próbki
9	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa
10	Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat
11	Elektrody niewymagające wymiany membrany, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia
12	Odczynniki barwione pozwalające na łatwą obserwację ich zużycia
13	Oprogramowanie w języku polskim
14	Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka
15	Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy
16	Możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
17	Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora
18	W razie awarii aparatu transport i wykonanie badań gazometrycznych na koszt Wykonawcy w laboratorium WSzZ w Płocku
19	Świadectwo CE dla oferowanego:- analizatora, odczynników, materiałów kontrolnych – na etapie umowy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6 – Dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych

Nazwa i adres
Wykonawcy:.....

Tabela I - Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych

Lp.	Nazwa aparatu, producent, typ aparatu, nr katalogowy	Opis urządzenia	j.m.	Ilość miesięcy	Wartość analizatora <u>brutto</u> PLN	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN <u>brutto</u>	Wartość za 36 m-cy dzierżawy PLN <u>brutto</u>
1.		Analizator do badań hematologicznych - zgodny z parametrami granicznymi Załącznik nr 1.4 do OPZ	miesiąc	36			
2		Analizator do badań hematologicznych „Backup” - zgodny z parametrami granicznymi Załącznik nr 1.4 do OPZ	miesiąc	36			
RAZEM I							

Tabela II – Odczynniki i materiały zużywalne, materiały kontrolne potrzebne do wykonania 35 000 morfologii: 24 000 morfologii CBC i 11 000 morfologii CBC 5 diff w skali roku, w okresie 36 miesięcy.

1	Nr katalogowy PODAĆ	Nazwa: odczynniki, materiały kontrolne, kuwety, inne materiały zużywalne	Producent, Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zam.	Oferowana ilość (szt.) Odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do wyk. oznaczeń wymienionych w części II	JM oferowanego przedm. zam.	Cena za JM w PLN brutto	Ilość opakowań w okresie 36 m-cy	Wartość w PLN brutto
II.1								
II.2								
II.3								
							RAZEM II	

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badań określonych w tabeli „II, przez okres 36 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Podsumowanie	Wartość w PLN brutto
Tabela I - dzierżawa	
Tabela II	
RAZEM I + II	

Miejscowość i data:

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Marek Stawicki

PROKURENT

[Podpis]
Maja Kulesza

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści PZOZ/DZP/382/21PN/19 z dn. 24 czerwca 2019

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 24 364 51 02

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY INSPEKTOR

[Podpis]
Maja Mikulska

KIEROWNIK

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

[Podpis]
mgr Iwona Okonowicz

DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

[Podpis]

Dagmara Bednarska