

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia *M.* października 2016 roku

PZOZ/DZP/382/13PN/16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PAKIETU NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego - Zestaw videoendoskopii przewodu pokarmowego.**

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zawiadamia, iż w dniu *M.* października 2016 roku zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego obejmującego m.in. Pakiet nr 1 – Zestaw videoendoskopii przewodu pokarmowego.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez Zamawiającego z należytą starannością, na podstawie wiedzy na dzień ogłoszenia postępowania. W toku postępowania na rynku urządzeń, będących przedmiotem postępowania zostały wdrożone nowe rozwiązania technologiczne, których zaistnienia Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

W interesie publicznym jest, aby Zamawiający świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej, wydatkował środki w sposób oszczędny, ale też efektywny, co wiąże się z dołożeniem wszelkiej staranności, aby sprzęt medyczny służący do wykonywania świadczeń był o najlepszych parametrach przy zachowaniu najkorzystniejszej ceny. Zamawiający chcąc wprowadzić do Opisu przedmiotu zamówienia nowe zmiany technologiczne, musiałby najpierw przetestować wybrane modele urządzeń, czego nie może zrobić w trakcie trwającego postępowania.

Ponadto, chcąc zmodyfikować opis przedmiotu zamówienia adekwatnie do potrzeb, Zamawiający na tym etapie musiałby podjąć rozmowy z potencjalnymi, oferentami przetargu, co mogłoby wpłynąć na zaburzenie konkurencji.

Dodatkowo należy wskazać, że Zamawiający w chwili wszczęcia postępowania nie znał i nie mógł przewidzieć nowych rozwiązań technologicznych ani parametrów technicznych w celu opisu rozwiązań równorzędnych.

Nowe rozwiązania technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia posiadają też inną wartość ekonomiczną i finansową, co uniemożliwia obiektywne, racjonalne i uczciwe ustalenie ceny oferty.

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



H.S.
DR



W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż dla niego samego jak też dla potencjalnych Wykonawców rozpoczęcie nowego postępowania w sprawie zamówienia publicznego stwarza większą szansę na uzyskanie sprzętu lepszej jakości oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań technicznych istniejących na rynku usług medycznych.

Zamawiający uznał, że art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP jest wystarczającym warunkiem do unieważnienia postępowania jako, że nowych rozwiązań technicznych nie mógł przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania. Natomiast zakup sprzętu bez uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych jest niecelowy i nie leży w jak również w interesie publicznym.

Natomiast nieprawidłowe skalkulowanie ceny oferty z powodu błędnego opisu przedmiotu zamówienia i nieuwzględnienia aktualnych rozwiązań technicznych na rynku medycznym, narusza zasadę wyrażoną w art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy PZP, która nakazuje zapewnić uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie Wykonawców. Nowe rozwiązania techniczne winny być bowiem kryterium i sposobem wyboru ofert. Przy naruszeniu zasady art. 7 ustawy PZP postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia w toku postępowania, a wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą.

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURANT
Maja Kulesza

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE
PAKIETU NR 1 Nr PZOZ/DZP/382/13PN/16 z dn.11.....10.....2016r.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z prośbą
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Anna Mikulska

Skalikowski