

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 27 czerwiec 2014 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/14

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PAKIETU NR 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych**

Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zawiadamia, iż w dniu 27 czerwiec 2014 roku zostało unieważnione przedmiotowe postępowanie **w zakresie Pakietu Nr 1** o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Wada polega na tym, że Zamawiający nieprawidłowo opisał przedmiot zamówienia, a dodatkowo w wyjaśnieniach z dnia 20.05.2014 odstąpił od wymogu, aby wszystkie urządzenia wchodzące w skład dzierżawy przedmiotu zamówienia publicznego, a także odczynniki pochodziły od jednego producenta. Przedmiotowe wyjaśnienia mogłyby mieć walor opisu przedmiotu zamówienia, gdyby Zamawiający uwzględnił możliwości składania ofert równoważnych oraz ustalił parametry rozwiązań równoważnych. Tego jednak nie dokonał przez co zostawił zbyt duży margines wątpliwości i błędów, które skutkować mogą nieosiągnięciem celu dla którego ogłoszono zamówienie publiczne.

W przypadku wykonywania badań morfologicznych na wyrobach medycznych pochodzących od różnych producentów, powinny zostać przedstawione dokumenty potwierdzające, że została przeprowadzona procedura oceny zgodności tych urządzeń, potwierdzająca, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro spełnia wymagania zasadnicze po połączeniu z innym wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, posiadającym właściwości określone przez wytwórcę. Powyższe stanowisko potwierdza opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Instytut podkreśla, że stosowanie wirówek do testów mikrokolumnowych jednej firmy z kartami mikrokolumnowymi innych producentów jest obarczone dużym ryzykiem otrzymania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników reakcji. Nieprawidłowe wyniki mogą również wystąpić w przypadku używania roztworów do sporządzania zawiesiny krwinek jednego producenta do badań wykonanych w testach przy użyciu mikrokart innego producenta. W związku z powyższym praca w tzw. systemie otwartym dopuszczającym wymienne stosowanie odczynników, mikrokart i oprzyrządowania różnych producentów systemu mikrokolumnowego może wiązać się z ryzykiem bezpieczeństwa transfuzji.

Biorąc pod uwagę fakt, że wyniki badań przeprowadzonych na powyższych urządzeniach mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzkie, a także ryzyko spowodowania nieodwracalnych skutków w leczeniu chorób, Zamawiający nie może dokonać prawidłowego wyboru oferty bez ryzyka narażenia się na zamówienie usług i dostaw, których nie zamierzał zamawiać. Wobec powyższego postępowanie podlega unieważnieniu jako obarczone wadą niemożliwą do naprawienia, a skutkującą nieważnością zawartej umowy na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7/ ustawy Pzp. Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe oraz zdrowie pacjentów unieważnia Pakiet 1.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż niezwłocznie powtórzy przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.**

WICEPRZESZ ZARZĄDU

*Marek Stawicki*  
Marek Stawicki

PROKURENT

*Anna Rybarszyk*  
Anna Rybarszyk

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymało dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczęćka .....

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 40 621 500,00 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002

