

PZOZ/DZP/382/37PN/17

Płock, dnia 24 stycznia 2018 roku

Zmiana do pisma z dn. 22.01.2018r. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli.**

W nawiązaniu do pisma pn. „Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści” z dnia 22 stycznia 2018 roku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 11:

Pytanie Nr 11

Czy, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. *strefę bezdotykową*, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji jego wnętrza w przypadku podejrzenia kontaminacji?

Było:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Jest:

Odpowiedź: W przypadku podejrzenia kontaminacji, Zamawiający wymaga wymiany zaworu na nowy.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPRZESZARZĄDU
Marek Stawicki

PROKURENT
Maja Kulesza

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 52 49 lub e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSPEKTOR

Marta Mikulska

P.O. KIEROWNIK
Działu Obsługi Technicznej

Joanna Jachimska