

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81976-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płock

Dostawa rękawiczek

Termin składania ofert: 2016-04-18

Numer ogłoszenia: 107628 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81976 - 2016 data 08.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Karty technicznej lub karty katalogowej produktu potwierdzającej parametry oferowanego produktu - dotyczy pozycji nr 5. 2. Oświadczenia, iż oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania określone dla wyrobów medycznych - dotyczy wszystkich pozycji, a wynikające z przepisów prawa: -ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657, z 2014 r. poz. 1138, 1662), -rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), -rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252) - wg załącznika nr 8 do SIWZ. 3. Wyników badań na substancje chemiczne i dezynfekcyjne wg EN PN 374-3, nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert, wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub jednostkę laboratorium niezależne od producenta lub dokument równoważny potwierdzający przebadanie na substancje, o których mowa we wskazanej normie - dotyczy pozycji 1, 2, 4, 6, 7. 4. Wyników badań na wirusy ASTM F 1671 - nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert lub dokument równoważny potwierdzający przebadanie rękawic na wirusy krwiopochodne -

dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 6. 5. Wyników badań potwierdzających, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: PN-EN 455-1, PN EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 lub równoważnym normom; nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert, wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub jednostkę laboratorium niezależne od producenta lub dokument równoważny potwierdzający wymagania i badania w zakresie poszczególnych norm - dotyczy pozycji 1,2,3,4,6,7. 6. Próbek - w ilościach i w zakresie zgodnym z OPZ- załącznik Nr 1 do siwz.

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Karty technicznej lub karty katalogowej produktu potwierdzającej parametry oferowanego produktu - dotyczy pozycji nr 5. 2. Oświadczenia, iż oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania określone dla wyrobów medycznych - dotyczy wszystkich pozycji, a wynikające z przepisów prawa: - ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657, z 2014 r. poz. 1138, 1662), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 74), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, Nr 186, poz. 1252) - wg załącznika nr 8 do SIWZ. 3. Wyników badań na substancje chemiczne i dezynfekcyjne wg EN PN 374-3, wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub jednostkę / laboratorium niezależne od producenta lub dokument równoważny potwierdzający przebadanie na substancje, o których mowa we wskazanej normie - dotyczy pozycji 1, 2, 4, 6, 7. 4. Wyników badań na wirusy ASTM F 1671 lub dokument równoważny, potwierdzający przebadanie rękawic na wirusy krwiopochodne - dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 6. 5. Wyników badań potwierdzających, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: PN-EN 455-1, PN EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 lub równoważnym normom; nie starszych niż 5 lat od daty składania ofert, wykonanych przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub producenta rękawic, potwierdzające wymagania i badania w zakresie poszczególnych norm - dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7. 6. Próbek - w ilościach i w zakresie zgodnym z OPZ- załącznik Nr 1 do siwz.