

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907) na:

### „DOSTAWĘ GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KARDIOLOGIĄ PŁODU”

Nr PZOZ/DZP/382/40PN/13

#### 1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

Adres e-mail: [zamowienia\\_publiczne@plockizoz.pl](mailto:zamowienia_publiczne@plockizoz.pl)

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

#### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej *ustawą Pzp* – (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).

#### 3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu.**

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: **33.11.22.00-0.**

3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ i Załącznikach Nr 1.1. i 1.2. do OPZ.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### 10. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 35 dni od daty zawarcia umowy.

#### 11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

14. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

15. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

**A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:**

1. *Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;*

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

**B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:**

1. *Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.*
2. *Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

**UWAGA:** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

**C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:**

1. *Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7*

**D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:**

1. *Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,*
2. *Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ,*
3. *Wypełniony i podpisany formularz „Parametry techniczno - użytkowe” - wg Załącznika Nr 1.1. do OPZ,*
4. *Wypełniony i podpisany formularz „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” - wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ.*

**16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.**

- 16.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 16.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
- 16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 16.4. *Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.*

**17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.**

- 17.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  
Anna Piórkowska - Inspektor, Dział Zamówień Publicznych,  
tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02,  
e-mail: [zamowienia\\_publiczne@plockizoz.pl](mailto:zamowienia_publiczne@plockizoz.pl).
- 17.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

**18. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**19. Termin związania ofertą.**

- 19.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
- 19.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

**20. Opis sposobu przygotowania ofert.**

- 20.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
- 20.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 20.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (**Załącznik Nr 3**) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
- 20.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
- 20.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
- 20.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 20.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 20.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.
- 20.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
- 20.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
- 20.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 20.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA** w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503.).
- 20.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
- 21. Miejsce i termin składania ofert.**
- 21.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 08 października 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
- 21.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:  
**Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202**  
oraz oznakowane następująco:

**„Oferta na dostawę ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/40PN/13 – nie otwierać przed ..... roku godz: .....” (wypełnia Wykonawca)**

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

- 21.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
- 21.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

**22. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

- 22.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 października 2013 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
- 22.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 22.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
- 22.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaze niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 22.3.

**23. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 23.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
- 23.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 23.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

**24. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą.**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

**25. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.**

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Kryterium	Waga Kryterium	Sposób punktacji
1.	Cena	80%	najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x 80% waga kryterium
2.	Parametry techniczno - użytkowe	5%	Liczba punktów badanej oferty / najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt x 5% waga kryterium
3.	Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny	15%	Liczba punktów badanej oferty / najwyższą liczbę punktów osiągniętych dla tego kryterium x 100 pkt. x 15% waga kryterium

Ocena „Parametrów techniczno-użytkowych” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.1. do OPZ.

Ocena „Warunków gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” odbędzie się zgodnie ze skalą punktacji zawartą w załączniku nr 1.2. do OPZ.

- 25.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.
- 25.2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium Parametry techniczno-użytkowe oraz Warunki gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
- 25.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 25.1. SIWZ.
- 25.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia

w określonym terminie ofert dodatkowych.

25.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## 26. Udzielenie zamówienia.

26.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

26.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

26.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

## 27. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

27.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

27.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

27.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

27.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparacji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

## 28. Istotne postanowienia umowy.

28.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszej specyfikacji.

28.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

## 29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 30. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

30.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

30.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

30.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

### Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.1. – Parametry techniczno-użytkowe

Załącznik Nr 1.2. – Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 30 września 2013 roku

WICEPREZES ZARZĄDU  
PREZES ZARZĄDU

SIWZ zatwierdził:  
Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

ORDYNATOR  
Oddziału Ortopedii

lek. Paweł Sobieski  
8177803

lek. Piotr Branczewski  
1955011

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH!

Strona 5 z 21

Anna Rybarczyk

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu.**
2. Termin realizacji zamówienia: w ciągu **35 dni** od daty zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis techniczny zawiera załączony:

- 1/ formularz pn: „Parametry techniczno - użytkowe” – wg Załącznika Nr 1.1. do OPZ
- 2/ formularz pn: „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” – wg Załącznika Nr 1.2. do OPZ.



**PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE**  
**GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KARDIOLOGIĄ PŁODU**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Odpowiedź wymagana	Odpowiedź Wykonawcy	Punktacja
<b>I. ARCHITEKTURA SYSTEMU</b>				
1.	Ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony do badań kardiologii płodu, położniczych i ginekologicznych z możliwością wykonywania zabiegów biopsyjnych	TAK		
2.	Typ / model	Podać		
3.	Producent	Podać		
4.	Kraj pochodzenia	Podać		
5.	Rok produkcji: 2012	TAK		
6.	Aparat przewoźny zbudowany z jednostki centralnej, konsoli monitora, głowic USG i videoprintera na jednej platformie z układem jezdnym	TAK		
7.	Cyfrowe przetwarzanie z poczwórnym składaniem wiązki ultradźwiękowej	TAK		
<b>II. JEDNOSTKA CENTRALNA /KONSOLA</b>				
8.	Częstotliwości pracy aparatu min. 1 + 18 MHz	TAK		
9.	Ilość kanałów nadawczych TX min. 192	TAK		
10.	Ilość kanałów odbiorczych przetwarzania min. 70.000	TAK		
11.	Ilość czynnych gniazd dla głowic obrazowych min. 3	TAK		
12.	Ilość gniazd parkingowych dla głowic obrazowych min. 2	TAK		
13.	Dynamika systemu min. 200 dB	TAK		
14.	Zakres głębokości penetracji do min. 28 cm	TAK		
<b>III. TRYBY PRACY - PREZENTACJA</b>				
15.	B-mode, B /B	TAK		
16.	M-mode, B /M	TAK		
17.	HI - Obrazowanie Harmoniczne typu inwersja pulsu	TAK		
18.	Obrazowanie Harmoniczne nowej generacji inne niż powyżej	TAK		
19.	Obrazowanie Coupond/ Wielowiązkowe z min.6 kątami linii tworzących obraz i z min.3 różnymi częstotliwościami emitowanych linii oraz składanie wiązki przy nadawaniu i odbiorze	TAK		
20.	PWD - Doppler Pulsacyjny	TAK		
21.	CD - Doppler Kolorowy	TAK		
22.	PD - Doppler Power	TAK		
23.	Obrazowanie przepływów w mikronaczyniach	TAK		
24.	Duplex: 2D + PWD,	TAK		
25.	Triplex: 2D + CD + PWD	TAK		
26.	Specjalistyczne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu	TAK		
<b>IV. MONITOR</b>				
27.	Monitor LCD na ruchomym ramieniu	TAK		
28.	Wielkość ekranu min. 19 cali	TAK		
29.	Rozdzielczość min. 1280 x 1024	TAK		
30.	Możliwość regulacji: obrót, przechył, ruch w pionie i poziomie	TAK		

<b>V. PRZETWARZANIE OBRAZU</b>			
31.	Ilość obrazów „Frame Rate” min. 500 obrazów/s	TAK	
32.	Rewers obrazu: prawy /lewy	TAK	
33.	Obrót obrazu	TAK	
34.	Zmiana wielkości pola skanowania	TAK	
35.	Znaczniki ciała	TAK	
36.	Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. X 17	TAK	
37.	Pamięć CINE min. 4000 obrazów	TAK	
38.	Możliwość ustawiania własnych „presetów”	TAK	
39.	Możliwość automatycznego rozpoznawania badanych tkanek i automatyczne dostosowanie parametrów obrazu do tych tkanek w trybie B-mode i PWD	TAK	
<b>VI. PWD – DOPPLER PULSACYJNY</b>			
40.	Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 1 mm	TAK	
41.	Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 20 mm	TAK	
42.	Maksymalna mierzona prędkość min. 16 m /s	TAK	
43.	Maksymalny kąt uchyłności pola Dopplera min. $\pm 30^{\circ}$	TAK	
44.	Zakres korekcji kąta bramki Dopplera min. $\pm 70^{\circ}$	TAK	
45.	Maksymalny PRF nie mniejszy niż 24 kHz	TAK	$\leq 26$ kHz-0 pkt. $> 26$ kHz-5 pkt.
46.	Maksymalny PRF nie mniejszy niż 24 kHz	Podać (parametr oceniany)	
<b>47. POMIARY PODSTAWOWE</b>			
48.	Odległości min. 8 znaczników	TAK	
49.	Obszaru /długości obrysu	TAK	
50.	Pola powierzchni, Objętości, Kątów	TAK	
<b>VII. POMIARY DOPPLERA</b>			
51.	Prędkości przepływu (wartości: min., max., śred.)	TAK	
52.	Indeksów: PI, RI	TAK	
53.	Stenozy	TAK	
54.	Pomiary gradientów	TAK	
55.	Czasu, HR	TAK	
56.	Automatyczne trasowanie	TAK	
57.	Inne	Podać	
<b>VIII. RAPORTY /OBLICZENIA</b>			
58.	Naczyniowy	TAK	
59.	Położnicze	TAK	
60.	Ginekologiczne	TAK	
61.	Kardiologiczne	TAK	
62.	Inne	Podać	
<b>IX. GŁOWICA CONVEX</b>			
63.	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 2 + 6 MHz	TAK	
64.	Kąt widzenia min. $70^{\circ}$	TAK	
65.	Ilość elementów min. 192	TAK	

66.	Wybór częstotliwości pracy min. 5	TAK		
67.	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5	TAK		
68.	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK		
<b>X. GŁOWICA ENDOWAGINALNA</b>				
69.	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4 + 9 MHz	TAK		
70.	Kąt widzenia min. 160°	TAK		
71.	Ilość elementów min. 192	TAK		
72.	Wybór częstotliwości pracy min. 5	TAK		
73.	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5	TAK		
74.	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej	TAK		
<b>XI. GŁOWICA LINIOWA</b>				
75.	Szerokopasmowa wieloczęstotliwościowa o częstotliwości w zakresie nie mniejszym niż: 3,5-12 MHz	TAK		
76.	Ilość elementów nie mniejsza niż: 192	TAK		
<b>XII. GŁOWICA MIKRO-CONVEX</b>				
77.	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 4 + 11 MHz	TAK		
78.	Kąt widzenia min. 110°	TAK		
79.	Ilość elementów nie mniej niż 128	TAK		
80.	Wybór częstotliwości pracy min. 5	TAK		
81.	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5	TAK		
<b>XIII. ARCHIWIZACJA</b>				
82.	Twardy Dysk min. 250 GB	TAK		
83.	Video-Drukarka	TAK		
84.	DVD – Napęd min. 4,7 GB wbudowany w aparat	TAK		
85.	Port USB	TAK		
86.	Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG, AVI	TAK		
87.	Tworzenie własnego archiwum z możliwością wyświetlenia danych pacjenta i mozaiki wpisanych obrazów	TAK		
<b>XIV. FUNKCJONALNOŚĆ</b>				
88.	Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością ich blokowania	TAK		
89.	Ruchoma konsola wykonująca ruchy w poziomie i pionie	TAK		
90.	Podświetlane przełączniki funkcyjne min. dwa kolory	TAK		
91.	Wymiary	Podać		
92.	Waga max. 150 kg	Podać		
<b>XV. DANE ELEKTRYCZNE</b>				
93.	Zasilanie sieciowe 230V /50Hz ±10%	TAK		
94.	Pobór mocy max. 500VA	TAK		
<b>XVI. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT</b>				
95.	Możliwość wykonywania badań jamy brzusznej głowicą typu convex i linia z centralnym kanałem biopsyjnym	TAK (podać model)		
96.	Możliwość pracy z głowicami wolumetrycznymi typu convex, linia, endowaginalna, microconvex w trybie pracy 3D/4D dla B-mode, CHI, CD i STIC	TAK (podać model)		
97.	Możliwość pracy z głowicami śródoperacyjnymi typu linia i microconvex	TAK (podać model)		
98.	Możliwość pracy z głowicą liniową o górnym paśmie częstotliwości min. 18 MHz o polu widzenia min. 38 mm	TAK (podać model)		

99.	Możliwość pracy z głowicą dwupłaszczyznową	TAK (podać model)		
100.	Zapis badań z kontrastem w plikach RAW do dalszej analizy	TAK		
101.	Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny (głowice sektorowe i przezprzetykowe dla dzieci i dorosłych, CWD, Stress- Echo, oprogramowanie do badania kontrastami o niskim indeksie MI)	TAK		
102.	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych w standardzie DICOM 3 (Print /Worklist)	TAK		
103.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie typu sonoelastografii	TAK		
104.	Możliwość rozbudowy o specjalistyczny program do obrazowania mikrokalcyfikacji narządów mięsnych (Opisać)	TAK/NIE (parametr oceniany)		NIE – 0 pkt TAK – 25 pkt
105.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 198 elementową o zakresie pracy 4-12 MHz i polu widzenia min. 58 mm z 5 częstotliwościami dla B-mode i THI	TAK/NIE (parametr oceniany)		NIE – 0 pkt TAK – 25 pkt
<b>XVII. INNE</b>				
106.	Instrukcja w języku polskim (po dostarczeniu aparatu)	TAK		
107.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu	TAK		

\*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **TAK**, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **TAK/NIE**, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **podać**, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

..... dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy)

## WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY GINEKOLOGICZNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KARDIOLOGIĄ PŁODU

Nazwa oferowanego urządzenia.....typ.....model.....

Lp.	PARAMETR	Odpowiedź wymagana	Odpowiedź Wykonawcy	Punktacja
<b>Warunki gwarancji</b>				
1.	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: <b>min. 12 m-cy</b>	TAK		
2.	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia	Podać (Parametr oceniany)		12 m-cy – 1 pkt.; 24 m-ce – 10 pkt.; 30 m-cy – 20 pkt.; 36 m-cy – 40 pkt.; 48m-cy – 60 pkt.; 54m-ce – 80 pkt.; 60m-cy i więcej – 100 pkt.
3.	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski	TAK		
4.	Dane teled adresowe i kontaktowe do autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski	Podać (wszystkich)		
5.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)	TAK		
6.	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK		
7.	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy	TAK		
8.	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze	TAK / NIE (Parametr oceniany)		TAK – 10 pkt.; NIE – 1 pkt.
9.	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę	TAK		
10.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta	TAK / NIE		
11.	Częstotliwość wykonywania wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	Podać / NIE DOTYCZY		
12.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. W przypadku odpowiedzi NIE w punkcie 10 należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY	TAK / NIE DOTYCZY		
13.	Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie gwarancji, (szacunkowa kalkulacja wartości brutto sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu)	podać koszt		

Serwis pogwarancyjny			
14.	Autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny	TAK	
15.	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” w okresie pogwarancyjnym – max. 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii faxem lub telefonicznie	TAK	
16.	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji	TAK	
17.	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie - min. 12 m-cy	TAK	

\*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **TAK**, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **TAK/NIE**, to Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **podać**, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”

..... dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy)

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY****§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu** typ: ....., producent....., zgodnie z ofertą **Wykonawcy**, której Parametry techniczno- użytkowe oraz Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowią integralną część niniejszej umowy – odpowiednio załączniki nr 1 i 3,
2. **Wykonawca** zobowiązuje się ponadto do:
  - 1) montażu, instalacji i uruchomienia dostarczonego sprzętu,
  - 2) przeprowadzenia szkolenia,
  - 3) dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi urządzenia,
  - 4) dostarczenia deklaracji CE,
  - 5) dostarczenia zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych – o ile dotyczy.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w terminie do 35 dni od daty zawarcia umowy.
4. Za datę wykonania świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozumie się datę podpisania przez upoważnionego przedstawiciela **Zamawiającego** Protokołu Odbioru Technicznego, który stanowi integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 4.
5. **Wykonawca** winien jest uzgodnić z **Zamawiającym** (.....) tel. ....) szczegółowy termin wykonania swego świadczenia.
6. Strony upoważniają do realizacji niniejszej umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru:
  - a/ po stronie Zamawiającego – Marek Romaniuk, tel. 24 364 51 95
  - b/ po stronie Wykonawcy - .....

**§ 2 Cena**

1. Strony uzgadniają łączne wynagrodzenie wymienionego w § 1 świadczenia na kwotę: netto ..... PLN, brutto ..... PLN (słownie złotych: .....), zgodnie z załączonym formularzem cenowym- załącznikiem nr 2 do umowy.
2. Płatność będzie zrealizowana po całkowitym wykonaniu świadczenia przez **Wykonawcę**, oraz po dostarczeniu **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** oryginału Protokołu Odbioru Technicznego i faktury w terminie **30 dni** licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, na konto **Wykonawcy** podane w fakturze.
3. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku **Zamawiającego**.

**§ 3 Gwarancja**

1. **Wykonawca** zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.
2. Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, **Wykonawca** udziela ..... miesięcznej gwarancji – na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty przekazania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego.
3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego zawiera załącznik nr 3, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
4. **Wykonawca** jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z późn zmianami)

**§ 4 Kary umowne**

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - c) za odstąpienie od umowy przez **Wykonawcę** w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez **Zamawiającego** w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.
2. W razie zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych, o których mowa ust. 1, kary umowne podlegają sumowaniu.
3. **Zamawiający** może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec **Wykonawcy**.
4. **Zamawiający** nie naliczy kar umownych, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w przypadku, w którym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania **Wykonawcy** nastąpiło na skutek siły wyższej, lub z wyłącznej winy **Zamawiającego**.

5. **Strony** zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### § 5 Odstąpienie od umowy

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
- Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,
  - Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym opóźnienia w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego
2. Przed wykonaniem świadczenia, **Wykonawca** może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do jego wykonania.
3. Po wykonaniu świadczenia **Wykonawca** może odstąpić od umowy, gdy stwierdzi swoją niezdolność do usunięcia wad.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie **Stron** nastąpi w ten sposób, że według wyboru **Zamawiającego**:
- bądź **Strony** dokonają zwrotu wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia **Zamawiającego** do naliczenia kar umownych – w takim przypadku **Zamawiający** może wstrzymać wydanie przedmiotu świadczenia **Wykonawcy** do czasu wydania przedmiotu własnego świadczenia, wraz z karami umownymi,
  - bądź **Strony** zachowają przedmioty wzajemnych świadczeń, z zastrzeżeniem uprawnienia **Zamawiającego** do naliczenia kar umownych.
5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 – 3 następuje na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.

#### § 6 Zmiana zawartej umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadku:
- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego
  - wydłużenia gwarancji udzielanej na rzecz Zamawiającego
2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

#### § 7 Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze porozumienia, powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby **Zamawiającego**.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla **Zamawiającego**, 1 dla **Wykonawcy**.

#### Załączniki:

- Opis parametrów technicznych
- Formularz cenowy
- Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego
- Wzór protokołu odbioru technicznego

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:



Imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie:

UWAGI

.....  
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....  
data i podpis przedstawiciela Wykonawcy



**FORMULARZ OFERTOWY  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa/Imię i nazwisko: .....

Siedziba/m-ce zam.: ..... kod..... ul.....

Województwo: .....

Nr telefonu/fax: .....

http:// ..... e-mail: .....

Osoba upoważniona do kontaktów:..... tel. ....

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.  
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

**Zobowiązania Wykonawcy:**

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym **na dostawę ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu**, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
2. **Termin realizacji zamówienia:** w terminie 35 dni od daty zawarcia umowy.
3. **Termin płatności: 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy podwykonawcom.....\*).
6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ..... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
8. Oświadczamy, że na stronach ..... oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

\*) *niepotrzebne skreślić*

....., dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy)

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**  
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy



**NAZWA ZAMÓWIENIA:**  
Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
*o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy



**NAZWA ZAMÓWIENIA:****Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

**Formularz cenowy**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ, producent	Ilość	JM	Cena netto w PLN	Stawka VAT w %	Cena brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Ginekologiczny aparat ultrasonograficzny z kardiologią płodu</i> zgodnie z zał. nr 1.1. i 1.2. do OPZ		1	szt.			

Słownie zł brutto: .....

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego z kardiologią płodu

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ /  
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\***Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

**1/ Składam listę podmiotów,** razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
4.		

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy

**2/ Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907)

Miejscowość i data: .....

.....  
Podpis Wykonawcy\* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2