

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28

tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02

www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

PZOZ/DZP/382/07PN/18

Płock, dnia² maja 2018 roku

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE PAKIETU NR 8**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dn. 24.08.2017r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż rozstrzygnął postępowanie przetargowe na „**Obsługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego**” w wyniku, którego wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet nr 8

Olympus Polska Sp. z o.o. Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans zaoferowanych kryteriów, w myśl art. 2 pkt 5) a) ustawy PZP uznana za najkorzystniejszą.

Jednocześnie Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty Wykonawcy:

Oltech Sp. z o.o. Ul. H. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz w pakiecie nr 8 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca się ofertę Wykonawcy oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 wyklucza się Wykonawcę.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie dokumenty, z których wynika, że nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, przedstawiony wykaz osób z dnia 13 kwietnia 2018 r. wskazuje na posiadanie przez jedną z wymienionych osób szkolenia firmy Miele, druga z wymienionych osób posiada szkolenia wewnętrzne.

Zamawiający wymagał minimum 2 osoby posiadające imienny certyfikat/ zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta z obsługi serwisowej aparatury medycznej i jednocześnie Zamawiający przedstawił w formularzu, że producentem posiadanego sprzętu w Pakiecie nr 8 jest firma Olympus Polska; Wykonawca nie potwierdzi, że dysponuje osobami posiadającymi certyfikat/ zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, w związku z powyższym Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu. Jednocześnie oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Wykaz złożonych ofert i przyznanej punktacji

Pakiet nr 8

Numer oferty	Nazwa (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto PLN/ Liczba pkt w kryterium cena – 80%	Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy/przeglądu technicznego/ Liczba pkt w kryterium Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy/przeglądu technicznego – 20%	Suma punktów
1	Oltech Sp. z o.o. Ul. H. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz	60 506,16	48 h	Oferta odrzucona
10	Olympus Polska Sp. z o.o. Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa	73 643,60/ 80	48 h/ 17	97

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 38 502 500 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Umowa może być zawarta:

- w zakresie Pakietu nr 8 po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Umowa jednostronnie podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana e-mailem oraz pocztą do Wykonawcy.

WICEPRZESZKARZ

Marek Stawicki

PROKURENT

Maja Kulesza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE
PAKIETU NR 8

z dn. ... 2 ... maja 2018 r. nr PZOZ/DZP/382/07PN/18

Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax-u
24 364 52 49 lub emaillem na: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

STARSZY SPECJALISTA

Anna Piórkowska