



Płock, dnia 25 lipca 2014 roku

PZOZ/DZP/382/26PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa ginekologicznego aparatu ultrasonograficznego**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Załącznika Nr 1.1. do OPZ

Dot. pkt. 67 o treści:

67	Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5	TAK
----	---	-----

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex o 4 zoptymalizowanych częstotliwości pracy w trybie THI? Proponowane zoptymalizowane 4 częstotliwości pokrywają pełen zakres badań wykonywanych głowicą convex.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie Nr 2, dotyczy Załącznika Nr 1.1. do OPZ

Dot. pkt. 92 o treści:

92.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 198 elementową o zakresie pracy 4-12 MHz i polu widzenia min. 58 mm z 5 częstotliwościami dla B-mode i THI
-----	--

Czy w treść powyższego punktu nie wkradła się omyłka pisarska w liczbie elementów głowicy?

Czy w powyższym zapisie nie powinno być „192 elementową”?

Taka liczba elementów głowic usg jest powszechnie stosowana i jednocześnie wystarczająca dla zapewnienia wysokiej jakości obrazów diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na:

„Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 192 elementową o zakresie pracy 4-12 MHz i polu widzenia min. 58 mm z 5 częstotliwościami dla B-mode i THI”

Pytanie nr 3, dotyczy wzoru umowy

Zapisy § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 dotyczą kar umownych za opóźnienia w wykonaniu świadczenia i w usunięciu wad. Prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę i dokona modyfikacji SIWZ.



Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące zapisu punktu 17 Załącznika nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W punkcie tym powiedziane jest:

17.	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – min. 12 miesięcy	TAK
-----	---	-----

W związku z tym, że producent udziela nam na części zamienne gwarancji nie dłuższej niż 3 miesiące (głowice usg nie są traktowane jako części zamienne), prosimy o zmianę powyższego wymogu na:

17.	Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie – min. 3 miesiące	TAK
-----	--	-----

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 1.1. do OPZ, pkt 92 otrzymuje nowe brzmienie:

92.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową 192 elementową o zakresie pracy 4-12 MHz i polu widzenia min. 58 mm z 5 częstotliwościami dla B-mode i THI	TAK/NIE (parametr oceniany)	NIE – 0 pkt. TAK – 15 pkt
-----	--	-----------------------------	------------------------------

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do naniesienia w/w zmiany w SIWZ.

§ 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy, otrzymują nowe brzmienie:

§ 4 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za **zwłokę** w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
 - b) za **zwłokę** w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych za **zwłokę** w usunięciu wad w przypadku, gdy Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze;
 - c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach, gdy:
 - a) Wykonawca dopuszcza się **zwłoki** w wykonaniu świadczenia, przekraczającego 7 dni,
 - b) Wykonawca dopuszcza się w okresie gwarancyjnym **zwłoki** w usunięciu wady, przekraczającego 5 dni roboczych od podjęcia naprawy i nie gwarantuje urządzenia zastępczego

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

PROKURENT

 Anna Rybarczyk
 PREZES Zarządu

 Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 25. lipca 2014 roku PZOZ/DZP/382/26PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymało dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy