



PZOZ/DZP/382/49PN/13

Płock, dnia 05 sierpnia 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów do artroskopii posiadających w swoim składzie 1 osłonę rolowaną na kończynę 25cm x 80cm, pozostałe parametry spełnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny)

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łąką chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łąką chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1 x **Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm**
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x **Serweta na stół Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 x 140cm**
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x **Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm**
Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x **Serweta o wym. 170 x 300cm**
Serweta samoprzylepna z łata chłonną o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x **Serweta o wym. 170 x 180cm**
Serweta z włókniny, samoprzylepna
1 x **Nogawica o wym. 35 x 120 cm**
Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
2 x **Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm**
4 x **Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm**
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1x **Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm**
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x **Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm**
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x **Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm**
Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr. 3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerni do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x **Serweta o wym. 170 x 180cm**
Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.
1 x **Taśma przylepna 10 x 50cm**
4 x **Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm**
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1 x **Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm**
Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x **Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm**
Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
1 x **Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm**
Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerni na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x **Nogawica 30 x 60cm**
Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
1 x **Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm**
4 x **Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm**
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepną o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm

Rękaw 2-warstwowy. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna warstwa laminatu. Serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta 2-warstwowa, w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m² warstwa folii PE + 28g/m² warstwa włókniny)

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łata chłonną/wzmocnieniem o wym. 50x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizerni na 4 przewody.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta 3-warstwowa z przylepcem, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m², z łata chłonną/wzmocnieniem o wym. 30x80cm w polu krytycznym. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta posiada pojedynczy organizerni na 4 przewody.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 96g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm

Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm, z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym. 75 x 80cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości dla rozmiaru „S” i „M” 150cm dla rozmiaru „XL” i „XXL” 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe w rozmiarze 40x40cm o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 1


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **serwety pod pośladki z torbą przechwytyjącą płyny przeznaczona do porodu** o wymiarach 85 x 120 cm, wykonana z materiału z włókien sztucznych (polietylen); materiał niepyłący; w przedniej części - sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny; gramatura materiału w strefie krytycznej 155 g/m² ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie **zestawu uniwersalnego, czterowarstwowego** (strefa krytyczna), trójwarstwowego w pozostałej części. . Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**. Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O o następującym składzie:



ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY (4 warstwy) 699054 6/12		BARRIER® NO COMPROMISE IN SECURITY	
UNIVERSAL SET STANDARD		rozmiar	szt.
1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1	
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej	90x75	2	
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1	
4. taśma samoprzylepna	9x49	1	
5. ręczniki chłonne	18x25	4	
6. osłona na stół MAYO	79x145	1	
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1	

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie **zestawu do chirurgii biodra, czterowarstwowego** (strefa krytyczna), trójwarstwowego w pozostałej części. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O

Gramatura > 100 g/m² 2 strefa krytyczna wyrobu

Serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odpornością na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho) o następującym składzie:




ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO VI 60609 4/8		BARRIER® NO COMPROMISE IN SECURITY	
HIP SET		rozmiar	szt.
1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów	300x175	1	
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej	200x260	1	
3. serweta chirurgiczna	75x90	1	
4. serweta na stół	150x190	1	
5. osłona na kończynę	32x120	1	
6. taśmy samoprzylepne	9x49	2	
7. ręczniki chłonne	18x25	4	
8. wzmocniona osłona na stół Mayo	79x145	1	
9. wzmocniona serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1	

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie **zestawu do zabiegów na kończynie, zestaw czterowarstwowo** (strefa krytyczna), trójwarstwowy w pozostałej części. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**. Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odpornością na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho)

Gramatura > 100 g/m² 2 strefa krytyczna wyrobu o następującym składzie:




ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE I (wzmocniony) 60209 5/10 **BARRIER**
EXTREMITY SET

	rozmiar	szk.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315	1
2. serweta na stół	150x190	1
3. osłona na kończynę	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie **zestawu do artroskopii** o gramaturze 146 g/m² strefa krytyczna, 63 g/m² strefa mniej krytyczna, Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 330 cm H₂O, Wytrzymałość na wypychanie – na sucho >180 kPa, pakowane w torbę papierowo-foliową o następującym składzie:



ZESTAW DO ARTROSKOPII I 380140 4 **J&K**
OBŁOŻENIE ARTRO 220/320


	rozmiar	szk.
1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów	220x320	1
2. osłona na kończynę	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 zaoferowanie **zestawu do artroskopii stawu barkowego w składzie :**


- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm
 - 1 wzmocniona osłona a do nakrycia stolika Mayo 79 x 145cm
 - 1 osłona na kończynę 22 x 75 cm
 - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 230 x 295cm; wycięcie "U" 10 x 70cm
 - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 170 cm; (ekran anestetyczny) wycięcie „U” 15 x 45cm
 - 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm
 - 4 ręczniki celulozowe 18 x 25 cm
- Zestaw czterowarstwowy (strefa krytyczna), trójwarstwowy w pozostałej części. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.
Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O
Serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odpornością na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho).



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 zaoferowanie **zestawu uniwersalnego** który spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Gramatura 63 g/m². Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 165 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie (rozrywanie) – na sucho > 180 kPa pakowane w torbę papierowo-foliową o następującym składzie:



ZESTAW UNIwersalny III

380367 6



ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS 175/200


rozmiar szt.

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyologiczny	200x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	180x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
7. osłona na stolik MAYO	79x145	1
8. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenie do cięcia cesarskiego wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włókna wiskozowa o gramaturze min. 20 g/m² + PE o grubości min. 50 mikronów), materiał niepyłący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni o odporności na penetrację płynów powyżej 140 cm H₂O. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 o następującym składzie:



ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO VIII

694135 4/8



C-SECTION SET

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów	175/250x300	1
2. serweta - owinięcie noworodka	90x120	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	18x25	4
5. osłona na stolik Mayo	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 3 poz. 8 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 9.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **sterylnego fartucha chirurgicznego** wykonanego w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym poliestrowym mankietem o długość min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być połączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 18 x 25 cm oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Fartuch i rękawy Niebieski materiał 68 g/m² wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru (Spunlaced), wytrzymałość na rozrywanie - sucha 230 kPa, nieprzemakalność 250 mm H₂O Wzmocnienie frontu: niebieska nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa Wzmocnienie rękawa Nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że zaoferowany fartuch ma długość zgodną z SIWZ, tj.: 170cm (+/- 5cm).

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 113 x 90 cm z częścią podpośladkową o długości 35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm wykonaną z laminatu polipropylenowo – polietylenowego o gramaturze min. 56 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem owalnym o wymiarach 6 x 8 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z § 9 ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy do 20%.

Pytanie Nr 27, dotyczy wzoru umowy – § 4, pkt. 1

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 28, dotyczy wzoru umowy – § 6, pkt. 2b

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zapis dotyczy § 6, pkt. 1b, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy wzoru umowy – § 6, pkt. 1a, b

Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana została od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy wzoru umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarze 103x115 cm, długość części podpośladowej 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 6, pkt. 1b otrzymuje następujące brzmienie

Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- b. 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09 sierpnia 2013 roku do godziny 09:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

PROKURENT

Anna Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia sierpnia 2013 roku PZOZ/DZP/382/49PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy