

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 24 września 2013 roku

PZOZ/DZP/382/55PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów :

- końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo
- butelka redona z przeciwwrotną zastawką o pojemności 350 ml
- możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów
- filtr do krwi 40 mikronów z cewnikiem o długości 150 cm do przetaczania
- dwa worki z filtrem 200 mikronów o pojemności 600 ml
- dwa dreny typu Redon z trokarami ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 2A. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. możliwej cenie co przełoży się na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2

Prosimy o podanie informacji czy podana średnica 27F ma dotyczyć średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej katetera.

Odpowiedź: Podana średnica 27F dotyczy średnicy zewnętrznej.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2

Wnosimy o dopuszczenie igły do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 60mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.



Strong



Pytanie nr 5, dotyczy Rozdz. 4 pkt 18.8 SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6, dotyczy §4 pkt.1 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu na "cito" z 24 godz. na 48 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np. gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np. jeśli ze względu na tzw. "siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy §5 pkt.2 i 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 2 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy §6 pkt.1a i d wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (ust.a) oraz 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy (ust. d). Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy §6 pkt.1b i c wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczonego w terminie towaru (pkt1b) oraz za wymianę towaru wolnego od wad (pkt1c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu. Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego. Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ

Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie UE. Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający działając zgodnie ze zmienionymi przepisami, będzie wymagał dołączenia do oferty oświadczenia iż Wykonawca posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj.

-dla klasy IIb i III zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego, certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej

-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności

-dla wyrobów klasy IIa, I sterylnej i I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją oraz Wpis/Zgłoszenie lub Powiadomienie dla wszystkich grup produktów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy Pakietu Nr 24

Prosimy o wyjaśnienie czy igły do usuwania ciał obcych z oka mają być wielorazowego czy jednorazowego użytku, jeśli wielorazowego użytku to zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw częściowych z 2 dni roboczych i na „sito” 24 godzin do 4 – 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia, gdyż są to narzędzia które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostaw częściowych typu narzędzi wynosi ok. 4-6 tygodnie od daty wpływu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igieł jednorazowego użytku, dopuszcza igły wielorazowego użytku, termin dostaw zgodnie z siwz.

Pytanie nr 12, dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o dwufazowej metodzie filtracji : pierwsza faza mechaniczna w postaci membrany filtracyjnej i celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, druga faza oddziaływania ładunków intermolekularnych, oraz posiadający następujące parametry:

- objętość oddechowa VT 150-1500ml,
- skuteczność filtracji wirusowej >99,9999%,
- skuteczność filtracji bakteryjnej >99,999%,
- skuteczność filtracji wyższa niż HEPA 13 a nawet wyższa niż HEPA 14 (max skala klasy HEPA)
- przestrzeń martwa 53ml,
- opór przepływu 0,4 cmH₂O przy 30l/min, 2,5 cmH₂O przy 60l/min,
- wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 32,8 mg/l przy VT=500ml,
- waga 30g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu Nr 6

Prosimy o odstąpienie wymogu podawania na obudowie objętości oddechowej, gdyż jest to oznaczenie stosowane przez jednego producenta .

Pragniemy zaznaczyć, iż proponowany przez nas filtr jest uznanego producenta specjalizującego się w systemach oddechowych (obwodach oddechowych, rurach), które Zamawiający z powodzeniem stosuje.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych bez prowadnicy lub z prowadnicą tylko dla rozmiaru 25G i 26G?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20Gx34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22Gx34mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17, dotyczy Pakietu Nr 1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22Gx34mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm z otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19, dotyczy Pakietu Nr 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego CH24 o długości 210cm z końcówką CH23?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20, dotyczy Pakietu Nr 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200ml lub 400l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1-6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkuć obwodowych z automatycznie otwierającym się plastikowym zabezpieczeniem z 3 paskami kontrastującymi pod RTG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkuć obwodowych w rozmiarze 1,3x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkuć obwodowych w rozmiarze 1,1x32mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24, dotyczy Pakietu Nr poz.6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do wkuć obwodowych w rozmiarze 1,7x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25, dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 4-50ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26, dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1-8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły były od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27, dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1-8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na opakowaniu była informacja o rodzaju ścięcia ostrza?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28, dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu Nr 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zbiornik na płyny w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby wzierniki nie posiadały ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 40cm dla rozmiaru 6-10, o długości 60cm dla rozmiaru 12-18?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 32, dotyczy Pakietu Nr 19 poz.4

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonika 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu Nr 19 poz.5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonika 30ml dla rozmiaru CH16- CH22, dla rozmiaru CH14 o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 34, dotyczy Pakietu Nr 19 poz.6

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Nelaton przezroczysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 35, dotyczy Pakietu Nr 19 poz.6

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny w opakowaniu typu blister-pack?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36, dotyczy Pakietu Nr poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szczoteczki do wymazów cytologicznych posiadały badania kliniczne oraz rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1

Czy Zamawiający dopuści dren typu Petzer'a z 3 otworami drenującymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki plastikowe o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 40, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.8

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 41, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.11

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych w kolorze białym o długości 25cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 42, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.12

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dzieci różowe i niebieskie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 43, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.15

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny w kolorze niebieskim o długości zaciskacza 52mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 44, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.16

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 45, dotyczy Pakietu Nr 17 poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 18 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania. Na rynku istnieje wiele firm mogących zaoferować ten produkt, a nie posiadających w swojej ofercie pozostałego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 46, dotyczy Pakietu Nr 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę z oznaczeniem skali w milimetrach w rozmiarze 14Gx150mm posiadającą dwie długości regulacji 10mm i 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 47, dotyczy Pakietu Nr 10 poz.2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,8x60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 48, dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytego PCV w rozmiarze 6FR, 10FR, 14FR?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49, dotyczy Pakietu Nr 16 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w rozmiarze od 3,0 do 10,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50, dotyczy Pakietu Nr 16 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości polietylenu pozbawionego PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51, dotyczy Pakietu Nr 13 poz.1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160cm (rozciągliwy), wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawiony PCV oraz ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52, dotyczy Pakietu Nr 13 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rurę wewnętrznie gładką o długości 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53, dotyczy Pakietu Nr 22

Czy Zamawiający dopuści bezpłatne zaoferowanie glukometrów, które spełniają wymagania pakietu nr 22 - 33140000-3. W przypadku zgody zobowiązujemy się dostarczyć bezpłatnie ilość glukometrów niezbędnych do realizacji umowy. W przypadku akceptacji prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego poprzez niewypełnienie (lub wykreślenie) pozycji nr 1. Jeśli zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometr oraz przeszkolenie personelu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówień cząstkowych maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Prosimy o wskazanie, których Pakietów będzie dotyczyła realizacja na „cito”.

Odpowiedź: Pakietów nr: 1-14, 16-19, 21-23.

Pytanie nr 56, dotyczy Pakietu Nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 przewodnic intubacyjnych w rozmiarach 2,0 mm, dł. 23 cm, 4,0 mm, dł. 34 cm i 5,0 mm dł. 37 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 57, dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 drenu Pezzera pakowanych w opakowanie pojedyncze folia/papier, o długości 35 cm z dwoma otworami drenującymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58, dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 masek tlenowych dla dzieci z drenem 2100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 59, dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 woreczki do moczu dla niemowląt o pojemności 150 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 60, dotyczy Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 przyrządów do przetaczania krwi pakowanych po 180 szt. w kartonie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji siwz.

Pytanie nr 61, dotyczy Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 przyrządów do przetaczania płynów pakowanych po 200 szt. w kartonie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji siwz.

Pytanie nr 62, dotyczy Pakietu Nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 16 strzykawek do tuberkuliny z igłą, 45x12?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 63, dotyczy Pakietu Nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 cewników do odsysania w rozmiarach 6-10 o długości 40 cm i 12-18 o długości 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 64, dotyczy umowy paragraf 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu w pkt. 1 pdp. b z zapisu „2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na zapis „0,2% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.1-6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z 3 szerokimi paskami kontrastującymi, oraz z plastikowym zabezpieczeniem na końcu igły chroniącym przed przypadkowym zakłuciem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66, dotyczy Pakietu Nr 3 poz.2,3,5,6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach:

- 1,3x32mm
- 1,0x32mm
- 0,74x19mm
- 1,75x45mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67, dotyczy Pakietu Nr 5 poz.1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul pakowanych w papier klasy medycznej szeroko stosowany w branży medycznej i gwarantujący pełne bezpieczeństwo przed utratą jałowości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68, dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści używany już wcześniej przez Zamawiającego filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny- hydrofobowy, tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150 cm H₂O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, waga 31g, zalecany zakres objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymanie wilgoci 0,4 g/h, z równomiernie rozłożonymi nie sklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, spełniający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci, bez wydzielonej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci, nawilżanie na poziomie 25,6 mg H₂O/L dla VT 250, przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylne, na 24 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69, dotyczy Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający zamiast **pozycji 1-4**, dopuści zawierający się w jednej pozycji kompletny zamknięty system do autotransfuzji krwi w ilości 300 szt. o następującym składzie:

- silikonowy worek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona
- worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu
- dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji
- dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch
- z oddzielnym pakowanym przyrządem do przetaczania krwi?

Oferowany przez nas zestaw jest używany w renomowanych klinikach w kraju i za granicą. Posiada wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo jego stosowania. Wykonanie mieszka z silikonu zapewnia najwyższą możliwą hemokompatybilność, większa niż wymagana pojemność mieszka ogranicza ilość działań personelu tj. przepompowywania krwi z mieszka do

worka, specjalny dren łączący pozwala na stworzenie układu w pełni zamkniętego, umożliwiającego przeniesienie krwi z mieszka do worka bez konieczności rozłączania układu i stosowania zapasowego worka, a zastosowany system filtracji jest przyjętym przez największych producentów sprzętu ortopedycznego w pełni bezpiecznym standardem zapewniającym drożność infuzji i chroniącym przetaczaną krew przed hemolizą i zubożeniem na skutek zatrzymywania części jej składników. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli na złożenie nam konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70, dotyczy Pakietu Nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCW?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- a. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- b. 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie
- c. 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów
- d. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72

Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do próbek zaoferowanego sprzętu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 73

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu Wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety, Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 74

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 1 pkt. A na zapis: „(...) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 1 pkt. B na zapis: „(...) 2% niedostarczonej części dostawy brutto”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 1 ust. 1 pkt. D na zapis: „(...) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77

Prosimy Zamawiającego o dodanie art. 9 ust. 2 pkt.h o treści: „Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta oraz zmianą wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78

Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 6 w art. 6 o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79

Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek zaoferowanego sprzętu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 80, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł podpajęczynówkowych 25G, 27G z prowadnicą 20/22G x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu Pencil Point w rozmiarze 25 G x 90 mm z prowadnicą 20G x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu Pencil Point w rozmiarze 27 G x 90 mm pakowanych razem z prowadnicą 20 G x 32 mm.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie igieł typu Pencil Point 27 G x 119mm z prowadnicą pakowaną osobno w rozmiarze 22G x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy Pakietu Nr Pakiet 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł z prowadnicą 22G x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do znieczuleń w rozmiarze 27G x 90 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.

Rozmiar - 0,9mm - 22G(niebieski) dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min

Rozmiar - 1,1mm - 20G(różowy) dł. 32 mm , przepływ 67 ml/min

Rozmiar - 1,3mm - 18G(zielony) dł. 32-45 mm , przepływ 103 ml/min

Rozmiar - 1,5mm - 17G(biały) dł. 45 mm , przepływ 133 ml/min

Rozmiar - 1,8mm - 16G(szary) dł. 45 mm , przepływ 236 ml/min

Rozmiar - 2,0mm - 14G(pomarańczowy) dł. 45 mm , przepływ 270 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozm. 1,1 x 32 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul w rozm. 1,8 x 45 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE bez portu bocznego, widocznych w USG, z zakończeniem Luer Lock, z zastawką antyzwrotną w rozmiarze 0,7 x 19mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozm. 0,7 x19 mm, wykonanej z poliuretanu, widocznej w RTG, z filtrem odpowietrzającym, z samozamykającym się zaworem portu bocznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. Państwa zgoda pozwoli rozszerzyć grupę potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91, dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwód oddechowy dla dorosłych, dwie rury z PCV, gładkie wewnątrz, długości 150 cm, łącznik Y z dwoma portami i zatyczkami na uwięzi, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92, dotyczy Pakietu Nr 13 poz 2

Obwód oddechowy dla dorosłych, z PCV, 2 rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y rozłączalny, z kapturkiem ochronnym, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termoplastycznego PCV o gładkiej powierzchni ułatwiającej zakładanie (nie silikonowane) w rozmiarach od 2,5 do 10,00 renomowanego producenta firmy Teleflex Medical (dawniej zwanej Rusch).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy pisząc „rurka z wyraźnym czytelnikiem głębokości” Zamawiający ma na myśli dobrze widoczny pod kontrolą laryngoskopu, szeroki na ok. 1 cm czarny pierścień ułatwiający usytuowanie rurki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 95, dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy niesterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 96, dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 z zabezpieczeniem przeciwko wkliniowaniu się nagłośni w postaci uźebrowania, zapewniającej ciśnienie w mankiecie max. 60 cm H₂O, dren luźny niewtopiony w korpus maski, zapobiegający jego przygryzieniu, oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości mankietu na opakowaniu jednostkowym oraz na korpusie maski. Maski umieszczone w opakowaniu z naniesionym barwnym oznakowaniem rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 97, dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych jednorazowego użytku w rozmiarach 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Maski krtaniowe to urządzenia do udrażniania dróg oddechowych stosowane zarówno w zakresie anestezjologii, jak i medycyny ratunkowej, mocny, cienkościenny mankiet obniżający możliwość uszkodzenia tkanek miękkich, wtopiony przewód do napełniania balonu w korpus rurki, rozmiar maski - mankiet kodowany kolorystycznie, z oznaczeniem na korpusie maski jej rozmiaru, wagi pacjenta, objętości mankietu, bezlateksowa, sterylna, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 98, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos wykonanych ze standardowego PCV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99, dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 7,8

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania karty charakterystyki produktu wystawionej przez producenta materiału, z którego zostały wykonane przyrządy na rzecz dołączenia do oferty stosownej próbki z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta o braku zawartości ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100, dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 11, 15, 17, 18,19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach

powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101, dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 12,13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50ml wyposażonych jednostronną skalę pomiarową bez czterostronnego podcięcia tłoczyska. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 102, dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z igłą 0,3 x 13 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 103, dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. max 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104, dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 20,21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105, dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w rozm. 12-18 o dł. 60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 106, dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki mają posiadać barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze cewnika oraz numeryczny fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 107, dotyczy Pakietu Nr Pakiet 19, poz. 4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników Foleya, pakowanych w opakowania podwójne zewnętrzne folie/papier oraz wewnętrzne worek foliowych dla zachowania warunków aseptyki podczas cewnikowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 108

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników z zastawką plastikową gwarantującą szczelność dla płynu wypełniającego balon cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 5 dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z wysoce przezroczystym trzonem kaniuli dla dobrej widoczności płynu Rozmiar 27G, długość 120mm, bez prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 1 dopuści kaniule bezpieczną, teflonową, widoczne linie w RTG, samozamykający się port, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniającej techniki założenia w rozmiarze 17 G (śr. zewnętrzna 1,5 mm) o długości 45 mm, przepływ grawitacyjny 125 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści kaniule bezpieczną, teflonową, widoczne linie w RTG, samozamykający się port, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniającej techniki założenia w rozmiarze 18 G (śr. zewnętrzna 1,3 mm) o długości 45 mm, przepływ grawitacyjny 90 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 dopuści kaniule bezpieczną, teflonową, widoczne linie w RTG, samozamykający się port, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniającej techniki założenia w rozmiarze 20 G (śr. zewnętrzna 1,1 mm) o długości 32 mm, przepływ grawitacyjny 60 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 4 dopuści kaniule bezpieczną, teflonową, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniającej techniki założenia w rozmiarze 22 G (śr. zewnętrzna 0,9 mm) o długości 25 mm, przepływ grawitacyjny 36 ml/min,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 5 dopuści kaniule teflonowe bez systemu zabezpieczającego, zachowując pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115, dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 6 dopuści kaniule bezpieczną, teflonową, widoczne linie w RTG, samozamykający się port, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi i nie zmieniającej techniki założenia w rozmiarze 16 G (śr. zewnętrzna 1,7 mm) o długości 45 mm, przepływ grawitacyjny 180 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1,2,3

Pakiet 1 poz. 1,2,3 Proszę o dopuszczenie igieł długości 88mm zamiast podanych 90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Pakiet 1 poz. 3. Proszę o dopuszczenie igieł z prowadnicą pakowana oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Pakiet 1 poz. 3. Proszę o dopuszczenie igły 22G bez prowadnicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 119, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3,4,5,6

Pakiet 1 poz. 3,4,5,6. Proszę o dopuszczenie prowadnicy dł. 35mm zamiast podanych 38mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 120, dotyczy Pakietu Nr 1

Proszę o dopuszczenie igieł z eliptycznym uchwytem z dodatkowymi znacznikami dającymi pewny chwyt i doskonałe czucie igły oraz z wtopionym przyzmatem sygnalizującym się pojawienie płynu zmianą barwy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 121, dotyczy Pakietu Nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7:

FORMULARZ CENOWY- PAKIET nr 7 - Zestaw do drenażu typu Handy vac

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	Zestaw drenażowy do autotransfuzji typu: Handy Vac ATS Combi, w skład którego wchodzi: dwa dreny spiralne z trokami w rozmiarach 16CH, łącznik Y oraz dren doprowadzający, mieszek z zastawką antyzwrotną, wytwarzający podciśnienie na poziomie max.65mmHg, o pojemności 125ml, worek na krew z zastawką antyzwrotną o pojemności 700ml z pierwszym poziomem filtracji (z wbudowanym filtrem 200 mikronów), z portem iniekcyjnym do podłączenia linii do przetoczeń.	szt.	300			8%	
2.	Linia do przetoczeń typu Handy Vac ATS Filtr z filtrem trójstopniowym-kaskadowym o parametrach 175, 40 i 10 mikronów.	szt.	300			8%	
3.	Dodatkowy worek na krew o pojemności 700ml, z zastawką oraz z wbudowanym filtrem 200 mikronów typu Handy Vac Worek.	szt.	40			8%	
4.	Worek do drenażu typu Handy Vac ATS 700ml z kranikiem	szt.	223			8%	
razem:						xxxx	

parametry jak poniżej :

FORMULARZ CENOWY- PAKIET nr 7 - Zestaw do drenażu

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	System do odzyskiwania krwi z drenu pooperacyjnego ze stałym podciśnieniem w czasie odsysania z możliwością ustawienia 3 wartości : 25-50-100 mmHg. Umożliwia przetoczenie do 2000 ml krwi bez dodatkowych akcesoriów. Całkowicie jednorazowy, sterylne, wbudowane autonomiczne zasilanie akumulatorowe, możliwość podłączenia 2 drenów pooperacyjnych. Zawiera worek przetoczeniowy. Wymaga podłączenia tylko standardowego aparatu do przetoczeń.	szt.	300			8%	
razem:						xxxx	

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższą odpowiedź, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wydziela z Pakietu Nr 17 pozycję nr 18 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 25,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

punkt 3.1 SIWZ

z: Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów medycznych z podziałem na 24 pakiety.**

na: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa materiałów medycznych z podziałem na 25 pakiety.**

punkt 3.3 SIWZ

z: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1, 2 i 6.1-6.24 do SIWZ.**

na: Szczegółowy zakres zamówienia zawiera **Załącznik Nr 1, 2 i 6.1-6.25 do SIWZ.**

punkt 14.E.2 SIWZ

z: Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg **Załącznika Nr 6.1 – 6.24 do SIWZ.**

na: Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg **Załącznika Nr 6.1 – 6.25 do SIWZ.**

Załącznik Nr 1 pkt 3 do SIWZ oraz Załącznik Nr 6 poprzez dodanie Pakietu Nr 25 - Drobny sprzęt III

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Załącznik

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY - PAKIET NR 17 - Drobnny sprzęt II							
Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	Dren typu Petzer'a, pakowany pojedynczo, jatowy, lateksowy lub silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 z minimum 4 otworami drenującymi. Rozmiar CH 34	szt.	80			8%	
2.	Kapturki do termometrów doustnych na podczerwień kompatybilny do termometrów Riester Ri-thermo 1800	szt.	2200			8%	
3.	Kieliszki plastikowe do leków, poj. 25ml x 75 szt	op.	230			8%	
4.	Kieliszki plastikowe, różne kolory, wielokrotnego użytku do stylizacji.	szt.	300			8%	
5.	Kranik trójdrożny.	szt.	400			8%	
6.	Szpatułki laryngologiczne drewniane do języka.	op.	175			8%	
7.	Maseczka do sztucznego oddychania usta-usta.	szt.	80			8%	
8.	Maska tlenowa z ręką dla dzieci, wykonana z PCV jakości medycznej, długość drenu 2000mm, sterylna, pakowana pojedynczo, wyposażona w klips uniemożliwiający dostawanie się tlenu do oczu; rozmiar S	szt.	35			8%	
9.	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pepowiny składające się z dwóch ruchomych ramion połączonych nitem miedzianym zapewniającym swobodny ćwierćobrót oraz ostrza wykonanego z utwardzonej stali dwustronnie szlifowanego i ostrzonego	szt.	13			8%	
10.	Lancety do testów wziewnych na skórę, sterylne x 200 szt.	op.	23			8%	
11.	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych wykonane z przeźroczystej folii PCV, posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiający wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 28 cm	szt.	1000			8%	
12.	Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z folii PCV, przeźroczystej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiający	szt.	3700			8%	

	wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – 16 cm.								
13.	Opaska uciskowa - staza								
		szt.	55					8%	
14.	Woreczki przylepne (bez gąbki) do moczu dla niemowląt o poj. 100ml (chłopcy i dziewczynki)							8%	
		szt.	880						
15.	Zaciskacz do pipowiny służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków, wykonany z polipropylenu (w kolorze białym) metodą wtryskową; składający się z dwóch szczepek połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pipowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 mm							8%	
		szt.	300						
16.	Zestaw do lewatywy z prostą kanką, mikrobiologicznie czysty z zaciskaczem.							8%	
		szt.	630						
17.	Wieszak do worka na mocz							23%	
		szt.	200						
		razem						xxx	

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Nazwa Wykonawcy
 Adres Wykonawcy

Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY - PAKIET NR 18 – Cewniki, ostrza, przyrządy do dyfuzji, strzykawki							
Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	Cewnik do kamienia przez nos niemowląt, rozm. CH 6-8 dł.40cm, wykonany z elastycznego PVC o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, skalowany na odcinku od 5-25cm, bez zawartości ftalanów, podziałka cyfrowa kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, sterylny	szt.	240			8%	
2.	Cewnik do podawania tlenu przez nos o długości co najmniej 2 m, wykonany z elastycznego PCV	szt.	3900			8%	
3.	o jakości medycznej, jałowy, sterylizowany EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastykatu, przewód tlenowy nie załamujący się, pakowany pojedynczo, z uniwersalnym złączem, nie zawiera ftalanów.	op.	100			8%	
4.	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, nazwa producenta i numer wygrawerowane na ostrzu, kształt ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar 10-24	op.	60			8%	
5.	Przedłużacz bursztynowy do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny	szt.	500			8%	
6.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długości 2m, przezroczysty, osłona łącznika Luer-Lock, dren medyczny	szt.	1500			8%	
7.	Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90mm, 20 kropli = 1ml +/- 0,1ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie oświadczenia producenta o braku toksycznych ftalanów oraz Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy), aparat zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylniej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier). Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku ftalanów, opakowanie zbiorcze - karton 180szt.	szt.	1080			8%	
8.	Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 60mm i pojemności 12ml, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta o braku toksycznych ftalanów oraz Karty Charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu	szt.	31000		8%		

	chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy), igła biorcza wyposażona w szczelny, zamykany zapowietznik, wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy oczek 15µm, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, logo producenta trwale oznaczone na przyrządzie, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack (folia-papier) Na opakowaniu jednostkowym wraz z numerem serii i datą ważności fabrycznie nadrukowana informacja o braku fltanów, opakowanie zbiorcze – karton 100 sztuk lub 200 sztuk						
9.	Strzykawka 100ml trzyczęściowa, do płukania z dołączonym 1 łącznikiem luer, skala wycechowana w milimetrach	szt.	1950				8%
10.	Strzykawka 2ml lub 2,3ml do gazometrii	szt.	1350				8%
11.	Strzykawka 5ml, trzyczęściowa wysoce przeźroczysta, z końcówką typu Luer-Lock, z rozszerzoną skalą do 6ml, kolorystycznie zabarwiony tłok nie zawierający lateksu i silikonu, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, czarna czytelna skala, kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru	op.	27				8%
12.	Strzykawka biała 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyńska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor	szt.	1930				8%
13.	Strzykawka bursztynowa 50ml (60ml) do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, podwójna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyńska dla dobrej stabilizacji w pompie, sterylizowane EO, strzykawka kompatybilna z pompami firm Kwapisz i Ascor	szt.	500				8%
14.	Strzykawka do insuliny j.u. 1ml/40j.m. Trzyczęściowa, z igłą iniekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną niezmywalną skalą co 0,0025ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, sterylizowana EO, opakowanie 100szt.	op.	5				8%
15.	Strzykawka j. u. dwuczęściowa 20ml, skalowana co 1,0 ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 24ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt	op.	400				8%
16.	Strzykawka j.u. do 1ml do tuberkuliny, trzyczęściowa z igłą iniekcyjną 0,4 x 13mm, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem oraz czytelną skalą, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, opakowanie 100szt.	op.	40				8%
17.	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 10ml, skalowana co 0,5ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 12ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt	op.	400				8%
18.	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 2ml, skalowana co 0,1ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 3ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt	op.	4700				8%

19.	Strzykawka j.u. dwuczęściowa 5ml, skalowana co 0,2ml, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok z polietylenu, nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona do 6ml skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, stożek położony nie centrycznie, nazwa producenta na strzykawce, opakowanie papier – folia, na opakowaniu jednostkowym kod kolorów dla łatwego rozpoznania rozmiaru, nr serii i data ważności, sterylizowane EO, opakowanie 100szt	op.	390			8%	
20	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm; 4mm, opakowanie 50szt.	szt.	300			8%	
21	Wzierniki do otoskopów Rimini 2,5mm; 4mm, opakowanie 50szt.	szt.	400			8%	
22	Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, cyfrowa podziałka głębokości, zmrożona powierzchnia, z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wyposażony we wkładkę redukcyjną Luer oraz zatyczkę, kolor odpowiadający wielkości, jałowe, pakowane folia-papier, długość min. 80 cm. r. 10-22 CH	szt.	365			8%	
			razem			xxx	

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY - PAKIET NR 20 – Pojemniki apteczne, szkło recepturowe							
Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	Butelka apteczna 1000ml	szt.	50			23%	
2.	Butelka apteczna 500ml	szt.	100			23%	
3.	Butelka apteczna 250ml	szt.	350			23%	
4.	Butelka apteczna 10 ml	szt.	150			23%	
5.	Butelka apteczna z gwintem 28 100ml	szt.	500			23%	
6.	Etykieta samoprzylepna Trucizna x 1000	op.	1			23%	
7.	Etykieta samoprzylepna Zmieszać przed użyciem	szt.	200			23%	
8.	Formy na globulki 3g	szt.	1000			23%	
9.	Kolba stożkowa 2000ml	szt.	2			23%	
10.	Nakrętka na butelkę gwint 18	szt.	300			23%	
11.	Nakrętka na butelkę gwint 28	szt.	1000			23%	
12.	Oplátky skrobiowe NR 2 x 500kpl	op.	1			8%	
13.	Oplátky skrobiowe NR 6 x 500kpl	op.	1			8%	
14.	Podkładki pergaminowe 10 cm	szt.	100			23%	
15.	Pudełko apteczne białe zakręcane 150ml	szt.	50			23%	

16.	Pudełka apteczne białe zakręcane 220ml	szt.	100			23%	
17.	Pudełka apteczne na masć 500g	szt.	10			23%	
18.	Torebka apteczna biała 120 x 170 75g	szt.	200			23%	
19.	Torebka apteczna biała 100 x 150 50g	szt.	200			23%	
20.	Zlewka szklana 25ml	szt.	2			23%	
21.	Zlewka szklana 50ml	szt.	2			23%	
22.	Zlewka szklana 600ml	szt.	1			23%	
				razem		xxx	

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY - PAKIET NR 22 – Paski do glukometru

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Postać	Ilość zamawiana	Typ/produc nt	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.*	Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; do użytku z glukometru EVERCARE GENIUS		paski	100				8%	
2.**	Aparat do wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi	szt.	glukometr	20					
	Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi x 50szt.	op.	paski	100				8%	

1* Wypełnić w przypadku oferowania pasków do glukometrów

2** Wypełnić tylko w przypadku oferowania glukometru łącznie z paskami

1. Glukometr fabrycznie nowy z instrukcją w języku polskim.
2. Glukometr przeznaczony do pomiaru dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Glukometr do oznaczania glikemii we krwi włosniczkowej.
4. Biosensoryczny lub fotometryczny test paskowy.
5. Po nałożeniu wystarczającej objętości próbki krwi wynik pomiaru max do 8 sekund.
6. Krew na pasek testowy można nałożyć do góry lub na koniec testu paskowego.
7. Możliwe jest oznaczenie glukometrem trzymanym w dłoni w dowolnej pozycji.
8. Zastosowanie kompleksu enzymatycznego z wykorzystaniem FAD - zależna dehydrogenaza glukozy FAD-GDH lub oksydazy glukozy.
9. Wynik pomiaru jest niezależny od wartości hematokrytu w zakresie 20-70%.
10. Zgodność z normą ISO 15197 lub równoważną.

.....
Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 6.25 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6.25 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia medycznego

FORMULARZ CENOWY - PAKIET NR 25 - Drobny sprzęt III

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamawiana	Cena jedn. netto	Wartość netto w PLN	Stawka vat	Wartość brutto w PLN
1.	Maska kraniowa wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem łączącym balonik kontrolny, wtopionym korpus rurki, bez poprzeczek, posiadająca balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu, stejlina w rozmiarach 1-5	szt.	55			8%	

.....
Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

PROKURENT

Anna Rybarezyk

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierka

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia *24* września 2013 roku PZOZ/DZP/382/55PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy