

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 08 listopada 2013 roku

PZOZ/DZP/382/63PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa błon, odczynników i kopert RTG**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ - Załącznik Nr 1.1 do OPZ

W ostatnim czasie na rynku polskim pojawiają się błony rtg ogólnodiagnostyczne nieznanego pochodzenia, oferowane są przez firmy pośredniczące, które nie są producentem. Firmy pośredniczące kupują błony rtg od różnych firm hurtowych z zagranicy.

Błony są z przeterminowanym okresem ważności i mają dużo gorsze parametry niż oczekuje Zamawiający.

Czy ze względów bezpieczeństwa i jakości wykonywanych badań w pracowni rtg Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy innego niż producent błon rtg i odczynników rtg, oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce, że:

„Oferowane przez wykonawcę (podać nazwę firmy) błony rtg ogólnodiagnostyczne i odczynniki rtg są oryginalne i spełniają wszystkie wymagane parametry w Załączniku nr 1.1 do OPZ, załączonym do oświadczenia producenta”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww. oświadczenia producenta, natomiast wymagania złożenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy Pakietu nr 1 i dokona modyfikacji siwz.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały gęstość optyczną max. 3,06 (wymóg wg SIWZ 3,20)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały gradient średni 2,37 (wymóg wg SIWZ 2,65)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

- wprowadza wymóg złożenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia – dotyczy Pakietu nr 1

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez dodanie w SIWZ pkt 14 E

E. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

1. *Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy Pakietu nr 1 z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Zamawiający wymaga próbek w poz. Nr 1-8 w ilości 10 sztuk dla każdej pozycji*

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 12 a ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 15 listopada 2013 roku do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

PROKURENT

Anna Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Elw. Alieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 08 listopada 2013 roku PZOZ/DZP/382/63PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy