

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora noworodkowego przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 20kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który nie posiada parametru „wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3, dotyczy Załącznika nr 1.1. do OPZ, pkt. 6

Czy w związku z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu na następujący : „Zgłoszenie / Powiadomienie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Załącznika nr 2 do OPZ, pkt. 6, Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 5, dotyczy Załącznika nr 2 do OPZ, pkt. 16, Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby okres zagwarantowania dostępności części zamiennych wymieniony w punkcie 16 był liczony od daty sprzedaży urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie Nr 6, dotyczy Załącznika nr 1.1 (parametry techniczno-użytkowe–myjnia endoskopowa)
pkt. 26, pkt. 16, Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie myjni bez kondensacji oparów środków dezynfekcyjnych, ale spełniającą pozostałe parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego? Opary środków dezynfekcyjnych opartych o aktywny tlen są znacznie mniej szkodliwe dla zdrowia niż opary środków opartych o np. związki aldehydowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

z dnia 24 października 2012 roku

PZOZ/DZP/382/53PN/12

**Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.**

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy