

**PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28  
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02  
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 14. maja 2014 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 1**

W celu porównywalności złożonych ofert przetargowych, czy jako materiały zużywalne do wykonania określonych przez Zamawiającego badań Wykonawcy mają wliczyć końcówki do pipety w ilości 15.000 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, że Wykonawca z należytą starannością sam określi liczbę końcówek do pipety elektronicznej znając liczbę badań. Zamawiający nie znając procedury wykonywania badania nie może z góry założyć ilości końcówek.

**Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 1**

Czy w związku z zapisami art. 21, ust. 2, lit. C Dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998r w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz art. 2, ust 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, zamawiający wymaga zaoferowania końcówek do pipet będących wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga końcówek do pipet, które są wyrobem medycznym do diagnozowania in vitro.

**Pytanie nr 3, dotyczy § 3 ust.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4, dotyczy § 5 ust.1 lit. a) i b)**

Prosimy o zmianę użytych w ww. postanowieniu sformułowań „opóźnienia” na zwrot „zwłoki”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 5, dotyczy § 5 ust.1 lit. c) i d)**

Prosimy o modyfikację ww. postanowień w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości brutto pozostałej do realizacji umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 6, dotyczy § 10 ust. 6 lit. a) i b)**

Prosimy o zmianę użytych w ww. postanowieniu sformułowań „opóźnienia” na zwrot „zwlóki”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 7, dotyczy § 12 ust.2**

Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „[...] odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu” zwrotem „za wyjątkiem okoliczności, o której mowa w §3 ust. 3”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8, dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby oba zaoferowane analizatory hematologiczne pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zaoferowane analizatory hematologiczne pochodziły od jednego producenta.

**Pytanie nr 9, dotyczy wzoru Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10, dotyczy § 5 ust.1 wzoru Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 5 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 4 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c. 0,2 % wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11, dotyczy „wymagane parametry graniczne dzierżawionego sprzętu”, punkt 1**

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany system manualny, w którym wirówka i inkubator stanowią jedną całość (jedno urządzenie)? Wykonawca zapewnia, że wirówka i inkubator pracują niezależnie od siebie, posiadają osobne wyświetlacze czasu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 12, dotyczy „wymagane parametry graniczne dzierżawionego sprzętu”, punkt 3**

Czy Zamawiający dopuści zintegrowany system manualny z wirówką na 10 kart/ kaset?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 13, dotyczy Pakietu nr 4 pkt. 28 zestawienia parametrów granicznych, załącznik nr 6.4 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zapewnienia zewnętrznej międzynarodowej kontroli biochemicznej dla wszystkich wyspecyfikowanych parametrów (31 poz.), czy tylko dla tych wymienionych w nawiasie " HbA1c, D-dimery, AT3, RF, CRP ilościowe"?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje zapewnienia kontroli zewnętrznej dla następujących parametrów: CRP, RF, HbA1c, D-dimery, AT3.

**Pytanie nr 14, dotyczy Pakietu nr 4, kolumna 2 części II formularza cenowego, załącznik nr 6.4 do SIWZ**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga doliczenia odczynników potrzebnych na wykonanie kalibracji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga pokazania wszystkich kosztów odczynnikowych, w tym odczynników potrzebnych do wykonania kalibracji.

**Pytanie nr 15, dotyczy Pakietu nr 4, części II formularza cenowego, załącznik nr 6.4 do SIWZ**

W związku z nieściślościami w podanej liczbie oznaczeń biochemicznych (341 000 oraz 337 000) prosimy o sprostowanie liczby oznaczeń podanej w poz. II zestawienia wartości tego pakietu

**Odpowiedź:** Liczba oznaczeń biochemicznych wynosi 341 000. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do naniesienia prawidłowej ilości oznaczeń tj. 341 000 w załączniku nr 6.4 do SIWZ, tabela podsumowująca.

**Pytanie nr 16, dotyczy § 3 ust.1 i § 11 ust.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3.

**Pytanie nr 17, dotyczy § 4 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „5 dni” na „5 dni roboczych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 18, dotyczy § 5 ust. 1 pkt a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił już odp. na powyższe pytanie w pytaniu nr 4.

**Pytanie nr 19, dotyczy § 5 ust. 1 pkt c) i d)**

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił już odp. na powyższe pytanie w pytaniu nr 5.

**Pytanie nr 20, dotyczy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: „lub na skutek działania niezawinionego przez Wykonawcę”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21, dotyczy § 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 5 ust. 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22, dotyczy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23, dotyczy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24, dotyczy § 5**

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25, dotyczy § 10 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „24 godzin” na „48 godzin w dni robocze”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26, dotyczy § 10 ust. 6 pkt a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił już odp. na powyższe pytanie w pytaniu nr 6.

**Pytanie nr 27, dotyczy § 10 ust. 6 pkt a) i b)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była naliczana od wartości rocznego czynszu dzierżawnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28, dotyczy § 12 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29, dotyczy Pakietu nr 1**

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m. in. krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści dla Pakietu nr 1. możliwość dostaw odczynników wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok z możliwością dostaw pilnych (CITO) w terminie 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 30, dotyczy Pakietu nr 1, pkt 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka mieściła maksymalnie 20 kart?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie precyzuje maksymalnej ilości kart.

**Pytanie nr 31, dotyczy Pakietu nr 1, pkt 1 i 6**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pipet elektronicznych czy automatycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga automatycznych pipet elektronicznych.

**Pytanie nr 32, dotyczy Pakietu nr 1, pkt 7**

Prosimy o doprecyzowanie czy krwinki wzorcowe do screening przeciwciał mają być 3 panelowe i zgodnie z przepisami zawierać antygen Cw?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje krwinek wzorcowych min. 3 panelowych zawierających antygen Cw.

**Pytanie nr 33, dotyczy Pakietu nr 1, pkt 7**

Prosimy o doprecyzowanie czy krwinki wzorcowe do screening przeciwciał mają być konfekcjonowane w szklanych buteleczkach, z wygodnym zakraplaczem?

**Odpowiedź:** Zakraplacz nie jest wymagany, ale dopuszczany.

**Pytanie nr 34, dotyczy Pakietu nr 1, pkt 12**

Czy Zamawiający dopuści, aby udział w zewnętrznym programie kontroli jakości odbywał się na koszt Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 35**

Czy wszystkie urządzenia wchodzące w skład dzierżawy oraz odczynniki (mikrokarty, krwinki, diluenty, materiały zużywalne) mają pochodzić od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Tak, wszystkie urządzenia wchodzące w skład dzierżawy oraz odczynniki mają pochodzić od jednego producenta.

**Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający wymaga stosownych dokumentów dopuszczających do obrotu dla wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia iż oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada ważne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 (pipety) i dokona modyfikacji SIWZ.

**Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający dopuści załatwianie reklamacji w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający wymaga pozytywnej opinii IHiT w Warszawie lub RCKiK w Warszawie odnośnie oferowanej mikrometody?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odnośnie oferowanej mikrometody w zakresie Pakietu nr 1 i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

**Wprowadza do SIWZ zmiany poprzez dodanie w pkt 15.D.3 następującego dokumentu:**

**W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:**

3. **Pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odnośnie oferowanej mikrometody w zakresie Pakietu nr 1**
4. **Oświadczenia, iż oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potwierdzenie powyższego Wykonawca posiada ważne dokumenty oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania – dotyczy Pakietu Nr 1 (pipety) – wg załącznika nr 9 do SIWZ**

**§ 4 ust 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia (urządzenie dzierżawione, odczynniki, materiały zużywalne) został dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 5 dni **roboczych** od dnia pisemnego wezwania.

**§ 4 ust 6 i 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

6. **Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wprowadzenie do używania oferowanego przedmiotu zamówienia na terytorium RP wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Medycznych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z dnia 2011 r., Nr 113, poz. 657) w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietu nr 1 – pipety.**
7. **Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5 i 6 skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt c.**

**§ 5 ust 1 a i b otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w razie **zwłoki** w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towarów za każdy dzień **zwłoki**,
- b) za **zwłokę** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo **zwłokę** w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień **zwłoki**, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

**§ 10 ust 6 a i b otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za **zwłokę** w dostarczeniu urządzenia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,
- b) za **zwłokę** w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**,

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Pakiet 1

Odczynniki do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonywania na okres 36 miesięcy

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych, niezbędnych do wykonania:

1. 12 000 badań przesiewowych przeciwciał ( test PTA)
2. 2 400 właściwych prób zgodności czyli liczba pilotek /pojemników (test PTA)

#### Termin ważności

odczynników i materiałów zużywalnych minimum 4 miesiące od daty dostawy  
krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy

#### Termin dostaw

Odczynniki i materiały zużywalne w terminie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia,  
Krwinki wzorcowe: sukcesywnie wg ustalonego między Zamawiającym a Wykonawcą harmonogramu.

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH SPRZĘTU DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

Lp.	Wymagane parametry graniczne dzierżawionego sprzętu
1.	System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i dwóch <b>automatycznych pipet elektronicznych</b> - nie starszy niż z 2012 r.
2.	Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach
3.	Wirówka serologiczna o pojemności minimum <b>10 kart/ kaset</b> z wyświetlaczem czasu.
4.	Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory
5.	Maksymalny łączny czas inkubacji i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 30 min.
6.	<b>Automatyczne pipety elektroniczne</b> wieloczynnościowe z funkcją wielokrotnego dozowania.
7.	Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu
9.	Zapewnienie drukarki do Krewkart
10.	Dostarczenie max. 120 krewkart
11.	Instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w ramach przedmiotu umowy
12.	Zapewnienie udziału w zewnętrznym ( polskim lub międzynarodowym ) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy minimum 4 razy w roku

Miejscowość i data: .....

.....  
Poświadczenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę

**Nowy Załącznik Nr 9 do SIWZ:**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:** Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych i urządzeń do badań serologicznych

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

dotyczące posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu i używania oferowanego wyrobu medycznego – **dotyczy pakietu nr 1 (pipety)**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....


*Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty oraz zobowiązuję się je dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania.*


Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: .....

Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.  
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.szpitalplock.pl](http://www.szpitalplock.pl)

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Marek Stawicki

~~PROKURENT~~  
  
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści  
z dnia 14. maja 2014r. PZOZ/DZP/382/21PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi  
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia ..... Ilość stron ..... Podpis i pieczętka Wykonawcy .....

ae