

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/38PN/13

Płock, dnia.....czerwca 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ
ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów wszczepiennych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1- Dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 dopuszcza:

Pkt.1 Śrubę kaniulowaną, kompresyjną, średnica 2,0/3,0mm. samogwintującą, samowiercącą do osteotomii kości śródstopia i paliczków typu scarf o długości 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.

Pkt.2 Śrubę kaniulowaną, kompresyjną, średnica 2,0/3,0 mm samogwintującą, samowiercącą stosowaną przy haluksach do osteotomii paliczka P1 o długości 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2 – Dotyczy Pakietu Nr 2

Pkt.1 Śrubę samogwintującą, samowiercącą, z prowadnicą do odłamania do osteotomii typu Weila o długości 11-20 mm (skok co 1mm) 2,7 lub 2,0 mm.

Pkt.2 Śródrzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodezy, mono i bicortyczny minimum 3 wysokościach dla obu rodzajów.

Pkt.3 Super elastyczny niezależny od temperatury skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy implantowany przy użyciu kompatybilnych ze skoblem szczypców, 7 różnych kształtów i wymiarów.

Pkt.4 Małoinwazyjny, implant bioabsorbowalny do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy, stosowany do zabiegów artrodezy, 2 średnice: 1,8 mm; 2,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 3 – Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści śruby o średnicy 2,5 rezygnując z wymogu zaofierowania śrub o średnicy 2,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 4 - Dotyczy Pakietu Nr 1

Wnosimy o wyłączenie zapisu dot. Wymogu dostarczenia na czas trwania umowy napędów ortopedycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji zapisów SIWZ

Pytanie Nr 5 - Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 dopuści możliwość zaofierowania śruby typu Herbert kaniulowanej, kompresyjnej, średnica 2,4 mm, samogwintującej, samowiercącej do osteotomii kości śródstopia i paliczków z gniazdem typu TORX o długości 12,14,16,18, 20, 22 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2 % wartości niedostarczonej w terminie części dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7 - Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści śrubę typu Herberta kaniulowaną, kompresyjną, o średnicy 2,5 mm, do osteotomii kości śródstopia i paliczków typu scarf o długości 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 8 - Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści śrubę typu Herberta kompresyjną, średnica 2,5 mm stosowaną przy haluksach do osteotomii paliczka P1 o długości 22, 24, 26, 28, mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, otrzymuje brzmienie:

§ 1 ust. 4 pkt. a

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- a/ dostarczenia w ramach niniejszej umowy na czas jej obowiązywania **zestawu instrumentarium - dotyczy pakietu nr 1 i 2**

Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2 a otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 do:

- a) **dostarczenia w ramach niniejszej umowy na czas jej obowiązywania zestawu instrumentarium;**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURENT

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków wraz ze zmianą jej treści zamówienia z dniaczerwca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/38PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy