

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 21 października 2013 roku

PZOZ/DZP/382/61PN/13

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **naprawa aparatu RTG firmy SHIMAZU**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści punktu 11.1.2. SIWZ? Nasza firma posiada doświadczenie (oraz odpowiednie referencje) w zakresie usług przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu medycznego, w tym aparatury rentgenowskiej będącej przedmiotem zamówienia. Obecna treść uniemożliwia złożenie przez nas oferty.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od warunku postawionego w pkt 11.1.2 SIWZ i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 2

Proszę o usunięcie z Załącznika nr 1 punktu 3 „usunięcie pozostałych usterek uniemożliwiających prawidłową pracę aparatu”. Punkt ten nie precyzuje pozostałej usługi. Stan usterek na dzień stworzenia oferty a dniem wykonania Zamówienia może być diametralnie inny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 3

Proszę o zmianę treści w Załączniku nr 1 na następującą: "Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest pozytywny wynik testu specjalistycznego w zakresie wykonanej usługi (tj. wymiany lampy oraz naprawy systemu AEC)".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:



Zamawiający modyfikuje następujący zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ:

Z:
Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest pozytywny wynik testu specjalistycznego wykonanego na zlecenie Zamawiającego (nie później niż 2 tygodnie od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia testu).


na:
Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest pozytywny wynik testu specjalistycznego w zakresie wykonanej usługi (tj. wymiany lampy oraz naprawy systemu AEC).

pkt 11.1.2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 6 w związku z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 października 2013 roku. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEPRZEDSIĘDZIELA ZARZĄDU

Marek Stawicki

~~PROKURENT~~

Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 31 października 2013 roku PZOZ/DZP/382/61PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy