

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów medycznych - 7 pakietów.**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2ma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 300cm Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 180cm Serweta z włókniny, samoprzylepna 1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym.170 x 180cm Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna. 1 x Taśma przylepna 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2ma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Nogawica 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia

w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 150x180cm Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 xRęcznik do rąk o wym. 40x40cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna, dolna z łata chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny , z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45x45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 45 x45cm.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komponent jednoczęściowy z taśmą przylepną.**Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1**Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o gramaturze 53,5g/m²:

Raucodrape® Zestaw Sectio I steril			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 361	11 zestawów
4 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 serweta dla noworodka	90 x 110 cm		
z miękkiego nieprzemakalnego materiału włókninowego			
1 serweta do cesarskiego cięcia do użytku w pozycji na plecach,	260/200 x 335 cm		
z otworem w okolicach jamy brzusznej,	35 x 37 cm		
z oknem wypełnionym folią chirurgiczną	24 x 29 cm		
ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny			
z osłoną podpórek kończyn górnych			

Lub zestawu o gramaturze: 53,5g/m²:

Raucodrape® Zestaw Sectio II steril			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 362	11 zestawów
4 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 serweta dla noworodka z miękkiego nieprzemakalnego materiału włókninowego	90 x 110 cm		
1 serweta do cięcia cesarskiego II ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne	260 x 310 cm 125 cm		
z otworem w okolicach jamy brzusznej,	35 x 37 cm		
z oknem wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną na podpórki kończyn górnych	24 x 29 cm		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety:

Serweta pod pacjenta II, z torbą do zbiórki płynów	75 x 100 cm	33 102	35 szt. / 70 szt.
---	-------------	--------	-------------------

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania:

Oslona na kończynę dolną (2 szt.)	75 x 120 cm	33 105	30 szt. / 60 szt.
-----------------------------------	-------------	--------	-------------------

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę w rozmiarze 75X120 cm.**Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Raucodrape® Zestaw uniwersalny I, 2-warstwowy Plus, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 307	13 zestawów
4 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 taśma samoprzylepna	9 x 50 cm		
2 samoprzylepne serwety operacyjne, 2-warstwowe Plus	75 x 90 cm		
1 samoprzylepna serweta operacyjna, 2-warstwowa Plus z paskiem samoprzylepnym	175 x 180 cm 80 cm		
1 samoprzylepna serweta operacyjna, 2-warstwowa Plus z paskami samoprzylepnymi	150 x 250 cm		
	15 + 70 + 15 cm		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Raucodrape® Zestaw HIP I, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 340	8 zestawów
4 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 taśma samoprzylepna	9 x 50 cm		
1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa	75 x 90 cm		
serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 2-warstwowa Plus z wycięciem „U”	150 x 180 cm		
Wycięcie „U”	225 x 260 cm 10 x 100 cm		
1 serweta anestetyczna (ekran anestetyczny), 2-warstwowa Plus z wycięciem, z osłoną podpórek kończyn górnych	175 x 270 cm 45 x 65 cm		

Lub zestawu:

Raucodrape® Zestaw HIP II, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki 4 ręczniki 1 serweta na stolik Mayo Special, 1 taśma samoprzylepna 1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod biodro) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 2 paski samoprzylepne 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 2-warstwowa Plus z wycięciem „U” ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 1 serweta anestetyczna (ekran anestetyczny), 2-warstwowa Plus z wycięciem z osłoną podpórek kończyn górnych	150 x 190 cm 30 x 40 cm 80 x 145 cm 9 x 50 cm 75 x 90 cm 150 x 180 cm 33 x 110 cm 10 x 50 cm 225 x 280 cm 10 x 100 cm 175 x 270 cm 45 x 65 cm	33 341	8 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Raucodrape® Zestaw do zabiegów na kończynie II, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki 2 ręczniki 1 serweta na stolik Mayo 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod kończynę) 1 osłona na kończynę 1 pasek samoprzylepny 1 serweta ze wzmocnieniem 2-warstwowa Plus z elastycznym otworem, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów	150 x 190 cm 30 x 40 cm 80 x 145 cm 150 x 180 cm 33 x 55 cm 10 x 50 cm 225 x 320 cm 7 cm	33 344	11 zestawów

Lub:

Raucodrape® Zestaw do zabiegów na kończynie III, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki 2 ręczniki 1 serweta na stolik Mayo Special 1 taśma samoprzylepna 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa (podkład pod kończynę) 1 serweta ze wzmocnieniem 2-warstwowa Plus z elastycznym otworem, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów	150 x 190 cm 30 x 40 cm 80 x 145 cm 9 x 50 cm 150 x 180 cm 270/200 x 335 cm 7 cm	33 345	10 zestawów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Raucodrape® Zestaw do artroskopii stawu barkowego I, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 dodatkowa serweta do owinięcia kończyny	80 x 100 cm	33 354	20 zestawów
1 serweta na stolik Mayo Lite	80 x 145 cm		
1 osłona ortopedyczna na kończynę	33 x 55 cm		
1 pasek samoprzylepny	10 x 50 cm		
1 serweta samoprzylepna, 2-warstwowa z wycięciem „U”	225 x 260 cm		
	10 x 100 cm		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu 2 warstwowego o gramaturze 53,5g/m²:

Raucodrape® Zestaw do artroskopii stawu barkowego, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 355	14 zestawów
2 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 pasek samoprzylepny	9 x 50 cm		
1 osłona ortopedyczna na kończynę, krótka	24 x 80 cm		
1 serweta do artroskopii stawu barkowego	225 x 380 cm		
z elastycznym otworem w kształcie gruszki	11,5 x 12,5 cm		
z zintegrowaną torbą na płyny			
z lekkim odprowadzającym płyny			
z uchwytami na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro			

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Raucodrape® Zestaw uniwersalny II, 3-warstwowy, sterylne			
Zawartość	Wielkość	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190 cm	33 305	11 zestawów
4 ręczniki	30 x 40 cm		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm		
1 taśma samoprzylepna	9 x 50 cm		
2 samoprzylepne serwety operacyjne, 3-warstwowe	75 x 90 cm		
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa z paskiem samoprzylepnym	175 x 180 cm		
	80 cm		
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa z paskami samoprzylepnymi	150 x 240 cm		
	15 + 70 + 15 cm		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu:

Zestaw do osłony przetwornika obrazu, 3-częściowy 2 x osłona przetwornika obrazu 1 x osłona na wygięcie w kształcie litery C	65 x 75 cm 30 x 195 cm	33 114	36 szt. / 72 szt.
--	---------------------------	--------	-------------------

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komponent jednoczęściowy z taśmą przylepną.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych serwet chirurgicznych nieprzylepnych dwuwarstwowych (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 54g/m² i wymiarach 37cm x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania **zestawu do znieczuleń** o poniższym składzie i parametrach:

Serwety w zestawie wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 54g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H₂O oraz odporność na rozierwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci **2 naklejek** do umieszczenia na karcie pacjenta.

- 1 x serweta 75 x 75 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x kocher plastikowy 14 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm
- 1 x opatrunek włókninowy 6 x 10 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml
- 10 x kompres gazowy 5 x 5 cm (12 warstw, 17 nitek)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. 3 (Serweta pod pośladki z torbą przechwytyjącą płyny przeznaczona do porodu), co pozwoli na złożenie ofert większej licznie wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 Jednorazowy, sterylny podkład porodowy wykonany z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie, wolnego od lateksu, niepalnego, odpornego na promieniowanie UV materiału o wymiarach 103x115cm? Część pośladowa, stykająca się z ciałem pacjentki wykonana z miękkiego materiału. Podkład składający się z dwóch zintegrowanych części, tj. fartucha zabezpieczającego łóżko przed zanieczyszczeniami oraz stożkowatego worka z separatorem części stałych od płynnych wraz z zaworem umożliwiającym przepływ płynów do ich pomiaru. Górna krawędź stożkowatej części podkładu wyposażona w kształtkę pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego. Posiadająca naniesione oznaczenia kierunku i sposobu rozkładania (system strzałek oraz oznaczenie miejsca włożenia lewej i prawej dłoni). Na opakowaniu etykieta samoprzylepna (3 szt.) celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta. W dobrze widocznej części opakowania etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta stołu Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma op 9 x 50 cm
- 1 prześcieradło dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330x230 cm, torebka na płyny, warstwa ochronna z otworem 36 x 36 cm, uchwyt na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z polipropylenu i polietylenu o gramaturze 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłony o wymiarach 75x120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy o wydzielenie Poz. 4 i 5 oraz utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

1 serweta 75x90 cm pakowana osobno (1 szt./opakowanie) i wliczona w cenę pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i uchwyt na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 elastyczna pończocha 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przyklejane serwety 75 x 90 cm

3 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta z wycięciem z łata chłonna i uchwytem na przewody 230 x 260 cm, wycięcie 20 x 100 cm, łata chłonna 75x140 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn o następującym składzie:

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm

4 ręczniki do rąk

2 taśmy op 9 x 50 cm

1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm

1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, elastyczna przesłona 7 cm z łata chłonna 50x100 cm i uchwytem na przewody

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 taśma op 9x50 cm

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm,

4 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z łata chłonna i uchwyt na przewody 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta średnia z łata chłonna i przykryciem na przewody 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 kieszka 30 x 40 cm samoprzylepna?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę o wymiarach 50 x 60 cm?

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową?

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści w wyżej wymienionym pakiecie sterylne zestaw dla noworodka o składzie: fartuch przedni - 1 szt., podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm (zamiast 69x90)- 1 szt., podkład chłonny dla noworodka w rozmiarze 60x80cm (zamiast 75x80cm) – 3 szt., ręczniki chłonne 30 x 30 cm – 2 szt. oraz plastikowy zacisk do pępowiny (zamiast tasiemki do zawiązania pępowiny) ? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza plastikowy zacisk do pępowiny (zamiast tasiemki). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1

Czy zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm (zamiast 37x45cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3

Czy zamawiający w wyżej wymienionej pozycji dopuści serwetę w rozmiarze 75x45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8cm lub serwetę w rozmiarze 50x60cm z samoprzylepnym otworem owalnym w rozmiarze 6x8cm (zamiast serwety 50x60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 50x60cm z samoprzylepnym otworem owalnym w rozmiarze 6x8cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1

Czy zamawiający w wyżej wymienionym pakiecie dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze min 56g/m² i rozmiarze 45x45 (zamiast serwety z laminatu polietylenowo-wiskozowego o gramaturze min 59g/m² 45x45)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 38, dotyczy umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do soboty, gdyż sobota nie jest dniem wolnym od pracy.

Pytanie Nr 39, dotyczy umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w szczególności dotyczące norm równoważnych.

Pytanie Nr 40, dotyczy umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony.

Odpowiedź: Zamawiający zamówi taką ilość towaru, jaka wynika z zapisów SIWZ z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy.

Pytanie Nr 41, dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.


Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu Nr 1, poz.5

Jakiego rozmiaru fartucha Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartucha o rozmiarze L.

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **obłożenie do cięcia cesarskiego** wykonane z materiału z włókien sztucznych (polipropylen / PE) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat); materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; wymiary: 180 x 300 cm posiadające, w polu operacyjnym otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23 x 33 x 23 cm wypełniony folią chirurgiczną; Serweta posiada zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem, wykonana z PE; obłożenie zintegrowane z ekranem anestetycznym; gramatura materiału 63 g/m². Całość owinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 100 x 150 cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m². Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO V**

380151

6

**OBŁOŻENIE PARTUS 180/30F**

rozmiar szt.

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy | 180x300 | 1 |
| 2. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 100x150 | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej **wzmocnionej osłone na stół Mayo** o wymiarach 79 x 145 cm, strefa absorpcyjna 65x85 cm. Osłona wykonana jest z laminatu trójwarstwowego o gramaturze > 170 g/m² (włóknina wiskozowa + folia PE). Wyrób spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **serwety pod pośladki z torbą przechwytyjącą płyny przeznaczona do porodu** o wymiarach 85 x 120 cm, wykonana z materiału z włókien sztucznych

(polietylen) ; materiał niepylący; w przedniej części - sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny; gramatura materiału w strefie krytycznej 155 g/m² . Wyrób spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 46, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **osłony na nogi do porodu** o wymiarach 120 x 75 cm z materiału z włókien sztucznych (dwuwarstwowy laminat); materiał niepylący, chłonny i absorpcyjny (od pacjenta); gramatura materiału. 65 g/m², pakowane po dwie sztuki. Wyrób spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **sterylnego fartucha chirurgicznego**-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Rękawy, w strefie krytycznej, szyte techniką ultradźwiękową, troki przyklejone do fartucha (nie szyte) Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier, z 4 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. rozmiary L ,LL, XL, XL-L.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu uniwersalnego, czterowarstwowego** (strefa krytyczna), trójwarstwowego w pozostałej części. Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O



ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY (4 warstwy) 699054 6/12 			
UNIVERSAL SET STANDARD		rozmiar	szt.
1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	240x150	1
2.	serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	90x75	2
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów	175x175	1
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1
5.	ręczniki chłonne	18x25	4
6.	osłona na stół MAYO	79x145	1
7.	serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie Nr 49, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu do chirurgii biodra , czterowarstwowego** (strefa krytyczna), trójwarstwowego w pozostałej części. . Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O

Gramatura > 100 g/m² 2 strefa krytyczna wyrobu

Serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odpornością na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho))



ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO VI 60609 4/8 **BARRIER**
NO COMPROMISE IN SECURITY

HIP SET rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna | 75x90 | 1 |
| 4. serweta na stolik | 150x190 | 1 |
| 5. osłona na kończynę | 32x120 | 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 7. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stolik Mayo | 79x145 | 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu do zabiegów na kończynie, zestaw czterowarstwowy** (strefa krytyczna), trójwarstwowy w pozostałej części. . Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie**.

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O

Serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odpornością na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho))

Gramatura > 100 g/m² 2 strefa krytyczna wyrobu



ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE I (wzmocniony) 60209 5/10 **BARRIER**
NO COMPROMISE IN SECURITY


EXTREMITY SET rozmiar szt.

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stolik | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu do artroskopii** o gramaturze 146 g/m² strefa krytyczna 63 g/m² strefa mniej krytyczna , Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 330 cm H₂O , Wytrzymałość na wypychanie – na sucho >180 kPa

**ZESTAW DO ARTROSKOPII Z TORBĄ I**

380141 3


**OBŁOŻENIE ARTRO-T**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 60x75 cm z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 80x80 cm z możliwością dwustronnego podłączenia drenu	220x320	1
2. osłona na kończyne	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. osłona na kamerę	16x200	1
6. przewód drenażowy	Ø 0,8x100	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x180	1

lub

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu do artroskopii** o gramaturze 146 g/m² strefa krytyczna 63 g/m² strefa mniej krytyczna). Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 330 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie (rozrywanie) – na sucho >180 kPa

**ZESTAW DO ARTROSKOPII I**

380140 4

**OBŁOŻENIE ARTRO 220/320**

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów	220x320	1
2. osłona na kończyne	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 52, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu do artroskopii stawu barkowego w składzie :**

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm

1 wzmocniona osłona a do nakrycia stolika Mayo 79 x 145cm

1 osłona na kończyne 22 x 75 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 230 x 295cm;

wycięcie "U" 10 x 70cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 240 x 170 cm; (ekran anestezjologiczny) wycięcie „U” 15 x 45cm


2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm

4 ręczniki celulozowe 18 x 25 cm

Zestaw czterowarstwowy (strefa krytyczna), trójwarstwowy w pozostałej części. . Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy **PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie.**

Bardzo wysoka odporność na przenikanie cieczy > 800 cm H₂O


Serwety posiadają nowoczesną technologię Drisite, która ma za zadanie wchłonięcie i odprowadzenie jak największej ilości płynów z okolic pola operacyjnego. Serwety, ze względu na charakter zabiegu do którego są przeznaczone, charakteryzują się podwyższoną odporności na wypychanie (**rozerwanie**) (na mokro i na sucho) > 320 kPa w strefie krytycznej (Norma PN EN 13795 1-3 wymaga aby ta wartość była ≥40 kPa (wypychanie na mokro) ≥ 20 kPa (wypychanie na sucho)



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 53, dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie **zestawu uniwersalnego** który spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. Gramatura 63 g/m². Odporność na przenikanie cieczy (strefa krytyczna) > 165 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie (rozrywanie) – na sucho > 180 kPa



ZESTAW UNIERSALNY III		380367	6		
ZESTAW MULTIPLEX UNIVERSUS 175/200				rozmiar	szt.
1.	serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny.....	200x150	1		
2.	serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x100	2		
3.	serweta dolna z taśmą samoprzylepną	180x175	1		
4.	taśma samoprzylepna	9x49	1		
5.	ręczniki chłonne	30x40	2		
6.	kieszonki dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1		
7.	osłona na stolik MAYO	79x145	1		
8.	serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x200	1		

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie Nr 54, dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1

Proszę o sprecyzowanie wymagań zamawiającego. Czy wymagana osłona powinna zabezpieczać cały aparat, co jednocześnie pozwoli na używanie aparatu „w ruchu” (na przykład podczas zabiegu DHS). Czy też osłona powinna zabezpieczać połowę aparatu, a może zamawiający potrzebuje zabezpieczyć tylko głowicę RTG i ekran radiologiczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na cały aparat składający się z jednej części.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 19 lipca 2012 roku

PZOZ/DZP/382/27PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy