


PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/29PN/13

Płock, dnia 12 kwietnia 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa nici chirurgicznych**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 1 ust.5. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 4 ust. 1. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw z 2 dni na 3 dni i wydłużenie terminu dla dostaw cito z 24 godzin na 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 5 ust. 2. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 5 ust.3. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały: Prosimy o wydłużenie wymiany towaru na wolny od wad z 48 godz na 72 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 5 ust.5. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy. Zamawiającemu przysługuje kara umowna za zwłokę w dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie Nr 6, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 6 ust. 1b. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 6 ust. 1c. Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

„1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów, za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy istotnych postanowień umowy

Paragraf 6 ust. 1d. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy. Kara może się dublować z tą z pkt a.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy istotnych postanowień umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 5 igłę długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 5 igłę długości 26 mm i nić długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 8 igłę długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 9 igłę długości 45 mm i nić bez pętli długości 100 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 10 igłę odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 11 igłę długości 30 mm bez opisu katalogowego „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 13 igłę długości 25 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 14 igłę długości 50 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie IV poz. 15 i 16 szwów poliamidowych przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1 – 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach – 15% oraz o czasie wchłaniania 90 – 120.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4 – 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania 28 – 35 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach 50% pierwotnej siły, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 24 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 30 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 15, 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, niewchłaniające, monofilamentowe, poliamidowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 4 w poz.5 na igłę o długości 24 lub 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie Nr 4 w poz.8 na nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-8

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu Nr 4 pozycje od 1 do 8 i utworzy z nich odrębny pakiet?

UZASADNIENIE: Wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 wosk kostny 2,95 g pakowany po 1 op.=24 sasz.? Skład chemiczny zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-3 szew wchłaniany, jednowłóknowy z glikonatu o okresie podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach o czasie wchłaniania do 60-90 dni?

Czas całkowitej absorpcji do 60-90 dni jest korzystniejszy dla pacjenta wobec 90-110 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-2 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 nitkę 90 cm w miejsce 150 pętla?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4-19

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4-19 szew wchłaniany, syntetyczny z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powleczonego w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) 50% stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50-40% i po 28 dniach ok. 25%? Okres wchłaniania 56-70 dni zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 4, 5 podwiązkę 140 cm w miejsce 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6, 8-13, 15, 18, 19

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6, 8-13, 15, 18, 19 nitkę 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 11 igłę standardową 37mm w miejsce 37 mm cienkiej?

Odpowiedź: Powyższe dotyczy pozycji nr 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1-8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z zadania 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm lub 26mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 4, poz. 8

Czy zamawiający dopuści szew o długości 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 39, dotyczy istotnych postanowień umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie § 6 ust 1

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
 - a. 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b. 1% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie
 - c. 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 40, dotyczy istotnych postanowień umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3 niniejszego pisma.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

§ 4 ust. 1 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faxem. Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.

Załącznik Nr 1 do SIWZ, pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień częściowych wynosi maksymalnie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia faksem.

§ 5 pkt 2 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin
- wad jakościowych w ciągu 14 dni


Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§ 5 pkt 3 istotnych postanowień umowy, otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 72 godzin w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICELICZKA ZARZĄDZAJĄCY

Marek Stawicki


PROKURENT
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia 12 kwietnia 2013 roku PZOZ/DZP/382/29PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy