

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 15 kwietnia 2014 roku

PZOZ/DZP/382/17PN/14

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa aparatury medycznej**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy pneumatyczny respirator transportowy spełniający poniższe parametry:

- respirator pneumatyczny zasilany tlenem z butli lub instalacji tlenowej,
- wszystkie funkcje respiratora w tym również alarmy obsługiwane pneumatycznie
- wentylacja 100% tlenem i mix tlenowy 60%
- wymiary: 235x165x110 mm
- waga: 3 kg
- możliwość pracy w środowisku MRI do 3 Tesli
- Stosunek I:E stały 1:2
- praca w trybie CMV/DEMAND - funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej oraz wentylacja manualna
- regulacja częstości oddechów z zakresie 8 – 40 oddechów/min
- regulacja minutowej objętości w zakresie 2-14 l/min (objętość oddechu 50 - 1750 ml)
- regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H₂O
- CPAP/PEEP: 0-20 cm H₂O
- manometr ciśnienia w drogach oddechowych
- wizualne i dźwiękowe zasilane pneumatycznie alarmy: wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, niskiego ciśnienia w układzie pacjenta/rozłączenie, niskiego ciśnienia gazu zasilającego (alarmy z możliwością wyciszenia)
- w zestawie z 10 przewodami pacjenta jednorazowego użytku z zastawką, przewodem ciśnieniowym zakończonym wtykiem AGA, płucem testowym oraz torbą transportową na respirator wraz z zestawem tlenowym z możliwością mocowania na ramie łóżka lub noszy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 14 do 30 dni od daty podpisania umowy. Ofertowane respiratory produkowane i magazynowane są poza granicami kraju, w związku z tym Oferent szacując maksymalny czas dostawy, musi uwzględnić ewentualne braki magazynowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu maksymalnym - 90 kPa ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.



Pytanie Nr 4, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności ssania do 70 l/min z płynną regulacją tego ssania?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze max.24 kg?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o płynnej regulacji podciśnienia do 93 kPa?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 960 x 430 x 340 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści ssak z 2 kanistrami o poj. 4 l., wykonane z poliwęglanu?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby video-prowadnica była wyposażona w ekran z możliwością rotacji?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby video-prowadnica miała możliwość podłączenia większego ekranu?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby video-prowadnica miała możliwość podłączenia do źródła tlenowego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 12, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby prowadnica posiadała atraumatyczne zakończenie?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 13, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby video-prowadnica po pełnym naładowaniu baterii wytrzymała nie mniej niż 4 godziny?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 14, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby jakość i przejrzystość wyświetlanego obrazu była klarowna nawet do 5 mm od zbliżonego obiektu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak, którego waga wynosi 24,5kg?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o budowie monoblokowej z trwałego tworzywa ABS?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający regulację siły ssania wyrażoną w kPa o zakresie 1,33 kPa ~ 95kPa?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający dwie butle 3L z poliwęglanu (sterylizacja w 120 stopniach C)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym przepływie 60 l/min z płynną regulacją podciśnienia od 0 do 95 kPa?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie ssaka z dwoma zbiornikami 2,5 litrowymi z poliwęglanu (przystosowanymi do dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych) kompatybilnymi z wkładami jednorazowymi o pojemności 2,5 litra. Zastosowanie większej pojemności wkładów, pozwoli Państwu zaoszczędzić na ilości zakupionych wkładów?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 21, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający nowoczesny respirator pneumatyczny wyposażony w moduł alarmów zasilany bateryjnie, nie ograniczający w żaden sposób pracy respiratora?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 22, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z wentylacją 100% tlenem i mixem tlenowym 50%?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 23, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny o wymiarach 93 x 235 x 165 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 24, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z możliwością pracy w środowisku MRI do 3,0 T, gradiencie pola maks. 430 G/cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 25, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z automatycznie ustawianym współczynnikiem I:E, w zależności od parametrów wentylacji, od 1:1,4 (przy 40 odd/min.) do 1:2,5 (przy 8 odd/min.)?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 26, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z temperaturą pracy od -10 do +50°?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 27, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z możliwością pracy do 3000 m n.p.m.?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 28, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny wyposażony w równoważny do IMV tryb SMMV?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 29, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z płynną regulacją częstości oddechowej w zakresie 8-40 odd/min?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 30, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z zakresem objętości oddechowej od 70 do 1500 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 31, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z przepływem szczytowym >120 l/min?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 32, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z ciśnieniem szczytowym w zakresie od 20 do 60 cmH₂O?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 33, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z ciśnieniem CPAP od 0 do 12,5 cmH₂O?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 34, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z zakresem przepływu od 8 do 38 l/min?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z automatycznie regulowanym czasem wdechu/wydechu przy zakresie częstości oddechowej 8-40 odd/min. i objętości oddechowej od 70 do 1500 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny respirator pneumatyczny z elektronicznymi alarmami rozłączenia i przekroczenia ciśnienia granicznego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 37, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyjście zdalnie sygnalizowanego alarmu”?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 38, dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator pneumatyczny wyposażony w zestaw transportowy z butlą 2,7l i reduktorem?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 39, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści pompę z czasem pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 10 godzin przy przepływie 5ml/h.?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 40, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści pompę z klawiaturą symboliczną, z zachowaniem pozostałych parametrów.?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 41, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem prędkości 0,1-1200ml/h, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 42, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści statyw bez regulacji wysokości? Wysokości statywu wynosi 180cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.*

Pytanie Nr 43, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie ze względów bezpieczeństwa charakteryzowało się ochroną przed porażeniem elektrycznym: klasa II ?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga, aby urządzenie charakteryzowało się ochroną przed porażeniem elektrycznym: klasa ochronności I lub II zgodnie z CE/MPG, zgodnie z SIWZ.*

Pytanie Nr 44, dotyczy Pakietu nr 5

Czy pod pojęciem bolusa ręcznego zamawiający rozumie również możliwość ręcznego przesuwania popychacza strzykawką z jednoczesnym przeliczaniem i wyświetlaniem (w czasie rzeczywistym) objętości podanej?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie Nr 45, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pompy ze strzykawką, która nie jest zasłaniana przez elementy konstrukcyjne i jest mocowaną od frontu urządzenia?

Odpowiedź: *Tak.*

Pytanie Nr 46, dotyczy § 4 pkt 1 ppkt b

Wnosimy o modyfikację istotnych postanowień umowy poprzez dodanie zapisu:

"w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie nalicza kary umownej".

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.*

Pytanie Nr 47, dotyczy Pakietu nr 5

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ssaka o przepływie maksymalnym 70 L / min?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Pytanie Nr 48, dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 5 pompa infuzyjna ze statywem dopuści w :

- pozycja 13 stopień ochrony IPX1 (bryzgoszczelna)
- pozycja 15 klawiatura nie numeryczna ale intuicyjna i łatwa w obsłudze
- pozycja 20 zakres prędkości podaży: 0,01 –do 2200 ml/h
- pozycja 26 programowanie : prędkość, prędkość i objętość , objętość i czas?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza zmian w pozycjach 13, 15, 26, natomiast dopuszcza zmianę w pozycji 20.*

Pytanie Nr 49, DOTYCZY Pakietu nr 5, Zał.1.5 do OPZ pkt.6

Wnosimy o wykreślenie konieczności dostarczenia wraz z dostawą powiadomienia/zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych. Aktualnymi dokumentami wydawanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są potwierdzenia dokonania zgłoszenia/powiadomienie albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych. Żądanie tych dokumentów (wymienionych w art. 58 oraz 133 i 134 ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r.) nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na gruncie rozporządzenia z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ani przede wszystkim na gruncie rozdziału 7 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Dokumenty te **nie są bowiem dokumentami dopuszczającymi wyroby medyczne do obrotu lub do używania**. Obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobów medycznych w rozdziale 7 i 14 ustawy o wyr. med. (tj. do dokonania zgłoszeń / powiadomień, czy przeniesienia danych) są bowiem obowiązkami czysto administracyjnymi, w żaden sposób nie uzależniającymi faktu dopuszczenia wyrobów do obrotu, czy używania od ich spełnienia. Takie stanowisko było wielokrotnie podkreślane przez urząd rejestracji wyrobów medycznych w czasie wejścia w życie ustawy o wyr. med. O fakcie dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / używania decyduje (tylko i wyłącznie) fakt zgodnego z prawem oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust.1 ustawy o wyr. med.), o czym może zaświadczać tylko deklaracja zgodności, a w przypadku większości klas ryzyka (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyr. med.) także certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 50, dotyczy Pakietu nr 5, Załącznik nr 1.5.1 do OPZ pkt 5

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowy: max 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody powyższą zmianę.

Pytanie Nr 51, dotyczy Pakietu nr 5, Załącznik nr 1.5.1 do OPZ pkt 7

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy lub 10 dni roboczych jeśli zaistnieje konieczność sprowadzenia części zza granicy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie Nr 52, dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 53, dotyczy Projektu Umowy § 4 ust.1 pkt a

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości sprzętu nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie Nr 54, dotyczy Projektu Umowy § 4 ust.1 pkt b

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

Za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,2% wartości naprawianego urządzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary nie nalicza się, jeśli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w pytaniu nr 46.

Pytanie Nr 55, dotyczy Projektu Umowy § 4 ust.1 pkt c

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie Nr 56, dotyczy Projektu Umowy § 5 ust.1 pkt a

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów § 5 ust. 1 pkt. a) załącznika nr 2 do SIWZ na: „Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu świadczenia, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania zamówienia i wyznaczeniu nowego terminu nie krótszego niż 7 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie Nr 57, dotyczy Projektu Umowy § 5 ust.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu §5 ust. 4 załącznika nr 2 do SIWZ na: „W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 rozliczenie Stron nastąpi w ten sposób, że Strony zobowiązane są do wypracowania wspólnego rozwiązania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie Nr 58, dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1.1 do OPZ pkt III 11

Czy Zamawiający dopuści elektryczny ssak medyczny – przejezdny o parametrze przepływu maksymalnego 40+/-4 [L/min]?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 59, dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik nr 1.1 do OPZ pkt III 12

Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny elektryczny o parametrze wartości podciśnienia minimum -91 [kPa]?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik Nr 1.3. do OPZ otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik Nr 1.3. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Pakiet nr 3 - PROWADNICA ŚWIATŁOWODOWA Z FUNKCJĄ VIDEO

L.p.	Wymagane Parametry Techniczne	Odpowiedź Wymagana	Odpowiedź Oferowana
I. Wymagania ogólne			
1.	Prowadnica światłowodowa z funkcją video, dopuszczony do stosowania w oddziałach szpitalnych	TAK	
2.	Producent	podać	
3.	Kraj	podać	
4.	Model / typ	podać	
5.	Deklaracja zgodności – CE	TAK (przy dostawie)	
6.	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych	TAK (przy dostawie)	
7.	Urządzenia fabrycznie nowe	TAK	
8.	Rok produkcji: 2014	TAK	
II. Zasilanie prowadnicy światłowodowej z funkcją video			
9.	Zasilanie: akumulator z funkcją wielokrotnego ładowania (w pełni naładowany akumulator musi pracować nie mniej niż 4h)	TAK	
10.	Kabel do ładowania oraz USB	TAK	
III. Wymagania techniczne			
11.	Giętka prowadnica umożliwiająca dopasowanie kształtu do warunków trudnej intubacji	TAK	
12.	Biała dioda LED oświetlająca drogi oddechowe	TAK	
13.	Dodatkowa czerwona dioda do podświetlenia przez powłoki skórne	TAK	
14.	Długość prowadnicy nie mniejsza niż 30 cm		
15.	Zakres rozmiaru rurki od 5,5 do 9,0	TAK	
16.	Możliwość dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w płynach	TAK	
17.	Możliwość podłączenia komputera	TAK	
18.	Prowadnica wyposażona w atraumatyczną końcówkę	TAK	
IV. Wyposażenie prowadnicy			
19.	Min. 3-calowy wyświetlacz	TAK	
20.	Instrukcja obsługi prowadnicy w języku polskim – 2 szt.	TAK	
21.	Paszport techniczny	TAK (przy dostawie)	
V. szkolenia			
21.	Szkolenie personelu z zakresu obsługi, czyszczenia	TAK	
22.	Szkolenie personelu z Działu Aparatury Medycznej w zakresie konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania	TAK	

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **TAK**, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź **podać**, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ WYKONAWCY”- pozycja ta nie jest punktowana.

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ tj. § 4 pkt 1 ppkt b) otrzymuje następujące brzmienie:


§ 4 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu świadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie nalicza kary umownej**
 - c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych w § 5 ust 2 lub 3 bądź przez Zamawiającego w § 5 ust. 1 lub w § 1 ust. 3 – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1.

Zamawiający omyłkowo zapisał w Załączniku Nr 1.4. do OPZ, IV. Dodatkowe wyposażenie respiratora, pkt 38 Instrukcja obsługi prowadnicy w języku polskim – 2 szt., powinno być: Instrukcja obsługi **respiratora pneumatycznego** w języku polskim – 2 szt., Zamawiający upoważnia Wykonawcę do naniesienia zmiany.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEPRZEZESZANZAŁADU

Marek Stawicki

~~PROKURENT~~
~~Anna Rybarczyk~~

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 15 kwietnia 2014 roku PZOZ/DZP/382/17PN/14

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczętka Wykonawcy