



PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 364-51-00

fax. (024) 364-51-02

www.plockizoz.pl

e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Płock, dnia 27 marca 2012 roku

PZOZ/BZ/382/11PN/12

Wykonawcy wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku**”.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu Nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów, wykorzystujących technologie no code, opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH – NAD, przy czym cena glukometru będzie zawarta w cenie pasków.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy założeniu, że oferowane glukometry muszą spełniać następujące wymagania:

- a) Glukometr fabrycznie nowy z instrukcją obsługi w języku polskim;
- b) Glukometr przeznaczony do pomiaru poziomu cukru we krwi dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych;
- c) Glukometr posiadający min. 12 miesięczny okres gwarancji.

W konsekwencji powyższej odpowiedzi Zamawiający zmieni formularz cenowy w zakresie Pakietu Nr 10.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu Nr 9

W związku z posiadaną wiedzą w Polsce nie istnieją smoczki silikonowe z nakrętką na butelkę pakowane sterylnie. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy lateksowy smoczek z odpowietrzaczem, do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje smoczków wykonanych z przezroczystego termoplastycznego elastometru. Zamawiający dokona modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 9, ponieważ nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie Nr 3, wzoru umowy § 4 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na „cito” przedmiotu umowy. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu partiami, w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Kupującego, w terminie do 36 godzin od dnia otrzymania zamówienia faxem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 4, wzoru umowy § 6 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych z wysokości 5% wartości brutto umowy nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia na 0,1 % wartości przedmiotu umowy, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu Nr 1, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml z komorą pomiarową 500ml, z drenem o długości 120cm z 1 zastawką antyzwrotną między komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 6, dotyczy pakietu Nr 1, poz. Nr 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu Nr 2, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną wykonaną z folii o gramaturze 40g/m², spełniającą pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu Nr 3, poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik foleja z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu Nr 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem spustowym.
- dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
- Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;
- igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką;
- strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm;
- Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.
- 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm
- Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety
- 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm
- Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
- 1 x Serweta 170 x 240 cm

- Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókny. Łata chłonna wykonana z włókny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
- 1 x Nogawica 35 x 120 cm
- 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
- 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw?

Uzasadnienie do pytania: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi w kalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 6 pkt. 1 ppkt. a) z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 6 pkt. 1 ppkt. b) z 5% na 2%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 6 pkt. 1 ppkt. c) z 5% na 2%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy pakietu Nr 4 poz. Nr 1

Czy Zamawiający dopuści 35 sztuk jednorazowych taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen, monofilament, niewchłaniających, jednorodnych, elastycznych z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy pakietu Nr 4 poz. Nr 2

Czy Zamawiający dopuści 35 sztuk jednorazowych protez do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość 30 cm, wysokość 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 9 – Smoczki, otrzymuje następujące brzmienie:

Pakiet Nr 9 – Smoczki

l.p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	j.m.	ilość
1.	Smoczek z nakrętką na butelkę, wykonany z przezroczystego termoplastycznego elastometru. Przeznaczony dla niemowląt od 1 m – ca życia. Do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia. Produkt jałowy do jednokrotnego użytku.	szt.	1 536

§ 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa **systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku** w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr, stanowiące/y Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 4, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. a.
6. *W przypadku zaoferowania pasków wraz z glukometrami Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych glukometrów wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia.

*pkt. 6 § 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dotyczy tylko Wykonawców składających ofertę w zakresie Pakietu Nr 10 – Paski do glukometrów.

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 10 – Paski do glukometru:

Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

„Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku”

PZOZ/BZ/382/11PN/12

FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 10 – Paski do glukometru

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Województwo

Numer tel. / fax

Ip.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa/ producent/ numer katalogowy	j.m.	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT %	Podatek VAT PLN	Wartość brutto PLN
1. *)	Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; do użytku z glukometrem ACCU CHEK Active		op.	100					
2. *)	Paski testowe do monitorowania poziomu glukozy we krwi; do użytku z glukometrem CONTUR TS		op.	200					
3. **)	Glukometr		szt.	16					
	Paski do oferowanego glukometru		op.	300					
Razem:									

1*) i 2*) Wypełnić w przypadku oferowania pasków do glukometrów
3***) Wypełnić tylko w przypadku oferowanego glukometru łącznie z paskami

Miejscowość i data:

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralna czesc SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępną jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pzoz.bip.ump.pl.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieszczerenko

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ
JEJ TREŚCI z dnia marca 2012 roku

PZOZ/BZ/382/11PN/12

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
na nr faxu 024 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy