


PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 28 kwietnia 2016 roku

PZOZ/DZP/382/21PN/16

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa sprzętu medycznego**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z łączną ilością elementów LED w matrycy diodowej czaszy głównej wynoszącą 90 punktów? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. natężenie, temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować perfekcyjne oświetlenie pola zabiegowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z łączną ilością elementów LED w matrycy diodowej czaszy pomocniczej wynoszącą 90 punktów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 4600°K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwia dobranie odpowiedniej temperatury barwowej każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu i preferencji użytkownika, co pozwala na dokładniejszą analizę tkanek. Ponadto użytkownik może zawsze ustawić wymaganą temperaturę barwową na poziomie 4600°K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, która posiada możliwość obniżenia natężenia światła do 5% w celu ułatwienia widoczności podczas przeprowadzania zabiegów endoskopowych? Jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym i powszechnie stosowane u renomowanych producentów lamp operacyjnych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083

Kapitał zakładowy: 42 278 000 zł

NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Strona 1 z 13

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która jest wyposażona w 110 elementów LED. Rozwiązanie to gwarantuje niższe zużycie prądu, równe 50 W, przy równoczesnym natężeniu światła równym 160 000 lx, co jest maksymalnym, dopuszczalnym na sali operacyjnej natężeniem? Ilość diod nie ma wpływu na parametry i funkcje lampy operacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w obu kopułach sterowanie lampą w zakresie wł/wył. oraz zmianę natężenia za pomocą dwóch niezależnych paneli sterujących umieszczonych symetrycznie po obu stronach kopuł? Tego typu rozwiązanie pozwala na zmianę parametrów lampy przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również (w zakresie p. 22).

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści system redukcji cieni polegający na zwiększeniu intensywności świecenia diod w panelu centralnym przy zmniejszeniu natężenia oświetlenia diód zewnętrznych? Sterowanie układem realizowane jest manualnie z dwóch niezależnych paneli sterujących umieszczonych symetrycznie po obu stronach kopuły.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści trzystopniowy system regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 4400 – 4800 °K? System ten daje możliwość ustawienia temperatury barwowej, odpowiadającej preferencjom operatora i zawiera wartość umieszczoną w tabeli SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści, aby instrukcję obsługi w języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej dołączyć przy dostawie wyrobu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści, aby instrukcję obsługi w języku angielskim w wersji drukowanej dołączyć przy dostawie wyrobu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11

Jaka jest wysokość sali, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Nad salą operacyjną znajduje się strop Akermana. Wysokość sali wynosi 4,54 m, sufit podwieszany na wys. 3,30 m, odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym wynosi 1,24 m.

Pytanie nr 12

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V? Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: Zasilanie akumulatorowe 20Ah, zasilacze zasilane z rozdzielni IT zasilane prądem z sieci + UPS 30 kVA. Sieć rezerwowana jest agregatem prądotwórczym z układem samostartu.

Pytanie nr 13

Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej?

Odpowiedź: Jest dojście (wentylatornia).

Pytanie nr 14

Czy w salach gdzie ma być zamontowana lampa jest zasilanie, a jeżeli jest to jakie przewody i gdzie są wyprowadzone. Jeżeli nie ma, to czy Zamawiający sam zapewni przeprowadzenie instalacji elektrycznej?

Odpowiedź: Lampa jest przewidziana jako wymiana starej, istnieje instalacja zasilająca lampy halogenowe. Nowa lampa ma być zamontowana w tym samym miejscu.

Pytanie nr 15

Czy w miejscu montażu lampy wisi jakaś inna lampa, jeżeli tak to jakiego producenta? Czy jest to lampa z jedną czy dwiema kopułami? Jeżeli jest to lampa z jedną kopułą, to należy pociągnąć dodatkową instalację elektryczną, w celu zasilenia drugiej kopuły. Czy Zamawiający sam pociągnie dodatkową instalację elektryczną?

Odpowiedź: Jest lampa Famed – Żywiec 2006. Posiada dwie kopuły. Ewentualne prace związane z adaptacją instalacji elektrycznej – po stronie dostawcy lampy.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której czasza główna oraz pomocnicza posiadają po 72 diody LED ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada stopień ochrony IP20 oraz oświetlenie endoskopowe na poziomie 5 % wartości natężenia maksymalnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w wierszu 36 miał na myśli stosunek d50/d10 a nie d10/d50? Określenie tego parametru na poziomie maksymalnym 0,6 wskazywałoby, że to wartość d50 powinna być większa od wartości d10 co jest technicznie niemożliwe. Pragniemy również zwrócić uwagę, że określenie granicy maksymalnej stosunku tych dwóch wartości (d50/d10) oznacza, że Zamawiający wymaga aby zakres regulacji średnicy pola operacyjnego był jak najmniejszy (różnica między d50 a d10).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która posiada możliwość regulacji (obu czasz) temperatury barwowej między 4500 a 5000K oraz regulacji średnicy plamy świetlnej w zakresie d10= 21-42 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, która nie posiada gniazd dodatkowego wyposażenia (wiersz 46) ani dodatkowego ramienia w osi głównej jeżeli nie jest ono od razu zamówione wraz z lampą ? Przy konieczności zamontowania dodatkowego ramienia w przyszłości zamawiający będzie miał możliwość zamontowania ramienia w tzw. tandemie w stosunku do osi głównej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, bez wbudowanego systemu monitorowania sprawności LED, stałości parametrów oraz zarządzania zużyciem energii? W przypadku oferowanych przez nas lamp , zastosowana technologia pozwala na użycie zmniejszonej ilości diod oraz zasilania ich niewielką ilością mocy co w połączeniu z użytymi materiałami gwarantuje długą żywotność diod (50 000 h) oraz całkowitą sprawność i niezawodność systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 22

W wierszu 23 Zamawiający wymaga sterownika ściennego. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający we własnym zakresie wykona doprowadzenie instalacji (przewodów) z miejsca zamocowania lampy do miejsca zamocowania sterownika ściennego? Jeżeli nie, to prosimy o określenie oczekiwań Zamawiającego co do sposobu i metody wykonania takiej instalacji przez Oferenta. Prosimy o określenie, z jakich materiałów oraz z jakiej technologii wykończenia zbudowane są ściany sali operacyjnej? Pragniemy zauważyć, że wykonanie takiej instalacji wiązać się może z „rozkuwaniem” ścian a następnie ponownym wykańczaniem co zdecydowanie podniesie koszt zakupu lampy przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Całą instalację wraz z okablowaniem i niezbędnym osprzętem leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, uruchomienia całości zestawu,

wraz z panelem ściennym. Ściany wykonane są w technologii blachy stalowej jako okładziny ściany.

Pytanie nr 23

Prosimy o wykreślenie wiersza nr 20. Opisany w nim parametr „stopień turbulencji” nie jest wartością mierzalną – określoną według obowiązujących norm (na które powołuje się sam Zamawiający). Żadna norma nie wskazuje sposobu czy metody mierzenia oraz zakresu dopuszczalnej wartości tego parametru, a więc każdy wykonawca może dowolnie przyjąć (wymyśleć) sposób mierzenia i wynik tego pomiaru. Stosowanie dodatkowej punktacji w odniesieniu do tego parametru jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (nie jest to warunek wykluczający, a jedynie dodatkowo punktowany).

Pytanie nr 24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia/powiadomienia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą w matrycy diodowej czaszy głównej 95 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą w matrycy diodowej czaszy pomocniczej 95 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej, w której kopuła główna i pomocnicza składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)? Zgodnie z parametrem ocenianym, opisanym w punkcie 21 tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą możliwość sterowania w zakresie między innymi wł./wył. oraz zmiany natężenia oświetlenia z panelów sterowania umieszczonych na ramieniu przy każdej kopule oraz z pilota bezprzewodowego, zamiast z panelu ściennego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez wbudowanego systemu monitorującego sprawność diod LED, stałość parametrów światła oraz zarządzającym zużyciem energii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w ramach wymogu zawartego w punkcie 26 tabeli technicznej dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z funkcją „Show Management System” redukcji cieni włączaną jednym przyciskiem na sterowniku lampy lub z pilota bezprzewodowego (dla każdej kopuły oddzielenie) po wybraniu, której następuje wyłączenie części diod w środkowej części lampy a następnie zwiększenie natężenia oświetlenia w diodach znajdujących się na obrzeżach lampy, tym

samym całkowite natężenie nie ulega zmianie a cienie powstające poprzez głowę chirurga znajdującą się najczęściej blisko środkowej części lampy zostają zredukowane?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją średnicy plamy świetlnej dla czaszy głównej i pomocniczej w zakresie od 18 cm (d50) do 32 cm (d10)? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ gdyż zawiera

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą główną i pomocniczą wyposażoną w pięć uchwytów (dla każdej kopuły osobno) umieszczonych na poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia - uchwyty wykonane, jako zintegrowane z segmentami kopuły wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zawiesiem sufitowym bez dodatkowych gniazd do montażu dodatkowego osprzętu czy możliwości montażu dodatkowego ramienia w późniejszym czasie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zawieszeniem sufitowym z dodatkowym ramieniem przygotowanymi do instalacji np. monitora, umieszczonymi współosiowo na jednym zawieszeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 36

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź: W chwili obecnej w lokalizacji zamontowana jest lampa operacyjna, nowa będzie instalowana jako wymiana istniejącej.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pytaniu nr 36.

Pytanie nr 38

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lampy operacyjnej?

Odpowiedź: Strop stały, wykonany z płyt akermana.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lampy operacyjnej poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź: Nad salami operacyjnymi są posadowione centrale wentylacyjne może się zdarzyć, że będzie problem z nawierceniem stropu.

Pytanie nr 40

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź: Już istnieje sufit podwieszany wykonany ze stali szlachetnej. Kasetony o wymiarach 1200x600 mm wyciszone warstwą wełny mineralnej o gr. 40 mm.

Pytanie nr 41

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedź: Już istnieje nawiew laminarny.

Pytanie nr 42

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będzie instalowana lampa operacyjna.

Odpowiedź: Wysokość sali do paneli 330 cm

Pytanie nr 43

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odpowiedź: Napięcia sieci 230V/24V, wykonana przewodami YDY 3x1,5.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Odpowiedź: Tak posiada zasilanie awaryjne.

Pytanie nr 45

Pkt 15 i pkt 16 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której obie czasze mają po 60 diod LED?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 46

Pkt18 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszami trzyczęściowymi o łukowatym kształcie, z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami czasz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 47

Pkt 22 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z panelem sterującym zlokalizowanym przy przegubie czaszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 48

Pkt 24 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stopniem ochrony min IP44?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 49

Pkt 31 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bez systemu monitorującego sprawność diod LED, stałość parametrów światła oraz zarządzającego zużyciem energii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 50

Pkt 35 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną emitującą energię promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia $586 \text{ [W/m}^2\text{]}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 51

Pkt 37 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie: 50% - 100%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 52

Pkt 38 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją oświetlenia endoskopowego w zakresie: min (100 – 300 [lx])?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 53

Pkt 43 i pkt 44 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją średnicy plamy świetlnej w zakresie: 25 – 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 54

Pkt 45 - Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z czaszą główną nie wyposażoną w reling jako element utrudniający czyszczenie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 45 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 56

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 22 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej w której panele sterujące umiejscowione są na przegubach przy czaszach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 57

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 24 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej ze stopniem ochrony IP min 44?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 58

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 35 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej o energii promieniowania (przy maksymalnej wartości natężenia oświetlenia): $576 [W/m^2]$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 59

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 38 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z oświetleniem do zabiegów endoskopowych, z możliwością jego regulacji i ustawienia wartości natężenia : < 500 lx?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 60

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 40 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej ze stałą temperaturą barwową o wartości: 3800 K?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 61

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 43 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą główną o stałej średnicy d10 plamy świetlnej równej: 26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 62

Czy biorąc pod uwagę zapis w tabeli technicznej pkt nr 44 Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą pomocniczą o stałej średnicy d10 plamy świetlnej równej: 24 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymagany termin realizacji zamówienia i wydłuży go z pierwotnych 30 dni do 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuści lampę bez wbudowanego systemu monitorującego sprawność diod LED, stałość parametrów oraz zarządzania energią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną w diody LED w kolorze białym oraz żółtym nie wywołujące efektu tęczy? Zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę nie wyposażoną w panel ścienny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w przedziale 3500-5000K? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji średnicy pola bezcieniowego w przedziale 200-330 mm dla obu czasz? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 69

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 15. i 16.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści czasie główną i pomocniczą z 92 elementami LED?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 70

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 17.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ramach doprecyzowania w/w punktu będzie wymagał aby obie czasze lampy (każda z osobna): ważyły nie więcej niż 16 kg, posiadały średnicę zewn. równą 62cm +/- 3 cm, charakteryzowały się smukłą budową - grubość czaszy: 8 cm +/- 2 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 71

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 23.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnuje z panelu ściennego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 20.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony w/w parametr punktowany jeśli w instrukcji obsługi oferowanej lampy jest zaznaczone, że lampa ułatwia utrzymanie dobrego przepływu pod sufitowym nawiewem laminarnym bez wskazywania stopnia turbulencji w jednostkach procentowych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 24.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę ze stopniem ochrony IP 42 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 74

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 31.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę bez wbudowanego systemu monitorującego: sprawność diod LED, stałość parametrów światła oraz zarządzającego zużyciem energii ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 75

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 35.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę z energią promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia zgodnie z wymogami normy IEC 60601-2-41 równą 600 W/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 76

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 36.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze stosunkiem parametrów $d50/d10 = 0,63$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 77

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 38.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę ze stałym natężeniem oświetlenia endoskopowego równym 3000 [lx]?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 78

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 39.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę z głębokością oświetlenia $L1+L2 (20\%) = 130$ cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 79

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 40.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w 4 stopniach 3800 K / 4400 K / 5000 K / 5600 K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 80

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 43. i 44.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę ze regulowaną średnicą plamy świetlnej 190 mm / 230 mm / 280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 81

Załącznik Nr 1.1. do OPZ - LAMPA OPERACYJNA – KPL 1- pkt 46.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę z zawiesiem bez możliwości montażu dodatkowego osprzętu oraz bez możliwości montażu dodatkowego ramienia w osi głównej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czasz z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, wykorzystujących diody białe w przeważającej większości i niewielką ilość diod kolorowych niezbędnych do regulacji temperatury barwowej światła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy składającej się z odpowiednio dwóch i trzech klastrów na planie koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, dla której Producent nie podaje stopnia turbulencji nawiewu laminarnego, a która jest dedykowana do współpracy z nawiewem laminarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również (jest to parametr dodatkowo punktowany, a nie wykluczający).

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, dla której wartość natężenia wynosi odpowiednio 585 i 561 W/m² dla czaszy głównej i satelitarnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z trybem endoskopowym o wartości 400 lx (mierzone z odległości 1 m)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o zmiennej temperaturze barwowej 3500-5000 K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy odpowiednio z dwoma i trzema uchwytami dla czaszy satelitarnej i głównej na klastrach czasz?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z terminem dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Pkt. 24.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

24.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Sposób punktowania
1	Cena	70%	najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium
2	Parametry techniczno - użytkowe	10%	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium
3	Okres gwarancji	20%	liczba punktów badanej oferty x % waga kryterium

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Parametry techniczno - użytkowe” zgodnie z udzieloną odpowiedzią w Załączniku „Parametry techniczno - użytkowe - zał. 1.1 do OPZ. Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Okres gwarancji” zgodnie z zaoferowanym okresem w Załączniku „Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - zał. 1.1.1. do OPZ.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ otrzymuje brzmienie:**Parametry techniczno – użytkowe****LAMPA OPERACYJNA – KPL 1**

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Lampa operacyjna dopuszczona do stosowania w oddziałach szpitalnych	TAK	
2.	Producent	Podać	
3.	Kraj producenta	Podać	
4.	Model / Typ	Podać	
5.	Deklaracja zgodności - CE (przy dostawie)	TAK	
6.	Wpis / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (przy dostawie)	TAK	
7.	Rok produkcji – 2016	TAK	
8.	Konstrukcja lamp operacyjnych i ich parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych” lub równoważną	TAK	
9.	Lampa operacyjna z przeznaczeniem do sal operacyjnych	TAK	
10.	Zestaw składa się z dwóch czasz (głównej i pomocniczej) z zawiesiem sufitowym	TAK	
11.	Każda czasza zawieszona na obrotowy wysięgniku dwuramiennym	TAK	
12.	Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości	TAK	
13.	Źródło światła w technologii diod świecących LED	TAK	
14.	Wszystkie diody emitują światło białe	TAK	
15.	Łączna ilość elementów LED w matrycy diodowej czaszy głównej nie mniej niż 92 punkty	TAK	
16.	Łączna ilość elementów LED w matrycy diodowej czaszy głównej większa niż 97 punktów: 98-115 elementów – 1 pkt 116-131 elementów – 4 pkt 132-150 elementów – 8 pkt więcej niż 150 elementów – 12 pkt	TAK/NIE (podać wartość) parametr oceniany	
17.	Łączna ilość elementów LED w matrycy diodowej czaszy pomocniczej nie mniej niż 92 punkty	TAK	
18.	Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu.	TAK	
19.	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez trudnych do czyszczenia otworów lub wąskich szczelin, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
20.	Stopień turbulencji dla nawiewu laminarnego nie większy niż 28% TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	TAK/NIE (podać wartość) parametr oceniany	
21.	Konstrukcja czaszy głównej zawiera wolną przestrzeń pomiędzy segmentami umożliwiającą swobodny przepływ powietrza między nimi TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt	TAK/NIE parametr oceniany	
22.	Każda kopuła wyposażona w panel sterowania lampą w zakresie: a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła	TAK	
23.	Sterowanie lampą w zakresie wł./wyl. oraz zmiana natężenia (obie kopuły) na panelu ściennym	TAK	
24.	Czasze lamp okrągłe	TAK	
25.	Stopień ochrony minimum IP 42	TAK	

26.	Stopień ochrony co najmniej IP 43 IP43 – 1 pkt IP44 – 3 pkt IP54 i wyżej – 4 pkt	TAK/NIE (podać wartość) parametr oceniany	
27.	Zasilanie 230V, 50/60 Hz.	TAK	
28.	Automatyczny system przyciemniający segmenty zasłonięte przez głowę operatora TAK- 2 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK/NIE parametr oceniany	
29.	Pozycjonowanie lamp odbywa się za pomocą wymiennych uchwytów	TAK	
30.	Uchwyty do pozycjonowania umieszczone w centralnej osi obu lamp	TAK	
31.	Uchwyty do pozycjonowania przeznaczone do sterylizacji parowej (w temp. 134 °C)	TAK	
32.	Ilość zestawów uchwytów do pozycjonowania nie mniejsza niż 6	TAK (podać ilość zestawów)	
33.	Wbudowany system monitorujący sprawność diod LED, stałość parametrów światła oraz zarządzający zużyciem energii. TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK/NIE parametr oceniany	
34.	Maksymalne natężenia światła dla czaszy głównej nie mniejsze niż 160 000 [lx]	TAK (podać wartość)	
35.	Maksymalne natężenia światła dla czaszy pomocniczej nie mniejsze niż 160 000 [lx]	TAK (podać wartość)	
36.	Wartość energii radiacyjnej – promieniowania „Ee” wyrażona [mW/m^2]	podać	
37.	Energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia zgodnie z wymogami normy IEC 60601-2-41 nie większa niż 500 [W/m^2]	TAK (podać wartość)	
38.	Stosunek parametrów d_{10}/d_{50} dla kopuły głównej nie większy niż 0,6	TAK (podać wartość)	
39.	Regulacja natężenia światła w zakresie nie mniejszym niż 30% - 100%	TAK (podać zakres)	
40.	Regulacja oświetlenia w trakcie zabiegów endoskopowych w zakresie nie mniejszym niż 50 – 300 [lx]	TAK (podać zakres)	
41.	Jednorodna kolumna światła o stałych parametrach mieszcząca się w przedziale ≥ 1100 [mm] $\pm 10\%$ dla kopuły głównej i pomocniczej	TAK	
42.	Stała temperatura barwowa o wartości 4500[° K] $\pm 10\%$	TAK	
43.	Współczynnik rozpoznawania barw $R_a \geq 95\%$ $\pm 5\%$	TAK	
44.	Żywotność matrycy LED nie krócej niż 40000 [h]	TAK	
45.	Średnica plamy świetlnej dla czaszy głównej przy wysokości 1[m] – w regulowanym zakresie nie mniejszym niż d_{10} = od 20 [cm] do 30 [cm]	TAK	
46.	Średnica plamy świetlnej dla czaszy pomocniczej przy wysokości 1[m] – w regulowanym zakresie nie mniejszym niż d_{10} = od 20 [cm] do 30 [cm]	TAK	
47.	Na boku czaszy głównej uchwyt – w postaci relingu przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy	TAK	
48.	Zawiasie lampy wyposażone w gniazda do montażu dodatkowego osprzętu lub możliwość montażu dodatkowego ramienia w osi głównej	TAK	
49.	Instrukcja obsługi w j. polskim – 2 szt. (w formie drukowanej) i wersja elektroniczna CD lub pendrive	TAK	
50.	Instrukcja obsługi w j. angielskim – 1 szt. (w formie drukowanej)	TAK	
51.	Paszporty techniczne dla każdego elementu oddzielnie (przy dostawie)	TAK	
52.	Instrukcja konserwacji i dezynfekcji przy dostawie (w formie drukowanej)	TAK	
53.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi – podać środki do dezynfekcji zalecane przez producenta	TAK	
54.	Lampa operacyjna odporna na stosowanie standardowych środków dezynfekcyjnych stosowanych na bloku operacyjnym	TAK	

55.	Wykonawca dostarczy pełen wykaz środków dezynfekcyjnych dopuszczonych przez producenta, stosowanie których nie powoduje utraty gwarancji (przy dostawie)	TAK	
-----	--	-----	--

*) w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”; w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej/opisowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ OFEROWANA”

..... dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU
Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia ...29... kwietnia 2016 roku PZOZ/DZP/382/21PN/16
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

SPECJALISTA
Anna Prokowska



LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN