

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



PZOZ/DZP/382/28PN/13

Płock, dnia ²⁴ kwietnia 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów wszczepiennych i cementu kostnego**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonym przez Wykonawcę, działającą na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1- Dotyczy Pakietu Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza:

Pkt.1 Śrubę kaniulowaną, kompresyjną, średnica 2,0/3,0mm. samogwintującą, samowiercącą do osteotomii kości śródstopia i paliczków typu scarf o długości 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm.

Pkt.2 Śrubę kaniulowaną, kompresyjną, średnica 2,0/3,0 mm samogwintującą, samowiercącą stosowaną przy haluksach do osteotomii paliczka P1 o długości 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm.

Pkt.3 Śrubę samogwintującą, samowiercącą, z prowadnicą do odłamania do osteotomii typu Weila o długości 11-20 mm (skok co 1mm) 2,7 lub 2,0 mm.

Pkt.4 Śródrdzeniowy z termiczną pamięcią kształtu implant do PIP artrodezy, mono i bicortyczny minimum 3 wysokościach dla obu rodzajów.

Pkt.5 Super elastyczny niezależny od temperatury skobel do zabiegów osteosyntezy i artrodezy w obrębie ręki i stopy implantowany przy użyciu kompatybilnych ze skoblem szczypców, 7 różnych kształtów i wymiarów.

Pkt.6 Małoinwazyjny, implant bioabsorbowalny do stabilizacji złamań pierwszego, drugiego i trzeciego paliczka ręki i stopy, stosowany do zabiegów artrodezy, 2 średnice: 1,8 mm; 2,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2 – Dotyczy Pakietu nr 1 pozycja 1, 2, 3 i 4

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty wydzieli z pakietu nr 1 (Śruby interferencyjne) – poz. 1, 2, 3 i 4, do osobnego, nowego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3 - Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulowaną śrubę kompresyjną tylko o średnicy 2,5 mm i długościach od 10-28 mm (skok co 2 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie Nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulowaną śrubę kompresyjną o średnicy 2,5 mm i długościach 24, 26, 28 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5 - Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści śrubę samogwintującą, samowiercącą z prowadnicą do odłamania do osteotomii typ Weila o długościach 11, 12, 13, 14 mm i średnicy 2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie Nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści śródrdzeniowy, tytanowy implant do artrodezy PIP o 3 rozmiarach i 2 kątach nachylenia w każdym z tych rozmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 7- Dotyczy Pakietu nr 2

Czy cement kostny ma zawierać monomer barwiony chlorofilem, a oba komponenty będą zabarwione po zmieszaniu w celu odróżnienia od pozostałych struktur tkankowych np. w trakcie rewizji?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 8 - Dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie punktów 1 i 2 z tabeli Pakiet Nr 1 - Śruby interferencyjne jako odrębnego rezygnując z wymogu dostarczenia napędów ortopedycznych wraz z ostrzami, elektrycznych zasilanych akumulatorowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Nieścierenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dniakwietnia 2013 roku

PZOZ/DZP/382/28PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy