


PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

„Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych”

Płock, dnia 17 czerwca 2015 roku

PZOZ/DZP/382/30PN/15

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„dostawa systemów do reperacji przepony moczowo - pęciowej oraz siatki chirurgicznej”**.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 1, lp.1

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in”, składający się z:

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytnymi, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej, monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 1, lp.2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego, alternatywnego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-pęciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:

- czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytnymi, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.

systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m², połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 1, lp. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

Systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reperacji przepony moczowo-pęciowej, składającego się z:

- dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytnymi, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.



- systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m²; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 1:

20 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 2:

70 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 6, dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. nr 3:

25 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 7, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:

30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:

10 szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki,

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm), do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9, dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 1 i 2 wymaga, aby oferowany produkt posiadał ważny certyfikat CE zawierający nazwę handlową oferowanego wyrobu wraz z kodem referencyjnym (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 10, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną (przepuklinową) 26cm x 36cm polipropylen monofilament, siatka o średniej grubości $0,47 \pm 0,03$ i dwukierunkowej elastyczności; gramatura 60 ± 85 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie Nr 11, dotyczy Pakietu nr 3

Proszę o uściślenie jakiej grubości dotyczy zapis: „grubość 758-1007mm”?

Odpowiedź: Podany parametr dotyczy porowatości siatki.

Pytanie Nr 12, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14, dotyczy Istotnych Postanowień Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w §6 punkt 1, a i d naliczane były od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 15, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłaniałna, o wymiarach: długość 450 mm (± 5 mm), szerokość 11 mm ($\pm 1,0$ mm), wielkość porów $1 \times 1,25$ mm, grubość 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), gramatura 45 g/m^2 ($\pm 5\%$), taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach, umieszczona w plastikowej osłonce, na końcach taśmy długie nitki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji cystocele, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, implant o kształcie anatomicznym, o grubości siatki 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), porowatości 1500 – 1950 μm ; o gramaturze 45 g/m^2 ($\pm 5\%$), trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, rozmiar: ramiona dłuższe = 19,5 cm, ramiona krótsze = 18 cm, szerokość każdego ramienia 10 mm (± 1 mm), rozmiar trapezu: podstawy: 6 cm i 9 cm, wysokość 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17, dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści protezę do korekcji rectocele, implant o kształcie anatomicznym, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, o grubości siatki 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), porowatości 1500 – 1950 μm , o gramaturze 45 g/m^2 ($\pm 5\%$), trapez z dwoma ramionami pokrytymi plastikową osłonką, rozmiar: długość – 41,3 cm, wysokość dolnej wypustki – 12 cm, szerokość – 6,3 cm, wysokość górnej wypustki – 4 cm, szerokość – 6,3 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłaniałną, o wymiarach: długość 45 cm ($\pm 0,5$ cm), szerokość 1,1 cm ($\pm 0,1$ cm), wielkość porów 1 x 1,25 mm, grubość 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość 1500 – 1950 μ m, taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach, umieszczona w plastikowej osłonce, obniżającej traumatyzację podczas przeciągania przez tkanki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19, dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, ramiona w plastikowej osłonce; wysokość: 8 cm ($\pm 0,5$ cm), szerokość 4 cm (górna podstawa) i 6 cm (dolna podstawa), wymiary ramion: dł. 205 mm, 195 mm, 180 mm; grubość 0,34 mm ($\pm 0,05$ mm), zagęszczenie oczek 55% ($\pm 5\%$), porowatość 1500 – 1950 μ m, gramatura 45 g/m² ($\pm 5\%$). Siatka nie posiada przewodnic z nitinolu, a zamiast tego do przeprowadzenia ramion służą długie pętłe (nici) w dwóch kolorach: czarne i białe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20, dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową polipropylenowo- monofilamentową, o elastyczności dwukierunkowej o wymiarach 30x35 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Zamawiający w pkt. 14.D dodaje pkt. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Certyfikatu CE zawierającego nazwę handlową oferowanego wyrobu wraz z kodem referencyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679).
– dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1, 2.

*Ponadto Zamawiający przedtępnia termin stracenia ofert do dnia 20/06/2015 godz 9:30.
Oferty niepotwierdzone do samego dnia o godz 10:00.*

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Marek Stawicki

Marek Stawicki

PROKURENT
Anna Rybarczyk

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści z dnia 2015 roku PZOZ/DZP/382/30PN/15
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy