

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



Misja Szpitala Świętej Trójcy:

Pacjent jest podmiotem wszystkich naszych działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług medycznych"

Płock, dnia 14.04.2019 roku

PZOZ/DZP/382/15PN/18

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zak. Pakietu nr 19 oraz unieważnieniu
Pakietów nr 9 i 22, z wyłączeniem Pakietu nr 12

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 az późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. informuje, iż rozstrzygnął postępowanie przetargowe na „dostawę wyrobów medycznych” w wyniku, którego wybrano oferty złożone przez:

Pakietu nr 19

Beryl med. Ltd, 1st Floor, 26 Fouberts Place, Londyn W1F 7PP

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans zaoferowanych kryteriów, w myśl art. 2 pkt 5)a) ustawy PZP uznana za najkorzystniejszą

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia: BRAK

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

Bialmed Sp. z o.o. Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w zakresie pakietu nr 22 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty jest niezgodna z SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wezwał Wykonawcę w Pakiecie 22 do uzupełnienia informacji potwierdzającej możliwość sterylizowania jej w autoklawie. Wykonawca w odpowiedzi złożył instrukcję ręcznego czyszczenia i dezynfekcji opasek uciskowych gdzie jest podana temperatura sterylizacji 90° C, Zamawiający wymagał sterylizacji w autoklawie 121°C/1br.

Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu :

- w pakiecie nr 9 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 4.

Uzasadnienie faktyczne:

- w Pakiecie nr 9 cena najkorzystniejszej oferty w (15 781,87 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (12 900,00 zł).

- **pakiecie nr 22 na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 ust. 1** – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

Uzasadnienie faktyczne:

Jedyna oferta złożona w w/w pakiecie została odrzucona.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS: 0000214083
Kapitał zakładowy: 46 502 500 zł
NIP: 774-28-24-705 REGON: 611416590

Nr księgi rejestrowej: 000000020618

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 36 1030 1205 0000 0000 8384 9002



Wykaz złożonych ofert i przyznanej punktacji

Pakiet nr 19 Kateter do odsysania pola op.

Nr oferty	Nazwa (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto PLN	Termin dostawy	Liczba pkt w kryterium cena – 90%	Liczba pkt w kryterium termin dostawy – 10%	Liczba pkt. razem	Klasyfikacja
14	Beryl med. Ltd 1st Floor, 26 Fouberts Place Londyn W1F 7PP	3 585,25	24 h	90	10	100	I miejsce
15	Aero-Medika Sp. z o.o. Ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa	4 009,82	24 h	80,47	10	90,47	II miejsce
17	Balton Sp. z o.o. Ul. Nowy Świat 7/14 00-496 Warszawa	10 024,56	24 h	32,19	10	42,19	III miejsce

Umowa może zostać zawarta w zakresie Pakietu nr 19 po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Umowy jednostronnie podpisane przez Zamawiającego zostaną przesłane e-mailem oraz pocztą do Wykonawcy.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Stawicki

PROKURANT

Majewska

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zak. Pakietu nr 19 oraz unieważnieniu Pakietów nr 9 i 22, z wyłączeniem Pakietu nr 12 z dn. 14. Czerwiec 2019 r. nr PZO/DZP/382/15PN/19 Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax-u 24 364 52 49 lub emaillem na: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH


Dagnara Bednarska

STARSZY SPECJALISTA


Anna Piorkowska